

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI BRACHITERAPIA COMPRENSIVO DI RELATIVI APPLICATORI, CLUMPS E SORGENTI DI IRIDIO OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOTERAPIA. GARA N 7405088. CIG N. 78724073C5

CHIARIMENTO

Domanda

Con riferimento alla possibilità di utilizzare i vecchi applicatori Elekta/Nuclital in Vs possesso sulla nuova macchina facciamo notare quanto segue:

1. Gli applicatori, normalmente, non sono dispositivi medici a sé stanti ma accessori dell'afterloader. Pertanto, di solito, non hanno una loro marcatura CE ma "condividono" quella dell'afterloader. Il loro utilizzo su macchine diverse da quella per cui sono approvati sarebbe dunque da escludere.
2. In base ad informazioni in ns possesso, gli applicatori Elekta/Nucletron hanno una durata di vita di circa tre anni. Dunque quelli in Vs possesso sarebbero già scaduti.

Risposta

1. Si prende atto di quanto sopra.
2. E' Implicito che gli applicatori scaduti dovranno essere sostituiti nell'ambito della nuova fornitura.

COMUNICAZIONE

Nel Disciplinare di gara nel paragrafo 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA il criterio 12 della tabella dei criteri e sottocriteri discrezionali (D): **va cancellata la scritta : "dotato di 6 canali "** in quanto trattasi di refuso, facendo tale criterio riferimento al paragrafo 5.6 del capitolato di gara.

Pertanto la dicitura "dotato di 6 canali" deve intendersi non pertinente trattandosi di un refuso.