



CHIARIMENTI

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI
MEDICI SPECIALISTICI PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTI PER MESI 24
ALLA S.C. CARDIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI
CUNEO – GARA N. 8106993 – CIG VARI.**

Quesito

Buongiorno, la presente per chiedere, relativamente al lotto n. 1, se l'elettrodo distale debba essere in platino/iridio oppure no.

Risposta

In relazione al Lotto n.1 si precisa che l'elettrodo distale non deve essere necessariamente in platino/iridio.

Quesito

Spett.le Ente, Con riferimento alla Documentazione Tecnica, chiediamo di voler confermare che i certificati CE, ISO e dichiarazioni di conformità possano essere presentati in lingua originale inglese essendo documenti predisposti direttamente da Casa Madre avente sede all'estero.

Risposta

Si conferma.

Quesito

Spett.le Ente, con la presente siamo a richiedervi il seguente chiarimento: In riferimento al Disciplinare di gara, art.16 Offerta tecnica rif. lett.a), siamo a richiedere di confermare: ? che essendo la filiale italiana del gruppo facente capo alla multinazionale con sede estera ed afferendo la produzione dei prodotti al suddetto gruppo, sia possibile presentare le schede tecniche italiane della filiale italiana in quanto contengono tutte le specifiche tecniche dei prodotti offerti ? che sia possibile presentare eventuali dichiarazioni sulle caratteristiche minime e migliorative sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della filiale italiana essendo la stessa facente capo alla multinazionale con sede estera ed afferendo la produzione dei prodotti al suddetto gruppo.

Risposta

Per entrambi i quesiti si conferma.

Cuneo, 05 maggio 2021

*S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio CALVANO
(Firmato in originale)*