

CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI PER EMOSTASI DI ACCESSI ARTERIOSI OCCORRENTE PER MESI 36 ALLA S.C. RADIOLOGIA, ALLA S.C. CARDIOLOGIA E ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO - GARA N. 7750661 – CIG VARI.

Quesito n. 7

Siamo a chiedere se sia possibile presentare campionatura in confezione originale di vendita, ma non sterile.

Risposta al quesito n. 7

La campionatura deve essere sterile e in confezione come commercializzata.

Cuneo, 10 giugno 2020

*S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio CALVANO
(Firmato in originale)*