



**FORNITURA IN NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) PER OTTO SETTIMANE DI  
N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO CON INSTALLAZIONE PROVVISORIA O SU  
MEZZO MOBILE (N. GARA 8041552 - N. CIG 862251005A).**

**II VERBALE**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore otto e minuti trenta, presso la Sala riunioni della SCI Acquisti beni e servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero trecentonove dell'otto marzo duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

<b>Dr.</b>	<b>Roberto</b>	<b>PRIOTTO</b>	-	Dirigente Medico S.C. Radiologia	- PRESIDENTE
<b>Dr.</b>	<b>Stephane</b>	<b>CHAUVIE</b>	-	Direttore Fisico S.C. Fisica Sanitaria	- COMPONENTE
<b>Ing.</b>	<b>Gian Nicola</b>	<b>RUGGIERO</b>	-	Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE
<b>Dott.ssa</b>	<b>Paola</b>	<b>GERBOTTO</b>	-	Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi relativi al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative” come segue:



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO  
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545  
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it  
Sito web: http://www.ospedale.cuneo.it

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

RIF.	Sottocriterio di valutazione	Punteggio massimo	Tipologia criterio	Giudizi discrez.	Ditta ALTHEA ITALIA	Giudizi discrez.	Ditta FORA	Giudizi discrez.	Ditta GNODE SERVICE
1	Caratteristiche hardware del tomografo computerizzato (es. numero di strati, diametro del gantry, ...) e dell'iniettore angiografico	15	D	<i>Ottimo (1x15)</i>	15	<i>Più che discreto (0,4x15)</i>	6	<i>Più che discreto 0,4x15</i>	6
2	Software applicativi specifici disponibili e formazione del personale su acquisizione e elaborazione esami	15	D	<i>Ottimo (1x15)</i>	15	<i>Più che discreto (0,4x15)</i>	6	<i>Più che discreto (0,4x15)</i>	6
3	Lay-out di occupazione dell'area messa a disposizione e dei vari ambienti costituenti l'installazione	20	D	<i>Più che buono (0,8x20)</i>	16	<i>Più che buono (0,8x20)</i>	16	<i>Più che buono (0,8x20)</i>	16
4	Organizzazione interna e funzionalità degli ambienti (es. modalità di eventuale somministrazione dei gas medicinali, ergonomia, abitabilità, arredi, ...)	10	D	<i>Più che discreto (0,4x10)</i>	4	<i>Buono (0,6x10)</i>	6	<i>Più che buono (0,8x10)</i>	8
5	Tempi di installazione (dal momento della consegna dell'area alla disponibilità dell'intero sistema perfettamente funzionante ed operativo)	10	Q	-	10 (+10*1/1gg)	-	2,5 (+10*1/4gg)	-	2,5 (+10*1/4gg)
	<b>Totale</b>	<b>70</b>			<b>60</b>		<b>36,5</b>		<b>38,5</b>



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO  
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545  
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it  
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

Essendo le ore nove la seduta viene chiusa, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

<b>Dr.</b>	<b>Roberto</b>	<b>PRIOTTO</b>	-	Dirigente Medico S.C. Radiologia	- PRESIDENTE .....
<b>Dr.</b>	<b>Stephane</b>	<b>CHAUVIE</b>	-	Direttore Fisico S.C. Fisica Sanitaria	- COMPONENTE .....
<b>Ing.</b>	<b>Gian Nicola</b>	<b>RUGGIERO</b>	-	Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE .....
<b>Dott.ssa</b>	<b>Paola</b>	<b>GERBOTTO</b>	-	Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE .....