

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI  
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,  
SUDDIVISA IN LOTTI, DI CLIPS PREMONTATE OCCORRENTI PER MESI  
VENTIQUATTRO - S.C. GASTROENTEROLOGIA - S.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA-  
GARA N. 7455548 - CIG VARI.**

**II° VERBALE**

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore quattordici e quarantaquattro minuti, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera presso l'Ospedale S.Croce e Carle, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero ottocentoquarantatre del primo agosto duemiladiciannove e così composta:

<b>Dott.ssa</b>	<b>Marianna</b>	<b>MONDINI</b>	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	- PRESIDENTE
<b>Dr.</b>	<b>Renato Ambrogio</b>	<b>FASOLI</b>	- Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia	- COMPONENTE
<b>Dr.</b>	<b>Brunello</b>	<b>DEMARCHI</b>	- Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia	- COMPONENTE


  

<b>Dott.ssa</b>	<b>Sara</b>	<b>GIORDANO</b>	- Collaboratore Amministrativo Professionale - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-----------------	-------------	-----------------	---	-------------------------------

A questo punto la Commissione, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione trasmessa dalle ditte offerenti rispetto a quanto richiesto, procede all'attribuzione dei punteggi in ordine al seguente criterio di valutazione:

- caratteristiche tecnico-qualitative .....punteggio max 70



L'analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:



**Lotto n. 1**

CRITERI	PUNTI MAX	AORTA S.r.l.	BOSTON SCIENTIFIC S.p.a.	COOK ITALIA S.r.l.	INNOVAMEDICA	MEDITALIA S.a.s.	NEOS MEDICA S.r.l.
Resistenza dei bracci della clip alla deformazione	20	14	----- -----	17	20	20	10
Capacità di trattamento di grosse arterie nel corso del sanguinamento	20	20	----- -----	20	20	20	20
Facilità di inserimento e fuoriuscita dall'endoscopio anche in condizioni di angolazione dello strumento	15	8	----- -----	10	15	15	8
Modulabilità del sistema di apertura e chiusura della clip anche dopo ripetuti tentativi di posizionamento	15	8	----- -----	8	15	15	8
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>----- (*)</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>46</b>



(\*) La ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.a. risulta esclusa in quanto ha offerto una clip con un'apertura di 11 mm., mentre nel disciplinare di gara è stata espressamente richiesta la clip con apertura ampia e modulabile fino a 16 mm.



**Lotto n. 2**

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTI MAX</b>	<b>BOSTON SCIENTIFIC S.p.a.</b>	<b>INNOVAMEDICA</b>	<b>MEDITALIA S.a.s.</b>
<b>Facilità di fuoriuscita dal duodenoscopia</b>	<b>20</b>	----- -----	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Facilità di inserimento e fuoriuscita dall'endoscopia anche in condizioni di angolazione dello strumento</b>	<b>15</b>	----- -----	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Modulabilità del sistema di apertura e chiusura della clip anche dopo ripetuti tentativi di posizionamento</b>	<b>15</b>	----- -----	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Resistenza dei bracci della clip alla deformazione</b>	<b>10</b>	----- -----	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Facilità ed efficienza del sistema di posizionamento sul tessuto target</b>	<b>10</b>	----- -----	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	----- (*)	<b>66</b>	<b>70</b>

(\*) La ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.a. risulta esclusa in quanto ha offerto una clip con un'apertura di 11 mm., mentre nel disciplinare di gara è stata espressamente richiesta la clip con apertura ampia e modulabile fino a 9 mm.





**Lotto n. 3**

CRITERI	PUNTI MAX	AORTA S.r.l.	BOSTON SCIENTIFIC S.p.a.	CONMED ITALIA S.r.l.	INNOVAMEDICA	MEDITALIA S.a.s.
Facilità di fuoriuscita dal duodenoscopia	20	0	0	0	20	20
Facilità di inserimento e fuoriuscita dall'endoscopia anche in condizioni di angolatura dello strumento	15	8	10	8	15	15
Modulabilità del sistema di apertura e chiusura della clip anche dopo ripetuti tentativi di posizionamento	15	8	14	8	15	15
Resistenza dei bracci della clip alla deformazione	10	7	10	8	10	10
Facilità ed efficienza del sistema di posizionamento sul tessuto target	10	9	10	9	10	10
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>32(*)</b>	<b>44</b>	<b>33(**)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

(\*) La ditta AORTA S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è insufficiente rispetto alla soglia di sufficienza tecnica stabilita in 42 punti dalla disciplina di gara.

(\*\*) La ditta CONMED ITALIA S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è insufficiente rispetto alla soglia di sufficienza tecnica stabilita in 42 punti dalla disciplina di gara.

**Lotto n. 4**

CRITERI	PUNTI MAX	INNOVAMEDICA	MEDITALIA S.a.s.	NEOS MEDICA S.r.l.
Facilità di fuoriuscita dal duodenoscopia	20	20	20	0
Facilità di inserimento e fuoriuscita dall'endoscopia anche in condizioni di angolatura dello strumento	15	15	15	8
Modulabilità del sistema di apertura e chiusura della clip anche dopo ripetuti tentativi di posizionamento	15	15	15	8
Resistenza dei bracci della clip alla deformazione	10	10	10	5
Facilità ed efficienza del sistema di posizionamento sul tessuto target	10	10	10	9
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>30 (*)</b>

(\*) La ditta NEOS MEDICA S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è insufficiente rispetto alla soglia di sufficienza tecnica stabilita in 42 punti dalla disciplina di gara.

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione "Caratteristiche tecnico-qualitative":

**Lotto n. 1:**

Ditta INNOVAMEDICA  
Ditta MEDITALIA S.a.s.  
Ditta COOK ITALIA S.r.l.  
Ditta AORTA S.r.l.  
Ditta NEOS MEDICA S.r.l.  
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.a.

punti 70  
punti 70  
punti 55  
punti 50  
punti 46  
(\*) ESCLUSA

**Lotto n. 2:**

Ditta MEDITALIA S.a.s.  
Ditta INNOVAMEDICA  
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.a.

punti 70  
punti 66  
(\*) ESCLUSA

**Lotto n. 3:**

Ditta INNOVAMEDICA  
 Ditta MEDITALIA S.a.s.  
 Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.  
 Ditta CONMED ITALIA S.r.l.  
 Ditta AORTA S.r.l.

punti 70  
 punti 70  
 punti 44  
 punti 33 (\*\*) ESCLUSA  
 punti 32 (\*) ESCLUSA





**Lotto n. 4:**


Ditta INNOVAMEDICA  
 Ditta MEDITALIA S.a.s.  
 Ditta NEOS MEDICA S.r.l.

punti 70  
 punti 70  
 punti 30 (\*) ESCLUSA

Esaurite le operazioni sopra descritte, la Sig.ra Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data diciassette settembre duemiladiciannove, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore sedici e cinquantaquattro minuti, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

<b>Dott.ssa</b>	<b>Marianna</b>	<b>MONDINI</b>	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera 	- PRESIDENTE
<b>Dr.</b>	<b>Renato Ambrogio</b>	<b>FASOLI</b>	- Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia 	- COMPONENTE 
<b>Dr.</b>	<b>Brunello</b>	<b>DEMARCHI</b>	- Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia 	- COMPONENTE

<b>Dott.ssa</b>	<b>Sara</b>	<b>GIORDANO</b>	- Collaboratore Amministrativo Professionale - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi 	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-----------------	-------------	-----------------	---	-------------------------------