

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI DI CONNESSIONE E RACCORDI OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO ALLE AA.SS.LL. CN1 – CN2 E ALL'A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 – GARA N. 7549503 – CIG VARI.

II° VERBALE

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre, alle ore otto e minuti cinquanta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milletrecentotrentadue del sedici dicembre duemiladiciannove:

-	Dr.ssa	Margherita	VIGLIONE	- Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
-	Sig.ra	Silvia	CAVALLO	- Coordinatore Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare e Algologia - A.O. S.CROCE e CARLE di Cuneo	- COMPONENTE
-	Sig.ra	Sara	VINAI	- Coordinatore Gestionale Infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione - ASL CN1 – Presidio Ospedaliero Regina Montis Regalis Mondovì	- COMPONENTE
-	Sig.ra	Sandra	ANSELMA	- Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

A questo punto la Commissione, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione tecnica trasmessa dalle ditte offerenti rispetto a quanto richiesto e dall'esame della campionatura, procede, ai sensi dell'articolo 19.1 del Disciplinare di Gara, all'analisi delle offerte che conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

LOTTO N. 1: Rubinetti sterili a tre vie con luer-lock ad elevata resistenza per l'uso in NPT con lipidi, in anestesia e in chemioterapia

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			Discreto	Buono	Ottimo	Ottimo	Minimale
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			Buono	Ottimo	Buono	Ottimo	Buono
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			Buono	Ottimo	Buono	Ottimo	Buono
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	5	0	0
	1.5	Confezionamento	5			Buono	Buono	Ottimo	Buono	Buono

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MEDICA S.r.l.	MEDIPLAS T S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			Buono	ESCLUSA (*)	Buono
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			Minimale		Ottimo
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			Buono		Ottimo
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0		0
	1.5	Confezionamento	5			Ottimo		Ottimo

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 2: Rubinetti sterili a tre vie con luer-lock ad altissima pressione

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	AB MEDICA S.p.A.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	KNOW MEDICAL S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			Buono	Buono	Buono	Buono
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			Discreto	Discreto	Discreto	Discreto
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0
	1.5	Confezionamento	5			Discreto	Discreto	Discreto	Minimale

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MEDICA S.r.l.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			ESCLUSA (*)	Ottimo
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20				Ottimo
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20				Ottimo
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5		0
	1.5	Confezionamento	5				Ottimo

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 3: Rubinetti sterili a tre vie con luer-lock ad altissima pressione in materiale plastico resistente ai chemioterapici, al materiale embolizzante

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			Ottimo
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			Buono
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			Discreto
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0
	1.5	Confezionamento	5			Discreto

LOTTO N. 4: Rubinetti sterili ad una via con luer-lock ad alta pressione

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	AB MEDICA S.p.A.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			Ottimo	Insufficiente	Discreto
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			Ottimo	Buono	Buono
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			Ottimo	Minimale	Minimale
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	5	0	0
	1.5	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo	Ottimo

LOTTO N. 5: Rampa con 4/5 rubinetti dotati di dispositivo a circuito chiuso + prolunga, per prelievo e infusione. Sterile, indicata per l'uso in Anestesia e NPT con lipidi

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore della rampa	15			Ottimo	===	Buono
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	15			Discreto	===	Insufficiente
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso	15			Discreto	===	Insufficiente
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	5			Buono	===	Insufficiente
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	===	Minimale
	1.6	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	===	0
	1.7	Confezionamento	5			Ottimo	=== (*)	Buono

(*) La ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa, poiché ha offerto delle rampe non conformi a quanto richiesto; infatti tali dispositivi risultano privi del rubinetto a tre vie posto a non meno di 30 cm. dal punto distale come espressamente richiesto dall'art. 5 "Caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della fornitura" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

LOTTO N. 6: Rampa con 4/5 rubinetti + prolunga, per prelievo e infusione. Sterile, indicata per l'uso in Anestesia e NPT con lipidi

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore della rampa	20			===	Ottimo	===
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			===	Ottimo	===
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	10			===	Buono	===
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			===	Minimale	===
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	===	0	===
	1.6	Confezionamento	5			=== (*)	Ottimo	=== (*)

(*) Le ditte MEDIPLAST S.r.l. e MACROPHARM S.r.l. risultano escluse, poiché hanno offerto delle rampe non conformi a quanto richiesto; infatti tali dispositivi risultano privi del rubinetto a tre vie posto a non meno di 30 cm. dal punto distale come espressamente richiesto dall'art. 5 "Caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della fornitura" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

LOTTO N. 7: Prolunghe per catetere LL femmina – LL maschio sterile, lunghezza 10 cm. ca, diametro interno 2,5 mm. circa, in materiale biocompatibile per gestione C.V.C a breve termine e monitoraggio P.V.C.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			=== (**)	ESCLUSA (*)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Ottimo	
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

(**) La ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. non ha dichiarato la durata certa in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 8: Prolunghe a tre vie attacchi LL lunghezza 10 cm. circa, diametri interni 1,50 - 1,00 - 0,5 mm circa, con sistema needless, in materiale biocompatibile per gestione C.V.C. a breve termine e monitoraggio P.V.C. **Materiale: PU**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			Ottimo	Ottimo	===	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	Ottimo	===	Discreto
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono	===	Discreto
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	Buono	===	Discreto
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo	=== (*)	Buono

(*) La ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa poichè ha prodotto una campionatura e delle schede tecniche riferite al prodotto cod. ESET1025/T23T10 che non corrispondono al codice offerto così come risulta dall'offerta senza prezzi e precisamente il cod. ESET1530/T23T10

LOTTO N. 9: Prolungha a tre vie attacchi LL con clamps e **sistema needless** di dimensioni ridotte, diametri interni **1 mm** circa, in materiale biocompatibile per gestione C.V.C a breve termine e monitoraggio P.V.C. Tutto il sistema deve essere idoneo all'uso **neonatale** e misurare 10 cm ca. **Materiale: PU**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BENEFIS S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			Ottimo	===	Ottimo	=== (**)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Ottimo	===	Ottimo	Ottimo
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Ottimo	===	Buono	Ottimo
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	===	Minimale	Ottimo
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	=== (*)	Ottimo	Ottimo

(*) La ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa poiché ha prodotto una campionatura e delle schede tecniche riferite al prodotto cod. ESET1020/3T23T10 che non corrispondono al codice offerto così come risulta dall'offerta senza prezzi e precisamente il cod. ESET1530/3T23T10

(**) La ditta MEDIPLAST S.r.l. non ha dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 10: Tappo (Combi) doppio L/L maschio- L/L femmina

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	FARMAC-ZABBAN S.p.A.	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			Buono	Ottimo	Ottimo	Buono	Buono
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			Buono	Ottimo	Ottimo	Buono	Buono
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			Minimale	Buono	Buono	Minimale	Minimale

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			Ottimo	Ottimo	Ottimo
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			Ottimo	Ottimo	Ottimo
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			Ottimo	Buono	Buono

LOTTO N. 11: Dispositivo per infusione e/o prelievo da via venosa o arteriosa, a circuito chiuso, senza utilizzo di aghi

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore e numero di accessi	10			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta del raccordo	10			Discreto	Minimale	Discreto	Ottimo	Insufficiente
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso (spazio morto, assenza reflusso ematico...)	25			Discreto	Buono	Discreto	Ottimo	Minimale
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			Discreto	Buono	Buono	Ottimo	Discreto
	1.5	Ergonomia, ingombro e facilità della disinfezione	10			Discreto	Buono	Minimale	Ottimo	Minimale
	1.6	Confezionamento	5			Buono	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Minimale

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	CAIR ITALIA S.r.l.	DELTA MED S.p.A.	MEDI.CA S.r.l.	MULTIMEDICAL S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore e numero di accessi	10			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta del raccordo	10			Discreto	Minimale	Buono	Insufficiente	Discreto
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso (spazio morto, assenza reflusso ematico...)	25			Discreto	Discreto	Buono	Minimale	Discreto
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			Buono	Discreto	Buono	Buono	Discreto
	1.5	Ergonomia, ingombro e facilità della disinfezione	10			Minimale	Discreto	Discreto	Discreto	Minimale
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Buono	Buono	Discreto	Buono

LOTTO N. 12: Dispositivo pre-assemblato di estensione a 5 vie per procedura infusionale diametro interno/esterno 3x4 mm ca.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore	15			===	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi	15			===	Ottimo
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso	15			===	Ottimo
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			===	Ottimo
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			===	Minimale
	1.6	Confezionamento	5			=== (*)	Ottimo

(*) La ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa, poiché ha offerto dei dispositivi non conformi a quanto richiesto; infatti tali dispositivi risultano privi di valvola di non ritorno e 2 accessi sottovalvolari con attacco LL come espressamente richiesto dall'art. 5 "Caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della fornitura" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

LOTTO N. 13: Dispositivo pre-assemblato di estensione a 3 vie per procedura infusionale diametro interno/esterno 3x4 mm ca

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore	15			===	===	Ottimo	===
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi	15			===	===	Ottimo	===
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso	15			===	===	Discreto	===
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			===	===	Discreto	===
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			===	===	Minimale	===
	1.6	Confezionamento	5			=== (*)	=== (*)	Ottimo	=== (**)

(*) Le ditte HMC PREMEDICAL S.p.A. e MACROPHARM S.r.l. risultano escluse poiché hanno offerto dei dispositivi non conformi a quanto richiesto; infatti tali dispositivi risultano privi di valvola di non ritorno e accesso sottovalvolare con attacco LL come espressamente richiesto dall'art. 5 "Caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della fornitura" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

(**) La ditta MEDIPLAST S.r.l. risulta esclusa poiché ha offerto una rampa anziché un dispositivo pre-assemblato di estensione a 3 vie come espressamente richiesto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

LOTTO N. 14: Prolunghe **spiralate** sterili in materiale idoneo per infusioni venose, estremità luer-lock M/F dimensioni: diametro interno circa 1 mm lunghezza 200 cm - diametro interno circa 1 mm lunghezza 300 cm - diametro interno circa 1 mm lunghezza 100 cm

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			Minimale	Ottimo	Ottimo	=== (*)	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Discreto	Buono	Discreto	Ottimo	Ottimo
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Ottimo	Ottimo	Minimale	Ottimo	Ottimo
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	Ottimo	Discreto	Ottimo	Ottimo
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo

(**) La ditta BIOLENA S.r.l. non ha dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 15: Prolunghe a bassa pressione **non spiralate** sterili in materiale idoneo per infusione, estremità luer-lock, diametro interno 2,0-2,5 mm. circa. Lunghezza: 150 cm circa - 80 cm circa

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			Minimale	Ottimo	=== (*)	Ottimo	=== (**)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Discreto	Ottimo	Ottimo	Discreto	Ottimo
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Ottimo	Buono	Buono	Buono	Buono
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo	Buono	Ottimo	Buono

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	CAIR ITALIA S.r.l.	DEFARMA S.p.A.	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			Ottimo	Minimale	Ottimo	=== (**)	Discreto
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	Buono	Buono	Discreto	Discreto
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono	Buono	Discreto	Buono
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Ottimo	Buono	Buono	Buono
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Buono	Buono	Ottimo	Buono

(*) La ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. non ha dichiarato la durata certa in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

(**) Le ditte BIOLENA S.r.l. e MACROPHARM S.r.l. non hanno dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 16: Prolunghe a bassa pressione **non spiralate** sterili in materiale idoneo per infusioni venose, estremità luer-lock, diametro interno 1 mm circa. Lunghezza cm 150 circa.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			Minimale	Ottimo	=== (**)	Ottimo	=== (***)	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Discreto	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Discreto
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono	Ottimo	Minimale	Discreto	Discreto
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Discreto	Buono	Ottimo	Discreto	Ottimo	Discreto
	1.6	Confezionamento	5			Buono	Buono	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Minimale

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DEFARMA S.p.A.	HMC PREMEDICAL S.p.A.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			Minimale	ESCLUSA (*)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Discreto	
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Discreto	
	1.6	Confezionamento	5			Buono	

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			=== (***)	Discreto	=== (***)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Discreto	Ottimo	Ottimo
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Ottimo	Buono	Minimale
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	Minimale	Buono
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Discreto	Buono

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

(**) La ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. non ha dichiarato la durata certa in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

(***) Le ditte BIOLENA S.r.l., MACROPHARM S.r.l. e MEDIPLAST S.r.l. non hanno dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 17: Prolunghe **non spiralate** sterili a bassa pressione **con rubinetto a tre vie** idonee all'uso in NPT, con lipidi e **anestesia**, diametro interno 3 mm circa, raccordo terminale luer lock. Lunghezza: cm 10 circa - cm 25 circa - **PVC FREE (almeno nel lume interno)**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.	DEFARMA S.p.A.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Ottimo	Ottimo	=== (*)	Ottimo	===
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Ottimo	Buono	Ottimo	Buono	===
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono	Buono	Buono	===
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Buono	Buono	Buono	===
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0	===
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Buono	Ottimo	Buono	=== (**)

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Ottimo	=== (*)	Discreto
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	Ottimo	Buono
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono	Buono
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Buono	Buono
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0
	1.6	Confezionamento	5			Buono	Ottimo	Buono

(*) Le ditte BIOLENA S.r.l. e MACROPHARM S.r.l. non hanno dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

(**) La ditta DEFARMA S.p.A. risulta esclusa poiché ha offerto delle prolunghe non PVC FREE come espressamente richiesto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

LOTTO N. 18: Prolunghe **non spiralate** sterili a bassa pressione **con rubinetto a tre vie** idoneo all'utilizzo in NPT con lipidi, diametro interno 3 mm circa, raccordo terminale luer lock. Lunghezza: cm 25 circa - cm 50 circa - cm 100 circa

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Minimale	Ottimo	Ottimo	Ottimo	=== (*)	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Discreto	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0	0	0
	1.6	Confezionamento	5			Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DEFARMA S.p.A.	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Minimale	Ottimo	=== (*)	ESCLUSA (**)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	Buono	Buono	
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Discreto	Buono	Buono	
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Buono	Buono	
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	
	1.6	Confezionamento	5			Buono	Buono	Buono	

(**) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

(*) Le ditte BIOLENA S.r.l. e MACROPHARM S.r.l. non hanno dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 19: Linea di estensione a più vie sterile, a bassa pressione, per procedura infusionale, dotata di clamp di chiusura su ogni via, raccordi Luer Lock. Lunghezza totale 20 cm ca, diametro interno/esterno 2/4 mm ca: a) due vie -b) tre vie

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			=== (*)	Discreto
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	Buono
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Buono
	1.6	Confezionamento	5			Buono	Buono

(*) La ditta MACROPHARM S.r.l. non ha dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 20: Set tubolare sterile, monouso, per la misurazione della pressione venosa centrale. Fornito con aste graduate.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	KNOW MEDICAL S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Ottimo	Ottimo
	1.2	Semplicità d'uso	30			Buono	Ottimo
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione),	10			Buono	Ottimo
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Ottimo
	1.5	Confezionamento	5			Buono	Buono

LOTTO N. 21: Raccordo LL M/M girevole - Raccordo LL F/F girevole

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	B.BRAUN MILANO S.p.A.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			Ottimo	Ottimo
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			Ottimo	Ottimo
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			Ottimo	Ottimo

LOTTO N. 22: Tappo luer loock con punto di iniezione

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			Buono	Buono	ESCLUSA (*)
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			Buono	Buono	
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			Buono	Buono	

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 23: Sistema di protezione flessibile adatto alla protezione di innesti M/F e dei coni dei cateteri venosi centrali - cm 7,5x7,5 ca. – cm 12x14 ca. - cm 17x 20 ca

Non sono pervenute offerte economiche

LOTTO N. 24: Unità filtranti non piatte per siringa con membrana 0,22 micron - Unità filtranti non piatte per siringa con membrana 0,45 micron Diametro delle trottole 33 mm ca. a basso legame specifico per le proteine

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	KNOW MEDICAL S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche tecniche	20			Discreto	Ottimo
	1.2	Capacità filtrante	20			Discreto	Buono
	1.3	Funzionalità e ergonomia	25			Discreto	Buono
	1.5	Confezionamento	5			Ottimo	Buono

LOTTO N. 25: Filtro piatto idoneo all'anestesia regionale anche come forma e dimensioni, basso legame proteico e basso volume di riempimento, LL. - Dimensione dei pori 0,2 micron

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche tecniche	15			Ottimo	Ottimo
	1.2	Funzionalità e ergonomia	15			Ottimo	Buono
	1.3	Confort per il paziente	20			Ottimo	Buono
	1.4	Durata in ore del dispositivo	15			Ottimo	Ottimo
	1.5	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo

LOTTO N. 26: Filtro idoneo all'infusione, basso legame proteico e basso volume di riempimento, LL - Dimensione dei pori 1,2 micron

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche tecniche	20			Ottimo	Ottimo
	1.2	Capacità filtrante	20			Ottimo	Ottimo
	1.3	Funzionalità e ergonomia	25			Ottimo	Buono
	1.4	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo

LOTTO N. 27: Perforatore per prelievi multipli con filtro 5 micron, sterile, per aspirazione da flacone multi dose

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	CAIR ITALIA S.r.l.	CODAN s.r.l.	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Ottimo	=== (*)	=== (*)	Ottimo	Ottimo
	1.2	Caratteristiche del perforatore	15			Buono	Buono	Buono	Discreto	Ottimo
	1.3	Ergonomia	20			Buono	Discreto	Discreto	Minimale	Ottimo
	1.4	Funzionalità	15			Discreto	Buono	Buono	Minimale	Ottimo
	1.5	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MULTIMEDICAL S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			=== (**)	Ottimo
	1.2	Caratteristiche del perforatore	15			Buono	Buono
	1.3	Ergonomia	20			Minimale	Minimale
	1.4	Funzionalità	15			Minimale	Minimale
	1.5	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo

(*) Le ditte BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. e CAIR ITALIA S.r.l. non hanno dichiarato la durata certa in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

(**) La ditta MACROPHARM S.r.l. non ha dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 28: Trasferitore di soluzioni sterili in sistema chiuso costituito da doppio perforatore in materiale plastico

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.	KNOW MEDICAL S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MULTIMEDICAL S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche del perforatore	25			Minimale	Ottimo	Buono	Buono
	1.3	Ergonomia	20			Minimale	Ottimo	Discreto	Discreto
	1.4	Funzionalità	20			Minimale	Ottimo	Buono	Discreto
	1.5	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo

LOTTO N. 29: Prolunghe ad alta pressione **non spiralate** sterili in materiale idoneo per iniezione di MDC con iniettore in interventistica, estremità luer-lock. - Lunghezza: 120-150 cm circa

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	AB MEDICA S.p.A.	B.BRAUN MILANO S.p.A.	BRACCO IMAGING ITALIA S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			===	Ottimo	Ottimo	Ottimo
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			===	Minimale	Minimale	Ottimo
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			===	Discreto	Minimale	Buono
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			===	Minimale	Ottimo	Ottimo
	1.6	Confezionamento	5			=== (*)	Discreto	Ottimo	Ottimo

(*) La ditta AB MEDICA S.p.A. risulta esclusa poiché ha offerto delle prolunghe non prive di ftalati come espressamente richiesto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

LOTTO N. 30: Prolunghe **non spiralate** sterili a bassa pressione **con rubinetto a tre vie** idonee all'uso in NPT con lipidi e anestesia, diametro interno 3 mm circa, raccordo terminale luer lock. Lunghezza cm 10 circa. **-PVC FREE almeno nel lume interno** e comunque in materiale sufficientemente morbido ed **idoneo all'uso in TI Neonatale**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BENEFIS S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Ottimo	Ottimo	=== (*)	Discreto
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	Buono	Buono	Buono
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Minimale	Minimale	Discreto	Minimale
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Buono	Ottimo	Discreto
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MEDIPLAST S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			Buono	=== (*)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Ottimo	Ottimo
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Ottimo	Ottimo
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			Ottimo	Ottimo
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0
	1.6	Confezionamento	5			Ottimo	Ottimo

(*) Le ditte VYGON ITALIA S.r.l. e MACROPHARM S.r.l. non hanno dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 31: Prolunghe a bassa pressione **spiralate** sterili in materiale idoneo per iniezione di MDC con iniettore in TC, estremità luer-lock.

Lunghezza: - 120-150 cm

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MULTIME-DICAL S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			=== (*)	=== (**)	=== (**)	=== (*)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			Buono	Buono	Ottimo	Buono
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			Buono	Buono	Ottimo	Minimale
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			Buono	Buono	Ottimo	Minimale
	1.6	Confezionamento	5			Buono	Buono	Ottimo	Minimale

(*) Le ditte BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. e VYGON ITALIA S.r.l. non hanno dichiarato la durata certa in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

(**) Le ditte MULTIMEDICAL S.r.l. e MACROPHARM S.r.l. non hanno dichiarato la durata in ore del dispositivo e quindi la Commissione non ha potuto esprimere una valutazione.

LOTTO N. 32: Tubi sterili monouso di connessione in PVC o altro materiale idoneo. Misure: Diametro interno CH 18, lunghezza 3 m ca. con raccordo F/F/M - Diametro interno CH 25, lunghezza 4 m ca. con raccordo F/F - Diametro interno CH 25, lunghezza 3 m ca. con raccordo F/F/M - Diametro interno CH 30, lunghezza 3 m ca. con raccordo F/F/M

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BENEFIS S.r.l.	HMC PREMEDICAL S.p.A.	ID & CO S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta dei raccordi e del vuoto	30			Discreto	Ottimo	Discreto	ESCLUSA(*)
	1.2	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione, resistenza all'ingincchiamento e al collabimento)	35			Discreto	Ottimo	Discreto	
	1.3	Confezionamento	5			Buono	Ottimo	Ottimo	

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna "D", avvalendosi della seguente tabella così come stabilito dall'art. 19.2 del Disciplinare di gara:

<u>Giudizio</u>	<u>Coefficienti</u>
Ottimo	1,00
Buono	0,75
discreto	0,50
minimale	0,25
insufficiente	0,00

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

LOTTO N. 1: Rubinetti sterili a tre vie con luer-lock ad elevata resistenza per l'uso in NPT con lipidi, in anestesia e in chemioterapia

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			10	15	20	20	5
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			15	20	15	20	15
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			15	20	15	20	15
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	5	0	0
	1.5	Confezionamento	5			3,75	3,75	5	3,75	3,75
		TOTALE PUNTI				43,75	58,75	60	63,75	38,75

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			15	ESCLUSA (*)	15
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			5		20
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			15		20
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0		0
	1.5	Confezionamento	5			5		5
		TOTALE PUNTI				40		60

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 2: Rubinetti sterili a tre vie con luer-lock ad altissima pressione

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	AB MEDICA S.p.A.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	KNOW MEDICAL S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			20	20	20	20
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			15	15	15	15
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			10	10	10	10
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0
	1.5	Confezionamento	5			2,5	2,50	2,50	1,25
		TOTALE PUNTI				47,50	47,50	47,50	46,25

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MEDICA S.r.l.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			ESCLUSA (*)	20
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20				20
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20				20
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5		0
	1.5	Confezionamento	5				5
		TOTALE PUNTI					65

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 3: Rubinetti sterili a tre vie con luer-lock ad altissima pressione in materiale plastico resistente ai chemioterapici, al materiale embolizzante

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			20
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			15
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			10
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0
	1.5	Confezionamento	5			2,50
		TOTALE PUNTI				47,50

LOTTO N. 4: Rubinetti sterili ad una via con luer-lock ad alta pressione

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	AB MEDICA S.p.A.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta	20			20	0	10
	1.2	Caratteristiche del materiale (trasparenza, compatibilità...)	20			20	15	15
	1.3	Funzionalità ed ergonomia	20			20	5	5
	1.4	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	5	0	0
	1.5	Confezionamento	5			5	5	5
		TOTALE PUNTI				70	25 (*)	35

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

LOTTO N. 5: Rampa con 4/5 rubinetti dotati di dispositivo a circuito chiuso + prolunga, per prelievo e infusione. Sterile, indicata per l'uso in Anestesia e NPT con lipidi

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore della rampa	15			15	===	11,25
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	15			7,50	===	0
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso	15			7,50	===	0
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	5			3,75	===	0
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			10	===	2,50
	1.6	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	===	0
	1.7	Confezionamento	5			5	===	3,75
		TOTALE PUNTI				48,75	ESCLUSA	17,50 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta MEDI.CA S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

LOTTO N. 6: Rampa con 4/5 rubinetti + prolunga, per prelievo e infusione. Sterile, indicata per l'uso in Anestesia e NPT con lipidi

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore della rampa	20			===	20	===
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			===	20	===
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	10			===	7,50	===
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			===	2,50	===
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	===	0	===
	1.6	Confezionamento	5			===	5	===
		TOTALE PUNTI				ESCLUSA	55	ESCLUSA

LOTTO N. 7: Prolunghe per catetere LL femmina – LL maschio sterile, lunghezza 10 cm. ca, diametro interno 2,5 mm. circa, in materiale biocompatibile per gestione C.V.C a breve termine e monitoraggio P.V.C.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			0	ESCLUSA (*)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			20	
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			10	
	1.6	Confezionamento	5			5	
		TOTALE PUNTI				46,25	

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 8: Prolunghe a tre vie attacchi LL lunghezza 10 cm. circa, diametri interni **1,50 - 1,00 - 0,5 mm circa**, con **sistema needless**, in materiale biocompatibile per gestione C.V.C. a breve termine e monitoraggio P.V.C. **Materiale: PU**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			20	20	===	20
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	20	===	10
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25	===	7,50
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			10	7,50	===	5
	1.6	Confezionamento	5			5	5	===	3,75
		TOTALE PUNTI				61,25	63,75	ESCLUSA	46,25

LOTTO N. 9: Prolunghe a tre vie attacchi LL con clamps e **sistema needless** di dimensioni ridotte, diametri interni **1 mm** circa, in materiale biocompatibile per gestione C.V.C a breve termine e monitoraggio P.V.C. Tutto il sistema deve essere idoneo all'uso **neonatale** e misurare 10 cm ca. **Materiale: PU**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BENEFIS S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			20	===	20	0
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			20	===	20	20
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			15	===	11,25	15
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			10	===	2,50	10
	1.6	Confezionamento	5			5	===	5	5
		TOTALE PUNTI				70	ESCLUSA	58,75	50

LOTTO N. 10: Tappo (Combi) doppio L/L maschio- L/L femmina

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	FARMAC- ZABBAN S.p.A.	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			18,75	25	25	18,75	18,75
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			7,50	10	10	7,50	7,50
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			8,75	26,25	26,25	8,75	8,75
		TOTALE PUNTI				35	61,25	61,25	35	35

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			25	25	25
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			10	10	10
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			35	26,25	26,25
		TOTALE PUNTI				70	61,25	61,25

LOTTO N. 11: Dispositivo per infusione e/o prelievo da via venosa o arteriosa, a circuito chiuso, senza utilizzo di aghi

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore e numero di accessi	10			10	10	10	10	10
	1.2	Sicurezza della tenuta del raccordo	10			5	2,50	5	10	0
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso (spazio morto, assenza reflusso ematico...)	25			12,50	18,75	12,50	25	6,25
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			5	7,50	7,50	10	5
	1.5	Ergonomia, ingombro e facilità della disinfezione	10			5	7,5	2,50	10	2,50
	1.6	Confezionamento	5			3,75	5	5	5	1,25
		TOTALE PUNTI				41,25	51,25	42,50	70	25 (*)

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	CAIR ITALIA S.r.l.	DELTA MED S.p.A.	MEDICA S.r.l.	MULTIMEDICAL S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore e numero di accessi	10			10	10	10	10	10
	1.2	Sicurezza della tenuta del raccordo	10			5	2,50	7,50	0	5
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso (spazio morto, assenza reflusso ematico...)	25			12,50	12,50	18,75	6,25	12,50
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			7,50	5	7,50	7,50	5
	1.5	Ergonomia, ingombro e facilità della disinfezione	10			2,50	5	5	5	2,50
	1.6	Confezionamento	5			5	3,75	3,75	2,50	3,75
		TOTALE PUNTI				42,50	38,75	52,50	31,25 (*)	38,75

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, le ditte BIOLENA S.r.l. e MULTIMEDICAL S.r.l. risultano escluse dal prosieguo della gara, in quanto hanno offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

LOTTO N. 12: Dispositivo pre-assemblato di estensione a 5 vie per procedura infusionale diametro interno/esterno 3x4 mm ca.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore	15			===	15
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi	15			===	15
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso	15			===	15
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			===	10
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			===	2,50
	1.6	Confezionamento	5			===	5
		TOTALE PUNTI				ESCLUSA	62,50

LOTTO N. 13: Dispositivo pre-assemblato di estensione a 3 vie per procedura infusionale diametro interno/esterno 3x4 mm ca

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore	15			===	===	15	===
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi	15			===	===	15	===
	1.3	Caratteristiche tecniche del sistema a circuito chiuso	15			===	===	7,50	===
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione)	10			===	===	5	===
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			===	===	2,50	===
	1.6	Confezionamento	5			===	===	5	===
		TOTALE PUNTI				ESCLUSA	ESCLUSA	50	ESCLUSA

LOTTO N. 14: Prolunghe **spiralate** sterili in materiale idoneo per infusioni venose, estremità luer-lock M/F dimensioni: diametro interno circa 1 mm lunghezza 200 cm - diametro interno circa 1 mm lunghezza 300 cm - diametro interno circa 1 mm lunghezza 100 cm

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			5	20	20	0	20
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			10	15	10	20	20
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			15	15	3,75	15	15
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			10	10	5	10	10
	1.6	Confezionamento	5			5	5	5	5	5
		TOTALE PUNTI				45	65	43,75	50	70

LOTTO N. 15: Prolunghe a bassa pressione **non spiralate** sterili in materiale idoneo per infusione, estremità luer-lock, diametro interno 2,0-2,5 mm. circa. Lunghezza:150 cm circa - 80 cm circa

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			5	20	0	20	0
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			10	20	20	10	20
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			15	11,25	11,25	11,25	11,25
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			10	10	10	10	10
	1.6	Confezionamento	5			5	5	3,75	5	3,75
		TOTALE PUNTI				45	66,25	45	56,25	45

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	CAIR ITALIA S.r.l.	DEFARMA S.p.A.	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			20	5	20	0	10
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	15	15	10	10
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25	11,25	7,50	11,25
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			7,5	10	7,50	7,50	7,50
	1.6	Confezionamento	5			5	3,75	3,75	5	3,75
		TOTALE PUNTI				58,75	45	57,50	30 (*)	42,50

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

LOTTO N. 16: Prolunghe a bassa pressione **non spiralate** sterili in materiale idoneo per infusioni venose, estremità luer-lock, diametro interno 1 mm circa. Lunghezza cm 150 circa.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			5	20	0	20	0	20
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			10	20	20	20	20	10
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25	15	3,75	7,5	7,50
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			5	7,50	10	5	10	5
	1.6	Confezionamento	5			3,75	3,75	5	5	5	1,25
		TOTALE PUNTI				35	62,50	50	53,75	42,50	43,75

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DEFARMA S.p.A.	HMC PREMEDICAL S.p.A.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			5	ESCLUSA (*)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			7,50	
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			5	
	1.6	Confezionamento	5			3,75	
		TOTALE PUNTI				36,25	

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.	MEDIPLAST S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			0	10	0
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			10	20	20
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			15	11,25	3,75
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			10	2,50	7,50
	1.6	Confezionamento	5			5	2,50	3,75
		TOTALE PUNTI				40	46,25	35

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 17: Prolunghe **non spiralate** sterili a bassa pressione **con rubinetto a tre vie** idonee all'uso in NPT, con lipidi e **anestesia**, diametro interno 3 mm circa, raccordo terminale luer lock. Lunghezza: cm 10 circa - cm 25 circa - **PVC FREE (almeno nel lume interno)**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.	DEFARMA S.p.A.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			15	15	0	15	===
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			20	15	20	15	===
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25	11,25	11,25	===
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	7,50	7,50	7,50	===
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0	===
	1.6	Confezionamento	5			5	3,75	5	3,75	===
		TOTALE PUNTI				58,75	52,50	43,75	52,50	ESCLUSA

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			15	0	7,50
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	20	15
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25	11,25
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	7,50	7,50
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0
	1.6	Confezionamento	5			3,75	5	3,75
		TOTALE PUNTI				52,50	43,75	45

LOTTO N. 18: Prolunghe **non spiralate** sterili a bassa pressione **con rubinetto a tre vie** idoneo all'utilizzo in NPT con lipidi, diametro interno 3 mm circa, raccordo terminale luer lock. Lunghezza: cm 25 circa - cm 50 circa - cm 100 circa

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ADRIA. MED. S.r.l.	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	BENEFIS S.r.l.	BIOLENA S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			3,75	15	15	15	0	15
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			10	15	15	15	15	15
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0	0	0
	1.6	Confezionamento	5			3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
		TOTALE PUNTI				36,25	52,50	52,50	52,50	37,50	52,50

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DEFARMA S.p.A.	HMC PREMEDICAL S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			3,75	15	0	ESCLUSA (*)
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	15	15	
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			7,50	11,25	11,25	
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	7,50	7,50	
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	
	1.6	Confezionamento	5			3,75	3,75	3,75	
		TOTALE PUNTI				37,50	52,50	37,50	

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 19: Linea di estensione a più vie sterile, a bassa pressione, per procedura infusionale, dotata di clamp di chiusura su ogni via, raccordi Luer Lock. Lunghezza totale 20 cm ca, diametro interno/esterno 2/4 mm ca: a) due vie - b) tre vie

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			0	10
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	15
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	7,50
	1.6	Confezionamento	5			3,75	3,75
		TOTALE PUNTI				37,50	47,50

LOTTO N. 20: Set tubolare sterile, monouso, per la misurazione della pressione venosa centrale. Fornito con aste graduate.

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	KNOW MEDICAL S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			15	15
	1.2	Semplicità d'uso	30			22,50	30
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione),	10			7,50	10
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	10
	1.5	Confezionamento	5			3,75	3,75
		TOTALE PUNTI				56,25	68,75

LOTTO N. 21: Raccordo LL M/M girevole - Raccordo LL F/F girevole

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	B.BRAUN MILANO S.p.A.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			25	25
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			10	10
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			35	35
		TOTALE PUNTI				70	70

LOTTO N. 22: Tappo luer lock con punto di iniezione

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BENEFIS S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Confezionamento, funzionalità, ergonomia	25			18,75	18,75	ESCLUSA (*)
	1.2	Caratteristiche del materiale (composizione)	10			7,50	7,50	
	1.3	Sicurezza, tenuta	35			26,25	26,25	
		TOTALE PUNTI				52,50	52,50	

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

LOTTO N. 23: Sistema di protezione flessibile adatto alla protezione di innesti M/F e dei coni dei cateteri venosi centrali - cm 7,5x7,5 ca. – cm 12x14 ca. - cm 17x 20 ca

Non sono pervenute offerte economiche

LOTTO N. 24: Unità filtranti non piatte per siringa con membrana 0,22 micron - Unità filtranti non piatte per siringa con membrana 0,45 micron Diametro delle trottole 33 mm ca. a basso legame specifico per le proteine

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	KNOW MEDICAL S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche tecniche	20			10	20
	1.2	Capacità filtrante	20			10	15
	1.3	Funzionalità e ergonomia	25			12,50	18,75
	1.5	Confezionamento	5			5	3,75
		TOTALE PUNTI				37,50	57,50

LOTTO N. 25: Filtro piatto idoneo all'anestesia regionale anche come forma e dimensioni, basso legame proteico e basso volume di riempimento, LL. - Dimensione dei pori 0,2 micron

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche tecniche	15			15	15
	1.2	Funzionalità e ergonomia	15			15	11,25
	1.3	Confort per il paziente	20			20	15
	1.4	Durata in ore del dispositivo	15			15	15
	1.5	Confezionamento	5			5	5
		TOTALE PUNTI				70	61,25

LOTTO N. 26: Filtro idoneo all'infusione, basso legame proteico e basso volume di riempimento, LL - Dimensione dei pori 1,2 micron

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	KNOW MEDICAL S.r.l.	MEDI.CA S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche tecniche	20			20	20
	1.2	Capacità filtrante	20			20	20
	1.3	Funzionalità e ergonomia	25			25	18,75
	1.4	Confezionamento	5			5	5
		TOTALE PUNTI				70	63,75

LOTTO N. 27: Perforatore per prelievi multipli con filtro 5 micron, sterile, per aspirazione da flacone multi dose

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	ARIES S.r.l.	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	CAIR ITALIA S.r.l.	CODAN s.r.l.	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			15	0	0	15	15
	1.2	Caratteristiche del perforatore	15			11,25	11,25	11,25	7,50	15
	1.3	Ergonomia	20			15	10	10	5	20
	1.4	Funzionalità	15			7,50	11,25	11,25	3,75	15
	1.5	Confezionamento	5			5	5	5	5	5
		TOTALE PUNTI				53,75	37,50	37,50	36,25	70

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MACROPHARM S.r.l.	MULTIMEDICAL S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			0	15
	1.2	Caratteristiche del perforatore	15			11,25	11,25
	1.3	Ergonomia	20			5	5
	1.4	Funzionalità	15			3,75	3,75
	1.5	Confezionamento	5			5	5
		TOTALE PUNTI				25 (*)	40

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

LOTTO N. 28: Trasferitore di soluzioni sterili in sistema chiuso costituito da doppio perforatore in materiale plastico

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.	KNOW MEDICAL S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MULTIMEDICAL S.r.l.
70	1.1	Caratteristiche del perforatore	25			6,25	25	18,75	18,75
	1.3	Ergonomia	20			5	20	10	10
	1.4	Funzionalità	20			5	20	15	10
	1.5	Confezionamento	5			5	5	5	5
		TOTALE PUNTI				21,25 (*)	70	48,75	43,75

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

LOTTO N. 29: Prolunghe ad alta pressione **non spiralate** sterili in materiale idoneo per iniezione di MDC con iniettore in interventistica, estremità luer-lock. - Lunghezza: 120-150 cm circa

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	AB MEDICA S.p.A.	B.BRAUN MILANO S.p.A.	BRACCO IMAGING ITALIA S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			===	20	20	20
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			===	5	5	20
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			===	7,50	3,75	11,25
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			===	2,50	10	10
	1.6	Confezionamento	5			===	2,50	5	5
		TOTALE PUNTI				ESCLUSA	37,50	43,75	66,25

LOTTO N. 30: Prolunghe **non spiralate** sterili a bassa pressione **con rubinetto a tre vie** idonee all'uso in NPT con lipidi e anestesia, diametro interno 3 mm circa, raccordo terminale luer lock. Lunghezza cm 10 circa. **-PVC FREE almeno nel lume interno** e comunque in materiale sufficientemente morbido ed **idoneo all'uso in TI Neonatale**

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BENEFIS S.r.l.	CAIR ITALIA S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.	MEDICA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			15	15	0	7,50
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	15	15	15
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			3,75	3,75	7,50	3,75
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	7,50	10	5
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0	0	0
	1.6	Confezionamento	5			5	5	5	5
		TOTALE PUNTI				46,25	46,25	37,50	36,25

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MEDIPLAST S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	15			11,25	0
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi e dei rubinetti alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			20	20
	1.3	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			15	15
	1.4	Ergonomia ed ingombro	10			10	10
	1.5	Attivatore dotato di scatto a 45°			5	0	0
	1.6	Confezionamento	5			5	5
		TOTALE PUNTI				61,25	50

LOTTO N. 31: Prolunghe a bassa pressione **spiralate** sterili in materiale idoneo per iniezione di MDC con iniettore in TC, estremità luer-lock.

Lunghezza: - 120-150 cm

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	MACROPHARM S.r.l.	MULTIME- DICAL S.r.l.	VYGON ITALIA S.r.l.
70	1.1	Durata in ore del dispositivo	20			0	0	0	0
	1.2	Sicurezza della tenuta dei raccordi alle pressioni e all'uso con lipidi e chemioterapici	20			15	15	20	15
	1.4	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione), caratteristiche della prolunga	15			11,25	11,25	15	3,75
	1.5	Ergonomia ed ingombro	10			7,50	7,50	10	2,50
	1.6	Confezionamento	5			3,75	3,75	5	1,25
		TOTALE PUNTI				37,50	37,50	50	22,50 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta VYGON ITALIA S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

LOTTO N. 32: Tubi sterili monouso di connessione in PVC o altro materiale idoneo. Misure: Diametro interno CH 18, lunghezza 3 m ca. con raccordo F/F/M - Diametro interno CH 25, lunghezza 4 m ca. con raccordo F/F - Diametro interno CH 25, lunghezza 3 m ca. con raccordo F/F/M - Diametro interno CH 30, lunghezza 3 m ca. con raccordo F/F/M

PUNTI MAX		SUB-CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BENEFIS S.r.l.	HMC PREMEDICAL S.p.A.	ID & CO S.r.l.	MACROPHARM S.r.l.
70	1.1	Sicurezza della tenuta dei raccordi e del vuoto	30			15	30	15	ESCLUSA (*)
	1.2	Caratteristiche del materiale (struttura, composizione, resistenza all'inginocchiamento e al collabimento)	35			17,50	35	17,50	
	1.3	Confezionamento	5			3,75	5	5	
		TOTALE PUNTI				36,25	70	37,50	

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi:

Lotto n. 1:

Ditta BENEFIS	punti 63,75
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 60
Ditta MEDIPLAST	punti 60
Ditta ARIES	punti 58,75
Ditta ADRIA.MED	punti 43,75
Ditta KNOW MEDICAL	punti 40
Ditta BIOLENA	punti 38,75
Ditta MEDI.CA	ESCLUSA (*)

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Lotto n. 2:

Ditta MERIT MEDICAL ITALY	punti 65
Ditta AB MEDICA	punti 47,50
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 47,50
Ditta KNOW MEDICAL	punti 47,50
Ditta MACROPHARM	punti 46,25
Ditta MEDI.CA	ESCLUSA (*)

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Lotto n. 3:

Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 47,50
-------------------------------	-------------

Lotto n. 4:

Ditta AB MEDICA	punti 70
Ditta MERIT MEDICAL ITALY	punti 35
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 25 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n. 5:

Ditta ARIES	punti 48,75
Ditta MEDI.CA	punti 17,50 (*)
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta MEDI.CA S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n. 6:

Ditta MEDI.CA	punti 55
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA
Ditta MEDIPLAST	ESCLUSA

Lotto n. 7:

Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 46,25
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA (*)

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Lotto n. 8:

Ditta BENEFIS	punti 63,75
Ditta ARIES	punti 61,25
Ditta VYGON ITALIA	punti 46,25
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA

Lotto n. 9:

Ditta BENEFIS	punti 70
Ditta MEDI.CA	punti 58,75
Ditta MEDIPLAST	punti 50
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA

Lotto n. 10:

Ditta KNOW MEDICAL	punti 70
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 61,25
Ditta BENEFIS	punti 61,25
Ditta MACROPHARM	punti 61,25
Ditta VYGON ITALIA	punti 61,25
Ditta ADRIA.MED	punti 35
Ditta FARMAC ZABBAN	punti 35
Ditta FRESENIUS KABI ITALIA	punti 35

Lotto n. 11:

Ditta BENEFIS	punti 70
Ditta MEDI.CA	punti 52,50
Ditta ARIES	punti 51,25
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 42,50
Ditta CAIR ITALIA	punti 42,50
Ditta ADRIA.MED	punti 41,25
Ditta DELTAMED	punti 38,75
Ditta VYGON ITALIA	punti 38,75
Ditta MULTIMEDICAL	punti 31,25 (*)
Ditta BIOLENA	punti 25 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, le ditte BIOLENA S.r.l. e MULTIMEDICAL S.r.l. risultano escluse dal prosieguo della gara, in quanto hanno offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n. 12:

Ditta MEDI.CA	punti 62,50
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA

Lotto n. 13:

Ditta MEDI.CA	punti 50,00
Ditta MEDIPLAST	ESCLUSA
Ditta HMC PREMEDICAL	ESCLUSA
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA

Lotto n. 14:

Ditta MEDI.CA	punti 70
Ditta ARIES	punti 65
Ditta BIOLENA	punti 50
Ditta ADRIA.MED	punti 45
Ditta BENEFIS	punti 43,75

Lotto n. 15:

Ditta ARIES	punti 66,25
Ditta CAIR ITALIA	punti 58,75
Ditta HMC PREMEDICAL	punti 57,50
Ditta BENEFIS	punti 56,25
Ditta ADRIA.MED	punti 45
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 45
Ditta BIOLENA	punti 45
Ditta DEFARMA	punti 45
Ditta MEDI.CA	punti 42,50
Ditta MACROPHARM	punti 30 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n. 16:

Ditta ARIES	punti 62,50
Ditta BENEFIS	punti 53,75
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 50
Ditta MEDI.CA	punti 46,25
Ditta CAIR ITALIA	punti 43,75
Ditta BIOLENA	punti 42,50
Ditta DEFARMA	punti 36,25
Ditta MACROPHARM	punti 40
Ditta MEDIPLAST	punti 35
Ditta ADRIA.MED	punti 35
Ditta HMC PREMEDICAL	ESCLUSA (*)

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Lotto n. 17:

Ditta ARIES	punti 58,75
Ditta BENEFIS	punti 52,50
Ditta CAIR ITALIA	punti 52,50
Ditta HMC PREMEDICAL	punti 52,50
Ditta MEDI.CA	punti 45
Ditta MACROPHARM	punti 43,75

Ditta BIOLENA	punti 43,75
Ditta DEFARMA	ESCLUSA

Lotto n. 18:

Ditta ARIES	punti 52,50
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 52,50
Ditta BENEFIS	punti 52,50
Ditta CAIR ITALIA	punti 52,50
Ditta HMC PREMEDICAL	punti 52,50
Ditta DEFARMA	punti 37,50
Ditta BIOLENA	punti 37,50
Ditta MACROPHARM	punti 37,50
Ditta ADRIA.MED	punti 36,25
Ditta MEDI.CA	ESCLUSA (*)

(*) Esclusa così come risulta dal I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Lotto n. 19:

Ditta MEDI.CA	punti 47,50
Ditta MACROPHARM	punti 37,50

Lotto n. 20:

Ditta KNOW MEDICAL	punti 68,75
Ditta ARIES	punti 56,25

Lotto n. 21:

Ditta ARIES	punti 70
Ditta B.BRAUN MILANO	punti 70

Lotto n. 22:

Ditta ARIES	punti 52,50
Ditta BENEFIS	punti 52,50
Ditta MACROPHARM	ESCLUSA (*)

(*) Esclusa così come risulta da I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Lotto n. 23:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 24:

Ditta KNOW MEDICAL	punti 57,50
Ditta ARIES	punti 37,50

Lotto n. 25:

Ditta KNOW MEDICAL	punti 70
Ditta MEDI.CA	punti 61,25

Lotto n. 26:

Ditta KNOW MEDICAL	punti 70
Ditta MEDI.CA	punti 63,75

Lotto n. 27:

Ditta FRESENIUS KABI ITALIA	punti 70
Ditta ARIES	punti 53,75
Ditta MULTIMEDICAL	punti 40
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 37,50
Ditta CAIR ITALIA	punti 37,50
Ditta CODAN	punti 36,25
Ditta MACROPHARM	punti 25 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta MACROPHARM S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n. 28:

Ditta KNOW MEDICAL	punti 70
Ditta MACROPHARM	punti 48,75
Ditta MULTIMEDICAL	punti 43,75
Ditta FRESENIUS KABI ITALIA	punti 21,25 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n. 29:

Ditta MACROPHARM	punti 66,25
Ditta BRACCO IMAGING ITALIA	punti 43,75
Ditta B.BRAUN MILANO	punti 37,50
Ditta AB MEDICA	ESCLUSA

Lotto n. 30:

Ditta MEDIPLAST	punti 61,25
Ditta VYGON ITALIA	punti 50
Ditta BENEFIS	punti 46,25
Ditta CAIR ITALIA	punti 46,25
Ditta MACROPHARM	punti 37,50
Ditta MEDI.CA	punti 36,25

Lotto n. 31:

Ditta MULTIMEDICAL	punti 50
Ditta MACROPHARM	punti 37,50
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA	punti 37,50
Ditta VYGON ITALIA	punti 22,50 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta VYGON ITALIA S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n. 32:

Ditta HMC PREMEDICAL

punti 70

Ditta ID & CO

punti 37,50

Ditta BENEFIS

punti 36,25

Ditta MACROPHARM

ESCLUSA (*)

(*) Esclusa così come risulta da I verbale della Commissione Giudicatrice del 07/01/2020.

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data sette gennaio duemilaventi, agli Organi preposti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dodici e minuti venticinque, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

Dr.ssa	Margherita	VIGLIONE	- Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Sig.ra	Silvia	CAVALLO	- Coordinatore Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare e Algologia - A.O. S.CROCE e CARLE di Cuneo	- COMPONENTE
Sig.ra	Sara	VINAI	- Coordinatore Gestionale Infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione - ASL CN1 – Presidio Ospedaliero Regina Montis Regalis Mondovì	- COMPONENTE
Sig.ra	Sandra	ANSELMA	- Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE