



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI PER EMOSTASI DI ACCESSI ARTERIOSI OCCORRENTE PER MESI 36 ALLA S.C. RADIOLOGIA, ALLA S.C. CARDIOLOGIA E ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO - GARA N. 7750661 – CIG VARI.

II° VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore dieci e quindici, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti in videoconferenza i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milledieci del ventiquattro luglio duemilaventi:

Dr.	Riccardo	DUTTO	-	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Dr.	Alberto	BALDERI	-	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dr.	Mauro	DE BENEDETTO FABRIZI	-	Dirigente Medico S.C. Cardiologia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dott.ssa	Monica	FICETTI	-	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, a seguito della verifica della documentazione tecnica e della campionatura presentata, procede all’analisi dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi di idoneità richiesti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione qualitativa nonché alla loro successiva trasformazione in punteggi, sulla base dei pesi attribuiti ai singoli sub-criteri stabiliti dall’art. 19 del Disciplinare di gara.

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente di seguito indicate:



LOTTO 1					VALORI MAX PUNTEGGI		DITTA CARDINAL HEALTH		DITTA MERIT MEDICAL		DITTA SEDA	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	T	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità del sistema	1.1	Potere emostatico	—	25	—	1,00	25	0,20	5	0,20	5
		1.2	Praticità d'uso	—	15	—	1,00	15	0,20	3	0,20	3
		1.3	Maneggevolezza	—	10	—	1,00	10	0,20	2	0,20	2
		1.4	Tempo immediato per confezionare nuovo accesso nella stessa sede	si / no	—	20	Si	20	Si	20	Si	20
		TOTALE						70		30 (*)		30 (**)

(*) La Ditta Merit Medical Italy Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Seda Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 2					VALORI MAX PUNTEGGI		DITTA SELEFAR	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	Q	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità del sistema	1.1	Potere emostatico	—	25	—	1,00	25
		1.2	Praticità d'uso	—	15	—	1,00	15
		1.3	Maneggevolezza	—	10	—	1,00	10
		1.4	Tempo necessario per confezionare nuovo accesso nella stessa sede	Max 90 giorni	—	20		20
		Totale						70



LOTTO 3						VALORI MAX PUNTEGGI		DITTA ABBOTT MEDICAL	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	T	VALUTAZIONE	PUNTI	
1	Qualità sistema	del	1.1	Potere emostatico	—	25	—	1,00	25
			1.2	Praticità d'uso	—	15	—	1,00	15
			1.3	Maneggevolezza	—	10	—	1,00	10
			1.4	Tempo immediato per confezionare nuovo accesso nella stessa sede	si / no	—	20	si	20

LOTTO 4						VALORI MAX PUNTEGGI		DITTA PRAESIDIA		DITTA SEDA	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	T	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	
1	Qualità del sistema	1.1	Potere emostatico	—	25	—	0,80	20	0,20	5	
		1.2	Praticità d'uso	—	15	—	0,80	12	0,80	12	
		1.3	Maneggevolezza	—	10	—	1,00	10	0,60	6	
		1.4	Tempo immediato per confezionare nuovo accesso nella stessa sede	si / no	—	20	Si	20	Si	20	
		Totale							62		43



LOTTO 5							VALORI MAX PUNTEGGI		DITTA ABBOTT MEDICAL	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	T	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità del sistema		1.1	Potere emostatico		—	25	—	1,00	25
			1.2	Praticità d'uso		—	15	—	1,00	15
			1.3	Maneggevolezza		—	10	—	1,00	10
			1.4	Tempo immediato per confezionare nuovo accesso nella stessa sede		si / no	—	20	si	20
			Totale							

LOTTO 6					VALORI MAX PUNTEGGI		DITTA AB MEDICA		DITTA ABBOTT MEDICAL		DITTA MEDIVAL		DITTA MERIT MEDICAL		DITTA SANITEX	
N°	CRITERI O DI VALUTAZ IONE	N.	SOTTOCRITERI O DI VALUTAZIONE	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	Q	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità del sistema	1.1	Posizionamento, gestione del DM	—	20	—	0,40	8	0,40	8	0,80	16	0,80	16	1,00	20
		1.2	Efficacia dell'emostasi senza complicazioni	—	20	—	0,40	8	0,40	8	1	20	0,80	16	1,00	20
		1.3	Trasparenza del sistema	—	10	—	0,40	4	0,50	4	1	10	0,60	6	1,00	10
		1.4	Confort del paziente	—	10	—	0,20	2	0,20	2	1	10	0,60	6	1,00	10
		1.5	Misure disponibili	Minimo n. 2 misure	—	10	1 mis.	0	1 mis.	0	3 mis.	5	2 mis.	0	4 mis.	10
Totale								22 (*)		22 (**)		61		44		70



(*) La Ditta AB Medica Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Abbott Medical Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

Essendo le ore undici e minuti quindici la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Dr.	Riccardo	DUTTO	-	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Dr.	Alberto	BALDERI	-	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dr.	Mauro	DE BENEDETTO FABRIZI	-	Dirigente Medico S.C. Cardiologia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dott.ssa	Monica	FICETTI	-	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE