



PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MICROSPIRALI PER EMBOLIZZAZIONI CEREBRALI OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.S.D. NEURORADIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 7744991 – CIG VARI.

II° VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre, alle ore dieci, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti in videoconferenza i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero novecentosessantasei del quattordici luglio duemilaventi:

Dr.ssa	Marianna	MONDINI	-	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Dr.	Giuseppe	ROMANO	-	Dirigente Medico S.S.D. Neuroradiologia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dr.	Davide	SORTINO	-	Dirigente Medico S.S.D. Neuroradiologia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE

Dott.ssa	Monica	FICETTI	-	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
----------	--------	---------	---	---	-------------------------------

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, a seguito della verifica della documentazione tecnica e della campionatura presentata, procede all’analisi dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi di idoneità richiesti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione qualitativa nonché alla loro successiva trasformazione in punteggi, sulla base dei pesi attribuiti ai singoli sub-criteri stabiliti dall’art. 19 del Disciplinare di gara.

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente di seguito indicate:



LOTTO 1			1		2		3	
			EUKON		INFORMED		MEDTRONIC	
<u>conformità ai requisiti minimi</u>								
Microspirali per embolizzazioni intracraniche a distacco controllato elettrolitico. Le spirali devono essere stretch resistant compatibili con i più comuni cateteri per embolizzazioni intracraniche ed avere configurazioni diverse							Distacco non elettrolitico (*)	
<i>Qualità dispositivo</i>	<i>punti MAX</i>		<i>Coeff.</i>	<i>Punt.</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Punt.</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Punt.</i>
Ampiezza gamma prodotti offerti. Tipologia spirali distinta per forma e/o morbidezza.	40	Maggiore gamma ($\geq a 2$) (#)	0,22	8,8	1	40	n.c.	
Efficacia del meccanismo di distacco	15	D	0,60	9	1,00	15	n.c.	
Facilità di spinta nel vaso	15	D	0,80	12	1,00	15	n.c.	
	70			29,8 (**)		70		

(#) Si riscontrano n. 4 tipologie per la ditta Eukon e n. 11 tipologie per la ditta Informed.

(*) La Ditta Metronic Italia Spa ha offerto un prodotto non conforme in quanto non a distacco controllato elettrolitico. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Eukon Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 2			1		2		3	
			IMPLEMED		JOHNSON & JOHNSON		MEDTRONIC	
<u>conformità ai requisiti minimi</u>								
Microspirali per embolizzazioni intracraniche a distacco controllato termomeccanico. Le spirali devono essere stretch resistant compatibili con i più comuni cateteri per embolizzazioni intracraniche ed avere configurazioni diverse								
<i>Qualità dispositivo</i>	<i>punti MAX</i>		<i>Coeff.</i>	<i>Punt.</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Punt.</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Punt.</i>
Ampiezza gamma prodotti offerti. Tipologia spirali distinta per forma e/o morbidezza.	40	Maggiore gamma ($\geq a 2$) (#)	1	40	1	40	0,6	24
Efficacia del meccanismo di distacco	15	D	0,80	12	1,00	15	0,80	12
Facilità di spinta nel vaso	15	D	0,60	9	1,00	15	0,60	9
	70			61		70		45

(#) Si riscontrato n. 7 tipologie per le ditte Implemed e Johnson & Johnson e n. 5 per la ditta Medtronic.



			1		2	
LOTTO 3			CROSSMED		MEDTRONIC	
<u>conformità ai requisiti minimi</u>						
Microspirali per embolizzazioni intracraniche ad alto riempimento e relativo microcatetere						
<u>Qualità dispositivo</u>	<u>punti MAX</u>		<u>Coeff.</u>	<u>Punt.</u>	<u>Coeff.</u>	<u>Punt.</u>
Ampiezza gamma prodotti offerti. Tipologia spirali distinta per forma e/o morbidezza.	35	Maggiore gamma ($\geq a$ 2) (#)	1	35	0,66	23,33
Efficacia del meccanismo di distacco	10	D	0,60	6	0,60	6
Facilità di spinta nel vaso	10	D	1,00	10	0,40	4
Flessibilità della parte distale catetere	5	D	1,00	5	0,20	1
Supporto prossimale catetere	5	T	1,00	5	0,00	0
Radiopacità catetere	5	T	1,00	5	0,00	0
	70			66		34,33 (*)

(#) Si riscontrano n. 5 tipologie per la ditta Crossmed e n. 4 tipologie per la ditta Medtronic.

(*) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

Essendo le ore undici e minuti quindici la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Dr.ssa	Marianna	MONDINI	-	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Dr.	Giuseppe	ROMANO	-	Dirigente Medico S.S.D. Neuroradiologia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dr.	Davide	SORTINO	-	Dirigente Medico S.S.D. Neuroradiologia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE

Dott.ssa	Monica	FICETTI	-	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
----------	--------	---------	---	--	----------------------------