



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MICROSPIRALI PER EMBOLIZZAZIONI CEREBRALI OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.S.D. NEURORADIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 7744991 – CIG VARI.

VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA TELEMATICA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti dieci, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti, per l’apertura telematica su piattaforma SINTEL delle offerte economiche pervenute in riferimento alla gara in oggetto e per la determinazione della graduatoria finale, i seguenti Sig.ri:

- Dott. Claudio CALVANO - Direttore f.f. SCI Acquisti Beni e Servizi
- Dott.ssa Monica FICETTI - Collaboratore Prof.le Amm.vo esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
- Sig.ra Carmela LULLO - Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

La Dott.ssa Monica Ficetti assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente all’apertura elettronica delle buste contenenti l’offerta economica, vengono inseriti nel sistema i punteggi relativi all’offerta tecnica attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale II del quattro novembre duemilaventi e di seguito riportati:

LOTTO 1			1		2		3	
			EUKON		INFORMED		MEDTRONIC	
<u>conformità ai requisiti minimi</u>								
Microspiralì per embolizzazioni intracraniche a distacco controllato elettrolitico. Le spirali devono essere stretch resistant compatibili con i più comuni cateteri per embolizzazioni intracraniche ed avere configurazioni diverse							Distacco non elettrolitico (*)	
<u>Qualità dispositivo</u>	<u>punti MAX</u>		<u>Coeff.</u>	<u>Punt.</u>	<u>Coeff.</u>	<u>Punt.</u>	<u>Coeff.</u>	<u>Punt.</u>
Ampiezza gamma prodotti offerti. Tipologia spirali distinta per forma e/o morbidezza.	40	Maggiore gamma ($\geq a 2$) (#)	0,22	8,8	1	40	n.c.	
Efficacia del meccanismo di distacco	15	D	0,60	9	1,00	15	n.c.	
Facilità di spinta nel vaso	15	D	0,80	12	1,00	15	n.c.	
	70			29,8 (**)		70		



(#) Si riscontrano n. 4 tipologie per la ditta Eukon e n. 11 tipologie per la ditta Informed.

(*) La Ditta Metronic Italia Spa ha offerto un prodotto non conforme in quanto non a distacco controllato elettrolitico. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Eukon Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 2			1		2		3	
			IMPLEMED		JOHNSON & JOHNSON		MEDTRONIC	
<u>conformità ai requisiti minimi</u>								
Microspirali per embolizzazioni intracraniche a distacco controllato termomeccanico. Le spirali devono essere stretch resistant compatibili con i più comuni cateteri per embolizzazioni intracraniche ed avere configurazioni diverse								
Qualità dispositivo	punti MAX		Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
Ampiezza gamma prodotti offerti. Tipologia spirali distinta per forma e/o morbidezza.	40	Maggiore gamma ($\geq a 2$) (#)	1	40	1	40	0,6	24
Efficacia del meccanismo di distacco	15	D	0,80	12	1,00	15	0,80	12
Facilità di spinta nel vaso	15	D	0,60	9	1,00	15	0,60	9
	70			61		70		45

(#) Si riscontrato n. 7 tipologie per le ditte Implemed e Johnson & Johnson e n. 5 per la ditta Medtronic.

LOTTO 3			1		2	
			CROSSMED		MEDTRONIC	
<u>conformità ai requisiti minimi</u>						
Microspirali per embolizzazioni intracraniche ad alto riempimento e relativo microcatetere						
Qualità dispositivo	punti MAX		Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
Ampiezza gamma prodotti offerti. Tipologia spirali distinta per forma e/o morbidezza.	35	Maggiore gamma ($\geq a 2$) (#)	1	35	0,66	23,33
Efficacia del meccanismo di distacco	10	D	0,60	6	0,60	6
Facilità di spinta nel vaso	10	D	1,00	10	0,40	4
Flessibilità della parte distale catetere	5	D	1,00	5	0,20	1
Supporto prossimale catetere	5	T	1,00	5	0,00	0
Radiopacità catetere	5	T	1,00	5	0,00	0
	70			66		34,33 (*)



(#) Si riscontrano n. 5 tipologie per la ditta Crossmed e n. 4 tipologie per la ditta Medtronic.

(*) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

Si procede quindi all’apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche per la determinazione del relativo punteggio prezzo come di seguito sinteticamente e riportato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

Lotto 1	Ditta INFORMED Importi/punteggio prezzo
Importo base d’asta	237.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	228.000,00
Ribasso percentuale dell’offerta economica	3,79
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Lotto 2	Ditta IMPEMED Importi/punteggio prezzo	Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICA Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo
Importo base d’asta	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	24.800,00	24.800,00	22.000,00
Ribasso percentuale dell’offerta economica	4,6154	4,6154	15,385
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	0,8866	0,8866	1,00
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	26,60	26,60	30,00



Lotto 3	Ditta CROSSMED Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta (esclusi gli oneri della sicurezza di € 550,00)	42.500,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	38.000,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	10,5882
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,1}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30,00

Sulla base di quanto sopra descritto, si procede pertanto a dare lettura del punteggio totale come sotto riportato:

Lotto 1	Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Ditta INFORMED Srl	70	30	100
Ditta EUKON Srl	Esclusa		
Ditta MEDTRONIC Spa	Esclusa		

Lotto 2	Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICA Spa	70	26,60	96,60
Ditta IMPEMED ITALIA Srl	61	26,60	87,60
Ditta MEDTRONIC Spa	45	30,00	75,00



Lotto 3		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
	Ditta CROSSMED Spa	66	30	96
	Ditta MEDTRONIC Spa	Esclusa		

Alle ore dieci e minuti quarantacinque la seduta viene chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Dott. Claudio CALVANO

Responsabile S.S. Acquisti beni e Presidi Ospedalieri

- Dott.ssa Monica FICETTI

Collaboratore Prof.le Amm.vo esperto S.C.I. Acquisti
Beni e Servizi

- Sig.ra Carmela LULLO

Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
