

**AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO**

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI  
ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI UNITÀ  
RESPIRATORIE MANUALI E SISTEMI DI VENTILAZIONE OCCORRENTI PER MESI  
VENTIQUATTRO – S.C. FARMACIA OSPEDALIERA – GARA N. 7617479 – CIG VARI.**

**I° VERBALE**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore undici e minuti quarantacinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera presso il Blocco Operatorio Ospedale S.Croce – sito al numero ventisei di Via Michele Coppino, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero trentasei del quattordici gennaio duemilaventi e così composta:

|               |                   |                 |   |                               |
|---------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| <b>Dr.</b>    | <b>Giuseppe</b>   | <b>COLETTA</b>  | - Dirigente Medico<br>Responsabile SSD<br>Organizzazione Sale Operatorie<br>Blocco Operatorio Polivalente     | - PRESIDENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Carla</b>      | <b>AVALLATO</b> | - Dirigente Medico di Anestesia<br>e Rianimazione – S.C.<br>Anestesia e Terapia Internsiva<br>Cardiovascolare | - COMPONENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Margherita</b> | <b>VIGLIONE</b> | - Dirigente Farmacista<br>S.C. Farmacia Ospedaliera   | - COMPONENTE                  |
| <b>Sig.ra</b> | <b>Sandra</b>     | <b>ANSELMA</b>  | - Collaboratore Amm.vo<br>S.C.I. Acquisti Beni e Servizi  | - SEGRETARIO<br>VERBALIZZANTE |

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta illustrando agli intervenuti che in ordine alla gara in argomento, richiesta d'offerta protocollò numero trentottomilaquarantacinque del tre dicembre duemiladiciannove (avviata utilizzando il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – RDO 2464473) sono pervenute numero quattro offerte da parte delle Ditte DEAS S.r.l., INTERSURGICAL S.p.A., MEDTRONIC ITALIA S.p.A. e TELEFLEX MEDICAL S.r.l.

Premesso quanto sopra, la Commissione esamina la richiesta d'offerta e prende atto dei seguenti criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione:

| <b>PARAMETRI DI VALUTAZIONE</b>      |                                      | <b>PUNTEGGIO MAX</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1                                    | Caratteristiche tecnico -qualitative | 70                   |
| 2                                    | Prezzo                               | 30                   |
| <b>Punteggio massimo complessivo</b> |                                      | <b>100</b>           |

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata successivamente alla verifica della documentazione, procederà alla valutazione tecnica tenendo conto dei seguenti elementi relativi al parametro **“Caratteristiche tecnico qualitative”**:

**Lotti n. 1, n. 2, n. 3, n. 6 e n. 7:**

|                     | <b>CRITERI</b>                                       | <b>PUNTI MAX</b> |
|---------------------|--|------------------|
| <b>1</b>            | Tubi con sistema di antiinginocchiamento             | <b>20</b>        |
| <b>2</b>            | Tenuta delle connessioni ove richiesto termo saldate | <b>20</b>        |
| <b>3</b>            | Tubi con superficie interna liscia                   | <b>10</b>        |
| <b>4</b>            | Qualità dei materiali offerti                        | <b>10</b>        |
| <b>5</b>            | Qualità del confezionamento                          | <b>5</b>         |
| <b>6</b>            | Sterilità del custom pack o set o circuiti           | <b>5</b>         |
| <b>TOTALE PUNTI</b> |  | <b>70</b>        |

**Lotti n. 4 e n. 5:**

|                     | <b>CRITERI</b>                         | <b>PUNTI MAX</b> |
|---------------------|--|------------------|
| <b>1</b>            | Qualità dei materiali                  | <b>25</b>        |
| <b>2</b>            | Tenuta delle connessioni ove richiesto | <b>25</b>        |
| <b>3</b>            | Qualità del confezionamento            | <b>20</b>        |
| <b>TOTALE PUNTI</b> |  | <b>70</b>        |

**Punteggio di sufficienza tecnica:**

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 35.

Si procederà all’apertura in seduta riservata online della Busta Economica, sulla piattaforma di negoziazione www. acquistinretepa.it, previo apposito avviso nella sezione Comunicazioni, e – sulla base delle risultanze - verranno attribuiti i punteggi relativi al parametro **“Prezzo”**.

Il punteggio 30 del parametro sarà assegnato ad ogni offerta con il criterio della proporzionalità inversa e, precisamente, mediante la seguente formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{- offerta con il valore più basso} = \text{punti } 30 \\
 & \text{- altre offerte punteggi così determinati: } \frac{\text{valore più basso} \times \text{punti } 30}{\text{valore offerta in esame}}
 \end{aligned}$$

**Per ogni lotto, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio più elevato, dando la possibilità a ciascun partecipante di consultare la ragione sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente nonché l’offerta economica complessiva formulata.**


AS  
D'Alessandro

Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice prende atto della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte offerenti, rinviando ad una successiva seduta l'esito della verifica della completezza e della conformità della stessa.

Successivamente la Commissione Giudicatrice stabilisce che la Dr.ssa Viglione trasmetta la campionatura, giacente presso il Punto Unico di ricevimento merce dell'Azienda Ospedaliera, alla Strutture interessate affinché si proceda alla fase di espletamento delle prove tecniche del materiale proposto dalle Ditte offerenti.

Essendo le ore dodici e minuti cinquanta la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, per concludere l'attività di valutazione, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto:

|               |                   |                 |   |                               |
|---------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| <b>Dr.</b>    | <b>Giuseppe</b>   | <b>COLETTA</b>  | - Dirigente Medico<br>Responsabile SSD Organizzazione<br>Sale Operatorie<br>Blocco Operatorio Polivalente<br><i>DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E<br/>DELLE AREE CRITICHE<br/>S.S. D'EMERGENZA - SALE BOP<br/>RESPONSABILE Dr. Giuseppe COLETTA</i> | - PRESIDENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Carla</b>      | <b>AVALLATO</b> | - Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione – S.C. Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare<br><i>Carola</i>  | - COMPONENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Margherita</b> | <b>VIGLIONE</b> | - Dirigente Farmacista<br>S.C. Farmacia Ospedaliera<br><i>Margherita Viglione</i>   | - COMPONENTE                  |
| <b>Sig.ra</b> | <b>Sandra</b>     | <b>ANSELMA</b>  | - Collaboratore Amm.vo<br>S.C.I. Acquisti Beni e Servizi<br><i>Sandra Anselmo</i>   | - SEGRETARIO<br>VERBALIZZANTE |



**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI UNITÀ RESPIRATORIE MANUALI E SISTEMI DI VENTILAZIONE OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO – S.C. FARMACIA OSPEDALIERA – GARA N. 7617479 – CIG VARI.**

**II° VERBALE**

Preliminarmente si rileva che, considerato lo stato di emergenza sanitaria nazionale connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull'intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus e in particolare l'art. 1 lett. s) del Dpcm 10 aprile 2020 che dispone la sospensione, tra l'altro, di tutte le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario fino al 3 maggio, è stato ritenuto necessario organizzare in modalità di videoconferenza la presente seduta finalizzata alla valutazione – da parte della seguente Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero trentasei del quattordici gennaio duemilaventi – delle offerte pervenute in riferimento alla gara citata in oggetto:

|               |                   |                 |  |                               |
|---------------|-------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| <b>Dr.</b>    | <b>Giuseppe</b>   | <b>COLETTA</b>  | - Dirigente Medico<br>Responsabile SSD<br>Organizzazione Sale Operatorie<br>Blocco Operatorio Polivalente    | - PRESIDENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Carla</b>      | <b>AVALLATO</b> | - Dirigente Medico di Anestesia<br>e Rianimazione – S.C.<br>Anestesia e Terapia Intensiva<br>Cardiovascolare | - COMPONENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Margherita</b> | <b>VIGLIONE</b> | - Dirigente Farmacista<br>S.C. Farmacia Ospedaliera  | - COMPONENTE                  |
| <b>Sig.ra</b> | <b>Sandra</b>     | <b>ANSELMA</b>  | - Collaboratore Amm.vo<br>S.C.I. Acquisti Beni e Servizi   | - SEGRETARIO<br>VERBALIZZANTE |

Si puntualizza infatti che la scelta di non posticipare la presente seduta è giustificata dalla necessità di concludere con celerità la procedura di gara nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti e non procrastinare ulteriormente i tempi tecnici di valutazione delle offerte.

Infine si precisa che la presente seduta si svolge, al fine di permettere alla Commissione Giudicatrice di operare collegialmente in modo virtuale, presso la saletta riunioni della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sita al numero diciannove/A di Corso Brunet – in cui è stato collocato un device con microfono e webcam integrata che permette l'utilizzo della piattaforma TIM Work, da cui, previa registrazione dell'utente, si accede al servizio di Web

CA  
AS  
Pavia

Conference (funzionalità con cui è possibile organizzare una video conferenza con più utenti attraverso l'accesso a una stanza virtuale temporanea).

Sulla base di quanto sopra, il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventi, alle ore quindici e minuti quindici, il Segretario Verbalizzante – presso la saletta riunioni della citata Struttura – accede all'applicazione TIM Work avviando la funzione della Web Conference e alle ore quindici e minuti trentadue tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice si collegano alla stanza virtuale utilizzando il link di accesso inviato precedentemente via mail.

Verificata la presenza “a distanza” di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, si procede con i lavori discutendo in merito ai punteggi da attribuire alle varie offerte tecniche delle ditte concorrenti in ordine al seguente criterio di valutazione:

- caratteristiche tecnico-qualitative .....punteggio max 70.

L'analisi condivise delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

| <b>LOTTO 1 – CIG n. 81244013CC</b>   |  | <b>Fabbisogno<br/>presunto</b> |
|--|--|--------------------------------|
| Circuiti per NIV per adulti in busta singola sterile: diam. 22 mm con raccordo Y per catetere mount staccabile, non termosaldato.<br>diam 22 M/15 F lungh. tubi 150 cm<br><u>Si precisa che saranno ammesse offerte riferite a dispositivi “non sterili”, tenendo peraltro conto che alle offerte dei prodotti sterili saranno attribuiti di default 5 punti corrispondenti al criterio qualitativo “Sterilità del custom pack o set o circuiti”</u> |  | <b>n. 800</b>                  |

|                     | <b>CRITERI</b>  | <b>PUNTI<br/>MAX</b> | <b>DEAS</b> | <b>INTER-<br/>SURGICAL</b> | <b>MEDTRONIC<br/>ITALIA</b> |
|---------------------|---|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                   | <b>Tubi con sistema di antiinginocchiamento</b>             | <b>20</b>            | 7           | 10                         | 20                          |
| 2                   | <b>Tenuta delle connessioni ove richiesto termo saldate</b> | <b>20</b>            | 12          | 12                         | 20                          |
| 3                   | <b>Tubi con superficie interna liscia</b>                   | <b>10</b>            | 7           | 6                          | 10                          |
| 4                   | <b>Qualità dei materiali offerti</b>                        | <b>10</b>            | 7           | 7                          | 10                          |
| 5                   | <b>Qualità del confezionamento</b>                          | <b>5</b>             | 4           | 4                          | 5                           |
| 6                   | <b>Sterilità del custom pack o set o circuiti</b>           | <b>5</b>             | 5           | 5                          | 5                           |
| <b>TOTALE PUNTI</b> |   | <b>70</b>            | <b>42</b>   | <b>44</b>                  | <b>70</b>                   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>LOTTO 2 – CIG n. 8125128BBA</b>   | Fabbisogno presunto |
| <p><b>Custom pack</b> pediatrico composto da:</p> <p>1 circuito a Y preassemblato con:</p> <p>1 branca inspiratoria lunghezza cm 150 (diametro int 15 mm),<br/>     1 branca espiratoria (diametro int 15 mm) lunghezza cm 150 con raccordo a Y termosaldato<br/>     1 tubo di lunghezza cm 100 con raccordo lato macchina e raccordo pallone da 500 ml</p> <p><u>Si precisa che saranno ammesse offerte riferite a dispositivi "non sterili", tenendo peraltro conto che alle offerte dei prodotti sterili saranno attribuiti di default 5 punti corrispondenti al criterio qualitativo "Sterilità del custom pack o set o circuiti"</u></p> | <b>n. 20</b>        |

|                     | <b>CRITERI</b>                                       | <b>PUNTI MAX</b> | <b>TELEFLEX MEDICAL</b> |
|---------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>1</b>            | Tubi con sistema di antiinginocchiamento             | <b>20</b>        | <b>15</b>               |
| <b>2</b>            | Tenuta delle connessioni ove richiesto termo saldate | <b>20</b>        | <b>15</b>               |
| <b>3</b>            | Tubi con superficie interna liscia                   | <b>10</b>        | <b>10</b>               |
| <b>4</b>            | Qualità dei materiali offerti                        | <b>10</b>        | <b>8</b>                |
| <b>5</b>            | Qualità del confezionamento                          | <b>5</b>         | <b>5</b>                |
| <b>6</b>            | Sterilità del custom pack o set o circuiti           | <b>5</b>         | <b>5</b>                |
| <b>TOTALE PUNTI</b> |  | <b>70</b>        | <b>58</b>               |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>LOTTO 3 – CIG n. 8125148C3B</b>   | Fabbisogno presunto |
| <p><b>Unità respiratoria manuale</b> in confezione singola sterile, preassemblata con valvola APL regolabile con raccordo di uscita retto 15 mm F/22 mm M al quale collegare eventuale catheter-mount o filtro o maschera facciale o tubo endotracheale, con pallone da litri 2, con occhiello per aggancio al ventilatore (diametro occhiello 15 mm ca ), composta da i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tubo di carico di cm 250 circa, raccordo 15 mm maschio e ulteriore raccordo 15 mm femmina adattabile ad attacco rapido tipo AGA per ossigeno di diametri 6 mm e 8 mm.</li> <li>2. tubo di scarico di cm 250 circa diametro 22 mm</li> <li>3. pallone da litri 2, da assemblare al sistema valvola APL con occhiello per aggancio al ventilatore (diametro occhiello 15 mm ca )</li> <li>4. raccordi di varia misura</li> </ol> <p><u>Si precisa che saranno ammesse offerte riferite a dispositivi "non sterili", tenendo peraltro conto che alle offerte dei prodotti sterili saranno attribuiti di default 5 punti corrispondenti al criterio qualitativo "Sterilità del custom pack o set o circuiti"</u></p> | <b>n. 4.000</b>     |

|                     | <b>CRITERI</b>                                       | <b>PUNTI MAX</b> | <b>DEAS</b> | <b>INTER-SURGICAL</b> | <b>MEDTRONIC ITALIA</b> |
|---------------------|--|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>            | Tubi con sistema di antiinginocchiamento             | <b>20</b>        | <b>7</b>    | <b>10</b>             | <b>20</b>               |
| <b>2</b>            | Tenuta delle connessioni ove richiesto termo saldate | <b>20</b>        | <b>7</b>    | <b>7</b>              | <b>20</b>               |
| <b>3</b>            | Tubi con superficie interna liscia                   | <b>10</b>        | <b>7</b>    | <b>6</b>              | <b>10</b>               |
| <b>4</b>            | Qualità dei materiali offerti                        | <b>10</b>        | <b>7</b>    | <b>7</b>              | <b>10</b>               |
| <b>5</b>            | Qualità del confezionamento                          | <b>5</b>         | <b>4</b>    | <b>4</b>              | <b>5</b>                |
| <b>6</b>            | Sterilità del custom pack o set o circuiti           | <b>5</b>         | <b>5</b>    | <b>5</b>              | <b>5</b>                |
| <b>TOTALE PUNTI</b> |  | <b>70</b>        | <b>37</b>   | <b>39</b>             | <b>70</b>               |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>LOTTO 4 – CIG n. 8125166B16</b>  | Fabbisogno presunto |
| <b>Pallone da litri 1, in confezione singola, monouso, non sterile con occhiello per attacco a sistema di prova per ventilatore tipo Siemens Test lung 190 o a gancio di sospensione del ventilatore (diametro occhiello mm 15 ca).</b> | <b>n. 300</b>       |
| <b>Pallone da litri 2 - caratteristiche tecniche:</b> come per i palloni da 1 l   | <b>n. 60</b>        |
| <b>Pallone da litri 0,5 - caratteristiche tecniche:</b> come per i palloni da 1 l   | <b>n. 60</b>        |

|                     | <b>CRITERI</b>                         | <b>PUNTI MAX</b> | <b>DEAS</b> |
|---------------------|--|------------------|-------------|
| <b>1</b>            | Qualità dei materiali                  | <b>25</b>        | <b>15</b>   |
| <b>2</b>            | Tenuta delle connessioni ove richiesto | <b>25</b>        | <b>16</b>   |
| <b>3</b>            | Qualità del confezionamento            | <b>20</b>        | <b>18</b>   |
| <b>TOTALE PUNTI</b> |  | <b>70</b>        | <b>49</b>   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>LOTTO 5 – CIG n. 81251730E0</b>   | Fabbisogno presunto |
| Pallone da litri 1, in confezione singola, monouso, non sterile senza occhiello per attacco a sistema di prova per ventilatore tipo Siemens Test lung 190 o a gancio di sospensione del ventilatore (diametro occhiello mm 15 ca). | n. 300              |
| Pallone da litri 2 - caratteristiche tecniche: come per i palloni da 1 l   | n. 60               |
| Pallone da litri 0,5 - caratteristiche tecniche: come per i palloni da 1 l   | n. 60               |

| CRITERI                                  | PUNTI MAX | INTERSURGICAL | MEDTRONIC ITALIA |
|--|-----------|---------------|------------------|
| 1 Qualità dei materiali                  | 25        | 18            | 25               |
| 2 Tenuta delle connessioni ove richiesto | 25        | 14            | 25               |
| 3 Qualità del confezionamento            | 20        | 18            | 20               |
| <b>TOTALE PUNTI</b>                      | <b>70</b> | <b>50</b>     | <b>70</b>        |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>LOTTO 6 – CIG n. 812518284B</b>  | Fabbisogno presunto |
| Custom pack composto da:<br>1 circuito di ventilazione meccanica per adulti costituito da:<br>• 1 branca inspiratoria lungh=300 cm<br>• 1 branca espiratoria lungh=300 cm<br>• 1 raccordo a Y termosaldato in PVC spiralato , liscio internamente (diam int 22 mm), raccordi lato macchina 22F, raccordi paziente 22mm/15F  | n. 4.000            |
| 1 tubo in PVC spiralato liscio internamente (diam int 22mm) raccordo lato macchina 22F con pallone da 21 e collegato all'estremità distale, lungh 100 cm circa<br><br>Si precisa che saranno ammesse offerte riferite a dispositivi "non sterili", tenendo peraltro conto che alle offerte dei prodotti sterili saranno attribuiti di default 5 punti corrispondenti al criterio qualitativo "Sterilità del custom pack o set o circuiti" |                     |

| CRITERI  | PUNTI MAX | DEAS      | INTER-SURGICAL |
|--|-----------|-----------|----------------|
| 1 Tubi con sistema di antiinginocchiamento             | 20        | 7         | 10             |
| 2 Tenuta delle connessioni ove richiesto termo saldate | 20        | 12        | 12             |
| 3 Tubi con superficie interna liscia                   | 10        | 7         | 6              |
| 4 Qualità dei materiali offerti                        | 10        | 7         | 7              |
| 5 Qualità del confezionamento                          | 5         | 4         | 4              |
| 6 Sterilità del custom pack o set o circuiti           | 5         | 5         | 5              |
| <b>TOTALE PUNTI</b>                                    | <b>70</b> | <b>42</b> | <b>44</b>      |



| LOTTO 7 – CIG n. 8125194234   | Fabbisogno presunto |
|---|---------------------|
| <p><b>Custom pack pediatrico composto da:</b><br/>     1 circuito a Y preassemblato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 branca inspiratoria lunghezza cm 300 (diametro int 15 mm),</li> <li>• 1 branca espiratoria (diametro int 15 mm) lunghezza cm 300 con raccordo a Y termosaldato</li> <li>• 1 tubo di lunghezza cm 100 con raccordo lato macchina e raccordo pallone da 500 ml</li> </ul> <p><u>Si precisa che saranno ammesse offerte riferite a dispositivi “non sterili”, tenendo peraltro conto che alle offerte dei prodotti sterili saranno attribuiti di default 5 punti corrispondenti al criterio qualitativo “Sterilità del custom pack o set o circuiti”</u></p> | <b>n. 20</b>        |

#### **Non sono pervenute offerte economiche**

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

##### **Lotto n. 1:**

Ditta MEDTRONIC ITALIA  
 Ditta INTERSURGICAL  
 Ditta DEAS

punti 70  
 punti 44  
 punti 42

##### **Lotto n. 2:**

Ditta TELEFLEX MEDICAL

punti 58

##### **Lotto n. 3:**

Ditta MEDTRONIC ITALIA  
 Ditta INTERSURGICAL  
 Ditta DEAS

punti 70  
 punti 39  
 punti 37

##### **Lotto n. 4:**

Ditta DEAS

punti 49

##### **Lotto n. 5:**

Ditta MEDTRONIC ITALIA  
 Ditta INTERSURGICAL

punti 70  
 punti 50

##### **Lotto n. 6:**

Ditta INTERSURGICAL  
 Ditta DEAS

punti 44  
 punti 42

##### **Lotto n. 7:**

**Non sono pervenute offerte economiche**

OK  
 11 AS  
 Dmgl

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore sedici e minuti trenta, si dichiara chiusa la seduta collegiale – effettuata in modalità di videoconferenza “a distanza” – e si concorda che il presente verbale venga trasmesso dal Segretario Verbalizzante, per l’approvazione formale di tutte le sue parti mediante sottoscrizione, a tutti i seguenti Componenti della Commissione Giudicatrice:

|               |                   |                 |   |                               |
|---------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| <b>Dr.</b>    | <b>Giuseppe</b>   | <b>COLETTA</b>  | - Dirigente Medico<br>Responsabile SSD Organizzazione<br>Sale Operatorie<br>Blocco Operatorio Polivalente<br><br>DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E<br>DELLE AREE CRITICHE<br>S.S.D. ORGANIZZAZIONE SALE ROP | - PRESIDENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Carla</b>      | <b>AVALLATO</b> | - Dirigente Medico di Anestesia e<br>Rianimazione – S.C. Anestesia e<br>Terapia Internsiva<br>Cardiovascolare<br><br><i>Carla</i>   | - COMPONENTE                  |
| <b>Dr.ssa</b> | <b>Margherita</b> | <b>VIGLIONE</b> | - Dirigente Farmacista<br>S.C. Farmacia Ospedaliera<br><br><i>Margherita Viglione</i>   | - COMPONENTE                  |
| <b>Sig.ra</b> | <b>Sandra</b>     | <b>ANSELMA</b>  | - Collaboratore Amm.vo<br>S.C.I. Acquisti Beni e Servizi<br><br><i>Sandra Anselma</i>   | - SEGRETARIO<br>VERBALIZZANTE |

