



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI BRACHITERAPIA COMPRENSIVA DEI RELATIVI APPLICATORI, CLAMPS E SORGENTI DI IRIDIO OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOTERAPIA

VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA TELEMATICA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di gennaio alle ore dieci, in Cuneo, presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti, per l'apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche pervenute in riferimento alla gara in oggetto e per la determinazione della graduatoria finale, i seguenti Sigg.ri:

Presidente Seggio di gara:

- Dott. Claudio CALVANO

- Direttore f.f. S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

Testimoni:

- Dott.ssa Paola GERBOTTO

- Coll. Amm.vo Prof. Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

- Sig.ra Barbara GASTALDI

- Assistente Amministrativo S.C. Acquisti Beni e Servizi

La Dott.ssa Paola Gerbotto, Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto S.C.I. Acquisti beni e servizi, assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipa il Sig. Sebastiano Arrigoni in qualità di Area Sales Manager della Elekta S.p.a.

Preliminarmente all'apertura telematica su piattaforma SINTEL delle buste contenenti le offerte economiche, si dichiara l'esclusione al prosieguo della gara della ditta Brumola così come risulta dal verbale II del venti settembre duemiladiciannove.

Viene quindi data lettura del punteggio relativo all'offerta tecnica della ditta Elekta, attribuito dalla commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale IV del quattro dicembre duemiladiciannove e come di seguito sinteticamente sotto riportato:



	Sottocriterio di valutazione	Punteggio massimo	Giudizio	Coeff. Discrez.	Punteggio
1	Modalità e canali utilizzabili in una stessa sessione di trattamento	2	Ottimo	1	2
2	Ergonomia nello spostamento dell'unità di trattamento e della facilità con cui si montano gli applicatori, con riferimento alla massa e al contenimento degli ingombri dell'unità stessa	3	Ottimo	1	3
3	Sistemi di sicurezza dell'unità di trattamento che dell'intera installazione (es. sistemi e modalità di recupero della sorgente, autonomia del sistema di alimentazione interno dell'unità di trattamento, funzionalità di rilevamento anomalie ed emissione allarmi	5	Ottimo	1	5
4	Sistemi di sicurezza per il trasferimento della sorgente e trasferimenti minimi garantiti	2	Ottimo	1	2
5	Accuratezza e precisione del posizionamento della sorgente intesa come step minimo di posizionamento della sorgente.	6	Ottimo	1	6
6	Software di gestione della consolle di trattamento, con particolare riferimento alle funzionalità di gestione degli allarmi	6	Ottimo	1	6
7	Funzionalità del software di piani di cura (algoritmi di calcolo, sistemi di fusione di immagini, ...)	9	Buono	0,6	5,4
8	N. 1 set per impiego di applicatore ginecologico (TC/RM), compatibile, per trattamenti endocavitari e interstiziali della cervice, endometrio, vagina e parametri; modello "ring" composto da: 3 diversi diametri (preferibilmente misure diametri nel range 20-22 mm, 24-26 mm e 28-30 mm); 4 lunghezze (preferibilmente di lunghezza nel range 28-32 mm, 38-42 mm, 48-52 mm e 58-62 mm); 2 differenti angolazioni del catetere intrauterino (preferibilmente nel range angolazione 13-17 gradi e 28-32 gradi);	6,75	-	-	6,75
9	N. 1 set per applicatori ginecologici modello ring TC/RM compatibile, per trattamenti endocavitari, endometrio, vagina e parametri, composto da: 2 diversi diametri (preferibilmente misure diametri nel range 20-22 mm, 24-26 mm) 3 lunghezze (preferibilmente di lunghezza nel range 18-22 mm, 38-42 mm e 48-52 mm) 2 differenti angolazioni del catetere intrauterino (preferibilmente nel range angolazione 13-17 gradi e 28-32 gradi).	5,25	-	-	5,25
10	N. 1 set per applicatori ginecologici, TC/RM compatibili per trattamenti endocavitari della cervice, endometrio e vagina; tipo "con ovoidi" composto da Set per tipo "con ovoidi" composto da: 3 diverse dimensioni (preferibilmente misure nel range 14-16 mm, 19-21 mm e 24-26 mm) 2 differenti angolazioni del catetere intrauterino (preferibilmente nel range angolazione 13-17 gradi e 28-32 gradi).	6	-	-	6



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

11	N 1 set per applicatore ginecologico, TC/RM compatibile, per trattamenti endocavitari dell'utero e della vagina, dotato di 6 canali : 4 differenti diametri (preferibilmente misure nel range 19-21 mm, 24-26 mm, 29-31 mm e 34-36 mm) e due lunghezze del catetere intrauterino (preferibilmente di lunghezza nel range di 38-42 mm e 58-62 mm.	3	-	-	3
12	N 1 set per applicatore ginecologico, TC/RM compatibile, per trattamenti endocavitari dell'utero e della vagina: 4 differenti diametri (preferibilmente misure nel range 19-21 mm, 24-26 mm, 29-31 mm e 34-36 mm) e due lunghezze del catetere intrauterino (preferibilmente di lunghezza nel range di 38-42 mm e 58-62 mm.	3	-	-	3
13	Caratteristiche servizio di assistenza tecnica con particolare riferimento a ubicazione del centro di assistenza tecnica post-vendita e tempi di percorrenza dalla sede al sito d'installazione dell'apparecchi o oggetto della presente gara; numero tecnici e fisici per assistenza tecnica dedicati alla tipologia di apparecchiatura oggetto della gara e aventi come base lavorativa la sede di assistenza tecnica di cui al punto precedente; servizio di help desk in lingua italiana per assistenza al fisico sanitario e al medico radioterapista e/o servizi di assistenza remota.	8	Più che buono	0,8	6,4
14	Referenze sull'installato (installazioni di apparecchiature dello stesso modello di quello proposto o di modelli analoghi nella regione Piemonte ed in Italia)	2	Ottimo	1	2
15	Compatibilità dei set di applicatori ad oggi in uso presso la Radioterapia: set per applicatori ginecologici modello ring per trattamenti endocavitari della cervice, endometrio e vagina set per applicatori ginecologici modello ovoidi per trattamenti endocavitari della cervice, endometrio e vagina (incluso il miniDeclos- o applicatori vaginali semicilindrici). set applicatore ginecologico, per trattamenti endocavitari dell'endometrio, tipo Rotte; set per applicatore ginecologico, per trattamenti endocavitari della vagina; set per applicatore ginecologico "shielded", per trattamenti endocavitari della vagina; clamp per immobilizzazione degli applicatori.	3	Più che buono	0,8	2,4
TOTALE PUNTEGGIO					64,20

Si procede quindi all'apertura telematica della busta contenente l'offerta economica dell'unica ditta Elekta, dando lettura delle quotazioni in esse riportate per la determinazione dell'importo del ribasso rispetto all'importo a base di gara e del relativo punteggio prezzo come di seguito sinteticamente e riportato e così come risulta nella piattaforma Sintel:



	Ditta Elekta
Importo base di gara	525.740,00
Importo offerta inserito su piattaforma Sintel	471.693,928
Ribasso percentuale dell'offerta economica	10,28%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})0,1$	1
Punteggio prezzo $C_e \times 30$	30

Sulla base di quanto sopra descritto, si procede pertanto a dare lettura alla sommatoria dei punteggi relativi al parametro qualità oltre che prezzo come sotto indicato:

	Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Ditta Elekta	64,20	30,00	94,20

Essendo le ore dieci e quaranta minuti la seduta viene chiusa.

Letto approvato e sottoscritto:

- Dott. Claudio CALVANO

- Direttore f.f. S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

- Dott.ssa Paola GERBOTTO

- Coll. Amm.vo Prof. Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

- Sig.ra Barbara GASTALDI

- Assistente Amministrativo S.C. Acquisti Beni e Servizi