

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI  
BRACHITERAPIA COMPRENSIVA DEI RELATIVI APPLICATORI, CLAMPS E  
SORGENTI DI IRIDIO OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOTERAPIA**

**II VERBALE**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di settembre, alle ore nove e quaranta minuti, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero ottocentosettantasette del tredici agosto duemiladiciannove per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

- Dr-	Francesco	LUCIO	- Dirigente Fisico dell'ASL CN2 in comando presso la S.C. Fisica Sanitaria	- PRESIDENTE
- Dr.ssa	Anna Maria	MERLOTTI	- Dirigente Medico S.C. Radioterapia	- COMPONENTE
- Ing.	Gian Nicola	RUGGIERO	- Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE
- Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La commissione, in seguito all'analisi delle offerte tecniche presentata dalla ditte concorrenti, evince quanto segue:

**1) la ditta Brumola** offre prodotti non rispondenti alle caratteristiche minime di fornitura specificate all'Art. 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e più specificatamente:

- al punto 5.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale si richiede "*N. 1 set per impiego di applicatore ginecologico, TC/RM compatibile, per trattamenti endocavitari e interstiziali della cervice, endometrio, vagina e parametri; tipo "ring" composto da: 3 diversi diametri, 4 lunghezze*".

La ditta offre set disponibile in 3 lunghezze, così come dichiarato nel documento "*Relazione tecnica comprovante le caratteristiche, modalità di funzionamento ecc.*" al punto 8), in luogo delle 4 lunghezze richieste.



- al punto 5.5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale si richiede *"N 1 applicatore flessibile, per trattamenti intracavitari endorettali, completo di accessori, dotato di almeno 6 cateteri"*

L'applicatore offerto, così come dichiarato nel documento *"Relazione tecnica comprovante le caratteristiche, modalità di funzionamento ecc.."* al punto 12), non risulta dotato della caratteristica di flessibilità e di almeno 6 cateteri.

La ditta Brumola viene pertanto **esclusa** dal prosieguo della procedura di gara.

- 2) la ditta **Elekta** offre prodotti non rispondenti alle caratteristiche minime di fornitura specificate all'Art. 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e più specificatamente:



- al punto 5.4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale si richiede *"N 1 set per applicatore ginecologico, TC/RM compatibile, per trattamenti endocavitari dell'utero e della vagina, dotato di 6 canali, con 4 diametri disponibili e almeno 2 lunghezze del catetere intrauterino, completo di accessori"*.

Il set offerto, così come dichiarato nel documento *"Relazione tecnica comprovante le caratteristiche minime essenziali richieste"* Pos. 5.4, risulta essere disponibile in 3 diametri in luogo dei 4 diametri richiesti.

La ditta Elekta viene pertanto **esclusa** dal prosieguo della procedura di gara.


Essendo le ore dieci la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.


Letto, approvato e sottoscritto:

- Dr-	Francesco	LUCIO	- Dirigente Fisico dell'ASL CN2 in comando presso la S.C. Fisica Sanitaria	- PRESIDENTE 
- Dr.ssa	Anna Maria	MERLOTTI	- Dirigente Medico S.C. Radioterapia	- COMPONENTE 



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

- Ing.	Gian Nicola	RUGGIERO	- Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE 
--------	-------------	----------	---	---

- Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
------------	-------	----------	---	--



