



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI
BRACHITERAPIA COMPRENSIVA DEI RELATIVI APPLICATORI, CLAMPS E
SORGENTI DI IRIDIO OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOTERAPIA**

III VERBALE

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di ottobre, alle ore nove, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Radioterapia, sito al numero ventisei di Via Michele Coppino, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero ottocentosettantasette del tredici agosto duemiladiciannove per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

- Dr-	Francesco	LUCIO	- Dirigente Fisico dell'ASL CN2 in comando presso la S.C. Fisica Sanitaria	- PRESIDENTE
- Dr.ssa	Anna Maria	MERLOTTI	- Dirigente Medico S.C. Radioterapia	- COMPONENTE
- Ing.	Gian Nicola	RUGGIERO	- Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE


- Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
------------	-------	----------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

La Commissione prende atto della richiesta di riammissione alla procedura di gara (lettera Prot.n. 131/19 del 26.09.2019) ricevuta dalla ditta Elekta in seguito all'esclusione notificata alla medesima con lettera Prot. 30339 del 25.09.2019.

Si procede quindi al riesame della documentazione contenuta nell'offerta tecnica della ditta Elekta, nella quale la stessa ha indicato essere contenuti gli elementi comprovanti la presenza del quarto diametro del set applicatore ginecologico TC/RM compatibile, per trattamenti endocavitari dell'utero e della vagina, così come richiesto all'Art. 2 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, punto 5.4, e così come specificatamente riportato nelle schede tecniche dell'offerta (Catalogo applicatori).




Sulla base degli elementi emersi, la Commissione ritiene che la ditta Elekta sia riammessa alla procedura di gara per la presenza degli elementi di minima rilevati nella documentazione tecnica.


Essendo le ore dieci e trenta minuti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Letto, approvato e sottoscritto:

- Dr-	Francesco	LUCIO	- Dirigente Fisico dell'ASL CN2 in comando presso la S.C. Fisica Sanitaria	- PRESIDENTE 
- Dr.ssa	Anna Maria	MERLOTTI	- Dirigente Medico S.C. Radioterapia	- COMPONENTE 
- Ing.	Gian Nicola	RUGGIERO	- Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE 

- Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	-SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
------------	-------	----------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------