



**PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 CELLA
FRIGORIFERA – S.C.I. LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E
MICROBIOLOGIA (N. GARA 8107431 - N. CIG 87002709EC).**

VERBALE

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di maggio alle ore undici e minuti quarantacinque, considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull'intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione dell'offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero seicentoquarantuno del tre maggio duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

Dr.	Gianmatteo	MICCA	- Dirigente Medico S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia	- PRESIDENTE
Dott.	Claudio	GARRO	- Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Tecnico Sanitario S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia	- COMPONENTE
Ing.	Gian Nicola	RUGGIERO	- Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE

La Sig.ra Ornella Malabocchia – Assistente Amm.vo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dr.ssa Paola Gerbotto, assente giustificata.

La Commissione Giudicatrice procede pertanto con la valutazione dell'unica offerta pervenuta, della Ditta FRIGORBOX INTERNATIONAL s.r.l. di Scandiano (RE).


Preliminarmente la Commissione Giudicatrice verifica la rispondenza dell'offerta della Ditta sopra citata rispetto ai requisiti obbligatori previsti dalla disciplina di gara e al riguardo rileva quanto segue:

1 - Struttura e caratteristiche della cella (1.1-1.18)

Tutte le specifiche richieste sono soddisfatte

2 - Impianto Frigogeno (2.1-2.7)

Tutte le specifiche richieste sono soddisfatte



3 - Armadio congelatore interno (3.1-3.6)
Tutte le specifiche richieste sono soddisfatte

4 - Quadri e sistemi di controllo (4.1-4.4)
Tutte le specifiche richieste sono soddisfatte

Si rileva inoltre che la ditta FRIGORBOX INTERNATIONAL s.r.l. ha confermato l'impegno ad assicurare la sanificazione, lo smantellamento e lo smaltimento della cella attualmente nelle disponibilità dell'Azienda Ospedaliera.

Sulla base di quanto sopra la Commissione Giudicatrice, completata la verifica della rispondenza ai requisiti obbligatori, dichiara il progetto offerto conforme e rispondente alle specifiche tecniche obbligatorie.

Successivamente la Commissione Giudicatrice prosegue con la valutazione dell'offerta della Ditta sopra citata, al fine di addivenire all'attribuzione dei punteggi in ordine al criterio **“Caratteristiche tecnico-qualitative”** - massimo 70 punti - secondo quanto previsto dall'articolo quattro del Disciplinare di Gara.

Al riguardo rileva quanto segue:

- Modalità di isolamento della cella e del congelatore interno, materiali, pareti, porte
Discrezionale Punti 20

L'analisi della documentazione tecnica conferma un elevato standard qualitativo relativamente alla struttura dei pannelli componibili, alla tipologia di guarnizioni utilizzate ed alla modalità di sigillatura. La porta è dotata di visiva e provvista di maniglia esterna ed interna antipanico.

Il congelatore interno è provvisto di ante a vetro certificate per basse temperature.

Valutazione ottima - Punti assegnati 20

- Caratteristiche e funzionalità quadro di controllo
Discrezionale Punti 15

I quadri di controllo sono doppi essendo la cella fornita di due impianti frigogeni indipendenti in grado di funzionare in modo alternato o contemporaneo.

Lo stesso vale per i congelatori -30°C, forniti anch'essi di due impianti frigogeni indipendenti in grado di funzionare in modo alternato o contemporaneo.

Sono previsti allarmi visivi e sonori con remotizzazione degli stessi.

Valutazione ottima - Punti assegnati 15

- Dotazioni di sicurezza per evitare l'intrappolamento dell'Operatore
Discrezionale Punti 10



La cella frigorifera è dotata di 3 diversi sistemi di sicurezza tali da rendere impossibile l'intrappolamento dell'Operatore.

- Luce di sicurezza autoalimentata che in caso di black-out energetico guida l'Operatore alla porta.
- Maniglia interna di apertura antipanico fluorescente funzionante anche in caso di chiusura a chiave della porta da parte di un Operatore esterno.
- Allarme audiovisivo "uomo in cella" con pulsante a fungo interno e allarme esterno luminoso e sonoro.

Valutazione ottima - Punti assegnati 10

- Caratteristiche dell'impianto frigogeno
Discrezionale Punti 15

Cella frigorifera e congelatore -30°C sono dotati di doppi impianti frigogeni indipendenti, di doppi evaporatori in cella e in congelatore, di doppi quadri di comando indipendenti.

Viene assicurata la continuità operativa in caso di avaria su uno dei circuiti degli impianti frigoriferi.

Valutazione ottima - Punti assegnati 15

- Tempi di installazione
Quantitativo Punti 10

I tempi di installazione dalla stipula del contratto sono fissati in 20 giorni per l'avvio dei lavori, la cui durata è stimata in 12 giorni lavorativi inclusi i tempi di smantellamento della vecchia cella.

In assenza di altri Concorrenti l'attribuzione del punteggio quantitativo comporta l'assegnazione del massimo Punti 10

Pertanto relativamente all'offerta della Ditta FRIGORBOX INTERNATIONAL s.r.l. e alle valutazioni espresse in merito al criterio "**Caratteristiche tecnico-qualitative**", si determina il seguente riepilogo:



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it
Sito web: http://www.ospedale.cuneo.it

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

N°	Caratteristiche oggetto di valutazione	Punteggio massimo	Criterio di assegnazione	Punteggio assegnato
1	Modalità di isolamento della cella e del congelatore interno, materiali, pareti, porte	20	Vengono comparati i diversi materiali utilizzati, le modalità di chiusura delle porte, le caratteristiche delle porte	20
2	Caratteristiche e funzionalità quadro di controllo	15	Vengono comparate le caratteristiche e le funzionalità del quadro di controllo, es. dimensioni e visibilità del display, grandezze visualizzate, azioni possibili (es. sbrinamento), sicurezza, ecc. sotto ogni aspetto	15
3	Dotazioni di sicurezza per evitare l'intrappolamento dell'operatore	10	Vengono comparate le dotazioni sicurezza, di qualunque tipo, previste per evitare l'intrappolamento dell'operatore	10
4	Caratteristiche dell'impianto frigogeno	15	Vengono comparate le modalità di funzionamento dell'impianto frigogeno, con particolare riferimento ed attenzione alla garanzia di continuità di servizio	15
5	Tempi di installazione <i>Punti offerta i =</i> <i>15 x tempo installazione minore</i> <i>tempo installaz. offerta i in esame</i>	10	Tempo di installazione, che dovrà essere espresso in giornate lavorative, dal momento della consegna dei locali, compreso lo smantellamento della cella esistente, fino alla consegna della cella collaudata perfettamente fruibile e funzionante. Quindici punti al tempo minore, punti in proporzione ai tempi maggiori	10
Totali		70		70



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it
Sito web: http://www.ospedale.cuneo.it

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta.

Essendo le ore dodici, il presente verbale viene letto e approvato in tutte le sue parti.

Dr.	Gianmatteo	MICCA	- Dirigente Medico S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia	- PRESIDENTE
Dott.	Claudio	GARRO	- Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Tecnico Sanitario S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia	- COMPONENTE
Ing.	Gian Nicola	RUGGIERO	- Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE
Sig.ra	Ornella	MALABOCCHIA	- Assistente Amministrativo – S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE