



## ***CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE***

**FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON IMPIEGO IN ERCP OCCORRENTI PER MESI VENTQUATTRO – S.C. GASTROENTEROLOGIA- S.S. ENDOCOPIA DIGESTIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO.**

**GARA N. 8193657  
CIG VARI**

***Struttura Complessa Interaziendale ACQUISTI BENI E SERVIZI***

*Corso Carlo Brunet, 19/A*

*12100 Cuneo*

***PEC: [aso.cuneo@cert.legalmail.it](mailto:aso.cuneo@cert.legalmail.it)***



Art.1	PREMESSE.....	3
Art.2	DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
Art.3	CONFEZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI.....	9
Art.4	ORDINATIVI E CONSEGNE DEI DISPOSITIVI MEDICI.....	9
Art.5	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
Art.6	INNOVAZIONI TECNOLOGICHE.....	10
Art.7	ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA.....	10
Art.8	AVVISI DI SICUREZZA.....	11
Art.9	INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	11
Art.10	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
Art.11	DIRITTO DI RECESSO.....	12
Art.12	GARANZIA DEFINITIVA.....	12
Art.13	FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO.....	13
Art.14	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
Art.15	MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	13
Art.16	SPESE.....	13
Art.17	INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI.....	13
Art.18	FORO DI COMPETENZA.....	14
Art.19	RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....	14



## **Art.1 PREMESSE**

Il presente capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in n. 36 lotti, di dispositivi medici per endoscopia digestiva con impiego in ERCP occorrenti per mesi ventiquattro alla S.C. Gastroenterologia – S.S. Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

## **Art.2 DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA**

I prodotti devono essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per i Dispositivi Medici.

I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all’atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE ai sensi dei regolamenti europei sui dispositivi medici MDR 745/2017 o del D. Lgs. n° 46 del 24/02/1997 in attuazione della Direttiva 93/42 e successive modifiche ed integrazioni.

**La descrizione dei singoli lotti e dei quantitativi presunti biennali sono di seguito specificati:**

### **GRUPPO A**

#### **Cateteri per ERCP profilo distale regolare e flessibile per facile inserimento**

##### **Lotto n. 1**

n. 200 Catetere per ERCP monouso varie configurazioni: con punta standard, con punta metallica, con rastrematura lunga, rastrematura progressiva (5-4-3), compatibile con filo guida da 0,018 i a 0,035 i

##### **Lotto n. 2**

n. 40 Cannula per ERCP monouso con punta rastremata 4 Fr, angolabile dal manico nelle due direzioni di 85° up e di 20° down per l’incannulamento selettivo, compatibile con filo guida da 0,035" e canale 3.2 mm

##### **Lotto n. 3**

n. 20 Catetere guida monouso, da 5 e 6 Fr, filoguidato, marker radiopaco e connettore Luer Lock.

##### **Lotto n. 4**

n. 100 Catetere monouso, per dilatazione meccanica biliare, da 5 a 12 Fr, filoguidato, repere radiologico



## **GRUPPO B**

### **Papillotomi e accessori per papillosfinterotomia modulazione controllata della tensione del filo di taglio**

#### **Lotto n. 5**

n. 60 sfinterotomo a doppio e triplo lume, con lunghezza del filo di taglio da 20 e 25 e 30 mm, disponibile mono e plurifilamento, per filo guida da 0.035 i, con punta arrotondata atraumatica

#### **Lotto n. 6**

n. 40 sfinterotomo a doppio e triplo lume, con lunghezza del filo di taglio compreso da 20 a 30 mm, disponibile mono e plurifilamento, per filo guida da 0.035 i, con punta arrotondata atraumatica e precurvata.

#### **Lotto n. 7**

n. 400 sfinterotomo con filo di taglio di 20-25 mm, monofilamento, con parziale rivestimento isolante del filo di taglio esposto nella sua parte prossimale, per sfinterotomia in situazioni anatomicamente difficili (es. in diverticolo) per filo guida da 0.035 i

#### **Lotto n. 8**

n. 60 sfinterotomo bilume con punta arrotondata, atraumatica, con possibilità di iniezione di mezzo di contrasto senza rimuovere filo guida, con diametro del catetere da 5,5 a 6,5 Fr con filo di taglio 25 mm., per filo guida da 0.021 i a 0.035 i

#### **Lotto n. 9**

n. 40

a) sfinterotomo con punta ultra rastremata, con diametro distale di 4- 5 Fr compatibile con filo guida da diametro massimo 0.021 i

b) filo guida semidrofilo 0.021 i, punta dritta, lunghezza non inferiore a 4.000 mm.

#### **Lotto n. 10**

n. 40 sfinterotomo triplo lume per precut ad ago con punta precurvata, radiopaca, compatibile con filo guida da 0.035 i

#### **Lotto n. 11**

n. 10 sfinterotomo bilume per uso in paziente gastroresecatato tipo Billroth II

#### **Lotto n.12**

n. 3 cistotomo tipo Cremer con doppio catetere elettricamente attivo, diametro da 6 a 10 fr



## **GRUPPO C**

### **Accessori per estrazione calcoli**

### **Palloncini per estrazione calcoli**

#### **Lotto n. 13**

- n. 100 Pallone per estrazione calcoli a triplo lume, per guida 0.035i con diametro del fusto 7 Fr rastremato a 5 Fr, possibilità di insufflazione a diametri diversi tra 8.5/15 mm. con un'unica siringa, con reperi radiopachi, iniezione di mezzo di contrasto sopra al pallone e punta rastremata.

#### **Lotto n. 14**

- n. 50 Minipalloncini per estrazione di calcoli pancreatici con fusto da 5 Fr e pallone insufflato di 9 mm latex free

### **Cestello per recupero corpi estranei**

#### **Lotto n. 15**

- n. 50 cestello per recupero corpi estranei (tipo dormia), sterile monouso, rotante, a sei fili. Adatto per il recupero di capsule endoscopiche, corpi estranei e tessuto escisso; lunghezza catetere 270 cm circa, canale operativo compatibile almeno 2,8 mm.

#### **Lotto n. 16**

- n. 50 Cestello sterile monouso di varie misure, compatibile con litotritore di emergenza extra-canale. Connessione luer-lock per l'instillazione del mezzo di contrasto. Lunghezza operativa 1900 mm, canale operativo compatibile 2,8/3,2 mm, filo guida compatibile 0,035".

### **Sistema da litotrissia meccanica**

monouso, sterile, premontato, cestello e guaina preassemblati, rotante, basket a 4 fili, ampiezza basket 26 mm e 30 mm circa, filoguidato e non, radiopaco, manico da litotrissia dedicato, compatibile con litotritore di emergenza.

#### **Lotto n. 17**

##### **Voce a)**

- n. 20 Cestello e guaina preassemblati per un veloce e facile impiego. Basket in diverse misure. Rotante, con punta filoguidata e/o metallica ogivale standard, raccordo per iniezione mezzo di contrasto. Sterile monouso



**voce b)**

n.2 Manico per litotrittori meccanici monouso - Dotato di speciale comando di rotazione del cestello, facile connessione con guaina cestello, meccanismo di arresto che impedisce la perdita di trazione sul calcolo. Pluriuso autoclavabile

**Sistema per litotrissia di emergenza extracanalare per litotrissia x cestello impattato sul calcolo.**

**Lotto n. 18**

cavo litotritore e manovella

**Voce a) n. 12** guaina metallica spiralata extraendoscopica

**Voce b) n. 12** guaina metallica spiralata intraendoscopica

**Voce c) n. 2** manico

**Lotto n. 19**

n. 20 Cestello litotritore, filoguidato, per facile accesso in via biliare, compatibile con guida da 0.0035 i; disponibile in varie aperture, con possibilità di iniezione di mezzo di contrasto con la guida in sede, compatibile con sistema Alliance™ II Inflation Handle. Sterile monouso

**GRUPPO D**

**Fili guida**

**Lotto n. 20**

n. 400 Filo guida parzialmente idrofilo in nitinol da 0,025 i a 0,035, di lunghezza 260 e 450 cm, con punta idrofila superiore a 5 cm, con possibilità nell'avanzamento di formazione di loop e disegnata per accessi e anatomie difficili. Punta diritta e angolata ad alta visibilità fluoroscopica.

**Lotto n. 21**

n. 200 Filo guida parzialmente idrofilo da 0,025 i a 0,035, di lunghezza 260 e 450 cm, Spiralata Punta diritta ed angolata ad alta visibilità fluoroscopica.

**Lotto n. 22**

n. 200 Filo guida da 0,018 i, con punta atraumatica diritta, ad alta visibilità fluoroscopica



**Lotto n.23**

- n. 200 Filo guida semidrofila con doppia punta idrofila (da 5 e 10 cm) da 0,035i, di lunghezza 260 e 450 cm. Punta diritta e angolata ad alta visibilità fluoroscopica

**Fili guida totalmente idrofili**

**Lotto n. 24**

- n. 400 filo guida totalmente idrofilo 0,025 i e 0,035 i punta diritta e punta angolata di lunghezza non inferiore a 260 cm.

**GRUPPO E  
DISPOSITIVI VARI**

**Lotto n. 25**

- n. 150 Spazzolino monouso, filoguidato, per citologia biliare, punta atraumatica, di diametro della guaina non superiore a 3 mm.

**Lotto n. 26**

- n. 700 Valvola bloccaguida per endoscopi Olympus in grado di bloccare contemporaneamente almeno due fili guida, compatibile almeno con fili guida da 0.025 e 0.035i

**GRUPPO F**

**Dispositivi a doppia piattaforma (sistema guida corta/lunga)**

**Lotto n.27**

- n. 60 Catetere per ERCP monouso, filoguidato, doppio lume, varie configurazioni: con punta standard, con punta a sfera, con punta rastremata, doppio lume, compatibilità con sistema a scambio rapido

**Lotto n. 28**

- n. 400 Pallone filoguidato da estrazione calcoli, triplo lume, con possibilità di almeno due distinti diametri di gonfiaggio (con misure comprese almeno fra 8.5 e 18 mm), reperi radiopachi, gonfiaggio con un'unica siringa, compatibilità con sistema a scambio rapido.



**Lotto n. 29**

n. 60 Sfinterotomo monouso, triplo lume, con lunghezza del filo di taglio comprese fra 20 e 30 mm, punta rastremata, compatibilità con sistema a scambio rapido.

**Lotto n. 30**

n. 90 Pallone filoguidato da dilatazione biliare, calibri da 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, lunghezza del pallone 4 cm, reperi radiopachi, compatibilità con sistema a scambio rapido.

**Lotto n. 31**

n.30 Pallone filoguidato da dilatazione biliare progressiva, doppio lume, canale di gonfiaggio del palloncino munito di rubinetto, calibri da 6 mm a 20 mm, lunghezza del pallone da 3 a 5.5 cm, reperi radiopachi, compatibilità con sistema a scambio rapido.

**GRUPPO G**

***ACCESSORI PER ECOENDOSCOPIA***

**Lotto n. 32**

n. 70 ago per FNB: monouso, ago a singola punta (tipo Menghini) per prelievi istologici in posizioni difficili o con necessità di elevata torsione dello strumento, flessibilità dell'ago e della guaina, pattern ecogenico, ottima visibilità dell'ago, prevedibilità della traiettoria, da 19G, 22 G, 25 G.

**Lotto n. 33**

n. 10 Sistema di posizionamento di "fiducial" (marcatore fiduciale) monouso, con ago pre-caricato (almeno 4 fiducial pre-caricati), impugnatura a rilascio facilitato, guaina flessibile per facile accesso anche in posizioni difficili, disponibile almeno nel diametro da 22 G

**Lotto n. 34**

n. 10 Sistema di posizionamento di "fiducial" (marcatore fiduciale) monouso, con ago pre-caricato (almeno 2 fiducial pre-caricati), impugnatura a rilascio facilitato, guaina flessibile per facile accesso anche in posizioni difficili, disponibile almeno nel diametro da 22 G e 19 G

**Lotto n. 35**

n. 10 Catetere da radiofrequenza per ablazione tissutale utilizzabile nelle patologie benigne o maligne pancreatiche o biliari. Filo guidato, diametro 7 fr. Compatibile con elettrobisturi ERBE vio 3 e ICC200 in dotazione alla S.S. Endoscopia Digestiva.



**Lotto n. 36**

n. 10 Pinza di Moray per campionatura di tessuto in corso di eco endoscopia , compatibile con ago da FNA da 19 gauge.

I quantitativi sopra indicati per ciascun lotto sono presunti per ventiquattro mesi e pertanto non vincolano l'Azienda Ospedaliera. Pertanto, qualora nel corso del periodo contrattuale si rendano necessarie quantità superiori o inferiori, la Ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta o richiedere la modifica delle condizioni contrattuali pattuite.

**Art.3 CONFEZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI**

I prodotti devono essere in confezione singola sigillata, di ingombro contenuto, agevolmente apribile.

Sulla confezione devono essere riportate in lingua italiana tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

In particolare, sulla confezione e sull'imballaggio più esterno, devono apparire immediatamente decifrabili:

- la descrizione preferibilmente in lingua italiana e le misure del prodotto;
- i dati relativi alla quantità e al n° di lotto;
- la data di preparazione e scadenza, espressa in mese/anno;
- per i prodotti sterili monouso la dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo e il tipo di sterilizzazione;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità o il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso. I prodotti devono infatti essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.

Nella confezione, ove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo dovrà essere costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.

I codici a barre presenti sulla confezione devono essere realizzati con codifiche standard tali da renderli leggibili dal sistema informatico aziendale. In caso contrario la Ditta aggiudicataria dovrà fornire supporto per la decodifica.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire tutti i dati utili per l'effettuazione di ulteriori codifiche qualora nuove normative le renderanno obbligatorie.

**Art.4 ORDINATIVI E CONSEGNE DEI DISPOSITIVI MEDICI**

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa, anche fiscale, nella quantità di volta in volta ordinata, entro 10 giorni dalla richiesta, franco Punto unico ricevimento merce del Presidio Ospedaliero S. Croce – Via Monte Zovetto, 23 – Cuneo – orario accettazione: 8-12.30/14.30-16. In casi particolari, qualora l'Azienda Ospedaliera dichiari l'ordine "urgente", la consegna dovrà avvenire entro 72 ore dalla data della richiesta.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/08.



In osservanza a quanto disposto dall'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

I prodotti consegnati dovranno avere validità residua non inferiore ai due terzi della validità massima prevista.

#### **Art.5 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Ditta aggiudicataria dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all'accesso all'Azienda contraente, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza sul lavoro in azienda ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 pubblicato sul sito internet <http://www.ospedale.cuneo.it> in formato pdf.

#### **Art.6 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE**

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta fornitrice dovesse porre in commercio nuovi prodotti, costituenti innovazione tecnologica, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sostituirli o affiancarli a quelli in uso previa acquisizione dei pareri favorevoli della Struttura sanitaria interessata. In relazione a tali beni la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le medesime condizioni economiche dei prodotti sostituiti o affiancati.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate dall'Amministrazione saranno a totale carico della Ditta.

#### **Art.7 ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA**

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all'atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Azienda ordinante e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda ordinante, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo dei dispositivi consegnati.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, e questa dovrà provvedere alla sostituzione, entro due giorni lavorativi con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

In pendenza ed in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a disposizione del fornitore a suo rischio e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado e deprezzamento che il materiale dovesse subire.



## **Art.8 AVVISI DI SICUREZZA**

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente e al fine di non incorrere in gravi irregolarità, dovrà informare – a mezzo indirizzo pec [aso.cuneo@cert.legalmail.it](mailto:aso.cuneo@cert.legalmail.it) - il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia Ospedaliera di questa Azienda Ospedaliera tramite lettere di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura dell'eventuale campionatura.

## **Art.9 INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

Mancando o ritardando la Ditta fornitrice di uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione di questa Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa, nonché le sotto specificate penalità.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda ordinante potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale **nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento di detto ammontare.**

Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva o sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni questa Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Art.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si evidenzia che la risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'Azienda contraente deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Codice Civile, dando comunicazione di tale volontà all'appaltatore con PEC al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;
- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario.
- cessione parziale o totale del contratto;



- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura di gara;
- ingiustificata sospensione della fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Azienda contraente avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla Ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### **Art.11 DIRITTO DI RECESSO**

La stazione appaltante avrà diritto a recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con PEC. Si rimanda a quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia ora per allora a qualsiasi spesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

#### **Art.12 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell'Azienda ospedaliera contraente garanzia definitiva, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e l'Azienda, salvo l'esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda.



La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

### **Art.13 FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO**

**I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.**

Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo dell'ufficio destinatario della fattura (per questa Azienda n. UFEU37).

### **Art.14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. così come sottoscritto nell'Allegato 3 al Disciplinare di gara impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **Art.15 MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Si rimanda all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) circa la modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

### **Art.16 SPESE**

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

### **Art.17 INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI**

Ai sensi della normativa vigente, questa Azienda Ospedaliera si riserva di procedere senza indennizzo all'annullamento della procedura di gara o alla risoluzione del contratto qualora, relativamente alla categoria merceologica in argomento, si rendano disponibili Convenzioni attive di CONSIP S.p.A. ovvero della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte).



#### **Art.18 FORO DI COMPETENZA**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Cuneo. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art.19 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.