



CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MONOUSO STERILI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA (CEC) OCCORRENTI PER MESI VENTQUATTRO CON EVENTUALE RINNOVO DI EGUALE DURATA ALLA S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 9149106 – CIG VARI.

Quesito 1

LOTTO 2

Al fine di poter assicurare la più ampia partecipazione, si chiede cortesemente di voler apportare alla lex specialis le seguenti modifiche:

- ☐ Incrementare il volume di priming tra 250/370ml.
- ☐ Equiparare l’importo a base d’asta al Lotto nr. 3 vista la sovrapponibilità delle specifiche tecniche.

Segnaliamo, infatti, che solo per questo specifico lotto la base d’asta, a differenza degli altri lotti, è stata diminuita rispetto alla precedente procedura di gara.

In termini pratici, sembra che codesta spettabile Amministrazione, nel definire le basi d’asta della gara in oggetto, abbia tenuto conto degli aumenti sostenuti dagli Operatori Economici con riguardo alle materie prime, ai prodotti energetici e alle spese di trasporto, con l’unica eccezione del Lotto nr.2.

Alla luce di quanto esposto, si chiede conferma che si tratta di mero errore materiale.

Risposta 1

Si comunica che è ritenuto accettabile il volume di priming tra 250/370ml, al fine di favorire la più ampia concorrenzialità.

Si conferma, valutati gli aspetti tecnici, l’importo complessivo a base di gara - al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge - previsto per il lotto n.2.

Quesito 2

LOTTO 3

Incrementare il volume di priming tra 250/370 ml. come richiesto per il Lotto nr. 2

Risposta 2

Si comunica che è ritenuto accettabile il volume di priming tra 250/370ml, al fine di favorire la più ampia concorrenzialità.

Quesito 3

LOTTO 11

Nel caso in cui il kit, previsto alla voce B), fosse già incluso nelle Voce A) la base d’asta è da intendersi la somma delle voci A) + B)?

Risposta 3

Si conferma la necessità di mantenere distinte le quotazioni.



Quesito 4

LOTTO 18

Equiparare il valore della base d'asta al lotto nr. 20 vista la sovrapposibilità delle specifiche tecniche

Risposta 4

Si conferma, valutati gli aspetti tecnici, l'importo complessivo a base di gara - al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge - previsto per il lotto n.18.

Quesito 5

LOTTO 30 - Cardiotomi eparinati

Si richiede se possibile offrire prodotti analoghi all'eparina

Risposta 5

Gli Operatori Economici possono offrire prodotti ritenuti equivalenti, fatta salva la verifica da parte della Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente al termine di presentazione delle offerte.

Cuneo, 12 luglio 2023

*S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio CALVANO
(Firmato in originale)*