



CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI (COMPENSIVI DI POMPE INFUSIONALI) PER L'ALLESTIMENTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO, ALLE AA.SS.LL CN1 E CN2 AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 - GARA N. 9112292 - CIG VARI.

Quesito 1

In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti per il lotto n. 1.

1) Sono richieste pompe a doppia via indipendenti: vengono accettate due pompe volumetriche a 1 via?

2) Nel caso in cui vengano accettate pompe volumetriche a 1 via e visto che i protocolli d'infusione che richiedono una somministrazione contemporanea di due farmaci sono circa il 20% del totale delle infusioni, si richiede se dovrà essere fornito un numero di pompe pari al doppio di quelle richieste oppure se dovrà essere fornito un quantitativo aumentato del 20% rispetto a quello richiesto.

Risposta 1

Si ritiene, considerato il razionale clinico e assistenziale esplicitato nel capitolato con la richiesta di fornitura di pompe a due vie e correlato alla complessità assistenziale che la nostra AO svolge in quanto Hub per l'area provinciale in ambito onco-ematologico, non accoglibile quanto esplicitato nella richiesta di chiarimenti

Cuneo, 29 giugno 2023

S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio CALVANO
(Firmato in originale)