

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

CC/RD

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Cuneo, lì 12/06/2023

N. 848-2023

del registro determinazioni

OGGETTO: FORNITURA DI ROTOLI LENZUOLINI DI CARTA IN PURA CELLULOSA PER LETTINO VISITA OCCORRENTE PER MESI DODICI ALLE VARIE STRUTTURE SANITARIE. GARA N. 9014263 CIG N. 9732003EEC. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI SULLA PIATTAFORMA MEPA (Importo complessivo Euro 45.100,00 IVA esclusa).

In data 12 giugno 2023 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023 ad oggetto: “AO Santa Croce e Carle di Cuneo – nomina Commissario”;

vista la deliberazione n. 223 del 3 maggio 2023 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” così come convertito nella Legge 11 settembre 2020, n.120 e richiamato in particolare l'art.1 comma 2 lett. a) nonché il D.L. n.77/2021 convertito nella legge

n.108/2021;

vista la richiesta inoltrata dal Responsabile della S.S. D.A.P.O. e Logistica in data 27/02/2023, con la quale si richiede la fornitura di lenzuolini in carta per lettino visita occorrenti per mesi dodici e necessari alle varie strutture di questa Azienda;

richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 "*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n.89*" e dato atto che il prodotto oggetto del presente provvedimento non rientra nelle relative categorie merceologiche;

considerato che per l'acquisto del dispositivo sopra citato non sono disponibili Accordi Quadro o Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. ovvero dalla Centrale di Committenza Regionale – S.C.R. Piemonte S.p.A.;

dato atto che con richiesta d'offerta prot. n. 11859 del 23/03/2023 (GARA N. 9014263 CIG N. 9732003EEC) è stata pertanto avviata, utilizzando il portale www.acquistinretepa.it messo a disposizione dalla CONSIP S.p.a. (Legge 23/12/1999 n. 488 s.m.i.), una procedura di affidamento diretto – ai sensi della sopra citata normativa in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (RDO 3497175) - con il criterio del prezzo più basso, interpellando tutti i fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) abilitati;

verificato che hanno dato riscontro alla richiesta di offerta le seguenti Ditte, così come risulta dal prospetto di raffronto economico:

DITTA	DESCRIZIONE	PREZZO AL METRO IVA ESCLUSA
3MC SPA	LENZUOLINO MEDICO	0,0410
BOGLIANO SRL	LUCART PROFESSIONAL STRONG 80 MEDICAL SHEET	0,0499
BROS ADS SERVICE SRL	LENZUOLINO MEDICO 80 MT H60CM MARCA PAPERDI' (come da scheda tecnica allegata e come da campionatura presentata)	0,0538
CARTO COPY SERVICE SRL	LENZUOLINO IN ROTOLO MT.80 H.60CM.- P.C. - "ECOLABEL" (S. 38 cm) PC -16 gr/mq -CERT SANITA'	0,0732
CLEVEX SRL	Lenzuolino Medico 2v pcellulosa celtex 80mt	0,0550
CLINTEX SRL	LENZUOLINO MEDICO PURA CELLULOSA MT80	0,0670
DUECI ITALIA SRL	CELTEX MEDILUX MT 80	0,0690
EUROSERVIZI SRL	LENZUOLINO MEDICO PURA CELLULOSA H.59,5 ROTOLO 80MT MONOBLISTERATO	0,0688
GE.VEN.IT. SRL	Lenzuolino in rotolo	0,0808
IANDOLO SRL	LENZUOLINO MEDICO 60CM X 80 MT	0,0600
LA CASALINDA SRL	LENZUOLINO PURA CELLULOSA 80 MT H. 60	0,0398
LA SANITARIA LEUCCI SRL	rotoli lenzuolini di carta in pura cellulosa per lettino visita	0,0730
LYRECO ITALIA SRL	LENZUOLINO MEDICO 2 VELI ROTOLO da 80 metri	0,0550
PANZERI SRL	MEDILUX - LENZUOLINO H 60	0,0544
PAREDES ITALIA SPA	Rotolo Lenzuolini Medico	0,0550
POLO SRL	LENZUOLINO PURA CELL 2 VELI C5PURAE	0,0485
PRESENT-MORE SRL	LENZUOLO MEDICO OVATTA PURA CELLUL. 2 VELI H.60 MT.80 (CF.6PZ)	0,0590
SPRITZ SRL	CENTOXCENTO ECOLABEL LENZ MEDICO PURA 2V	0,0670

dato atto inoltre che alla Ditta UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE è stata comunicata con lettera protocollo n. 15327 del 20/04/2023 l'esclusione dal prosieguo dalla gara in quanto non ha ottemperato alla disciplina di gara non presentando la documentazione amministrativa e tecnica così come richiesto all'art.4 "Modalità di presentazione dell'offerta"

atteso che il Responsabile della S.S. D.A.P.O. e Logistica, così come risulta dalla nota agli atti

pervenuta in data 6/06/2023 alla S.C. Acquisti di Beni e Servizi, ha ritenuto non conformi i prodotti presentati dalle seguenti ditte per mancanza dei requisiti richiesti nella richiesta di offerta prot. n. 11859 del 23/03/2023 e successivo comunicato prot. n. 18237 del 16/05/2023 come riportato dal seguente prospetto:

3MC SPA	<p>prodotto indicato in modulo offerta con repertorio differente da quello indicato in scheda tecnica; nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, indicazione commerciale del dispositivo medico; - indicazione dispositivo medico; - codice prodotto; - lotto di produzione; - lunghezza, larghezza; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Bogliano Srl	<p>nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotto di produzione; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Bros ADS Service Srl	<p>nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - codice prodotto; - lotto di produzione; - lunghezza, larghezza; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Carto Copy Service Srl	<p>nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - codice prodotto; - lotto di produzione; - lunghezza, larghezza; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Clevex Srl	<p>nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, indicazione commerciale del dispositivo medico; - indicazione dispositivo medico;

	<ul style="list-style-type: none"> - codice prodotto; - lotto di produzione; - lunghezza, larghezza; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Clintex Srl	nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - lotto di produzione; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Dueci Italia Srl	nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - lotto di produzione; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Ge.Ven.It. Srl	nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - lotto di produzione; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Iandolo Srl	nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - codice prodotto; - lotto di produzione; - lunghezza, larghezza; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
La Casalinda Srl	nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - codice prodotto; - lotto di produzione; - lunghezza, larghezza del rotolo; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
La Sanitaria Leucci Srl	il prodotto offerto non è stato dichiarato come dispositivo medico e risulta carente dei relativi dati identificativi; inoltre nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:

	<ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico.
Panzeri Srl	<p>nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico; - lotto di produzione; - data di produzione/durata termine di utilizzo.
Paredes Srl	<p>richiamato quanto stabilito nella Richiesta di Offerta e in particolare sulla base di quanto disposto nella sezione “caratteristiche essenziali richieste per la fornitura”, si rileva che la Ditta ha presentato campionatura “in confezione integra di vendita” di tre rotoli in un'unica confezione che riporta tra l'altro un'unica etichetta e che quindi non risulta conforme a quanto specificatamente richiesto.</p>
Polo Srl	<p>nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza del rotolo.
Present-More Srl	<p>nella campionatura pervenuta in confezione integra di vendita è stata rilevata etichettatura non conforme, in quanto carente dell'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione dispositivo medico.

preso atto di quanto sopra e ritenuto pertanto procedere all'affidamento diretto della fornitura di rotoli lenzuolini di carta in pura cellulosa per lettino visita occorrente per mesi dodici alle varie strutture sanitarie alla Ditta che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso di prodotto conforme ed idoneo (si rileva tra l'altro che la Ditta ha presentato un prodotto in confezione conforme e con etichetta esaustiva), così come di seguito indicato:

Ditta LYRECO ITALIA SRL – Via Victor Hugo, 4 – 20123 Milano (MI) – C.F./P.I. 11582010150 – pec sales@lyrecopec.it

Richiamo Offerta di riferimento per la comparazione economica

Q.TA'	DESCRIZIONE	CODICI	CND	NUMERO REPERTORIO DISP.MEDICI	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
820.000 metri	LENZUOLINO MEDICO 2 VELI ROTOLI da 80 metri	C501.17GE	V0880	2141638	0,055 Costo al metro	45.100,00

Offerta funzionale alla gestione dell'esecuzione del contratto

Q.TA' (*)	DESCRIZIONE	CODICI	CND	NUMERO REPERTORIO DISP.MEDICI	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA (**)	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
10.250 rotoli	LENZUOLINO MEDICO 2 VELI ROTOLO da 80 metri	C501.17GE	V0880	2141638	4,40 Costo a rotolo	45.100,00

rilevato che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento ammonta a **Euro 45.100,00 IVA esclusa;**

ritenuto nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del procedimento il Dott. CALVANO Claudio e Direttore dell'esecuzione del contratto la D.ssa Michela Costanzo – Responsabile della S.S. D.A.P.O. e Logistica;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Acquisti di Beni e Servizi per il combinato disposto degli artt.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

D E T E R M I N A

- di affidare alla Ditta LYRECO ITALIA SRL con sede in Via Victor Hugo, 4, 20123 Milano (MI), mediante affidamento diretto ai sensi della sopra citata normativa in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (RDO 3497175 espletata sul portale www.acquistinretepa.it messo a disposizione dalla CONSIP S.p.A.), la fornitura di rotoli lenzuolini di carta in pura cellulosa per lettino visita occorrente per mesi dodici alle varie strutture sanitarie, con decorrenza dalla data della stipula del contratto sul portale www.acquistinretepa.it (data prevista 14/06/2023), nel quantitativo presunto e alle condizioni contrattuali così come riportato in premessa;
- Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Claudio Calvano e il Direttore dell'esecuzione del contratto è la D.ssa Michela Costanzo – Responsabile della S.S. D.A.P.O. e Logistica
- di dare atto che la S.C.I. Servizio Legale ASL CN1 effettuerà nei confronti delle Ditte aggiudicatarie i controlli di veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede d'offerta;
- Di dare atto che la spesa complessiva presunta, derivante dal presente provvedimento, di **Euro 55.022,00 IVA 22% compresa,** viene così suddivisa:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2023	EDP	03.10.01.64 (ex 03.10.01.60)	Materiale Sanitario dispositivo medico (CND) non collocato	Euro 32.096,17
2024	EDP	03.10.01.64 (ex 03.10.01.60)	Materiale Sanitario dispositivo medico (CND) non collocato	Euro 22.925,83

5. di dare atto che la quota di accantonamento per il fondo incentivante previsto dall'art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., corrispondente a Euro 1.220,00 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con provvedimento n.122 del 18/03/2019 e in particolare calcolata sull'importo posto a base di gara di Euro 61.000,00, rientra negli stanziamenti previsti per i singoli appalti e sarà oggetto di ripartizione secondo le modalità e i coefficienti di cui al provvedimento n.122 del 18/03/2019 “Adozione regolamento recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale.

IL DIRETTORE
S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
CALVANO Dott. Claudio