



**FORNITURA DI OSSIDO NITRICO MEDICINALE E SISTEMI PER LA
SOMMINISTRAZIONE COMPRESIVI DI ACCESSORI PER USO, CALIBRAZIONE E
MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER MESI DODICI AL DIPARTIMENTO
EMERGENZA E AREE CRITICHE E ALLA S.C. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
(N. GARA 8294070 - N. CIG 89141415DC).**

III VERBALE

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore quindici presso la Sala riunioni della S.S.D. Rianimazione sita al numero ventisei di Via Michele Coppino, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero centosei del ventisei gennaio duemilaventidue modificata con determinazione numero cinquecentosettantotto del due maggio duemilaventidue e successiva numero seicentosessanta del sedici maggio duemilaventidue e così composta:

-	Dr.	Marco	BERTORA	- Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione	PRESIDENTE
-	Dr.ssa	Giorgia	PELLEGRINO	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	COMPONENTE
-	Sig.	Alberto	ROSSO	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica	COMPONENTE
-	Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice prende atto di quanto comunicato dalla Ditta SOL S.p.A. in merito alle note prot. n. 16513 del 05.05.2022 e n. 17287 del 12.05.2022.

Sulla base dell'analisi dell'offerta tecnica presentata in sede di gara dalla ditta SOL S.p.A., la Commissione Giudicatrice ritiene di escludere la medesima dal prosieguo della gara in quanto non rispondente ai requisiti di minima specificati nel Capitolato Tecnico e d'Oneri all'Art. 5 (*Caratteristiche del sistema di somministrazione e monitoraggio*), con particolare riferimento al relativo punto j. ad oggetto "sistema maneggevole che consenta l'erogazione del farmaco anche durante il trasporto, per trasferimenti intra ed extra ospedalieri di adulti e neonati con impiego di bombole di dimensioni contenute (\leq a 5 L)"



Convenuto quanto sopra, essendo le ore sedici e minuti trenta, la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto:

-	Dr.	Marco	BERTORA	- Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione	PRESIDENTE
-	Dr.ssa	Giorgia	PELLEGRINO	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	COMPONENTE
-	Sig.	Alberto	ROSSO	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica	COMPONENTE
-	Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE