

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

IL VERBALE

COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI PER PERIDUROLISI OCCORRENTI PER MESI DODICI AL DIPARTIMENTO DI EMERGENZE E AREE CRITICHE. CIG VARI - RDO 5044905

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di maggio, alle ore quattordici e minuti quarantacinque, in Cuneo in un ufficio della S.C. Rianimazione – 5° piano – sito al numero ventisei di Via Michele Coppino, Cuneo si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero cinquecentootto del diciassette marzo duemilaventicinque e così composta:

Dr.	Enrico	OBERTINO	Responsabile S.S.D. Terapia del Dolore	- PRESIDENTE
Dr.	Alfonso	MOLLO	Dirigente Medico S.S.D. Terapia del Dolore	- COMPONENTE
Dr.ssa	Marianna	MONDINI	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	- COMPONENTE
Sig.ra	Dayra	CERQUETTINI	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente la Commissione Giudicatrice richiama quanto riportato nel I verbale del giorno trentuno del mese di marzo e in particolare evidenzia che, in ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA con richiesta di offerta Prot. n. 3600/2025 – CIG vari, hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

1	Alfamed S.r.l.	Porto San Giorgio (FM)
2	A.M.S. Group S.r.l.	San Pietro Viminario (PD)
3	Tecnica Scientifica Service S.r.l.	Torino

Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice – a seguito della verifica della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte offerenti – procede alla valutazione dei dispositivi offerti relativamente al parametro **“Caratteristiche tecnico - qualitative”**, così come risulta dalla dettagliata tabella di seguito riportata:

LOTTO 1 - CIG B56671D6B1

- **N. 20 Cateteri certificati armati, radiopachi, mandrinati, con punta distale liscia e atraumatica per epidurolisi + RFP MONOPOLARE certificati per lisi cervicale, dorsale e lombare**

Valutazioni della Commissione Giudicatrice:

N°	CRITERI O DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI D	MAX PUNTI T	ALFAMED	AMS GROUP	TSS
1	Qualità	CARATTERISTICHE DEI CATETERI					
		Atraumaticità dei cateteri	26		Giudizio discreto <u>Punteggio 5,2</u>	Giudizio ottimo <u>Punteggio 26</u>	Giudizio discreto <u>Punteggio 5,2</u>
		Robustezza e controllo direzionale dei cateteri	20		Giudizio Buono <u>Punteggio 12</u>	Giudizio Più che buono <u>Punteggio 16</u>	Giudizio ottimo <u>Punteggio 20</u>
		Possibilità di associare radiofrequenza alla lisi		14	<u>Punteggio 14</u>	<u>Punteggio 14</u>	<u>Punteggio 14</u>
		Possibilità di lavoro del generatore con Radiofrequenza pulsata con mantenimento durante la procedura di voltaggio a temperatura costante		10	<u>Punteggio 10</u>	<u>Punteggio 10</u>	<u>Punteggio 10</u>
		Totale	70		41,20	66	49,20

LOTTO 2 - CIG B56671E784

- **N. 20 Cateteri certificati radiopachi di diametro massimo di 3 Fr con punta distale liscia e atraumatica per epidurolisi + RFP MONOPOLARE certificati per lisi cervicale**

Valutazioni della Commissione Giudicatrice:

N°	CRITERI O DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI D	MAX PUNTI T	AMS GROUP
1	Qualità	<u>CARATTERISTICHE</u>			
		Disponibilità di gamma di introduttori	14		Giudizio Ottimo <u>Punteggio 14</u>
		Atraumaticità dei cateteri	16		Giudizio Ottimo <u>Punteggio 16</u>
		Robustezza e controllo direzionale dei cateteri	16		Giudizio Buono <u>Punteggio 9,6</u>
		Possibilità di associare radiofrequenza alla lisi		14	<u>Punteggio 14</u>
		Possibilità di lavoro del generatore con Radiofrequenza pulsata con mantenimento durante la procedura di voltaggio a temperatura costante		10	<u>Punteggio 10</u>
		Totale	70		63,60

LOTTO 3 - CIG B56671F857

- N.250 Cateteri certificati armati, radiopachi, mandrinati, con punta distale liscia e atraumatica per epidurolisi + RFP BIPOLARE certificati per lisi

Valutazioni della Commissione Giudicatrice:

N°	CRITERI O DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI D	MAX PUNTI T	ALFAMED
1	Qualità	<u>CARATTERISTICHE</u>			
		Disponibilità di gamma di introduttori	14		Giudizio Ottimo <u>Punteggio 14</u>
		Atraumaticità dei cateteri	16		Giudizio Più che buono <u>Punteggio 12,8</u>
		Robustezza e controllo direzionale dei cateteri	16		Giudizio Ottimo <u>Punteggio 16</u>
		Possibilità di associare radiofrequenza alla lisi		14	<u>Punteggio 14</u>
		Possibilità di lavoro del generatore con Radiofrequenza pulsata con mantenimento durante la procedura di voltaggio a temperatura costante		10	<u>Punteggio 10</u>
		Total	70		66,80

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data trentuno del mese di marzo duemilaventicinque, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore sedici, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

Dr.ssa	Enrico	OBERTINO	- Responsabile S.S.D. Terapia del Dolore _____	- PRESIDENTE
Sig.ra	Alfonso	MOLLO	- Dirigente Medico S.S.D. Terapia del Dolore _____	- COMPONENTE
Dr.ssa	Marianna	MONDINI	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera _____	- COMPONENTE
Sig.ra	Dayra	CERQUETTINI	- Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi _____	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE