

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE IN SICUREZZA DI CAMPIONI ISTOLOGICI PRE-RIEMPITI DI FISSATIVO, OCCORRENTE PER MESI VENTIQUATTRO ALLE VARIE STRUTTURE SANITARIE DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA E ALL’ASL CN1 E NEL PERIODO CORRISPONDENTE ALL’ATTIVAZIONE DI EVENTUALI OPZIONI. RDO 5171356 – CIG VARI

II° VERBALE

L’anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di giugno, alle ore nove e minuti cinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero 843 dell’otto maggio duemilaventicinque e così composta:

Dott.	Paolo	GASCO	- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico S.C. Anatomia e Istologia Patologica	- PRESIDENTE
Dott.ssa	Daniela	PRANDI	- Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro S.S. Prevenzione e Protezione	- COMPONENTE
Dott.	Marco	SILVESTRO	- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Anatomia Patologica ASL CN1	- COMPONENTE
Dott.ssa	Angelica	BRUNO MEINER	- Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta e assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Angelica Bruno Meineri, assente giustificata.

La Commissione rileva di aver puntualmente analizzato quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dalle ditte offerenti e di aver effettuato delle meticolose prove dei contenitori per la conservazione in sicurezza di campioni istologici pre-riempiti di formalina consegnati dalle ditte offerenti a titolo di campionatura gratuita.

Premesso quanto sopra la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi in ordine al seguente criterio di valutazione:

- caratteristiche tecnico-qualitativepunteggio max 70

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

LOTTO 1	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contenitori "S" contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 40 ml a 60 ml	Da 18 ml a 20 ml	Almeno 1 – caratteristica non ritenuta essenziale	n. 44.000	n. 36.000

	CRITERI	TIPO-LOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	<u>BIO</u> <u>OPTICA</u>	<u>DIAPATH</u>	<u>KALTEK</u>	<u>MECCANICA</u>	<u>VIGEO</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l'indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull'etichetta dei contenitori.	D	10	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	Discreto	Discreto	Buono	Ottimo	Buono
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	Ottimo	Ottimo	Discreto	Ottimo	Ottimo

LOTTO 2	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contenitori “M” contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 90 ml a 150 ml	Da 50 ml a 70 ml	Almeno 3	n. 14.000	n. 3.000

	CRITERI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	<u>DIAPATH</u>	<u>MECCANICA</u>	<u>VIGEO</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l'indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull'etichetta dei contenitori.	D	10	Ottimo	Ottimo	Ottimo
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	Discreto	Discreto	Buono
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	Ottimo	Ottimo	Ottimo

LOTTO 3	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contenitori “L” contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 150 ml a 220 ml	Da 80 ml a 120 ml	Almeno 10	n. 3.000	/

	CRITERI	TIPO-LOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	<u>BIO OPTICA</u>	<u>DIAPATH</u>	<u>KALTEK</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l'indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull'etichetta dei contenitori.	D	10	Ottimo	Ottimo	Ottimo
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	Discreto	Discreto	Ottimo
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	Ottimo	Ottimo	Ottimo

LOTTO 4	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contentori “XL” contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 280 ml a 550 ml	Da 110 ml a 180 ml	Almeno 18	n. 400	/

	CRITERI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	<u>BIO OPTICA</u>	<u>DIAPATH</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l'indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull'etichetta dei contenitori.	D	10	Ottimo	Ottimo
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	Discreto	Discreto
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	Ottimo	Discreto

LOTTO 5	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contentori “S” contenente fissativo B5 – monouso – latex free	Da 20 ml a 60 ml	Da 10 ml a 30 ml	Indifferente	n. 1.000	/

Non sono pervenute offerte economiche

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi discrezionali, avvalendosi dalla tabella prevista all'articolo "Modalità di espletamento della procedura" della richiesta d'offerta prot. n. 9221/2025.

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

LOTTO 1	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contentori "S" contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 40 ml a 60 ml	Da 18 ml a 20 ml	Almeno 1 – caratteristica non ritenuta essenziale	n. 44.000	n. 36.000

	CRITERI	TIPO-LOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	<u>BIO</u> <u>OPTICA</u>	<u>DIAPATH</u>	<u>KALTEK</u>	<u>MECCANICA</u>	<u>VIGEO</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l'indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull'etichetta dei contenitori.	D	10	10	10	10	10	10
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	7	7	21	35	21
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	25	25	5	25	25
TOTALE PUNTI			70	42	42	36	70	56

LOTTO 2	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contenitori “M” contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 90 ml a 150 ml	Da 50 ml a 70 ml	Almeno 3	n. 14.000	n. 3.000

	CRITERI	TIPO-LOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	<u>DIAPATH</u>	<u>MECCANICA</u>	<u>VIGEO</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l’indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull’etichetta dei contenitori.	D	10	10	10	10
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	7	7	21
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	25	25	25
TOTALE PUNTI			70	42	42	56

LOTTO 3	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contenitori “L” contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 150 ml a 220 ml	Da 80 ml a 120 ml	Almeno 10	n. 3.000	/

	CRITERI	TIPO- LOGIA VALU- TAZIONE	PUN- TEGGIO	<u>BIO OPTICA</u>	<u>DIAPATH</u>	<u>KALTEK</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l'indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull'etichetta dei contenitori.	D	10	10	10	10
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	7	7	35
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	25	25	25
TOTALE PUNTI			70	42	42	70

LOTTO 4	Capacità contenitore	Quantità di fissativo	Biocassette inseribili	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 A.O. S CROCE E CARLE	FABBISOGNO PRESUNTO PER MESI 24 ASL CN1
Contenitori “XL” contenente formaldeide 4% - monouso – latex free	Da 280 ml a 550 ml	Da 110 ml a 180 ml	Almeno 18	n. 400	/

	CRITERI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	<u>BIO OPTICA</u>	<u>DIAPATH</u>
Etichettatura	Verranno valutate la nitidezza, la chiarezza e l’indelebilità dei caratteri e dei pittogrammi stampati sull’etichetta dei contenitori.	D	10	10	10
Ergonomia	Verrà valutata la semplicità di azionamento del sistema di trasferimento del fissativo, la agevole maneggevolezza dei contenitori e la facilità di recupero del materiale biologico inserito nei contenitori.	D	35	7	7
Qualità	Verrà valutato il materiale con cui sono realizzati i contenitori, in particolare la resistenza agli urti e la possibilità di visualizzare il materiale biologico contenuto senza aprire i contenitori (trasparenza).	D	25	25	5
TOTALE PUNTI			70	42	22 (*)

(*) La ditta DIAPATH risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei contenitori che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data ventidue maggio duemilaventicinque, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dieci e minuti dieci, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

Dott.	Paolo	GASCO	- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico S.C. Anatomia e Istologia Patologica _____	- PRESIDENTE
Dott.ssa	Daniela	PRANDI	- Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro S.S. Prevenzione e Protezione _____	- COMPONENTE
Dott.	Marco	SILVESTRO	- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Anatomia Patologica ASL CN1 _____	- COMPONENTE