

CHIARIMENTO n. 1

Fornitura in service suddivisa in Lotti per anni cinque, di un Sistema Analitico, in automazione totale, per il processamento di vetrini in immunofluorescenza indiretta, sistema di acquisizione e lettura di immagine e middleware gestionale connesso con il LIS (Lotto n. 1), e di un Sistema Analitico per l'esecuzione di test di II livello con dosaggi multiparametrici in immunoblot (Lotto n. 2) per la diagnostica delle Patologie Autoimmuni occorrente alla A.O. S. Croce e Carle di Cuneo - S.C.I. Laboratorio Analisi - Gara n. 8956617 - Lotto n. 1 - CIG n. 96642252C3 - Lotto n. 2 - CIG n. 96642707E4

Quesito n. 1:

Disciplinare di gara- punto 6.3 - Presentazione dei Campioni: si richiede che l'apposita campionatura venga inviata in confezionamento e pezzatura offerta in gara; viene richiesto inoltre di consegnare confezioni di 2 differenti lotti.

Chiediamo la possibilità di fornire, a parità di pezzatura (ovvero mantenendo lo stesso numero di pozzetti per vetrino offerto in gara), confezionamenti più piccoli.

Esempio: per il test ANA invece di fornire 2 kit contenenti 20 vetrini da 10 pozzetti, è possibile fornire 2 kit da 10 vetrini da 10 pozzetti?

Risposta n. 1:

Si conferma la possibilità di fornire 2 kit di differenti lotti in confezionamenti più piccoli per la campionatura, mantenendo invariato il numero di pozzetti per vetrino.

**

Quesito n. 2:

Disciplinare di gara- punto 6.3 -Presentazione dei Campioni:

Per il **reagente Endomisio IgA e IgG** supponiamo che si debba consegnare n. 2 kit di IgA e n. 2 kit di IgG.

Dato che il substrato presente in entrambi i kit è identico e quello che cambia è solo il controllo positivo e il coniugato, chiediamo la **possibilità di inviare n. 2 kit di lotto diverso di Endomisio IgA e controlli e coniugato IgG sufficienti per eseguire la prova.**

Risposta n. 2

Si conferma la possibilità di inviare n. 2 kit di lotti diversi di Endomisio IgA da utilizzare con i rispettivi controlli e coniugati di classe IgA e IgG per le prove di campionatura.

**

Quesito n. 3:

Capitolato Speciale

Art.7 - Parametri obbligatori Lotto 1: viene richiesta la partecipazione ad un programma VEQ per Mitocondrio, Muscolo liscio, Microsomi epatici e renali e Cellule parietali.

Dato che **all'art. 6 nelle caratteristiche di minime** che descrivono il sistema analitico non è citata nessuna fornitura di VEQ, chiediamo conferma che possa trattarsi di un refuso.

**

Risposta n. 3

Si conferma che trattasi di refuso e pertanto quanto riportato all'art. 7 e precisamente

“Deve essere prevista la partecipazione ad un programma di VEQ per i parametri

- *Anticorpi Anti-Mitocondrio, Anti-Muscolatura Liscia, Anti-Microsomi Fegato e Rene, Anti-Cellule Parietali Gastriche”*

deve considerarsi stralciato.

**

Quesito n. 4:

Capitolato Speciale

Art.7 - Parametri obbligatori Lotto 1: Si chiede conferma, nel caso venga offerto un Mosaico che includa quanto richiesto per i rif. 4 e 5, la quantità da offrire sia pari a 3.000 test totali.

Riposta n. 4:

Si rimanda a quanto specificato all'art. 7 per i rif. 4 e 5 Anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili confermando n. 3.000 test per il Rif. 4 e n. 3000 test per il rif. 5 con n. 5 sedute settimana.

S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-Dott. Claudio CALVANO -
(Firmato in originale)