



COMUNICATO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI PROTESI DI SPALLA OCCORRENTI PER VENTIQUATTRO MESI ALLA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO.

Quesito n. 1:

Spett.le Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: LOTTO N.1 E LOTTO N. 2: chiediamo conferma che con la voce INSERTO intendiate la TESTA OMERALE. Diversamente potete chiarire quale componente volete? Cordiali saluti.

Risposta n. 1:

La protesi inversa di spalla NON HA UNA TESTA OMERALE: è sostituita dal corpo omerale che è piatto ed accoglie un INSERTO che è l'interfaccia tra componente omerale e glenosfera.

Cuneo, 02/09/2025

**S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Claudio CALVANO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i