



## **CHIARIMENTI**

### **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MICROCATETERI, MICROGUIDE, CATETERI GUIDA, VALVOLE EMOSTATICHE E SIRINGHE OCCORRENTI PER MESI DODICI ALLA S.S.D. NEURORADIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO.**

#### **Quesito n. 1:**

Nell'allegato 3 della documentazione tecnica viene richiesto il codice PARAF. Si riferisce al codice UDI per ogni articolo?

#### **Quesito n. 2:**

Relativamente al modulo per la raccolta dei dati tecnici sul DM E IVD all.3, cosa si intende con codice PARAF in quanto alcuni dei prodotti richiesti sono prodotti ospedalieri.

#### **Risposta n. 1 – n. 2:**

Il Codice PARAF è il codice attribuito da FARMADATI al momento dell'iscrizione dell'articolo alla Banca Dati di Farmadati.

Non è l'UDI.

Cuneo, 09/09/2025

**IL DIRIGENTE  
STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  
DI BENI E SERVIZI  
Dott.ssa Michela COSTANZO**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.*