



CHIARIMENTI

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI POMPE DI INFUSIONE VOLUMETRICHE MONOCANALE CORREDATE DA MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO, POMPE A SIRINGA E RELATIVE STAZIONI DI ALLOGGIAMENTO OCCORRENTI PER SESSANTA MESI AL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E DELLE AREE CRITICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO.

Quesito n. 1:

con la presente siamo a richiedere un chiarimento in riferimento all'allegato 1 punto 10.1 dove è richiesta la messa a disposizione dei driver per l'interfacciamento fisico delle pompe di cui alla posizione A (pompe volumetriche) e alla posizione C (pompe a siringa) con la cartella clinica Digistat v. 4.3.2 2017. A seguito di confronto con l'azienda (...) e da quanto comunicatoci, ci risulta che la versione 4.3.2 2017 è fuori supporto e non viene più assistita per attività di interfacciamento. Siamo per tanto a richiedere se la compatibilità con la nuova versione di Digistat può essere considerata equivalente alla vostra richiesta.

Risposta n. 1:

Si ritiene opportuno che gli Operatori Economici forniscano nella documentazione di gara dichiarazione del fornitore rispetto alla v. 4.3.2 2017 della cartella clinica Digistat indicata nel punto 10.1, di cui al Questionario Tecnico (Allegato A del Capitolato Speciale).

Si richiede inoltre la dichiarazione del fornitore sulla versione di cartella clinica Digistat per la quale può essere assicurato l'interfacciamento.

Cuneo, 12/11/2025

**IL DIRETTORE SOSTITUTO
S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- DOTT.SSA MICHELA COSTANZO -
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i**