

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI DI CHIUSURA DEL FORAME OVALE PFO PERVIO E DIA OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO ALLA S.C. CARDIOLOGIA - RDO N. 4606020 .

VERBALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore tredici e minuti cinque, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Cardiologia sito al numero ventisei in Via Michele Coppino, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milleottocentodue del diciassette ottobre duemilaventiquattro e così composta:

Dr.	Giorgio	BARALIS	Dirigente Medico S.C. Cardiologia A.O. S.CROCE e CARLE	PRESIDENTE
Dott.ssa	Elena	MITTONE	Dirigente S.C. Farmacia Ospedaliera A.O. S.CROCE e CARLE	COMPONENTE
Dr.	Mauro	DE BENEDETTO FABRIZI	Dirigente Medico S.C. Cardiologia A.O. S.CROCE e CARLE	COMPONENTE
Dott.ssa	Giulia	PIRAS	Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi A.O. S.CROCE e CARLE	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, si evidenzia preliminarmente che la documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte offerenti risulta completa e conforme a quanto richiesto.

Successivamente si procede con i lavori discutendo in merito ai punteggi da attribuire alle ditte concorrenti in ordine al seguente parametro:

- caratteristiche tecnico - qualitative..... punteggio max 70.

L'analisi condivisa delle offerte conduce alle valutazioni tecniche dettagliatamente sotto indicate:

LOTTO 1 – SISTEMI DI CHIUSURA DEL FORAME OVALE E DIFETTI INTERATRIALI IN MATERIALE BIOCOMPATIBILE. I SISTEMI PER CHIUSURA PFO DOVRANNO ESSERE FORNITI IN CONTO DEPOSITO.

LOTTO 1				ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L.	VIOLATECH S.R.L.
CRITERIO VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D		
QUALITÀ	1.1	FACILITÀ DI MONTAGGIO	20	20	12
	1.2	ADEGUATA SPINGIBILITÀ	15	15	9
	1.3	ADEGUATA MEMORIA FORMA	15	15	9
	1.4	FACILITÀ DI RILASCIO	20	20	12
Totale			70	42	

LOTTO 2 – SISTEMI DI CHIUSURA DEL FORAME OVALE E DIFETTI INTERATRIALI IN MATERIALE BIOCOMPATIBILE A MINIMO RILASCIO DI NICHEL DOTATI DI CERTIFICAZIONE PER PAZIENTI ALLERGICI AL NICHEL.

LOTTO 2				INNOVA HTS S.R.L.
CRITERIO VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
QUALITÀ	1.1	FACILITÀ DI MONTAGGIO	30	18
	1.2	ADEGUATA SPINGIBILITÀ	40	24
Totale			42	

LOTTO 3 – CATETERI A PALLONCINO OCCLUDENTI PER MISURAZIONE DIA

LOTTO 3				AB MEDICA S.P.A.	ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L.
CRITERIO VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D		
QUALITÀ	1.1	STABILITÀ DEL PALLONE	25	15	25
	1.2	MANTENIMENTO ADEGUATO PROFILO	25	15	25
	1.3	FACILITÀ DI ATTRaversamento DEL FORAME	20	16	16
Totale			46	66	

LOTTO 4 – GUIDE EXTRA STIFF 0,35 - 180/260 CM CON PUNTA A J

LOTTO 4				BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L.	MEDTRONIC ITALIA	COOK ITALIA S.R.L.	CORDIS ITALY S.R.L.
CRITERIO VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D					
QUALITÀ	1.1	SUPPORTO OTTIMALE	30	18	18	18	30	18
	1.2	ADEGUATA FLESSIBILITÀ PUNTA J	20	12	12	12	20	12
	1.3	DISTANZA DEL PUNTO DI TRANSIZIONE	20	12	16	12	20	12
Totale				46	42	42	70	42

Considerato quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda l'offerta tecnica:

Lotto 1

Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L. punti 70
Ditta VIOLATECH S.R.L. punti 42

Lotto 2

Ditta INNOVA HTS S.R.L. punti 42

Lotto 3

Ditta AB MEDICA S.P.A. punti 46
Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L. punti 66

Lotto 4

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. punti 46
Ditta ABBOT MEDICAL ITALIA S.R.L. punti 42
Ditta MEDTRONIC ITALIA. punti 42
Ditta COOK ITALIA S.R.L. punti 70
Ditta CORDIS ITALY S.R.L. punti 42

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore quattordici e minuti cinquantacinque, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

Dr.	Giorgio	BARALIS	Dirigente Medico S.C. Cardiologia A.O. S.CROCE e CARLE	PRESIDENTE
Dott.ssa	Elena	MITTONE	Dirigente S.C. Farmacia Ospedaliera A.O. S.CROCE e CARLE	COMPONENTE
Dr.	Mauro	DE BENEDETTO FABRIZI	Dirigente Medico S.C. Cardiologia A.O. S.CROCE e CARLE	COMPONENTE
Dott.ssa	Giulia	PIRAS	Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi A.O. S.CROCE e CARLE	SEGRETARIO VERBALIZZANTE