

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER MESI VENTIQUATTRO DI MATERIALE
PER ABLAZIONE DI TACHICARDIA CON TECNICA RAGGI ZERO E PER
MAPPAGGIO AD ALTA DENSITA' – S.C. CARDIOLOGIA.**
GARA N. 8260922 – CIG VARI.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di novembre, si è riunita in modalità di videoconferenza – per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto – la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milletrecentoottanta del ventuno settembre duemilaventuno e così composta:

Dr.	Endry	MENARDI	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia	- PRESIDENTE
Dr.ssa	Anna	GONELLA	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia	- COMPONENTE
Sig.	Alberto	ROSSO	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto - S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE

La Sig.ra Ornella Malabocchia – Assistente Amm.vo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dr.ssa Paola Gerbotto, assente giustificata.

Alle ore tredici e minuti venticinque del giorno sopra indicato, il Segretario Verbalizzante – presso la saletta riunioni della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sita al numero diciannove/A di C.so Brunet in cui è stato collocato un device con microfono e webcam – accede all'applicazione TIM Work avviando la funzione Web Conference e alle ore tredici e minuti quaranta tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice si collegano alla stanza virtuale utilizzando il link di accesso inviato precedentemente via mail.

Premesso quanto sopra si rileva che la Commissione, a seguito dell'esame della documentazione tecnica, attribuisce i seguenti punteggi in ordine al criterio **“Caratteristiche tecnico - qualitative”** - avente punteggio massimo 70 punti come da disciplina di gara:

LOTTO 1 –**Kit mappaggio (catetere + patch) 4 mm. per ablazioni di tachicardie parossistiche sopraventricolari da utilizzare con tecnica zero raggi**

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI O MASSIMO	TIPOLOGIA CRITERIO VALUTAZ.	Valori discrezionali e quantitativi	ABBOTT MEDICAL ITALIA	Valori discrezionali e quantitativi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
A	Velocità costruzione mappe 3D	30	Q Massimo punteggio per la massima velocità e punteggi proporzionali inferiori per velocità inferiori		30,00		30,00
B	Qualità della realtà virtuale	20	D	0,20 Discreto	4,00	1,00 Ottimo	20,00
C	Qualità dei segnali interfacciati al poligrafo	20	D	0,40 Più che Discreto	8,00	1,00 Ottimo	20,00
	TOTALE	70			42,00		70,00

Precisazioni in merito ai punteggi attribuiti:

- Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA: la realtà virtuale risponde con un tempo di latenza al movimento dei cateteri e nei segnali inviati al poligrafo risultano talune volte artefatti specie durante l'erogazione di radio-frequenza
- Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL: esiste una miglior relazione fra i movimenti dei cateteri e la realtà virtuale rendendo i movimenti fluidi simili a quelli eseguiti con la scopia. I segnali inviati al poligrafo non presentano artefatti

LOTTO 2 –**Kit mappaggio (catetere + patch) 8 mm. per ablazione flutter da utilizzare con tecnica raggi zero**

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	TIPOLOGIA CRITERIO VALUTAZ.	Valori discrezionali e quantitativi	ABBOTT MEDICAL ITALIA	Valori discrezionali e quantitativi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
A	Velocità costruzione mappe 3D	30	Q Massimo punteggio per la massima velocità e punteggi proporzionali inferiori per velocità inferiori		30,00		30,00
B	Qualità della realtà virtuale	20	D	0,20 Discreto	4,00	1,00 Ottimo	20,00
C	Qualità dei segnali interfacciati al poligrafo	20	D	0,40 Più che Discreto	8,00	1,00 Ottimo	20,00
	TOTALE	70			42,00 (*)		70,00 (**)

Precisazioni in merito ai punteggi attribuiti:

- Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA: la realtà virtuale risponde con un tempo di latenza al movimento dei cateteri e nei segnali inviati al poligrafo risultano talune volte artefatti specie durante l'erogazione di radio-frequenza
- Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL: esiste una miglior relazione fra i movimenti dei cateteri e la realtà virtuale rendendo i movimenti fluidi simili a quelli eseguiti con la scopia. I segnali inviati al poligrafo non presentano artefatti

LOTTO 3 –**Catetere irrigato 3,5/4 mm. per tachicardia atriale focale**

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	TIPOLOGIA CRITERIO VALUTAZ.	Valori discrezionali e quantitativi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
A	Velocità costruzione mappe 3D	30	Q Massimo punteggio per la massima velocità e punteggi proporzionali inferiori per velocità inferiori		30,00
B	Qualità della realtà virtuale	20	D	1,00 Ottimo	20,00
C	Qualità dei segnali interfacciati al poligrafo	20	D	1,00 Ottimo	20,00
	TOTALE	70			70,00

LOTTO 4 -

Catetere a 10 elettrodi in platino/iridio per stimolazione e registrazione segnali elettrici cardiaci, per incanalamento del seno coronarico e ricostruzione mappe 3D

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	TIPOLOGIA CRITERIO VALUTAZ.	Valori discrezionali	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
A	Integrazione con i sistemi di mappaggio	30	D	1,00 Ottimo	30,00
B	Deflettibilità	10	D	1,00 Ottimo	10,00
C	Agilità nell'incannulamento del seno coronarico	10	D	1,00 Ottimo	10,00
D	Atraumaticità	20	D	1,00 Ottimo	20,00
	TOTALE	70			70,00

LOTTO 5 –**Catetere ad alta densità a 22 elettrodi per mappaggio tachicardia focale e rientri atriali complessi**

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	TIPOLOGIA CRITERIO VALUTAZ.	Valori discrezionali	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
A	Integrazione con i sistemi di mappaggio	30	D	1,00 Ottimo	30,00
B	Interazione del segnale per la ricostruzione di algoritmi dedicati alle aritmie	10	D	1,00 Ottimo	10,00
C	Agilità nell'incannulamento delle vene polmonari	10	D	1,00 Ottimo	10,00
D	Adesione alla parete cardiaca	20	D	1,00 Ottimo	20,00
	TOTALE	70			70,00

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore tredici e minuti cinquantacinque, si dichiara chiusa la seduta – effettuata in modalità di videoconferenza “a distanza” – e si concorda che il presente verbale venga trasmesso dal Segretario Verbalizzante a tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice:

Dr.	Endry	MENARDI	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia	- PRESIDENTE
Dr.ssa	Anna	GONELLA	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia	- COMPONENTE
Sig.	Alberto	ROSSO	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto - S.S. Ingegneria Clinica	- COMPONENTE
Sig.ra	Ornella	MALABOCCHIA	- Assistente Amm.vo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE