

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA)
PER ANNI SETTE DI N. 2 ECOTOMOGRAFI OCCORRENTI ALLA S.C. RADIOLOGIA
(N. GARA 8755704 – N. CIG 94431215F7).**

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore quattordici e minuti quaranta presso la Sala Riunioni della S.C. Acquisti di Beni e Servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero millecinquecentonovantuno del ventotto novembre duemilaventidue e così composta:

-	Dr.	Enrico	BARALIS	- Dirigente Medico S.C. Radiologia	PRESIDENTE
-	Dr.	Alberto	BALDERI	- Dirigente Medico S.C. Radiologia	COMPONENTE
-	Sig.	Alberto	ROSSO	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica	COMPONENTE
-	Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Senior S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che le offerte presentate dalle Ditta ESAOTE S.p.A. e GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – risultano rispondenti alle caratteristiche di minima così come indicate all'art. 3.1 del capitolato tecnico e d'oneri.

Viene dato atto che con nota prot. 2889 del 24.01.2023 sono state invitate le Ditte offerenti a consegnare in prova gratuita – come indicato all'articolo cinque del disciplinare di gara – il modello di ecotomografo oggetto di fornitura.

Tutte le ditte concorrenti hanno presentato la strumentazione richiesta in prova.

Premesso quanto sopra si rileva che la Commissione, provvede all'attribuzione dei seguenti punteggi in ordine al criterio **“Caratteristiche tecnico - qualitative”** - avente punteggio massimo **70 punti** come da disciplina di gara:

Rif	Sotto-criterio di valutazione qualitativa	Punteggio massimo attribuibile	Tipo di criterio (*)	Ditta ESAOTE	Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
1	Qualità delle immagini prodotte, qualità e dimensioni del display di visualizzazione, sia sulla base della documentazione prodotta che dell'esito delle prove	20	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 0,80 Punti: 16,00 (0,80 x 20,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 20,00 (1,00 x 20,00)
2	Qualità delle funzionalità diagnostiche disponibili e versatilità di utilizzo, sia sulla base della documentazione prodotta che dell'esito delle prove	16	D	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 Punti: 9,60 (0,60 x 16,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 16,00 (1,00 x 16,00)
3	Funzionalità specifiche per l'impiego negli ambiti: interventistico angiografico, ambulatoriale; sia sulla base della documentazione prodotta che dell'esito delle prove	16	D	Giudizio: Più che discreto Coefficiente: 0,40 Punti: 6,40 (0,40 x 16,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 16,00 (1,00 x 16,00)
4	Intuitività ed amichevolezza dell'interfaccia utente	10	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 10,00 (1,00 x 10,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 10,00 (1,00 x 10,00)
5	Ergonomia generale dell'apparecchio, con particolare rilievo al posizionamento del videomonitor rispetto all'ecografica, sia sulla base della documentazione prodotta che dell'esito delle prove	8	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 8,00 (1,00 x 8,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 8,00 (1,00 x 8,00)
Totalle		70		50,00	70,00

(*)

D: discrezionale

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. punti 70,00
Ditta ESAOTE S.p.A. punti 50,00

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quindici e minuti trenta, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti:

- Dr.	Enrico	BARALIS	- Dirigente Medico S.C. Radiologia	PRESIDENTE
- Dr.	Alberto	BALDERI	- Dirigente Medico S.C. Radiologia	COMPONENTE
- Sig.	Alberto	ROSSO	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica	COMPONENTE
- Dott.ssa	Paola	GERBOTTO	- Collaboratore Amm.vo Senior S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE