

## **AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO**

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) PER ANNI CINQUE (SESSANTA MESI) DI N. 1 ORTOPANTOMOGRAFO OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOLOGIA (N. GARA 8979146 – N. 9689187A0C).**

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore undici presso la Sala Riunioni della S.C. Radiologia sita al numero ventisei di Via Michele Coppino, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero quattrocentoventiquattro del ventitre marzo duemilaventitre e così composta:

-	<b>Dr.</b>	<b>Gabriele</b>	<b>GALLARATO</b>	-	Dirigente Medico S.C. Radiologia	<b>PRESIDENTE</b>
-	<b>Sig.</b>	<b>Mattia</b>	<b>BARBERIS</b>	-	CdC – TSRM - Dipartimento Interaziendale dei servizi	<b>COMPONENTE</b>
-	<b>Sig.</b>	<b>Alberto</b>	<b>ROSSO</b>	-	Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica	<b>COMPONENTE</b>
-	<b>Dott.ssa</b>	<b>Paola</b>	<b>GERBOTTO</b>	-	Collaboratore Amm.vo Senior S.C. Acquisti di Beni e Servizi	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che le offerte presentate dalle Ditte concorrenti – Ditta STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI – 2R MEDICA s.r.l. e VERIS s.r.l. – risultano rispondenti alle caratteristiche di minima così come indicate all'art. 3.1 del capitolato tecnico e d'oneri.

Premesso quanto sopra si rileva che la Commissione, provvede all'attribuzione dei seguenti punteggi in ordine al criterio **“Caratteristiche tecnico - qualitative”** - avente punteggio massimo **70 punti** come da disciplina di gara:

Rif.	Sotto-criterio di valutazione qualitativa	Punteggio massimo attribuibile	Tipo di criterio (*)	Ditta STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONICHE	Ditta 2R MEDICA s.r.l.	Ditta VERIS s.r.l.
1	Caratteristiche e geometrie dei campi di vista	12	D	Giudizio: Più che discreto Coefficiente: 0,40 <b>Punti: 4,80</b> (0,40 x 12,00)	Giudizio: Più che discreto Coefficiente: 0,40 <b>Punti: 4,80</b> (0,40 x 12,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 12,00</b> (1,00 x 12,00)
2	Movimentazioni motorizzate dell'apparecchiatura e possibilità di utilizzo ergonomico	8	D	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 <b>Punti: 4,80</b> (0,60 x 8,00)	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 <b>Punti: 4,80</b> (0,60 x 8,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 8,00</b> (1,00 x 8,00)
3	Modalità ed alternative di posizionamento del paziente	8	D	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 <b>Punti: 4,80</b> (0,60 x 8,00)	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 <b>Punti: 4,80</b> (0,60 x 8,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 8,00</b> (1,00 x 8,00)
4	Programmi specifici di diagnosi	6	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 6,00</b> (1,00 x 6,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 6,00</b> (1,00 x 6,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 6,00</b> (1,00 x 6,00)
5	Completezza e funzionalità dei software di ricostruzione 3D	6	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 6,00</b> (1,00 x 6,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 6,00</b> (1,00 x 6,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 6,00</b> (1,00 x 6,00)
6	Caratteristiche e funzionalità dei software di fusion imagin e stitching	4	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)
7	Caratteristiche del sistema di centratura del cranio	2	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 2,00</b> (1,00 x 2,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 2,00</b> (1,00 x 2,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 <b>Punti: 2,00</b> (1,00 x 2,00)

Rif.	Sotto-criterio di valutazione qualitativa	Punteggio massimo attribuibile	Tipo di criterio (*)	Ditta STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONICHE	Ditta 2R MEDICA s.r.l.	Ditta VERIS s.r.l.
8	Funzionalità del teleradiografo	2	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 2,00</b> (1,00 x 2,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 2,00</b> (1,00 x 2,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 2,00</b> (1,00 x 2,00)
9	Caratteristiche sistemi di riduzione e controllo della dose erogata, con adattamento all'area / volume da scansire	5	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 5,00</b> (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 5,00</b> (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 5,00</b> (1,00 x 5,00)
10	Caratteristiche della console: dimensioni, tecnologia e risoluzione del monitor	4	D	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60  <b>Punti: 2,40</b> (0,60 x 4,00)	Giudizio: discreto Coefficiente: 0,20  <b>Punti: 0,80</b> (0,20 x 4,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)
11	Caratteristiche del pannello di controllo a bordo apparecchio: dimensioni, tecnologia, parametri visualizzati / impostabili	4	D	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60  <b>Punti: 2,40</b> (0,60 x 4,00)	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60  <b>Punti: 2,40</b> (0,60 x 4,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)
12	Caratteristiche tecnologiche dell'apparecchiatura: tecnologia dei sensori, risoluzione in 2D / 3D,	5	D	Giudizio: Più che Buono Coefficiente: 0,80  <b>Punti: 4,00</b> (0,80 x 5,00)	Giudizio: Più che Buono Coefficiente: 0,80  <b>Punti: 4,00</b> (0,80 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 5,00</b> (1,00 x 5,00)
13	Caratteristiche ed organizzazione del sistema di assistenza tecnica	4	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4,00)
<b>Totale</b>		<b>70</b>		<b>52,20</b>	<b>50,60</b>	<b>70,00</b>

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Ditta VERIS s.r.l.	punti 70,00
Ditta STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROM.	Punti 52,20
Ditta 2R MEDICA s.r.l.	Punti 50,60

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore dodici, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti:

-	<b>Dr.</b>	<b>Gabriele</b>	<b>GALLARATO</b>	-	Dirigente Medico S.C. Radiologia _____ _____ _____	<b>PRESIDENTE</b>
-	<b>Sig.</b>	<b>Mattia</b>	<b>BARBERIS</b>	-	CdC – TSRM - Dipartimento Interaziendale dei servizi _____ _____ _____	<b>COMPONENTE</b>
-	<b>Sig.</b>	<b>Alberto</b>	<b>ROSSO</b>	-	Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica _____ _____ _____	<b>COMPONENTE</b>
-	<b>Dott.ssa</b>	<b>Paola</b>	<b>GERBOTTO</b>	-	Collaboratore Amm.vo Senior S.C. Acquisti di Beni e Servizi _____ _____ _____	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>