

## **AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO**

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) PER ANNI QUATTRO DI N. 1 SISTEMA PER IPO-IPERTERMIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIEGO IN TERAPIA INTENSIVA / RIANIMAZIONE (N. GARA 8671985 – N. CIG 9352071521).**

L’anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore dieci e minuta quaranta presso la Sala Riunioni della S.C. Acquisti di Beni e Servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milleduecentosessantanove del ventidue settembre duemilaventidue e così composta:

-	<b>Dr.ssa</b>	<b>Stefania</b>	<b>MUSSO</b>	- Dirigente Medico S.S.D. Rianimazione	<b>PRESIDENTE</b>
-	<b>Dr.</b>	<b>Davide Michele</b>	<b>PEIRONE</b>	- Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere S.S.D. Rianimazione	<b>COMPONENTE</b>
-	<b>Sig.</b>	<b>Alberto</b>	<b>ROSSO</b>	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica	<b>COMPONENTE</b>
-	<b>Dott.ssa</b>	<b>Paola</b>	<b>GERBOTTO</b>	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C. Acquisti di Beni e Servizi	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che le offerte presentate dalle Dette concorrenti – Ditta AB MEDICA S.p.A. – BECTON DICKINSON ITALIA e SEDA S.p.A. – risultano rispondenti alle caratteristiche di minima così come indicate all’art. 3.1 del capitolato tecnico e d’oneri.

Viene dato atto che con nota prot. 38763 del 27.10.2022 sono state invitate le Dette offerenti a consegnare in prova gratuita – come indicato all’articolo cinque del disciplinare di gara – il modello di ecotomografo oggetto di fornitura.

Tutte le ditte concorrenti hanno presentato la strumentazione richiesta in prova.

Premesso quanto sopra si rileva che la Commissione, provvede all’attribuzione dei seguenti punteggi in ordine al criterio **“Caratteristiche tecnico - qualitative”** - avente punteggio massimo **70 punti** come da disciplina di gara:

Rif.	Sotto-criterio di valutazione qualitativa	Punteggio massimo attribuibile	Tipo di criterio (*)	Ditta AB MEDICA	Ditta BECTON DICKINSON	Ditta SEDA
1	Amichevolezza del display e dei comandi	10	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 10,00</b> (1,00 x 10)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 10,00</b> (1,00 x 10)	Giudizio: Discreto Coefficiente: 0,20  <b>Punti: 2,00</b> (0,20 x 10)
2	Range di tolleranza dichiarato tra valore impostato e valore reale nel mantenimento del target di temperatura (precisione)	10	Q (**)	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
3	Caratteristiche degli allarmi	8	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 8,00</b> (1,00 x 8)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 8,00</b> (1,00 x 8)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 8,00</b> (1,00 x 8)
4	Numero di elementi refrigeranti / riscaldanti contemporaneamente collegabili all'apparecchiatura	4	Q (***)	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
5	Modalità di eventuale riposizionamento degli elementi refrigeranti / riscaldanti sul medesimo paziente	12	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 12,00</b> (1,00 x 12,00)	Giudizio: Più che discreto Coefficiente: 0,40  <b>Punti: 4,80</b> (0,40 x 12,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 12,00</b> (1,00 x 12,00)
6	Elementi refrigeranti e riscaldanti consumabili di tipologie ulteriori rispetto alla dotazione di base, che configurano la migliore versatilità di impiego nel paziente critico	18	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 18,00</b> (1,00 x 18)	Giudizio: discreto Coefficiente: 0,20  <b>Punti: 3,60</b> (0,20 x 18)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 18,00</b> (1,00 x 18)
7	Sonda di rilevazione in continuo della temperatura corporea del paziente costituita da porzione plurioso e collegabile tramite adattatore ad estremità distale monouso	4	T	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
8	Tollerabilità cutanea	4	D	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4)	Giudizio: discreto Coefficiente: 0,20  <b>Punti: 0,80</b> (0,20 x 4)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00  <b>Punti: 4,00</b> (1,00 x 4)
	<b>Totalle</b>	<b>70</b>		<b>66,00</b>	<b>45,20</b>	<b>62,00</b>

(\*)

D: discrezionale

Q: quantitativo: differenziale di temperatura rispetto alla temperatura impostata

(\*\*)  $P_i = P_{MAX} \cdot \frac{Valore_{\min \text{imo}}}{Valore_i}$  dove:

- $P_i$ : punteggio assegnato all'offerta  $i$ -esima;
  - $P_{MAX}$ : punteggio massimo per il sottocriterio;
  - $Valore_{minimo}$ : valore migliore del parametro (in questo caso minimo);
  - $Valore_i$ : valore del parametro dell'offerta  $i$ -esima

(\*\*\*) N. 1 elementi refrigeranti/riscaldanti: 0 punti  
N. 2 elementi refrigeranti/riscaldanti: 2 punti  
N. 3 o più elementi refrigeranti/riscaldanti: 4 punti

T: tabellare (ON / OFF)

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Ditta AB MEDICA S.p.A. punti 66,00  
Ditta SEDA S.p.A. punti 62,00  
Ditta BECTON DICKINSON ITALIA punti 45,20

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore undici e minuti quindici, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti:

-	<b>Dr.ssa</b>	<b>Stefania</b>	<b>MUSSO</b>	- Dirigente Medico S.S.D. Rianimazione	<b>PRESIDENTE</b>
-	<b>Dr.</b>	<b>Davide Michele</b>	<b>PEIRONE</b>	- Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere S.S.D. Rianimazione	<b>COMPONENTE</b>
-	<b>Sig.</b>	<b>Alberto</b>	<b>ROSSO</b>	- Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto S.S. Ingegneria Clinica	<b>COMPONENTE</b>

-	<b>Dott.ssa Paola</b>	<b>GERBOTTO</b>	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C. Acquisti di Beni e Servizi	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>
---	-----------------------	-----------------	--	-------------------------------------