

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI
AVANZATI PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA DELLE ULCERE, PIAGHE
DA DECUBITO E LESIONI VASCOLARI OCCORRENTI PER MESI DODICI – SS.CC.
VARIE (N. GARA 8764119 – N. CIG. VARI).**

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore quattordici e minuti quaranta presso la Sala Riunioni della S.C. Acquisti di Beni e Servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero millesettcentosessantadue del ventitre dicembre duemilaventidue e così composta:

-	Dr.	Antonio	CAPO	- Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia	PRESIDENTE
-	Dr.ssa	Monica	CAIRO	- Dirigente Medico S.C. Chirurgia Plastica	COMPONENTE
-	Dr.ssa	Margherita	VIGLIONE	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	COMPONENTE
-	Sig.ra	Ornella	MALABOCCHIA	- Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che le offerte presentate dalle Ditte concorrenti sotto indicate risultano rispondenti alle caratteristiche di minima così come indicate all'art. 3 della richiesta di offerta prot. 40646 del 11.11.2022:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ditta ASA s.r.l. | Lotto 1 |
| 2. Ditta EUROSETS s.r.l. | Lotto 1 |
| 3. Ditta LOHMANN & RAUSCHER | Lotto 1 |
| 4. Ditta PAUL HARTMANN | Lotto 1 - 3 |
| 5. Ditta SMITH & NEPHEW | Lotto 1 – 3 – 4 – 5 – 7 |
| 6. Ditta WALDNER TECN. MEDICALI s.r.l. | Lotto 1 – 2 – 3 – 4 |
| 7. Ditta CONVATEC ITALIA s.r.l. | Lotto 6 |

Dato atto che la Ditta LOHMANN & RAUSCHER, come risulta dalle note prot. 45212 del 19.12.2022 – prot. 45418 del 20.12.2022 e n. 45982 del 23.12.2022 non è stata ammessa alla fase di valutazione tecnica in relazione al Lotto n. 1 in quanto nella compilazione del “Documento di

“offerta tecnica” ha indicato il “Valore offerto” e quindi è stato violato il principio di segretezza dell’offerta economica.

La Commissione richiama le lettere del 27.01.2023 protocollo n. 3377 – n. 3382 – n. 3386 – n. 3389 – n. 3390 e n. 3392 con le quali le Ditte concorrenti sono state invitate ad effettuare una presentazione e una dimostrazione di funzionamento dei beni offerti presso l’Azienda Ospedaliera, secondo il seguente calendario:

DATA	ORARIO	DITTA
02.02.2023	9,00 – 9,45	ASA s.r.l.
02.02.2023	9,45 – 10,30	EUROSETS s.r.l.
02.02.2023	10,30 – 11,15	PAUL HARTMANN S.p.A.
02.02.2023	11,15 – 11,35	SMITH & NEPHEW s.r.l.
02.02.2023	11,35 – 11,55	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI s.r.l.
02.02.2023	11,55 – 12,15	CONVATEC ITALIA s.r.l.

La Commissione, dando atto che le prove della campionatura sono state regolarmente eseguite, procedere pertanto con l’attribuzione dei seguenti punteggi in ordine al criterio **“Qualità dei prodotti”** - avente punteggio massimo 70 punti come da disciplina di gara:

Lotto n. 1: sistemi per terapia a pressione negativa delle ulcere, piaghe da decubito e lesioni vascolari con apparecchiature pluriuso e medicazioni sterili in spugna

Criterio di valutazione	Punteggio massimo	Tipo di criterio	Ditta ASA	Ditta EUROSETS	Ditta PAUL HARTMANN	Ditta SMITH & NEPHEW	Ditta WALDNER TECN.MED.
Apparecchiatura: caratteristiche ed efficienza in ordine a: capacità di mantenere costante la pressione sul sito di applicazione, variabilità di pressione di esercizio, funzionalità del display e dell'interfaccia operatore / apparecchio, sistemi di allarme, autonomia della batteria e tempo di ricarica. Facilità di impostazione / esercizio e rumorosità.	33 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Più che discreto Coefficiente: 0,40 Punti: 13,20 (0,40 x 33,00)	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 Punti: 19,80 (0,60 x 33,00)	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 Punti: 19,80 (0,60 x 33,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)
Medicazioni sterili: caratteristiche ed efficienza in ordine a: idoneità al taglio e alla conformabilità, gamma di medicazioni speciali conformate disponibili; disponibilità di sistemi di fissaggio ad elevata tenuta per pieghe o regioni anatomiche difficili (es. solco intergluteo)	25 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 Punti: 15,00 (0,60 x 25,00)	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 Punti: 15,00 (0,60 x 25,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)	Giudizio: Più che buono Coefficiente: 0,80 Punti: 20,00 (0,80 x 25,00)
Canister: contenitore di raccolta fluidi monouso	7 punti	“T” Tabellare	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Raccordo e materiale accessorio: caratteristiche ed efficienza del raccordo e qualità dell'eventuale materiale accessorio disponibile	5 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Più che discreto Coefficiente: 0,40 Punti: 2,00 (0,40 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)
Totale punti	70 punti		37,20	46,80	56,80	70,00	65,00

Lotto n. 2: sistemi pluriuso per terapia a pressione negativa delle ulcere, piaghe da decubito e lesioni vascolari, completo di dispositivo a pompa integrato per poter gestire e programmare l'inserimento e la rimozione di soluzioni terapeutiche antibatteriche nel sito di applicazione

Criterio di valutazione	Punteggio massimo	Tipo di criterio	Ditta WALNER TECN.MEDICALI
Apparecchiatura: caratteristiche ed efficienza in ordine a: capacità di mantenere costante la pressione sul sito di applicazione, variabilità di pressione di esercizio, ampio display, numero di informazioni e dati clinico statisticci rilevabili sul display, funzionalità del display e dell'interfaccia operatore/apparecchio, doppia modalità di impostazione (operatore/paziente), caratteristiche funzionali del dispositivo a pompa integrato e computerizzato per poter gestire e programmare l'inserimento e la rimozione di soluzioni terapeutiche antibatteriche nel sito di applicazione, autonomia della batteria e facilità di ricarica. Dimensioni e massa contenute. Ergonomicità di impostazione / esercizio e rumorosità limitata.	33 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)
Medicazioni sterili: caratteristiche ed efficienza in ordine a: idoneità al taglio ed alla conformabilità, medicazioni speciali conformate (tallone, mano...) e spiraliformi per ferite cavitarie; tipologia di confezionamento.	25 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)
Canister: contenitore di raccolta fluidi monouso	7 punti	“T” Tabellare	7,00
Raccordo e materiale accessorio: caratteristiche ed efficienza del raccordo e qualità dell'eventuale materiale accessorio disponibile	5 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)
Totale punti	70 punti		70,00

Lotto n. 3: sistemi pluriuso per terapia a pressione negativa per medicazioni sterili dell'addome aperto

Criterio	Punteggio massimo	Tipo di criterio	Ditta PAUL HARTMANN	Ditta SMITH & NEPHEW	Ditta WALDNER TECN.MED.
Apparecchiatura: caratteristiche ed efficienza in ordine a: variabilità di pressione di esercizio, ampio display, numero di informazioni e dati clinico statisticci rilevabili sul display, doppia modalità di impostazione (operatore/paziente), funzionalità del display e dell'interfaccia operatore /apparecchio, autonomia della batteria e facilità di ricarica. Dimensioni e massa contenute. Ergonomicità di impostazione / esercizio e rumorosità limitata.	33 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Buono Coefficiente: 0,60 Punti: 19,80 (0,60 x 33,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)
Medicazioni sterili: caratteristiche ed efficienza in ordine a: idoneità al taglio ed alla conformabilità, disponibilità di medicazioni speciali conformate addominali, disponibilità di medicazioni a varia tipologia e disponibilità di dispositivi di protezione peritoneale; tipologia di confezionamento.	25 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Più che Buono Coefficiente: 0,80 Punti: 20,00 (0,80 x 25,00)	Giudizio: Più che Buono Coefficiente: 0,80 Punti: 20,00 (0,80 x 25,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)
Canister: contenitore di raccolta fluidi monouso	7 punti	“T” Tabellare	7,00	7,00	7,00
Raccordo e materiale accessorio: caratteristiche ed efficienza del raccordo e qualità dell'eventuale materiale accessorio disponibile	5 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)
Totale punti	70 punti		51,80	65,00	70,00

Lotto n. 4: sistema per terapia a pressione negativa delle ulcere, piaghe da decubito e lesioni vascolari con apparecchiatura pluriuso e medicazioni sterili in spugna con argento

Criterio	Punteggio massimo	Tipo di criterio	Ditta SMITH & NEPHEW	Ditta WALDNER TECN.MED.
Apparecchiatura: caratteristiche ed efficienza in ordine a: capacità di mantenere costante la pressione sul sito di applicazione, variabilità di pressione di esercizio, funzionalità del display e dell'interfaccia operatore / apparecchio, sistemi di allarme, autonomia della batteria e tempo di ricarica. Facilità di impostazione / esercizio e rumorosità.	33 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)
Medicazioni sterili in spugna all'argento: caratteristiche ed efficienza in ordine a: idoneità al taglio e alla conformabilità, gamma di medicazioni speciali conformate disponibili; disponibilità di sistemi di fissaggio ad elevata tenuta per pieghe o regioni anatomiche difficili (es. solco intergluteo)	25 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Discreto Coefficiente: 0,20 Punti: 5,00 (0,20 x 25,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)
Canister: contenitore di raccolta fluidi monouso	7 punti	“T” Tabellare	7,00	7,00
Raccordo e materiale accessorio: caratteristiche ed efficienza del raccordo e qualità dell'eventuale materiale accessorio disponibile	5 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)
Totale punti	70 punti		50,00	70,00

Lotto n. 5: sistemi elettromedicali sterili monouso per la terapia a pressione negativa per la gestione del sito chirurgico e la prevenzione delle deiscenze –durata 7 giorni

Criteria	Punteggio massimo	Tipo di criterio	Ditta SMITH & NEPHEW
Apparecchiatura: caratteristiche ed efficienza in ordine a: Stabilità di pressione di esercizio, autonomia della batteria, tenuta del vuoto meccanico Dimensioni e massa contenute. Semplicità di impostazione / esercizio e rumorosità limitata.	33 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)
Medicazioni sterili: caratteristiche ed efficienza in ordine a: tipologia di medicazioni speciali conformate, disponibilità di medicazioni di varia dimensione con elevata capacità adsorbente, adesività e stabilità delle medicazioni	25 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)
Capacità di assorbimento dell'essudato dei dispositivi	7 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 7,00 (1,00 x 7,00)
Raccordo e materiale accessorio: caratteristiche ed efficienza del raccordo e qualità dell'eventuale materiale accessorio disponibile	5 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)
Totale punti	70 punti		70,00

Lotto n. 6: sistemi elettromedicali sterili monouso per la terapia a pressione negativa per la gestione del sito chirurgico e la prevenzione delle deiscenze –fino a 30 giorni

Criterio	Punteggio massimo	Tipo di criterio	Ditta CONVATEC ITALIA
Apparecchiatura: caratteristiche ed efficienza in ordine a: Stabilità di pressione di esercizio, autonomia della batteria, tenuta del vuoto meccanico Dimensioni e massa contenute. Semplicità di impostazione / esercizio e rumorosità limitata.	33 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)
Medicazioni sterili: caratteristiche ed efficienza in ordine a: tipologia di medicazioni speciali conformate, disponibilità di medicazioni di varia dimensione con elevata capacità adsorbente, adesività e stabilità delle medicazioni	25 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)
Capacità di assorbimento dell'essudato dei dispositivi	7 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 7,00 (1,00 x 7,00)
Raccordo e materiale accessorio: caratteristiche ed efficienza del raccordo e qualità dell'eventuale materiale accessorio disponibile	5 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)
Totale punti	70 punti		70,00

Lotto n. 7: sistemi elettromedicali sterili monouso per la terapia a pressione negativa per la gestione del sito chirurgico e la prevenzione delle deiscenze - con doppia medicazione

Criterio	Punteggio massimo	Tipo di criterio	Ditta SMITH & NEPHEW
Apparecchiatura: caratteristiche ed efficienza in ordine a: Stabilità di pressione di esercizio, autonomia della batteria, tenuta del vuoto meccanico Dimensioni e massa contenute. Semplicità di impostazione / esercizio e rumorosità limitata.	33 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 33,00 (1,00 x 33,00)
Medicazioni sterili: caratteristiche ed efficienza in ordine a: tipologia di medicazioni speciali conformate, disponibilità di medicazioni di varia dimensione con elevata capacità adsorbente, adesività e stabilità delle medicazioni	25 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 25,00 (1,00 x 25,00)
Capacità di assorbimento dell'essudato dei dispositivi	7 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 7,00 (1,00 x 7,00)
Raccordo e materiale accessorio: caratteristiche ed efficienza del raccordo e qualità dell'eventuale materiale accessorio disponibile	5 punti	“D” Discrezionale	Giudizio: Ottimo Coefficiente: 1,00 Punti: 5,00 (1,00 x 5,00)
Totale punti	70 punti		70,00

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Qualità dei prodotti”:

<u>Lotto 1:</u>	Ditta SMITH & NEPHEW s.r.l. Ditta WALDNER TECN.MEDICALI s.r.l. Ditta PAUL HARTMANN S.p.A. Ditta EUROSETS s.r.l. Ditta ASA s.r.l.	punti 70,00 punti 65,00 punti 56,80 punti 46,80 punti 37,20
<u>Lotto 2:</u>	Ditta WALDNER TECN.MEDICALI s.r.l.	punti 70,00
<u>Lotto 3:</u>	Ditta WALDNER TECN.MEDICALI s.r.l. Ditta SMITH & NEPHEW s.r.l. Ditta PAUL HARTMANN S.p.A.	punti 70,00 punti 65,00 punti 51,80
<u>Lotto 4:</u>	Ditta WALDNER TECN.MEDICALI s.r.l. Ditta SMITH & NEPHEW s.r.l.	punti 70,00 punti 50,00
<u>Lotto 5:</u>	Ditta SMITH & NEPHEW s.r.l.	punti 70,00
<u>Lotto 6:</u>	Ditta CONVATEC ITALIA s.r.l.	punti 70,00
<u>Lotto 7:</u>	Ditta SMITH & NEPHEW s.r.l.	punti 70,00

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore sedici e minuti dieci, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti:

-	Dr.	Antonio	CAPO	- Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia	PRESIDENTE
-	Dr.ssa	Monica	CAIRO	- Dirigente Medico S.C. Chirurgia Plastica	COMPONENTE
-	Dr.ssa	Margherita	VIGLIONE	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	COMPONENTE

-	Sig.ra	Ornella	MALABOCCHIA	-	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE
---	---------------	----------------	--------------------	---	--	-------------------------------------