



**PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI,  
DI DPI E DM NECESSARI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  
OCCORRENTI PER MESI DODICI ALLE VARIE STRUTTURE - GARA N. 8907521 -  
CIG VARI - RDO 3401050.**

**VERBALE**

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di maggio la Commissione Giudicatrice – nominata con determinazione numero 370 del 15/03/2023 in merito alla procedura citata in oggetto e composta dai Componenti sotto indicati – ha provveduto a relazionare in merito alle offerte pervenute:

<b>Dr.ssa</b>	<b>Elena</b>	<b>MITTONE</b>	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	<b>PRESIDENTE</b>
<b>Dr.ssa</b>	<b>Samanta</b>	<b>PERUCCA</b>	Coordinatore BOP Referente Logistica e Supporto gestione personale	<b>COMPONENTE</b>
<b>Dr.ssa</b>	<b>Daniela</b>	<b>PRANDI</b>	Coll. Tecnico Prof.le ASPP S.S. Prevenzione e Protezione	<b>COMPONENTE</b>
<b>Sig.ra</b>	<b>Roberta</b>	<b>DUTTO</b>	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>

La Commissione Giudicatrice in ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA – Prot. n. 2357 del 19/01/2023 – GARA N. 8907521 - CIG VARI - RDO 3401050, rileva che hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

1. 3 F SRL
2. 3M ITALIA SRL
3. ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL
4. BETATEX S.P.A.
5. BLUE TECNICA SRL
6. CAPRI
7. CHEMIL
8. CLEAN ENERGY SRL
9. CLINI-LAB S.R.L.
10. CTEXPERTISE S.R.L.
11. DETA MEDICAL SRL
12. ELEVIT S.R.L.S.
13. FARMACIE INTERNAZIONALI
14. FISIOSVILUPPI SRL
15. GDA SRL
16. GIUPEL SRL
17. GVS SPA



18. ICR SPA
19. IDS SRL
20. ILE MEDICAL S.R.L.
21. INNOLIVING SPA
22. INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL
23. INTERNATIONAL MANIFATTURE SAS DI DE BERARDINIS NIN
24. ITALIAVERDE
25. ITALORTOPEDIA S.R.L.
26. L'ANTINFORTUNISTICA
27. MABE SRL
28. MANTA S.R.L.
29. MED CONSULTING SRL
30. MED TRADE SRL
31. MEDIBERG
32. MEDICAL GROUP
33. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE
34. MEGAPHARMA OSPEDALIERA
35. NEVERLAND D.O.O.
36. PIZZOCRI S.R.L.
37. POLONORD ADESTE SRL
38. PRAMAM SRL
39. RADE'
40. RAMEDICAL SRL
41. SANIRES SRL
42. SATCOM SRL
43. ST PROTECT SPA
44. ST TONINELLI-SCUDELLARI SRL
45. VINCAL

Convenuto quanto sopra, la Commissione preliminarmente richiama il fatto che la S.C. Acquisti di Beni e Servizi con lettera prot. n. 9122 del 7/03/2023 ha comunicato l'esclusione dalla fase di valutazione tecnica delle seguenti Ditte in quanto hanno riportato il "Valore offerto" nel "Documento di offerta tecnica" violando quindi il principio di segretezza dell'offerta economica come riportato dal seguente elenco:

**LOTTO 1 – FACCIALE FILTRANTE FFP3 – CIG: 9609333074**

ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL  
CLEAN ENERGY SRL  
FARMACIE INTERNAZIONALI  
INTERNATIONAL MANIFATTURE SAS DI DE BERARDINIS NIN  
L'ANTINFORTUNISTICA  
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE  
PIZZOCRI S.R.L.  
SATCOM srl



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

*di Cuneo*

**LOTTO 2 – FACCIALE FILTRANTE FFP2 – CIG: 9609413278**

3 F SRL  
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL  
CHEMIL  
CLEAN ENERGY SRL  
CTEXPERTISE S.R.L.  
FARMACIE INTERNAZIONALI  
GDA SRL  
GIUPEL SRL  
ILE MEDICAL S.R.L.  
INNOLIVING SPA  
INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL  
L'ANTINFORTUNISTICA  
MABE SRL  
MEDICAL GROUP  
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE  
PIZZOCRI S.R.L.  
PRAMAM SRL  
RADE'  
RAMEDICAL SRL  
SANIRES SRL  
SATCOM srl  
ST TONINELLI-SCUDELLARI SRL

**LOTTO 3 – MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI – CIG: 96094809C0**

BETATEX S.P.A.  
CHEMIL  
CLEAN ENERGY SRL  
FARMACIE INTERNAZIONALI  
GDA SRL  
GIUPEL SRL  
IDS SRL  
ILE MEDICAL S.R.L.  
INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL  
MABE SRL  
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE  
MEGAPHARMA OSPEDALIERA  
RAMEDICAL SRL  
SATCOM srl

**LOTTO 4 – MASCHERINA CHIRURGICA CON LACCI – CIG: 9609501B14**

BETATEX S.P.A.



CLINI-LAB S.R.L.

IDS SRL

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE

SATCOM srl

Successivamente la Commissione Giudicatrice richiama i criteri e i punteggi in ordine ai parametri di valutazione qualitativa riportati nella lettera di invito prot. 2357 del 19/01/2023:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX
1	Caratteristiche tecnico-qualitative	70
2	Prezzo	30

I criteri e i punteggi relativi al parametro “**Caratteristico tecnico-qualitative**” sono di seguito dettagliati.

### **LOTTO 1 FACCIALE FILTRANTE FFP3**

CARATTERISTICA	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Comfort	D	30
Vestibilità	D	20
Robustezza (tenuta degli elastici)	D	10
Adattabilità all’uso con altri DPI (occhiali)	D	10
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

### **LOTTO 2 FACCIALE FILTRANTE FFP2**

CARATTERISTICA	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Comfort	D	30
Vestibilità	D	20
Robustezza (tenuta degli elastici)	D	10
Adattabilità all’uso con altri DPI (occhiali)	D	10
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

### **LOTTO 3 MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI**

CARATTERISTICA	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Comfort	D	30
Vestibilità	D	20
Robustezza (tenuta degli elastici)	D	10
Adattabilità all’uso con altri DPI (occhiali)	D	10
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>



## LOTTO 4 MASCHERINA CHIRURGICA CON LACCI

CARATTERISTICA	TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Comfort	D	30
Vestibilità	D	20
Robustezza (tenuta degli elastici)	D	10
Adattabilità all'uso con altri DPI (occhiali)	D	10
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale (D)**, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo **coefficiente, variabile tra zero e uno**, così come indicato nella successiva tabella:

### *Coefficienti discrezionali*

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali ( <i>per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo</i> )
CD	<b>Minimale</b>	0,00
	<b>Discreto</b>	0,20
	<b>Più che discreto</b>	0,40
	<b>Buono</b>	0,60
	<b>Più che buono</b>	0,80
	<b>Ottimo</b>	1,00

### Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in **punti 36**.

Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice – a seguito della verifica della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte offerenti e ammesse – dà atto che si è provveduto alle valutazioni tecniche dei dispositivi offerti, dalle quali derivano le attribuzioni dei punteggi relativamente al parametro **“Caratteristiche tecnico - qualitative”**, così come risulta dalle dettagliate tabelle di seguito riportate:



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

**LOTTO 1 FACCIALE FILTRANTE FFP3**

DITTA	CARATTERISTICA	PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA
3M ITALIA SRL	Comfort	30	Buono	18	46
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
CAPRI	Comfort	30			(*)
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri DPI	10			
FISIOSVILUPPI SRL	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
GVS SPA	Comfort	30	Più che discreto	12	36
	Vestibilità	20	Più che discreto	8	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
ITALORTOPEDIA S.R.L.	Comfort	30	Più che discreto	12	40
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
MANTA S.R.L.	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
MED TRADE SRL	Comfort	30	Più che discreto	12	40
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
NEVERLAND D.O.O.	Comfort	30			(**)
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri	10			



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

ai Cuneo

	DPI					
ST PROTECT SPA	Comfort	30	Più che discreto	12	36	
	Vestibilità	20	Più che discreto	8		
	Robustezza	10	Ottimo	10		
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6		
VINCAL	Comfort	30			(***)	
	Vestibilità	20				
	Robustezza	10				
	Adattabilità uso con altri DPI	10				

(\*) In base ai criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere delle valutazioni oggettive sul prodotto offerto dalla Ditta Capri poiché non ha presentato specifica campionatura. La ditta Capri risulta pertanto esclusa dal lotto n. 1 perché non è stata considerata valutabile.

(\*\*) La Ditta Neverland D.O.O. risulta esclusa dal prosieguo della gara relativamente al lotto n.1, in quanto non ha presentato la documentazione tecnica specificatamente richiesta sia nel disciplinare che con successiva specifica richiesta di integrazione, indispensabile per dichiararne l'idoneità.

(\*\*\*) In base ai criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere delle valutazioni oggettive sul prodotto offerto dalla Ditta Vincal poiché ha presentato documentazione tecnica non conforme in base a quanto prescritto dalla normativa; al riguardo infatti tale Ditta non ha presentato le istruzioni d'uso redatte in lingua italiana, così come ribadito nel chiarimento prot. N. 4054 del 1/02/23 reso disponibile a tutti gli operatori economici potenzialmente offerenti e come specificatamente richiesto con successiva comunicazione sulla piattaforma Mepa. La ditta Vincal risulta pertanto esclusa dal lotto n. 1 perché non è stata considerata valutabile.

<b>LOTTO 2 FACCIALE FILTRANTE FFP2</b>					
DITTA	CARATTERISTICA	PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA
BLUE TECNICA SRL	Comfort	30	Più che buono	24	60
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
CAPRI	Comfort	30			(*)
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri DPI	10			



## AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE di CUNEO

ai Cuneo

DETA MEDICAL SRL	Comfort	30	Buono	18	40
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Più che discreto	4	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
ELEVIT S.R.L.S.	Comfort	30	Più che buono	24	60
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
FISIOSVILUPPI SRL	Comfort	30			(**)
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri DPI	10			
ITALIAVERDE	Comfort	30			(***)
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri DPI	10			
ITALORTOPEDIA S.R.L.	Comfort	30	Buono	18	40
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Più che discreto	4	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
MANTA S.R.L.	Comfort	30	Più che buono	24	52
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Buono	6	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
MED CONSULTING SRL	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
MED TRADE SRL	Comfort	30	Buono	18	40
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Più che discreto	4	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
MEDIBERG	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
NEVERLAND D.O.O.	Comfort	30	Più che buono	24	52
	Vestibilità	20	Più che buono	16	



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

ai Cuneo

	Robustezza	10	Buono	6	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	
POLONORD ADESTE SRL	Comfort	30	Più che buono	24	60
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
ST PROTECT SPA	Comfort	30			*****
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri DPI	10			
VINCAL	Comfort	30	Più che buono	24	52
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Buono	6	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Buono	6	

(\*) In base ai criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere delle valutazioni oggettive sul prodotto offerto dalla Ditta Capri poiché ha presentato documentazione tecnica non conforme in base a quanto prescritto dalla normativa; al riguardo infatti tale Ditta non ha presentato le istruzioni d'uso redatte in lingua italiana, così come ribadito nel chiarimento prot. N. 4054 del 1/02/23 reso disponibile a tutti gli operatori economici potenzialmente offerenti e come specificatamente richiesto con successiva comunicazione sulla piattaforma Mepa. La ditta Capri Srl risulta pertanto esclusa dal lotto n. 2 perché non è stata considerata valutabile.

(\*\*) In base ai criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere delle valutazioni oggettive sul prodotto offerto dalla Ditta Fisiosviluppi Srl poiché ha presentato documentazione tecnica non conforme in base a quanto prescritto dalla normativa; al riguardo infatti tale Ditta non ha presentato le istruzioni d'uso redatte in lingua italiana, così come ribadito nel chiarimento prot. N. 4054 del 1/02/23 reso disponibile a tutti gli operatori economici potenzialmente offerenti e come specificatamente richiesto con successiva comunicazione sulla piattaforma Mepa. La ditta Fisiosviluppi Srl risulta pertanto esclusa dal lotto n. 2 perché non è stata considerata valutabile.

(\*\*\*) In base ai criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere delle valutazioni oggettive sul prodotto offerto dalla Ditta Italiaverde poiché non ha presentato specifica campionatura. La ditta Italiaverde risulta pertanto esclusa dal lotto n. 2 perché non è stata considerata valutabile.

(\*\*\*\*) In base ai criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere delle valutazioni oggettive sul prodotto offerto dalla Ditta ST Protect SPA poiché non ha presentato specifica campionatura. La ditta ST Protect SPA risulta pertanto esclusa dal lotto n. 2 perché non è stata considerata valutabile.



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

<b>LOTTO 3 MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI</b>					
DITTA	CARATTERISTICA	PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA
BLUE TECNICA SRL	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
CAPRI	Comfort	30	Più che buono	24	58
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Più che buono	8	
FISIOSVILUPPI SRL	Comfort	30	Più che buono	24	58
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Più che buono	8	
ICR SPA	Comfort	30	Più che discreto	12	42
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Più che buono	8	
ITALIAVERDE	Comfort	30			(*)
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri DPI	10			
ITALORTOPEDIA S.R.L.	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
MANTA S.R.L.	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
MED CONSULTING SRL	Comfort	30	Più che discreto	12	42
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Più che buono	8	
MED TRADE SRL	Comfort	30	Più che buono	24	58
	Vestibilità	20	Più che buono	16	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Più che buono	8	
NEVERLAND	Comfort	30	Ottimo	30	70



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

ai Cuneo

D.O.O.	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
POLONORD ADESTE SRL	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	
ST PROTECT SPA	Comfort	30	Più che discreto	12	42
	Vestibilità	20	Buono	12	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Più che buono	8	
VINCAL	Comfort	30	Ottimo	30	70
	Vestibilità	20	Ottimo	20	
	Robustezza	10	Ottimo	10	
	Adattabilità uso con altri DPI	10	Ottimo	10	

(\*) In base ai criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere delle valutazioni oggettive sul prodotto offerto dalla Ditta Italiaverde poiché non ha presentato specifica campionatura. La ditta Italiaverde risulta pertanto esclusa dal lotto n. 3 perché non è stata considerata valutabile.

<b>LOTTO 4 – MASCHERINA CHIRURGICA CON LACCI – CIG: 9609501B14</b>					
DITTA	CARATTERISTICA	PUNTEGGIO MASSIMO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE DITTA
MEDIBERG	Comfort	30			(*)
	Vestibilità	20			
	Robustezza	10			
	Adattabilità uso con altri DPI	10			

(\*) La ditta Mediberg risulta esclusa dal prosieguo della gara relativamente al lotto n.4, in quanto ha offerto un prodotto non conforme a quanto richiesto; nella campionatura riferita al Lotto n. 4 sulla confezione non è indicato il REF/CODICE del prodotto. La mancanza del REF/CODICE non rende perfettamente identificabile il dispositivo.

Tenuto conto delle risultanze delle valutazioni tecniche delle offerte pervenute e ammesse in relazione alla procedura di gara citata in oggetto, la Commissione Giudicatrice dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti:

Letto, approvato e sottoscritto:



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

*di Cuneo*

<b>Dr.ssa</b>	<b>Elena</b>	<b>MITTONE</b>	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	<b>PRESIDENTE</b>
<b>Dr.ssa</b>	<b>Samanta</b>	<b>PERUCCA</b>	Coordinatore BOP Referente Logistica e Supporto gestione personale	<b>COMPONENTE</b>
<b>Dr.ssa</b>	<b>Daniela</b>	<b>PRANDI</b>	Coll. Tecnico Prof.le ASPP S.S. Prevenzione e Protezione	<b>COMPONENTE</b>
<b>Sig.ra</b>	<b>Roberta</b>	<b>DUTTO</b>	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>