



**PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - SUDDIVISA IN LOTTI - DI STRUMENTARIO CHIRURGICO SPECIALISTICO MININVASIVO MITRALICO IN UN'UNICA SOLUZIONE. S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO. (GARA N. 8804508 CIG VARI)**

**VERBALE**

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 8:50 in Cuneo presso il reparto della S.C. Cardiochirurgia sita al numero 26 di via Michele Coppino, 26, si sono riuniti i componenti della Commissione Giudicatrice - nominata con determinazione numero 49 del 16/01/2023 così composta:

<b>Dr.</b>	<b>Vincenzo</b>	<b>COLUCCI</b>	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia	<b>PRESIDENTE</b>
<b>Dr.</b>	<b>Francesco</b>	<b>ROSATO</b>	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia	<b>COMPONENTE</b>
<b>Dr.ssa</b>	<b>Chiara</b>	<b>MANSUINO</b>	Coordinatore Infermieristico BOS Blocco Operatorio Cardiovascolare	<b>COMPONENTE</b>
<b>Sig.ra</b>	<b>Roberta</b>	<b>DUTTO</b>	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente rileva che in ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA, sono pervenute le seguenti offerte:

<b>LOTTO 1 CIG. N. 9497869173 - Forbici</b>	
	<b>ditta</b>
1	Aptiva Medical srl
2	Pirinoli Enrico & C. srl
3	Pro.Med. srl

<b>LOTTO 2 CIG. N. 9497893540 – Portaghi</b>	
	<b>ditta</b>
1	Aptiva Medical srl
2	Pirinoli Enrico & C. srl
3	Pro.Med. srl



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

**LOTTO 3 CIG. N. 9497910348 - Pinze**

	ditta	città
1	Pirinoli Enrico & C. srl	Torino
2	Pro.Med. srl	Torino

**LOTTO 4 CIG. N. 9497940C07 Uncini e Cestello**

	ditta	città
1	Pirinoli Enrico & C. srl	Torino
2	Pro.Med. srl	Torino

**LOTTO 5 N. 9497957A0F – Retrattore, Dissettore, Divaricatore,  
Knot Pusher**

	ditta	città
1	Pirinoli Enrico & C. srl	Torino
2	Pro.Med. srl	Torino

Successivamente la Commissione Giudicatrice richiama i criteri e i punteggi in ordine ai parametri di valutazione qualitativa riportati nella richiesta di offerta:

	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1	Caratteristiche tecnico-qualitative	70
2	Prezzo	30

I criteri e i punteggi relativi al parametro “**Caratteristico tecnico-qualitative**” sono di seguito dettagliati:

CRITERI LOTTO 1 - Forbici	MAX PUNTI
Semplicità di montaggio e connessione	10
Maneggevolezza dello strumento	12
Adattabilità e resistenza	12
Ergonomia	12
Precisione nella presa e nella chiusura	12
Facilità alla detersione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	12
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>70</b>

CRITERI LOTTO 2 - Portaghi	MAX PUNTI
Semplicità di montaggio e connessione	10
Maneggevolezza dello strumento	12
Adattabilità e resistenza	12
Ergonomia	12



Precisione nella presa e nella chiusura	<b>12</b>
Facilità alla deterzione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>12</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>70</b>

<b>CRITERI LOTTO 3 - Pinze</b>	<b>MAX PUNTI</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>
Maneggevolezza dello strumento	<b>12</b>
Adattabilità e resistenza	<b>12</b>
Ergonomia	<b>12</b>
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>12</b>
Facilità alla deterzione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>12</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>70</b>

<b>CRITERI LOTTO 4 - Uncini e Cestello</b>	<b>MAX PUNTI</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>
Maneggevolezza dello strumento	<b>10</b>
Adattabilità e resistenza	<b>10</b>
Ergonomia	<b>10</b>
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>10</b>
Facilità alla deterzione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>10</b>
Completezza e vastità del catalogo comprensiva di accessori	<b>10</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>70</b>

<b>CRITERI LOTTO 5 - Retrattore, Dissettore, Divaricatore, Knot Pusher</b>	<b>MAX PUNTI</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>
Maneggevolezza dello strumento	<b>10</b>
Adattabilità e resistenza	<b>10</b>
Ergonomia	<b>10</b>
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>10</b>
Facilità alla deterzione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>10</b>
Completezza e vastità del catalogo comprensiva di accessori	<b>10</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>70</b>

Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in **punti 36**.



Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice peraltro rileva che la seguente Ditta, come da documentazione agli atti, ha riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica” e che quindi è stato violato il principio di segretezza dell’offerta economica:

<b>Lotto 1 – Forbici</b>	
Ditta Aptiva Medical srl	Euro 4.440,00

<b>Lotto 2 – Portaghi</b>	
Ditta Aptiva Medical srl	Euro 4.440,00

La Commissione precisa al riguardo che la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, viola il principio costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, sub specie della trasparenza e par condicio, non consentendo la libera valutazione dell’offerta tecnica.

Dato atto che è stato quindi violato il principio di segretezza dell’offerta economica, la Ditta sopra citate deve intendersi esclusa dal prosieguo della procedura di gara.

La Commissione Giudicatrice pertanto, a seguito della verifica della documentazione tecnica e della verifica dell’indispensabile campionatura resa disponibile dalle Ditte offerenti, procede alle valutazioni dei prodotti offerti, come dettagliatamente di seguito riportato, relativamente al parametro “Caratteristico tecnico-qualitative”:

<b>LOTTO 1 – CIG. N. 9497869173 - Forbici</b>			
<b>CRITERI</b>	<b>MAX PUNTI</b>	<b>Pirinoli Enrico &amp; C. srl</b>	<b>Pro.Med. srl</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>	10	10
Maneggevolezza dello strumento	<b>12</b>	6	12
Adattabilità e resistenza	<b>12</b>	7	12
Ergonomia	<b>12</b>	6	12
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>12</b>	5	10
Facilità alla detersione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>12</b>	12	12
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>68</b>



**LOTTO 2 CIG. N. 9497893540 – Portaghi**

<b>CRITERI</b>	<b>MAX PUNTI</b>	<b>Pirinoli Enrico &amp; C. srl</b>	<b>Pro.Med. srl</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>	10	10
Maneggevolezza dello strumento	<b>12</b>	6	12
Adattabilità e resistenza	<b>12</b>	6	12
Ergonomia	<b>12</b>	6	12
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>12</b>	5	10
Facilità alla detersione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>12</b>	12	12
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>68</b>

**LOTTO 3 CIG. N. 9497910348 - Pinze**

<b>CRITERI</b>	<b>MAX PUNTI</b>	<b>Pirinoli Enrico &amp; C. srl</b>	<b>Pro.Med. srl</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>	10	10
Maneggevolezza dello strumento	<b>12</b>	6	12
Adattabilità e resistenza	<b>12</b>	6	12
Ergonomia	<b>12</b>	6	12
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>12</b>	7	10
Facilità alla detersione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>12</b>	12	12
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>47</b>	<b>68</b>



**LOTTO 4 CIG. N. 9497940C07 Uncini e Cestello**

<b>CRITERI</b>	<b>MAX PUNTI</b>	<b>Pirinoli Enrico &amp; C. srl</b>	<b>Pro.Med. srl</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>	8	10
Maneggevolezza dello strumento	<b>10</b>	6	10
Adattabilità e resistenza	<b>10</b>	7	10
Ergonomia	<b>10</b>	6	10
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>10</b>	6	10
Facilità alla detersione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>10</b>	8	10
Completezza e vastità del catalogo comprensiva di accessori	<b>10</b>	10	10
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>70</b>

**LOTTO 5 N. 9497957A0F – Retrattore, Dissettore, Divaricatore, Knot Pusher**

<b>CRITERI</b>	<b>MAX PUNTI</b>	<b>Pirinoli Enrico &amp; C. s.r.l. (*)</b>	<b>Pro.Med. srl</b>
Semplicità di montaggio e connessione	<b>10</b>	==	10
Maneggevolezza dello strumento	<b>10</b>	==	10
Adattabilità e resistenza	<b>10</b>	==	10
Ergonomia	<b>10</b>	==	10
Precisione nella presa e nella chiusura	<b>10</b>	==	10
Facilità alla detersione e resistenza a sollecitazioni chimico/fisiche da agenti decontaminanti nel processo di pulizia	<b>10</b>	==	10
Completezza e vastità del catalogo comprensiva di accessori	<b>10</b>	==	10
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>esclusa</b>	<b>70</b>

(\*) Si precisa che la Commissione Giudicatrice non è in grado di esprimere dei giudizi in relazione alla completezza dei criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara dei prodotti offerti dalla Ditta Pirinoli Enrico & c. S.r.l., poiché non ha presentato tutta l'indispensabile campionatura.

Al riguardo si richiama quanto consegnato dalle Ditte offerenti a titolo di campionatura gratuita in conto visione e si evidenzia il seguente prospetto che riporta quanto registrato agli atti:



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

ai Cuneo

VOCE	DESCRIZIONE	PRO.MED.	PIRINOLI
N.1	RETRATTORE ATRIALE PER MININVASIVA USB COMPLETO DI MANIPOLO, LAMA A PERNO STANDARD 40MM, LAMA A PERNO LARGA 50MM, AVVITATORE, VASOIO PER STERILIZZAZIONE cod.HV-2001 – marchio “Delacroix Chevalier” <b>o EQUIVALENTE</b>	Prodotto Campionato	(*)
N.2	PINZA PER RETRATTORE ATRIALE USB HV-2001 COD. DF-101 – marchio “Delacroix Chevalier” <b>o EQUIVALENTE</b>	Prodotto Campionato	Prodotto NON campionato
N.3	<b>VOCE STRALCIATA</b> <b>Rif. Comunicazione Prot. 43267 del 1/12/2023</b> pubblicata dalla S.C.I. Acquisti Beni e Servizi sul MEPA	==	==
N.4	Dissettore Smooth.Jaws cod. DC-80235-36 – marchio “Delacroix Chevalier” <b>o EQUIVALENTE</b>	La ditta ha consegnato il codice DC80234-30 avvalendosi del comunicato pubblicato dalla S.C.I. Acquisti Beni e Servizi sul MEPA a favore di tutti i potenziali offerenti.  Rif. prot. n. 42499 del 25/11/2022	Prodotto NON campionato
N.5	Knot Pusher lungh. 28 cm COD. DC-81-308-28 – marchio “Delacroix Chevalier” <b>o EQUIVALENTE</b>	Prodotto Campionato	(*)
N.6	Knot Pusher lungh. 35 cm COD. DC-81-308-35 – marchio “Delacroix Chevalier” <b>o EQUIVALENTE</b>	Prodotto Campionato	(*)
N.7	<b>VOCE STRALCIATA</b> <b>Rif. Comunicazione Prot. 43267 del 1/12/2023</b> pubblicata dalla S.C.I. Acquisti Beni e Servizi sul MEPA	==	==

(\*) La Ditta Pirinoli Enrico & c. S.r.l. nel documento “Dichiarazione campionatura” – acquisito agli atti della procedura di gara – ha specificatamente dichiarato quanto segue:

a) voce n.1 – lo strumentario di cui all’offerta non è disponibile dal Produttore.

Per quanto attiene il vassoio per sterilizzazione si fa riferimento a quanto campionato per il lotto 4 – JG213R+JF217R+n.2 JG317R+ n.2 JG327R;



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

Voce n.6 -7 il codice presentato FC355R di cui alla voce rif. “Knot Pusher lungh. 35 cm COD. DC-81-308-35 O EQUIVALENTI”, vale sia detta voce che per la voce rif. “...COD. DC-81-308-28 O EQUIVALENTI” in quanto varia solo la misura di riferimento”;

- b) di impegnarsi alla fornitura, nel periodo contrattuale, dei dispositivi medici nella corrispondente descrizione riportata nella disciplina di gara, entro i tempi di consegna previsti nella medesima.

Convenuto quanto sopra, essendo le ore 9:30, la seduta viene chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>Dr.</b>	<b>Vincenzo</b>	<b>COLUCCI</b>	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia	PRESIDENTE
<b>Dr.</b>	<b>Francesco</b>	<b>ROSATO</b>	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia	COMPONENTE
<b>Dr.ssa</b>	<b>Chiara</b>	<b>MANSUINO</b>	Coordinatore Infermieristico BOS Blocco Operatorio Cardiovascolare	COMPONENTE
<b>Sig.ra</b>	<b>Roberta</b>	<b>DUTTO</b>	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE