



PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI STRISCE E GLUCOMETRI PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CERTIFICATI AD USO OSPEDALIERO, PER MESI VENTIQUATTRO, ALLE VARIE STRUTTURE - GARA N. 8938116 - CIG 9644673BEE - RDO 3431298.

VERBALE

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 9:00 in Cuneo presso la Sala riunioni della S.C. Acquisti Beni e Servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti mediante sistema di telecomunicazione i componenti della Commissione Giudicatrice - nominata con determinazione numero 370 del 15/03/2023 così composta:

Dr.	Gianmatteo	MICCA	Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi	PRESIDENTE
Dr.	Francesco	TASSONE	Responsabile S.S. Malattie Metaboliche e Diabetologia	COMPONENTE
Dr.ssa	Donatella	GAVIGLIO	Coordinatore Ambulatorio Diabetologia	COMPONENTE
Sig.ra	Roberta	DUTTO	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La Commissione preliminarmente rileva che in ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA, è pervenuta la seguente offerta che risulta conforme ai requisiti minimi stabiliti all' Art.2 della lettera di invito prot.5546 del 10/02/2023:

- Ditta NOVA BIOMEDICAL ITALIA S.r.l. di Como.

Successivamente la Commissione Giudicatrice richiama i criteri e i punteggi in ordine ai parametri di valutazione qualitativa riportati nella lettera di invito prot.5546 del 10/02/2023:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX
1	Caratteristiche tecnico-qualitative	70
2	Prezzo	30

I criteri e i punteggi relativi al parametro “**Caratteristico tecnico-qualitative**” sono di seguito dettagliati.

Il punteggio dell'offerta tecnica in relazione al parametro **“Caratteristiche tecnico qualitative”** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con le relative ripartizioni dei punteggi.



Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi attribuiti secondo le modalità riportate nella seguente tabella Tab. 1.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tab. 1 - Criteri di valutazione qualitativi: discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica in relazione al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”:

Rif.	Criteri di valutazione qualitativi	Punteggi massimi di valutazione			Modalità di assegnazione dei punteggi “Q”, “T” e “D”
		D	Q	T	
1	Misurazione diretta ell’ematocrito (descrivere la tecnologia utilizzata con riferimento puntuale alla documentazione tecnica)			10	Punteggio tabellare (T) PUNTI 10: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto
2	Misurazione diretta degli interferenti esogeni (descrivere la tecnologia utilizzata con riferimento puntuale alla documentazione tecnica per i seguenti interferenti: Vitamina C, Galattosio, Maltosio, n-acetilCisteina, Xilosio)			10	Punteggio tabellare (T) PUNTI 10: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto
3	Possesso della certificazione FDA per l’utilizzo su Paziente Critico			5	Punteggio tabellare (T) PUNTI 5: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto
4	Assenza di limitazioni su sangue neonatale			3	Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto
5	Possibilità di esecuzione del dosaggio della Chetonemia sul Glucometro POCT offerto			5	Punteggio tabellare (T) PUNTI 5: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto



6	Maneggevolezza del sistema da parte dell'Operatore	5			Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 9.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice
7	Manutenzione e sanificazione dei glucometri POCT	4			Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 9.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice
8	Stabilità delle strisce reattive dopo l'apertura del flacone (non inferiore a mesi tre)		3		Punteggio quantitativo (Q) PUNTI 3: viene assegnato il punteggio massimo alle strisce reattive che assicurano la stabilità maggiore; punteggi proporzionalmente ridotti per stabilità inferiori
9	Valutazione della bibliografia scientifica allegata con specifico riferimento al glucometro ed alla striscia reattiva offerto in termini numerici e qualitativi	20			Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 9.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice
10	Progetto di formazione (e-learning) per gli Operatori	5			Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 9.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice
TOTALE		70			

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri di valutazione qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo **coefficiente, variabile tra zero e uno**, così come indicato nella successiva Tabella a):



Tab. 2 - Coefficienti discrezionali CD

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali (<i>per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo</i>)
CD	Minimale	0,00
	Discreto	0,20
	Più che discreto	0,40
	Buono	0,60
	Più che buono	0,80
	Ottimo	1,00

A ciascuno dei criteri di valutazione qualitativi cui è assegnato un **punteggio quantitativo “Q”** è attribuito dalla Commissione un punteggio così come dettagliatamente specificato nella tabella (Tab. 1) all’art. 19.1

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in **punti 36**.

La Commissione Giudicatrice pertanto, sulla base di quanto previsto dalla disciplina di gara e a seguito della valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Ditta NOVA BIOMEDICAL ITALIA S.r.l., procede all’attribuzione dei seguenti punteggi relativamente al parametro **“Caratteristico tecnico-qualitative”**:

DITTA	CARATTERISTICA	PUNTEGGI MASSIMI COME DA DISCIPLINA DI GARA	CRITERIO	VALUTAZIONE DISCREZIONALE	D	Q	T	PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA DITTA NOVA BIOM. ITALIA
NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL	Misurazione diretta ematocrito	10	T	==	==	==	10	68
	Misurazione diretta degli interferenti esogeni	10	T	==	==	==	10	
	Certificazione FDA paz.critico	5	T	==	==	==	5	
	Assenza limitazioni su sangue neonatale	3	T	==	==	==	3	
	Possibilità dosaggio ghetonemia	5	T	==	==	==	5	
	Maneggevolezza	5	D	Più che buono	4	==	==	
	Manutenzione e sanificazione	4	D	Ottimo	4	==	==	
	Stabilità dopo apertura flacone	3	Q	==	==	3	==	
	Bibliografia scientifica allegata	20	D	Ottimo	20	==	==	
	Progetto di formazione per operatori	5	D	Più che buono	4	==	==	



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

di Cuneo

Convenuto quanto sopra, la seduta viene chiusa alle ore 9:35.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dr.	Gianmatteo	MICCA	Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi	PRESIDENTE
Dr.	Francesco	TASSONE	Responsabile S.S. Malattie Metaboliche e Diabetologia	COMPONENTE
Dr.ssa	Donatella	GAVIGLIO	Coordinatore Ambulatorio Diabetologia	COMPONENTE
Sig.ra	Roberta	DUTTO	Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE