

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON IMPIEGO IN ERCP OCCORRENTI PER MESI VENTiquATTRO – S.C. GASTROENTEROLOGIA – S.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 8193657 – CIG VARI.

II° VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio, alle ore quattordici e minuti venticinque si è nuovamente riunita, in video-conferenza in considerazione delle misure adottate in relazione all’emergenza da COVID-19, per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milletrecentonovantaquattro dell’otto ottobre duemilaventuno e così composta:

| | | | | | | |
|---|--------|----------|---------|---|---|--------------|
| - | Dr.ssa | Marianna | MONDINI | - | Dirigente S.C. Farmacia Ospedaliera – A.O. S.CROCE e CARLE | - PRESIDENTE |
| - | Dr.ssa | Giovanna | VENEZIA | - | Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia– A.O.S.CROCE e CARLE | - COMPONENTE |
| - | Dr. | Georgios | VERROS | - | Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia – A.O.S.CROCE e CARLE | - COMPONENTE |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|---|--|----------------------------|
| - | Sig.ra | Sandra | ANSELMA | - | Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
|---|--------|--------|---------|---|--|----------------------------|

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

A questo punto la Commissione, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione tecnica trasmessa dalle ditte offerenti rispetto a quanto richiesto e dall’esame della campionatura, procede, ai sensi dell’articolo 19.1 del Disciplinare di Gara, all’analisi delle offerte che conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

GRUPPO A

Cateteri per ERCP profilo distale regolare e flessibile per facile inserimento

Lotto n. 1

n. 200 Catetere per ERCP monouso varie configurazioni: con punta standard, con punta metallica, con rastrematura lunga, rastrematura progressiva (5-4-3), compatibile con filo guida da 0,018 i a 0,035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | Ottimo | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | Ottimo | Ottimo |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | Ottimo | Ottimo |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo |

Lotto n. 2

n. 40 Cannula per ERCP monouso con punta rastremata 4 Fr, angolabile dal manico nelle due direzioni di 85° up e di 20° down per l'incannulamento selettivo, compatibile con filo guida da 0,035" e canale 3.2 mm

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 3

n. 20 Catetere guida monouso, da 5 e 6 Fr, filoguidato, marker radiopaco e connettore Luer Lock.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | Ottimo | === |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | Ottimo | === |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | Ottimo | === |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | Ottimo | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | === (*) |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta M.G. LORENZATTO è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto trattasi di un catetere per ERCP e non di un catetere guida.

Lotto n. 4

n. 100 Catetere monouso, per dilatazione meccanica biliare, da 5 a 12 Fr, filoguidato, repere radiologico

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | === | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | === | Ottimo |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | === | Ottimo |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | === | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === (*) | Ottimo |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta COOK ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risultano disponibili le misure da 5 Fr e da 12 Fr

GRUPPO B

Papillotomi e accessori per papillosfinterotomia
modulazione controllata della tensione del filo di taglio

Lotto n. 5

n. 60 sfinterotomo a doppio e triplo lume, con lunghezza del filo di taglio da 20 e 25 e 30 mm, disponibile mono e plurifilamento, per filo guida da 0.035 i, con punta arrotondata atraumatica

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Ottimo | === | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Ottimo | === | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Ottimo | === | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | === | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Ottimo | === | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | === (*) | === (*) |

(*) I prodotti offerti dalle ditte INNOVAMEDICA e M.G. LORENZATTO sono risultati non conformi a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto trattasi di sfinterotomi con punta rastremata e non con punta arrotondata atraumatica.

Lotto n. 6

n. 40 sfinterotomo a doppio e triplo lume, con lunghezza del filo di taglio compreso da 20 a 30 mm, disponibile mono e plurifilamento, per filo guida da 0.035 i, con punta arrotondata atraumatica e precurvata.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA-MEDICA | M.G. LOREN-ZATTO |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Ottimo | === | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Ottimo | === | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Ottimo | === | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | === | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Ottimo | === | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | === (*) | === (*) |

(*) I prodotti offerti dalle ditte INNOVAMEDICA e M.G. LORENZATTO sono risultati non conformi a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto trattasi di sfinterotomi con punta rastremata e non con punta arrotondata atraumatica e precurvata.

Lotto n. 7

n. 400 sfinterotomo con filo di taglio di 20-25 mm, monofilamento, con parziale rivestimento isolante del filo di taglio esposto nella sua parte prossimale, per sfinterotomia in situazioni anatomicamente difficili (es. in diverticolo) per filo guida da 0.035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | EURO-MEDICAL | INNOVA-MEDICA | M.G. LOREN-ZATTO | OLYMPUS ITALIA | FUJIFILM ITALIA |
|-----|---|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Discreto | Discreto | Ottimo | Ottimo | Discreto |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Discreto | Discreto | Ottimo | Ottimo | Discreto |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Discreto | Discreto | Ottimo | Ottimo | Discreto |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Discreto | Discreto | Ottimo | Ottimo | Discreto |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

Lotto n. 8

n. 60 sfinterotomo bilume con punta arrotondata , atraumatica, con possibilità di iniezione di mezzo di contrasto senza rimuovere filo guida , con diametro del catetere da 5,5 a 6,5 Fr con filo di taglio 25 mm., per filo guida da 0.021 i a 0.035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LOREN- ZATTO |
|-----|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Ottimo | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Ottimo | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Ottimo | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Ottimo | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | === (*) |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta M.G. LORENZATTO è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto trattasi di sfinterotomo con punta rastremata e non con punta arrotondata, atraumatica.

Lotto n. 9

n. 40

- a) sfinterotomo con punta ultra rastremata, con diametro distale di 4- 5 Fr compatibile con filo guida da diametro massimo 0.021 i
- b) filo guida semidrofilo 0.021 i, punta dritta, lunghezza non inferiore a 4.000 mm.

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 10

n. 40 sfinterotomo triplo lume per precut ad ago con punta precurvata, radiopaca, compatibile con filo guida da 0.035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTI- FIC | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | M.G. LOREN- ZATTO | H.D. HEALTH DEFENCE |
|-----|---|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

Lotto n. 11

n. 10 sfinterotomo bilume per uso in paziente gastrectomia tipo Billroth II

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LOREN- ZATTO |
|-----|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Ottimo | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Ottimo | Discreto |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Ottimo | Discreto |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Ottimo | Ottimo |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo |

Lotto n.12

n. 3 cistotomo tipo Cremer con doppio catetere elettricamente attivo, diametro da 6 a 10 fr

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | M.G. LOREN-ZATTO |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | === | === | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | === | === | Ottimo |
| 1.3 | Capacità di penetrazione dell'ago | 15 | === | === | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | === | === | Ottimo |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | === | === | Ottimo |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | === (*) | === (**) | Ottimo |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta COOK ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risulta disponibile solo il diametro 10 Fr

(**) Il prodotto offerto dalla ditta INNOVAMEDICA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta disponibile il doppio catetere elettricamente attivo

GRUPPO C

Accessori per estrazione calcoli

Palloncini per estrazione calcoli

Lotto n. 13

n. 100 Pallone per estrazione calcoli a triplo lume, per guida 0.035i con diametro del fusto 7 Fr rastremato a 5 Fr, possibilità di insufflazione a diametri diversi tra 8.5/15 mm. con un'unica siringa, con reperti radiopachi, iniezione di mezzo di contrasto sopra al pallone e punta rastremata.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | EURO-MEDICAL |
|-----|---|-------------|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | === | Ottimo | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | === | Ottimo | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | === | Ottimo | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === (*) | === (**) | Ottimo | === (***) |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | INNOVA MEDICA | M.G. LOREN-ZATTO | MED-ITALIA | H.D.HEALTH DEFENCE |
|-----|---|-------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | === | === | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | === | === | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | === | === | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === (***) | === (*****) | === (*****) | === (***) |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta AORTA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta disponibile la punta rastremata

(**) Il prodotto offerto dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta disponibile il diametro da 8,5 Fr ed è rastremato a 6 Fr anziché 5 Fr

(***) I prodotti offerti dalle ditte H.D. HEALTH DEFENCE e INNOVAMEDICA sono risultati non conformi a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risultano disponibili 3 siringhe anziché un'unica siringa

(****) Il prodotto offerto dalla ditta EUROMEDICAL è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risultano disponibili i diametri da 8,5 Fr e da 10 Fr.

(*****) Il prodotto offerto dalla ditta M.G.LORENZATTO è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risulta non disponibile il diametro da 8,5 Fr, non è rastremato e risultano disponibili 3 siringhe anziché un'unica siringa

(*****) Il prodotto offerto dalla ditta MED-ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risulta non disponibile il diametro da 8,5 Fr e non è rastremato

Lotto n. 14

n. 50 Minipalloni per estrazione di calcoli pancreatici con fusto da 5 Fr e pallone insufflato di 9 mm latex free

Non sono pervenute offerte economiche

Cestello per recupero corpi estranei

Lotto n. 15

n. 50 cestello per recupero corpi estranei (tipo dormia), sterile monouso, rotante, a sei fili. Adatto per il recupero di capsule endoscopiche, corpi estranei e tessuto esciso; lunghezza catetere 270 cm circa, canale operativo compatibile almeno 2,8 mm.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | FUJIFILM ITALIA |
|-----|--|----------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | Ottimo |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | Ottimo |
| 1.3 | Resistenza | 20 | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo |

Lotto n. 16

- n. 50 Cestello sterile monouso di varie misure, compatibile con litotritore di emergenza extra-canale. Connessione luer-lock per l'instillazione del mezzo di contrasto. Lunghezza operativa 1900 mm, canale operativo compatibile 2,8/3,2 mm, filo guida compatibile 0,035".

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS ITALIA | FUJIFILM ITALIA |
|-----|--|-------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | === | === | === | Ottimo | === |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | === | === | === | Ottimo | === |
| 1.3 | Resistenza | 20 | === | === | === | Ottimo | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | === | === | === | Ottimo | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === (*) | === (*) | === (**) | Ottimo | === (**) |

(*) I prodotti offerti dalle ditte AORTA e INNOVAMEDICA sono risultati non conformi a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risultano compatibili con filo guida e con litotritore di emergenza extra-canale

(**) I prodotti offerti dalle ditte M.G.LORENZATTO e FUJIFILM ITALIA sono risultati non conformi a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risultano compatibili con litotritore di emergenza extra-canale

Sistema da litotriassia meccanica

monouso, sterile, premontato, cestello e guaina preassemblati, rotante, basket a 4 fili, ampiezza basket 26 mm e 30 mm circa, filoguidato e non, radiopaco, manico da litotriassia dedicato, compatibile con litotritore di emergenza.

Lotto n. 17**Voce a)**

- n. 20 Cestello e guaina preassemblati per un veloce e facile impiego. Basket in diverse misure. Rotante, con punta filoguidata e/o metallica ogivale standard, raccordo per iniezione mezzo di contrasto. Sterile monouso

voce b)

- n.2 Manico per litotritori meccanici monouso - Dotato di speciale comando di rotazione del cestello, facile connessione con guaina cestello, meccanismo di arresto che impedisce la perdita di trazione sul calcolo. Pluriuso autoclavabile

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | M.G. LORENZATTO |
|-----|--|----------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | Ottimo |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | Ottimo |
| 1.3 | Resistenza | 20 | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo |

Sistema per litotrixxia di emergenza extracanalare per litotrixxia x cestello impattato sul calcolo.

Lotto n. 18

cavo litotritore e manovella

Voce a) n. 12 guaina metallica spiralata extraendoscopica

Voce b) n. 12 guaina metallica spiralata intraendoscopica

Voce c) n. 2 manico

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 19

n. 20 Cestello litotritore, filoguidato, per facile accesso in via biliare, compatibile con guida da 0.0035 i; disponibile in varie aperture, con possibilità di iniezione di mezzo di contrasto con la guida in sede, compatibile con sistema Alliance™ II Inflation Handle. Sterile monouso

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC |
|-----|--|----------------|-------------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | Ottimo |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | Ottimo |
| 1.3 | Resistenza | 20 | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo |

GRUPPO D

Fili guida

Lotto n. 20

n. 400 Filo guida parzialmente idrofilo in nitinol da 0,025 i a 0,035, di lunghezza 260 e 450 cm, con punta idrofila superiore a 5 cm, con possibilità nell'avanzamento di formazione di loop e disegnata per accessi e anatomie difficili. Punta diritta e angolata ad alta visibilità fluoroscopica.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | CONMED ITALIA | COOK ITALIA | EURO-MEDICAL |
|-----|---|-------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | === | === | === | === |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | === | === | === | === |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | === | === | === | === |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale marker) | 15 | === | === | === | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === (*) | === (*) | === (*) | === (*) |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZATTO | MED ITALIA | OLYMPUS ITALIA |
|-----|---|-------------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | Discreto | Discreto | === | Ottimo |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | Buono | Discreto | === | Ottimo |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | Discreto | Discreto | === | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale marker) | 15 | Discreto | Discreto | === | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | === (**) | Ottimo |

(*) I prodotti offerti dalle ditte BOSTON SCIENTIFIC, CONMED ITALIA, COOK ITALIA e EUROMEDICAL sono risultati non conformi a quanto specificatamente stabilito dalla disciplina di gara e precisamente in quanto tali Ditte hanno proposto dei prodotti che non risultano “con punta idrofila superiore a 5 cm.”.

(**) Il prodotto offerto dalla ditta MED ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta disponibile la punta angolata superiore a 5 cm.

Lotto n. 21

n. 200 Filo guida parzialmente idrofilo da 0,025 i a 0,035, di lunghezza 260 e 450 cm, Spiralata Punta diritta ed angolata ad alta visibilità fluoroscopica.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | EURO-MEDICAL | OLYMPUS ITALIA |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | Discreto | Ottimo | Discreto | Discreto | Ottimo |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | Buono | Ottimo | Buono | Buono | Ottimo |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | Discreto | Ottimo | Discreto | Discreto | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale o marker) | 15 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

Lotto n. 22

n. 200 Filo guida da 0,018 i, con punta atraumatica diritta, ad alta visibilità fluoroscopica

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | Ottimo | Ottimo |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | Ottimo | Ottimo |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | Ottimo | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale o marker) | 15 | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo |

Lotto n.23

n. 200 Filo guida semidrofila con doppia punta idrofila (da 5 e 10 cm) da 0,035i, di lunghezza 260 e 450 cm. Punta diritta e angolata ad alta visibilità fluoroscopica

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | INNOVA MEDICA |
|-----|---|-------------|-------------------|---------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | Ottimo | === |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | Ottimo | === |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | Ottimo | === |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale o marker) | 15 | Ottimo | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | === (*) |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta INNOVAMEDICA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta disponibile la doppia punta idrofila da 10 cm.

Fili guida totalmente idrofili

Lotto n. 24

n. 400 filo guida totalmente idrofilo 0,025 i e 0,035 i punta diritta e punta angolata di lunghezza non inferiore a 260 cm.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | BOSTON SCIENTIFIC |
|-----|--|-------------|-------------|-------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 20 | | Ottimo |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | | Ottimo |
| 1.3 | Possibilità di direzionare con torsioni la punta angolata in stenosi difficili | | 10 | 10 |
| 1.4 | Versatilità (mantenimento di forma dopo manovre ripetute) | 15 | | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | | Ottimo |

GRUPPO E
DISPOSITIVI VARI

Lotto n. 25

n. 150 Spazzolino monouso, filoguidato, per citologia biliare, punta atraumatica, di diametro della guaina non superiore a 3 mm.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | CONMED ITALIA | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO | H.D. HEALTH DEFENCE |
|-----|---|-------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 10 | Discreto | === | Buono | Ottimo | Discreto |
| 1.2 | Resistenza alla deformazione | 15 | Discreto | === | Ottimo | Ottimo | Discreto |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 10 | Buono | === | Discreto | Ottimo | Discreto |
| 1.4 | Qualità delle setole/consistenza | 15 | Buono | === | Ottimo | Ottimo | Discreto |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | === | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.6 | Disponibilità di più misure | 10 | Discreto | === | Ottimo | Ottimo | Discreto |
| 1.7 | Disponibilità di spazzolino con fusto più sottile | 5 | Ottimo | === (*) | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta CONMED ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto trattasi di uno spazzolino da broncoscopia e non citologia biliare

Lotto n. 26

n. 700 Valvola bloccaguida per endoscopi Olympus in grado di bloccare contemporaneamente almeno due fili guida, compatibile almeno con fili guida da 0.025 e 0.035i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | OLYMPUS ITALIA |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1.1 | Maneggevolezza (tipo blocco della guida) | 20 | Discreto | Discreto | Discreto | Ottimo |
| 1.2 | Rapidità di innesto | 20 | Buono | Buono | Discreto | Ottimo |
| 1.3 | Forza di tenuta (nell'impedire la fuoriuscita di aria/bile) | 25 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

GRUPPO F

Dispositivi a doppia piattaforma (sistema guida corta/lunga)

Lotto n.27

- n. 60 Catetere per ERCP monouso, filoguidato, doppio lume, varie configurazioni: con punta standard, con punta a sfera, con punta rastremata, doppio lume, compatibilità con sistema a scambio rapido

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | Buono | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

Lotto n. 28

- n. 400 Pallone filoguidato da estrazione calcoli, triplo lume, con possibilità di almeno due distinti diametri di gonfiaggio (con misure comprese almeno fra 8.5 e 18 mm), reperi radiopachi, gonfiaggio con un'unica siringa, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | EURO-MEDICAL |
|-----|---|-------------|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | Discreto | Ottimo | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | Discreto | Ottimo | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | Ottimo | Ottimo | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === (*) | Ottimo | Ottimo | === (****) |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | INNOVA MEDICA | M.G.LORENZATTO | OLYMPUS ITALIA | FUJIFILM ITALIA |
|-----|---|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | === | Ottimo | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | === | Ottimo | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | === | Ottimo | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === (**) | === (*) | Ottimo | === (***) |

(*) I prodotti offerti dalle ditte AORTA e M.G. LORENZATTO sono risultati non conformi a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta disponibile il diametro da 8,5 Fr

(**) Il prodotto offerto dalla ditta INNOVAMEDICA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risultano disponibili 3 siringhe anziché un'unica siringa

(***) Il prodotto offerto dalla ditta FUJIFILM ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risultano disponibili solo i diametro da 10 Fr e da 16 Fr.

(****) Il prodotto offerto dalla ditta EUROMEDICAL è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risultano disponibili solo i diametri 12-15-18 Fr.

Lotto n. 29

n. 60 Sfinterotomo monouso, triplo lume, con lunghezza del filo di taglio comprese fra 20 e 30 mm, punta rastremata, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA |
|-----|---|-------------|--------|-------------------|-------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Ottimo | Discreto | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Ottimo | Buono | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Ottimo | Buono | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | Ottimo | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Ottimo | Discreto | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | === (*) |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | EURO-MEDICAL | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS ITALIA |
|-----|---|-------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | Buono | Discreto | Discreto | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | Discreto | Discreto | Discreto | Ottimo |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | Buono | Discreto | Discreto | Ottimo |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | Buono | Discreto | Discreto | Ottimo |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta COOK ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risulta disponibile la punta arrotondata anziché rastremata

Lotto n. 30

n. 90 Pallone filoguidato da dilatazione biliare, calibri da 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, lunghezza del pallone 4 cm, reperi radiopachi, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | EUROME-DICAL | OLYMPUS ITALIA |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------------|
| 1.1 | Maneggevolezza/ergonomia del dispositivo pluriuso manuale | 20 | Ottimo | Ottimo | Discreto | === |
| 1.2 | Facilità e visibilità della scala | 20 | Ottimo | Ottimo | Discreto | === |
| 1.3 | Facilità e precisione nella regolazione della pressione di insufflazione | 25 | Ottimo | Ottimo | Discreto | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | === (*) |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta OLYMPUS ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risulta non disponibile il calibro da 10 mm. ed il pallone da 4 cm.

Lotto n. 31

n.30 Pallone filoguidato da dilatazione biliare progressiva, doppio lume, canale di gonfiaggio del palloncino munito di rubinetto, calibri da 6 mm a 20 mm, lunghezza del pallone da 3 a 5.5 cm, reperi radiopachi, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | OLYMPUS ITALIA |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------|-------------------|----------------|
| 1.1 | Massima dilatazione a forza radiale | 20 | === | Ottimo | === |
| 1.2 | Scorrevolezza | 15 | === | Ottimo | === |
| 1.3 | Plasticità del palloncino | 15 | === | Ottimo | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 15 | === | Ottimo | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === (*) | Ottimo | === (**) |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta AORTA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risultano disponibili calibri solo fino a 15 mm. anziché fino a 20 mm.

(**) Il prodotto offerto dalla ditta OLYMPUS ITALIA è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risulta disponibile la lunghezza del pallone da 5.5 a 6 cm. anziché da 3 a 5.5 cm. e risulta non compatibile con sistema a scambio rapido.

GRUPPO G
ACCESSORI PER ECOENDOSCOPIA

Lotto n. 32

n. 70 ago per FNB: monouso, ago a singola punta (tipo Menghini) per prelievi istologici in posizioni difficili o con necessità di elevata torsione dello strumento, flessibilità dell'ago e della guaina, pattern ecogenico, ottima visibilità dell'ago, prevedibilità della traiettoria, da 19G, 22 G, 25 G.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA |
|-----|---|-------------|----------|-------------------|-------------|---------------|
| 1.1 | Capacità di penetrazione tissutale in posizioni difficili | 20 | Discreto | === | Discreto | === |
| 1.2 | Flessibilità dell'ago | 20 | Discreto | === | Discreto | === |
| 1.3 | Ecogenicità | 15 | Buono | === | Buono | === |
| 1.4 | Maneggevolezza dell'ago | 10 | Buono | === | Buono | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | === (*) | Ottimo | === (*) |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | M.G. LORENZATTO | MEDTRONIC ITALIA | OLYMPUS ITALIA |
|-----|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1.1 | Capacità di penetrazione tissutale in posizioni difficili | 20 | === | === | Ottimo |
| 1.2 | Flessibilità dell'ago | 20 | === | === | Ottimo |
| 1.3 | Ecogenicità | 15 | === | === | Ottimo |
| 1.4 | Maneggevolezza dell'ago | 10 | === | === | Ottimo |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === (*) | === (*) | Ottimo |

(*) I prodotti offerti dalle ditte BOSTON SCIENTIFIC, INNOVAMEDICA, M.G. LORENZATTO e MEDTRONIC ITALIA sono risultati non conformi a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta disponibile la punta tipo Menghini

Lotto n. 33

n. 10 Sistema di posizionamento di “fiducial” (marcatore fiduciale) monouso, con ago pre-caricato (almeno 4 fiducial precaricati), impugnatura a rilascio facilitato, guina flessibile per facile accesso anche in posizioni difficili, disponibile almeno nel diametro da 22 G

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 34

n. 10 Sistema di posizionamento di “fiducial” (marcatore fiduciale) monouso, con ago pre-caricato (almeno 2 fiducial precaricati), impugnatura a rilascio facilitato, guina flessibile per facile accesso anche in posizioni difficili, disponibile almeno nel diametro da 22 G e 19 G

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 35

n. 10 Catetere da radiofrequenza per ablazione tissutale utilizzabile nelle patologie benigne o maligne pancreatiche o biliari. Filo guidato, diametro 7 fr. Compatibile con elettrobisturi ERBE vio 3 e ICC200 in dotazione alla S.S. Endoscopia Digestiva.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | EUROME-DICAL |
|-----|--|-------------|-------------------|--------------|
| 1.1 | Precisione nell'erogazione della corrente | 25 | === | === |
| 1.2 | Caratteristiche e resistenza dei materiali | 15 | === | === |
| 1.3 | Efficacia del dispositivo nell'ablazione della neoplasia | 25 | === | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === (*) | === (**) |

(*) Il prodotto offerto dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto risulta disponibile il diametro 8 fr anzichè 7 fr

(**) Il prodotto offerto dalla ditta EUROMEDICAL è risultato non conforme a quanto specificatamente previsto dalla disciplina di gara e precisamente in quanto non risulta compatibile con elettrobisturi ERBE via 3 e ICC200 in dotazione alla S.S. Endoscopia Digestiva, ma richiede un generatore dedicato

Lotto n. 36

n. 10 Pinza di Moray per campionatura di tessuto in corso di eco endoscopia , compatibile con ago da FNA da 19 gauge.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA |
|-----|--|----------------|--------|
| 1.1 | Precisione nell'erogazione della corrente | 25 | Ottimo |
| 1.2 | Caratteristiche e resistenza dei materiali | 15 | Ottimo |
| 1.3 | Efficacia del dispositivo nell'ablazione della neoplasia | 25 | Ottimo |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | Ottimo |

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna "D", avvalendosi della seguente tabella così come stabilito dall'art. 19.2 del Disciplinare di gara:

| Giudizio | Coefficienti discrezionali <i>(per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)</i> |
|---------------|---|
| Insufficiente | 0,00 |
| Minimale | 0,25 |
| Discreto | 0,50 |
| Buono | 0,75 |
| Ottimo | 1,00 |

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

GRUPPO A

Cateteri per ERCP

profilo distale regolare e flessibile per facile inserimento

Lotto n. 1

n. 200 Catetere per ERCP monouso varie configurazioni: con punta standard, con punta metallica, con rastrematura lunga, rastrematura progressiva (5-4-3), compatibile con filo guida da 0,018 i a 0,035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | 15 | 15 |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | 20 | 20 |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | 70 |

Lotto n. 2

n. 40 Cannula per ERCP monouso con punta rastremata 4 Fr, angolabile dal manico nelle due direzioni di 85° up e di 20° down per l'incannulamento selettivo, compatibile con filo guida da 0,035" e canale 3.2 mm

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 3

n. 20 Catetere guida monouso, da 5 e 6 Fr, filoguidato, marker radiopaco e connettore Luer Lock.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | 15 | === |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | 15 | === |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | 20 | === |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | 15 | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | ESCLUSA |

Lotto n. 4

n. 100 Catetere monouso, per dilatazione meccanica biliare, da 5 a 12 Fr, filoguidato, repere radiologico

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | === | 15 |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | === | 15 |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | === | 20 |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | === | 15 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | 70 |

GRUPPO B

Papillotomi e accessori per papillosfinterotomia modulazione controllata della tensione del filo di taglio

Lotto n. 5

n. 60 sfinterotomo a doppio e triplo lume, con lunghezza del filo di taglio da 20 e 25 e 30 mm, disponibile mono e plurifilamento, per filo guida da 0.035 i, con punta arrotondata atraumatica

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | M.G. LOREN- ZATTO |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 10 | === | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 20 | === | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 15 | === | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | === | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 10 | === | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | === | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA |

Lotto n. 6

n. 40 sfinterotomo a doppio e triplo lume, con lunghezza del filo di taglio compreso da 20 a 30 mm, disponibile mono e plurifilamento, per filo guida da 0.035 i, con punta arrotondata atraumatica e precurvata.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA- MEDICA | M.G. LOREN- ZATTO |
|-----|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 10 | === | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 20 | === | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 15 | === | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | === | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 10 | === | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | === | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA |

Lotto n. 7

n. 400 sfinterotomo con filo di taglio di 20-25 mm, monofilamento, con parziale rivestimento isolante del filo di taglio esposto nella sua parte prossimale, per sfinterotomia in situazioni anatomicamente difficili (es. in diverticolo) per filo guida da 0.035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | EURO-MEDICAL | INNOVA-MEDICA | M.G. LOREN-ZATTO | OLYM-PUS ITALIA | FUJIFILM ITALIA |
|-----|---|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 7,5 |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 42,50 | 42,50 | 70 | 70 | 42,50 |

Lotto n. 8

n. 60 sfinterotomo bilume con punta arrotondata , atraumatica, con possibilità di iniezione di mezzo di contrasto senza rimuovere filo guida , con diametro del catetere da 5,5 a 6,5 Fr con filo di taglio 25 mm., per filo guida da 0.021 i a 0.035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LOREN-ZATTO |
|-----|---|-------------|-------------|------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 10 | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 20 | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 15 | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 10 | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | ESCLUSA |

Lotto n. 9

n. 40

a) sfinterotomo con punta ultra rastremata, con diametro distale di 4- 5 Fr compatibile con filo guida da diametro massimo 0.021 i

b) filo guida semidrofilo 0.021 i, punta dritta, lunghezza non inferiore a 4.000 mm.

Non sono pervenute offerte economiche**Lotto n. 10**

n. 40 sfinterotomo triplo lume per precut ad ago con punta precurvata, radiopaca, compatibile con filo guida da 0.035 i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZATTO | H.D. HEALTH DEFENCE |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Lotto n. 11

n. 10 sfinterotomo bilume per uso in paziente gastroresecatato tipo Billroth II

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---|-------------|-------------|-----------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 20 | 10 |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 15 | 7,5 |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 10 | 10 |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | 52,50 |

Lotto n.12

n. 3 cistotomo tipo Cremer con doppio catetere elettricamente attivo, diametro da 6 a 10 fr

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | M.G. LOREN-ZATTO |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | === | === | 10 |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | === | === | 20 |
| 1.3 | Capacità di penetrazione dell'ago | 15 | === | === | 15 |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | === | === | 10 |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | === | === | 10 |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | === | === | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA | 70 |

GRUPPO C

Accessori per estrazione calcoli

Palloncini per estrazione calcoli

Lotto n. 13

n. 100 Pallone per estrazione calcoli a triplo lume, per guida 0.035i con diametro del fusto 7 Fr rastremato a 5 Fr, possibilità di insufflazione a diametri diversi tra 8.5/15 mm. con un'unica siringa, con reperi radiopachi, iniezione di mezzo di contrasto sopra al pallone e punta rastremata.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | EURO-MEDICAL |
|-----|---|-------------|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | === | 25 | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | === | 20 | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | === | 20 | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === | === | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA | 70 | ESCLUSA |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | INNOVA MEDICA | M.G.LOREN-ZATTO | MED-ITALIA | H.D.HEALTH DEFENCE |
|-----|---|-------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | === | === | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | === | === | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | === | === | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === | === | === | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA |

Lotto n. 14

n. 50 Minipalloni per estrazione di calcoli pancreatici con fusto da 5 Fr e pallone insufflato di 9 mm latex free

Non sono pervenute offerte economiche

Cestello per recupero corpi estranei

Lotto n. 15

n. 50 cestello per recupero corpi estranei (tipo dormia), sterile monouso, rotante, a sei fili. Adatto per il recupero di capsule endoscopiche, corpi estranei e tessuto escisso; lunghezza catetere 270 cm circa, canale operativo compatibile almeno 2,8 mm.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | FUJIFILM ITALIA |
|-----|--|-------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | 15 |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | 10 |
| 1.3 | Resistenza | 20 | 20 |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | 20 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 |

Lotto n. 16

n. 50 Cestello sterile monouso di varie misure, compatibile con litotritore di emergenza extra-canale. Connessione luer-lock per l'instillazione del mezzo di contrasto. Lunghezza operativa 1900 mm, canale operativo compatibile 2,8/3,2 mm, filo guida compatibile 0,035".

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS ITALIA | FUJIFILM ITALIA |
|-----|--|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | === | === | === | 15 | === |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | === | === | === | 10 | === |
| 1.3 | Resistenza | 20 | === | === | === | 20 | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | === | === | === | 20 | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === | === | === | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 70 | ESCLUSA |

Sistema da litotrissia meccanica

monouso, sterile, premontato, cestello e guaina preassemblati, rotante, basket a 4 fili, ampiezza basket 26 mm e 30 mm circa, filoguidato e non, radiopaco, manico da litotrissia dedicato, compatibile con litotritore di emergenza.

Lotto n. 17

Voce a)

n. 20 Cestello e guaina preassemblati per un veloce e facile impiego. Basket in diverse misure. Rotante, con punta filoguidata e/o metallica ogivale standard, raccordo per iniezione mezzo di contrasto. Sterile monouso

voce b)

n.2 Manico per litotritori meccanici monouso - Dotato di speciale comando di rotazione del cestello, facile connessione con guaina cestello, meccanismo di arresto che impedisce la perdita di trazione sul calcolo. Pluriuso autoclavabile

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | M.G. LORENZATTO |
|-----|--|----------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | 15 |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | 10 |
| 1.3 | Resistenza | 20 | 20 |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | 20 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 |

Sistema per litotrissia di emergenza extracanalare per litotrissia x cestello impattato sul calcolo.

Lotto n. 18

cavo litotritore e manovella

Voce a) n. 12 guaina metallica spiralata extraendoscopica

Voce b) n. 12 guaina metallica spiralata intraendoscopica

Voce c) n. 2 manico

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 19

- n. 20 Cestello litotritore, filoguidato, per facile accesso in via biliare, compatibile con guida da 0.0035 i; disponibile in varie aperture, con possibilità di iniezione di mezzo di contrasto con la guida in sede, compatibile con sistema Alliance™ II Inflation Handle. Sterile monouso

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC |
|-----|--|----------------|-------------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 15 | 15 |
| 1.2 | Maneggevolezza (efficacia di torsione per il manico) | 10 | 10 |
| 1.3 | Resistenza | 20 | 20 |
| 1.4 | Visibilità radiologica del catetere | 20 | 20 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 |

GRUPPO D**Fili guida****Lotto n. 20**

- n. 400 Filo guida parzialmente idrofilo in nitinol da 0,025 i a 0,035, di lunghezza 260 e 450 cm, con punta idrofila superiore a 5 cm, con possibilità nell'avanzamento di formazione di loop e disegnata per accessi e anatomie difficili. Punta diritta e angolata ad alta visibilità fluoroscopica.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | CONMED ITALIA | COOK ITALIA | EURO- MEDICAL |
|-----|---|----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | === | === | === | === |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | === | === | === | === |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | === | === | === | === |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale marker) | 15 | === | === | === | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === | === | === | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZATTO | MED ITALIA | OLYMPUS ITALIA |
|-----|--|----------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | 7,5 | 7,50 | === | 15 |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | 15 | 10 | === | 20 |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | 7,5 | 7,50 | === | 15 |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale marker) | 15 | 7,5 | 7,50 | === | 15 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | === | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 42,50 | 37,50 | ESCLUSA | 70 |

Lotto n. 21

n. 200 Filo guida parzialmente idrofilo da 0,025 i a 0,035, di lunghezza 260 e 450 cm, Spiralata Punta diritta ed angolata ad alta visibilità fluoroscopica.

| | SUB- CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTI- FIC | COOK ITALIA | EURO- MEDICAL | OLYMPUS ITALIA |
|-----|--|----------------|-------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | 7,5 | 15 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| 1.2 | Radiopati- cità e visibilità radiologica | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| 1.3 | Scorrevo- lezza | 15 | 7,5 | 15 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| 1.4 | Visibilità endoscopi- ca (spirale o marker) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Confezio- namento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 |

Lotto n. 22

n. 200 Filo guida da 0,018 i, con punta atraumatica diritta, ad alta visibilità fluoroscopica

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | 15 | 15 |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | 15 | 15 |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale o marker) | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | 70 |

Lotto n.23

n. 200 Filo guida semidrofila con doppia punta idrofila (da 5 e 10 cm) da 0,035i, di lunghezza 260 e 450 cm. Punta diritta e angolata ad alta visibilità fluoroscopica

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | INNOVA MEDICA |
|-----|---|----------------|----------------------|------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 15 | 15 | === |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | 20 | === |
| 1.3 | Scorrevolezza | 15 | 15 | === |
| 1.4 | Visibilità endoscopica (spirale o marker) | 15 | 15 | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | ESCLUSA |

Fili guida totalmente idrofili

Lotto n. 24

n. 400 filo guida totalmente idrofilo 0,025 i e 0,035 i punta diritta e punta angolata di lunghezza non inferiore a 260 cm.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | BOSTON SCIENTIFIC |
|-----|--|----------------|----------------|----------------------|
| 1.1 | Flessibilità del tratto distale | 20 | | 20 |
| 1.2 | Radiopaticità e visibilità radiologica | 20 | | 20 |
| 1.3 | Possibilità di direzionare con torsioni la punta angolata in stenosi difficili | | 10 | 10 |
| 1.4 | Versatilità (mantenimento di forma dopo manovre ripetute) | 15 | | 15 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | | 70 |

GRUPPO E
DISPOSITIVI VARI

Lotto n. 25

n. 150 Spazzolino monouso, filoguidato, per citologia biliare, punta atraumatica, di diametro della guina non superiore a 3 mm.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | CONMED ITALIA | COOK ITALIA | M.G. LOREN- ZATTO | H.D. HEALTH DEFENCE |
|-----|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1.1 | Scorrevolezza | 10 | 5 | === | 7,5 | 10 | 5 |
| 1.2 | Resistenza alla deformazione | 15 | 7,5 | === | 15 | 15 | 7,5 |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 10 | 7,5 | === | 5 | 10 | 5 |
| 1.4 | Qualità delle setole/consistenza | 15 | 11,25 | === | 15 | 15 | 7,5 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | === | 5 | 5 | 5 |
| 1.6 | Disponibilità di più misure | 10 | 5 | === | 10 | 10 | 5 |
| 1.7 | Disponibilità di spazzolino con fusto più sottile | 5 | 5 | === | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 46,25 | ESCLUSA | 62,50 | 70 | 40 |

Lotto n. 26

n. 700 Valvola bloccaguida per endoscopi Olympus in grado di bloccare contemporaneamente almeno due fili guida, compatibile almeno con fili guida da 0.025 e 0.035i

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA | OLYMPUS ITALIA |
|-----|---|----------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1.1 | Maneggevolezza (tipo blocco della guida) | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1.2 | Rapidità di innesto | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 1.3 | Forza di tenuta (nell'impedire la fuoriuscita di aria/bile) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 55 | 55 | 50 | 70 |

GRUPPO F

Dispositivi a doppia piattaforma (sistema guida corta/lunga)

Lotto n.27

- n. 60 Catetere per ERCP monouso, filoguidato, doppio lume, varie configurazioni: con punta standard, con punta a sfera, con punta rastremata, doppio lume, compatibilità con sistema a scambio rapido

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | M.G. LORENZATTO |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1.1 | Visibilità radiologica | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2 | Flessibilità | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | Resistenza alla deformazione | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.4 | Scorrevolezza e rigidità del catetere | 15 | 11,25 | 15 | 15 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 66,25 | 70 | 70 |

Lotto n. 28

- n. 400 Pallone filoguidato da estrazione calcoli, triplo lume, con possibilità di almeno due distinti diametri di gonfiaggio (con misure comprese almeno fra 8.5 e 18 mm), reperi radiopachi, gonfiaggio con un'unica siringa, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | EURO-MEDICAL |
|-----|---|-------------|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | 12,50 | 25 | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | 10 | 20 | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | 20 | 20 | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === | 5 | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | 47,50 | 70 | ESCLUSA |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | INNOVA MEDICA | M.G.LORENZATTO | OLYMPUS ITALIA | FUJIFILM ITALIA |
|-----|---|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1 | Scorrevolezza del filo guida | 25 | === | === | 25 | === |
| 1.2 | Resistenza del pallone al danno meccanico | 20 | === | === | 20 | === |
| 1.3 | Visibilità radiologica | 20 | === | === | 20 | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === | === | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA | 70 | ESCLUSA |

Lotto n. 29

n. 60 Sfinterotomo monouso, triplo lume, con lunghezza del filo di taglio comprese fra 20 e 30 mm, punta rastremata, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA |
|-----|---|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 10 | 5 | === |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 20 | 15 | === |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 15 | 11,25 | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | 10 | === |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 10 | 5 | === |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | 51,25 | ESCLUSA |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | EURO- MEDICAL | INNOVA MEDICA | M.G. LORENZAT- TO | OLYMPUS ITALIA |
|-----|---|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.1 | Tipo di porta di accesso del filo guida | 10 | 7,5 | 5 | 5 | 10 |
| 1.2 | Flessibilità e accuratezza del taglio | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1.3 | Orientamento stabile del catetere | 15 | 11,25 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Scorrevolezza del filo guida | 10 | 7,5 | 5 | 5 | 10 |
| 1.6 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 51,25 | 42,50 | 42,50 | 70 |

Lotto n. 30

n. 90 Pallone filoguidato da dilatazione biliare, calibri da 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, lunghezza del pallone 4 cm, reperi radiopachi, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | EUROME- DICAL | OLYMPUS ITALIA |
|-----|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1.1 | Maneggevolezza/ergonomia del dispositivo pluriuso manuale | 20 | 20 | 20 | 10 | === |
| 1.2 | Facilità e visibilità della scala | 20 | 20 | 20 | 10 | === |
| 1.3 | Facilità e precisione nella regolazione della pressione di insufflazione | 25 | 25 | 25 | 12,50 | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 | 70 | 37,50 | ESCLUSA |

Lotto n. 31

n.30 Pallone filoguidato da dilatazione biliare progressiva, doppio lume, canale di gonfiaggio del palloncino munito di rubinetto, calibri da 6 mm a 20 mm, lunghezza del pallone da 3 a 5.5 cm, reperi radiopachi, compatibilità con sistema a scambio rapido.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | OLYMPUS ITALIA |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------|-------------------|----------------|
| 1.1 | Massima dilatazione a forza radiale | 20 | === | 20 | === |
| 1.2 | Scorrevolezza | 15 | === | 15 | === |
| 1.3 | Plasticità del palloncino | 15 | === | 15 | === |
| 1.4 | Visibilità radiologica | 15 | === | 15 | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | 70 | ESCLUSA |

GRUPPO G
ACCESSORI PER ECOENDOSCOPIA

Lotto n. 32

n. 70 ago per FNB: monouso, ago a singola punta (tipo Menghini) per prelievi istologici in posizioni difficili o con necessità di elevata torsione dello strumento, flessibilità dell'ago e della guaina, pattern ecogenico, ottima visibilità dell'ago, prevedibilità della traiettoria, da 19G, 22 G, 25 G.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA | BOSTON SCIENTIFIC | COOK ITALIA | INNOVA MEDICA |
|-----|---|-------------|-------|-------------------|-------------|---------------|
| 1.1 | Capacità di penetrazione tissutale in posizioni difficili | 20 | 10 | === | 10 | === |
| 1.2 | Flessibilità dell'ago | 20 | 10 | === | 10 | === |
| 1.3 | Ecogenicità | 15 | 11,25 | === | 11,25 | === |
| 1.4 | Maneggevolezza dell'ago | 10 | 7,5 | === | 7,5 | === |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | === | 5 | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 43,75 | ESCLUSA | 43,75 | ESCLUSA |

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | M.G. LORENZATTO | MEDTRONIC ITALIA | OLYMPUS ITALIA |
|-----|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1.1 | Capacità di penetrazione tissutale in posizioni difficili | 20 | === | === | 20 |
| 1.2 | Flessibilità dell'ago | 20 | === | === | 20 |
| 1.3 | Ecogenicità | 15 | === | === | 15 |
| 1.4 | Maneggevolezza dell'ago | 10 | === | === | 10 |
| 1.5 | Confezionamento | 5 | === | === | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA | 70 |

Lotto n. 33

- n. 10 Sistema di posizionamento di “fiducial” (marcatore fiduciale) monouso, con ago pre-caricato (almeno 4 fiducial precaricati), impugnatura a rilascio facilitato, guina flessibile per facile accesso anche in posizioni difficili, disponibile almeno nel diametro da 22 G

Non sono pervenute offerte economiche**Lotto n. 34**

- n. 10 Sistema di posizionamento di “fiducial” (marcatore fiduciale) monouso, con ago pre-caricato (almeno 2 fiducial precaricati), impugnatura a rilascio facilitato, guina flessibile per facile accesso anche in posizioni difficili, disponibile almeno nel diametro da 22 G e 19 G

Non sono pervenute offerte economiche**Lotto n. 35**

- n. 10 Catetere da radiofrequenza per ablazione tissutale utilizzabile nelle patologie benigne o maligne pancreatiche o biliari. Filo guidato, diametro 7 fr. Compatibile con elettrobisturi ERBE vio 3 e ICC200 in dotazione alla S.S. Endoscopia Digestiva.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | BOSTON SCIENTIFIC | EUROME- DICAL |
|-----|--|----------------|----------------------|------------------|
| 1.1 | Precisione nell'erogazione della corrente | 25 | === | === |
| 1.2 | Caratteristiche e resistenza dei materiali | 15 | === | === |
| 1.3 | Efficacia del dispositivo nell'ablazione della neoplasia | 25 | === | === |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | === | === |
| | TOTALE PUNTI | 70 | ESCLUSA | ESCLUSA |

Lotto n. 36

- n. 10 Pinza di Moray per campionatura di tessuto in corso di eco endoscopia, compatibile con ago da FNA da 19 gauge.

| | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | AORTA |
|-----|--|----------------|-------|
| 1.1 | Precisione nell'erogazione della corrente | 25 | 25 |
| 1.2 | Caratteristiche e resistenza dei materiali | 15 | 15 |
| 1.3 | Efficacia del dispositivo nell'ablazione della neoplasia | 25 | 25 |
| 1.4 | Confezionamento | 5 | 5 |
| | TOTALE PUNTI | 70 | 70 |

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi:

Lotto n. 1:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 70 |

Lotto n. 2:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 3:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |

Lotto n. 4:

| | |
|-----------------------|---------|
| Ditta M.G. LORENZATTO | 70 |
| Ditta COOK ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 5:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |

Lotto n. 6:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |

Lotto n. 7:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 70 |
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta FUJIFILM ITALIA | punti 42,50 |
| Ditta EUROMEDICAL | punti 42,50 |
| Ditta INNOVAMEDICA | punti 42,50 |

Lotto n. 8:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |

Lotto n. 9:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 10:

| | |
|--------------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 70 |
| Ditta INNOVAMEDICA | punti 70 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 70 |
| Ditta H.D.HEALTH DEFENCE | punti 70 |

Lotto n. 11:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 52,50 |

Lotto n. 12:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 70 |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |
| Ditta COOK ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 13:

| | |
|--------------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |
| Ditta AORTA | ESCLUSA |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | ESCLUSA |
| Ditta EUROMEDICAL | ESCLUSA |
| Ditta MED-ITALIA | ESCLUSA |
| Ditta H.D.HEALTH DEFENCE | ESCLUSA |

Lotto n. 14:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 15:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta FUJIFILM ITALIA | punti 70 |
|-----------------------|----------|

Lotto n. 16:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta AORTA | ESCLUSA |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |
| Ditta FUJIFILM ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 17:

| | |
|-----------------------|----------|
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 70 |
|-----------------------|----------|

Lotto n. 18:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 19:

| | |
|-------------------------|----------|
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 70 |
|-------------------------|----------|

Lotto n. 20:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta INNOVAMEDICA | punti 42,50 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 37,50 |
| Ditta CONMED ITALIA | ESCLUSA |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | ESCLUSA |
| Ditta EUROMEDICAL | ESCLUSA |
| Ditta MED-ITALIA | ESCLUSA |
| Ditta COOK ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 21:

| | |
|-------------------------|----------|
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 70 |
| Ditta COOK ITALIA | punti 50 |
| Ditta AORTA | punti 50 |
| Ditta EUROMEDICAL | punti 50 |

Lotto n. 22:

| | |
|--------------------|----------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta INNOVAMEDICA | punti 70 |

Lotto n. 23:

| | |
|-------------------------|----------|
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 70 |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |

Lotto n. 24:

| | |
|-------------------------|----------|
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 70 |
|-------------------------|----------|

Lotto n. 25:

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 70 |
| Ditta COOK ITALIA | punti 62,50 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 46,25 |
| Ditta H.D.HEALTH DEFENCE | punti 40 |
| Ditta CONMED ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 26:

| | |
|-------------------------|----------|
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta COOK ITALIA | punti 55 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 55 |
| Ditta INNOVAMEDICA | punti 50 |

Lotto n. 27:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 70 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 66,25 |

Lotto n. 28:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 47,50 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |
| Ditta AORTA | ESCLUSA |
| Ditta EUROMEDICAL | ESCLUSA |
| Ditta FUJIFILM ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 29:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ditta AORTA | punti 70 |
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 51,25 |
| Ditta EUROMEDICAL | punti 51,25 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Ditta M.G. LORENZATTO | punti 42,50 |
| Ditta INNOVAMEDICA | punti 42,50 |
| Ditta COOK ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 30:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ditta COOK ITALIA | punti 70 |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 70 |
| Ditta EUROMEDICAL | punti 37,50 |
| Ditta OLYMPUS ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 31:

| | |
|-------------------------|----------|
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | punti 70 |
| Ditta AORTA | ESCLUSA |
| Ditta OLYMPUS ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 32:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ditta OLYMPUS ITALIA | punti 70 |
| Ditta COOK ITALIA | punti 43,75 |
| Ditta AORTA | punti 43,75 |
| Ditta M.G. LORENZATTO | ESCLUSA |
| Ditta INNOVAMEDICA | ESCLUSA |
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | ESCLUSA |
| Ditta MEDTRONIC ITALIA | ESCLUSA |

Lotto n. 33:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 34:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 35:

| | |
|-------------------------|---------|
| Ditta BOSTON SCIENTIFIC | ESCLUSA |
| Ditta EUROMEDICAL | ESCLUSA |

Lotto n. 36:

| | |
|-------------|----------|
| Ditta AORTA | punti 70 |
|-------------|----------|

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data nove novembre duemilaventuno, agli Uffici Competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore quindici e minuti trentacinque, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|--|-------------------------------|
| Dr.ssa | Marianna | MONDINI | Dirigente S.C. Farmacia Ospedaliera _____ | - PRESIDENTE |
| Dr.ssa | Giovanna | VENEZIA | Dirigente Medico S.C.Gastroenterologia– A.O.S.CROCE e CARLE _____ | - COMPONENTE |
| Dr. | Georgios | VERROS | Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia – A.O.S.CROCE e CARLE _____ | - COMPONENTE |
| Sig.ra | Sandra | ANSELMA | Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE _____ | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |