

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO ALLA S.C. CARDIOLOGIA PER EFFETTUARE PROCEDURE DI ABLAZIONE, PER IL TRATTAMENTO DELLE OCCLUSIONI CORONARICHE CRONICHE E PER LE PROCEDURE DI TAVI (GARA N. 9451650 - CIG VARI).

II° VERBALE

L’anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di maggio, alle ore dodici e minuti trenta, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Cardiologia presso l’Ospedale S.Croce, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero duecentoquaranta del dodici febbraio duemilaventiquattro e così composta:

Dr.ssa	Margherita	VIGLIONE	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	- PRESIDENTE
Dr.ssa	Erika	TARAVELLI	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia	- COMPONENTE
Dr.	Giorgio	BARALIS	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia	- COMPONENTE

Dott.ssa	Sara	GIORDANO	- Collaboratore Amministrativo Professionale - S.C. Acquisti di Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------------

Verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, si evidenzia preliminarmente che la documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte offerenti risulta completa e conforme a quanto richiesto.

Successivamente si procede con i lavori discutendo in merito ai punteggi da attribuire alle ditte concorrenti in ordine al seguente parametro:

- caratteristiche tecnico - qualitative..... punteggio max 70.

L’analisi condivisa delle offerte conduce alle valutazioni tecniche dettagliatamente sotto indicate:

Lotto n.1 - CIG A031C11021

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 2 – CIG A031C34CFF

LOTTO 2		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.		MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.		MICROPORT CRM S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.
1	Facilità di penetrazione nei tessuti	D	40	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60	Sufficiente	0,60
2	Flessibilità senza kinking	D	15	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60	Sufficiente	0,60
3	Facilità di attraversamento della valvola	D	15	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00

Lotto n.3 - CIG A031C5041D

LOTTO 3		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.		MICROPORT CRM S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.
1	Facilità di penetrazione nei tessuti	D	40	Ottimo	1,00	Scarso	0,40
2	Flessibilità senza kinking	D	15	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60
3	Facilità di attraversamento della valvola	D	15	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00

Lotto n.4 - CIG A031C6CB36

LOTTO 4		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.		MICROPORT CRM S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.
1	Facilità di perforazione setto	D	40	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60
2	Manovrabilità	D	15	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60
3	Facilità di scorrimento dell'introduttore	D	15	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60

Lotto n.5 - CIG A031C7EA11

LOTTO 5		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (*)		AB MEDICA S.P.A.		CORDIS ITALY S.R.L.		INNOVA HTS S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.
1	Scorrevolezza nei cateteri	D	30	-----		Scarso	0,40	Sufficiente	0,60	Scarso	0,40
2	Flessibilità della punta	D	20	-----		Scarso	0,40	Scarso	0,40	Scarso	0,40
3	Rigidità ottimale del corpo	D	20	-----		Scarso	0,40	Scarso	0,40	Scarso	0,40

(*) La Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l. risulta esclusa, in quanto non ha offerto la guida angiografica 0.32" retta come espressamente richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n.6 - CIG A031C919BF

LOTTO 6		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	AB MEDICA S.P.A. (*)		MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.
1	Facilità di penetrazione nei tessuti	D	40	-----		Ottimo	1,00
2	Flessibilità senza kinking	D	15	-----		Ottimo	1,00
3	Facilità di attraversamento della valvola	D	15	-----		Ottimo	1,00

(*) La Ditta AB MEDICA S.p.A. risulta esclusa, in quanto il dispositivo offerto è privo della valvola emostatica come espressamente richiesto nella disciplina di gara.

Lotto n.7 - CIG A031CA27C7

LOTTO 7		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	EMOPASS S.R.L.		INNOVA HTS S.R.L.		SANITEX S.P.A.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.
1	Efficacia dell'avanzamento/ attraversamento del circolo collaterale	D	40	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60	Sufficiente	0,60
2	Efficacia della navigabilità e della spinta	D	15	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60	Sufficiente	0,60
3	Efficacia del supporto alla guida	D	15	Ottimo	1,00	Sufficiente	0,60	Sufficiente	0,60

Lotto n.8 - CIG A0326720C1

LOTTO 8		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	COOK ITALIA S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.
1	Capacità di attraversamento nelle lesioni calcifiche e tortuose	D	40	Ottimo	1,00
2	Tenuta della valvola emostatica	D	30	Ottimo	1,00

Lotto n.9 - CIG A032683EC4

LOTTO 9		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	COOK ITALIA S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.
1	Capacità di attraversamento nelle lesioni calcifiche e tortuose	D	40	Ottimo	1,00
2	Tenuta della valvola emostatica	D	30	Ottimo	1,00

Lotto n.10 - CIG A032690980

LOTTO 10		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	AB MEDICA S.P.A.		INNOVA HTS S.R.L.	
N°	CARATTERISTICA			GIUDIZIO	COEFF.	GIUDIZIO	COEFF.
1	Velocità di sgonfiaggio	D	30	Sufficiente	0,60	Ottimo	1,00
2	Velocità di gonfiaggio	D	20	Sufficiente	0,60	Ottimo	1,00
3	Stabilità	D	20	Sufficiente	0,60	Ottimo	1,00

Dai calcoli effettuati ai sensi dell'Art. 6 della disciplina di gara ed in particolare sulla base del metodo individuato per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica (rif. pag. 8 della richiesta di offerta prot. n. 40997/2023 del 27/11/2023) risulta quanto segue:

Lotto n.1 - CIG A031C11021

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.2 - CIG A031C34CFF

LOTTO 2		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	MICROPORT CRM S.R.L.
N°	CARATTERISTICA					
1	Facilità di penetrazione nei tessuti	D	40	40	24	24
2	Flessibilità senza kinking	D	15	15	9	9
3	Facilità di attraversamento della valvola	D	15	15	15	15
TOTALE PUNTI			70	70	48	48

Lotto n.3 - CIG A031C5041D

LOTTO 3		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	MICROPORT CRM S.R.L.
N°	CARATTERISTICA				
1	Facilità di penetrazione nei tessuti	D	40	40	16
2	Flessibilità senza kinking	D	15	15	9
3	Facilità di attraversamento della valvola	D	15	15	15
TOTALE PUNTI			70	70	40

Lotto n.4 - CIG A031C6CB36

LOTTO 4		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	MICROPORT CRM S.R.L.
N°	CARATTERISTICA				
1	Facilità di penetrazione nei tessuti	D	40	40	24
2	Flessibilità senza kinking	D	15	15	9
3	Facilità di attraversamento della valvola	D	15	15	9
TOTALE PUNTI			70	70	42

Lotto n.5 - CIG A031C7EA11

LOTTO 5		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	AB MEDICA S.P.A.	CORDIS ITALY S.R.L.	INNOVA HTS S.R.L.
N°	CARATTERISTICA						
1	Scorrevolezza nei cateteri	D	30	-----	12	18	12
2	Flessibilità della punta	D	20	-----	8	8	8
3	Rigidità ottimale del corpo	D	20	-----	8	8	8
TOTALE PUNTI			70	----- (*)	28 (**)	34 (**)	28 (**)

(*) La Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l. risulta esclusa, in quanto non ha offerto la guida angiografica 0.32" retta come espressamente richiesto dalla disciplina di gara.

() Le Ditte AB MEDICA S.p.A., CORDIS ITALY S.r.l. e INNOVA HTS S.r.l. risultano escluse dal prosieguo della gara, in quanto il punteggio complessivo attribuito a ciascuna è inferiore alla soglia di sufficienza tecnica stabilita in 36 punti dalla disciplina di gara.**

Lotto n.6 - CIG A031C919BF

LOTTO 6		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	AB MEDICA S.P.A.	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.
N°	CARATTERISTICA				
1	Facilità di penetrazione nei tessuti	D	40	-----	40
2	Flessibilità senza kinking	D	15	-----	15
3	Facilità di attraversamento della valvola	D	15	-----	15
TOTALE PUNTI			70	----- (*)	70

(*) La Ditta AB MEDICA S.p.A. risulta esclusa in quanto, il dispositivo offerto è privo della valvola emostatica come espressamente richiesto nella disciplina di gara.

Lotto n.7 - CIG A031CA27C7

LOTTO 7		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	EMOPASS S.R.L.	INNOVA HTS S.R.L.	SANITEX S.P.A.
N°	CARATTERISTICA					
1	Efficacia dell'avanzamento/ attraversamento del circolo collaterale	D	40	40	24	24
2	Efficacia della navigabilità e della spinta	D	15	15	9	9
3	Efficacia del supporto alla guida	D	15	15	9	9
TOTALE PUNTI			70	70	42	42

Lotto n.8 - CIG A0326720C1

LOTTO 8		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	COOK ITALIA S.R.L.
N°	CARATTERISTICA			
1	Capacità di attraversamento nelle lesioni calcifiche e tortuose	D	40	40
2	Tenuta della valvola emostatica	D	30	30
TOTALE PUNTI			70	70

Lotto n.9 - CIG A032683EC4

LOTTO 8		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	COOK ITALIA S.R.L.
N°	CARATTERISTICA			
1	Capacità di attraversamento nelle lesioni calcifiche e tortuose	D	40	40
2	Tenuta della valvola emostatica	D	30	30
TOTALE PUNTI			70	70

Lotto n.10 - CIG A032690980

LOTTO 4		TIPOLOGIA VALUTAZIONE	PUNTI	AB MEDICA S.P.A.	INNOVA HTS S.R.L.
N°	CARATTERISTICA				
1	Velocità di sgonfiaggio	D	30	18	30
2	Velocità di gonfiaggio	D	20	12	20
3	Stabilità	D	20	12	20
TOTALE PUNTI			70	42	70

Considerato quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda l'offerta tecnica:

Lotto n.1

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.2

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	punti 70
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 48
Ditta MICROPORT CRM S.r.l.	punti 48

Lotto n.3

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	punti 70
Ditta MICROPORT CRM S.r.l.	punti 40

Lotto n.4

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	punti 70
Ditta MICROPORT CRM S.r.l.	punti 42

Lotto n.5

Ditta CORDIS ITALY S.r.l.	punti 34 esclusa (**)
Ditta AB MEDICA S.p.A.	punti 28 esclusa (**)
Ditta INNOVA HTS S.r.l.	punti 28 esclusa (**)
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	esclusa (*)

(*) La Ditta ABBOTT MEDICAL S.p.A. risulta esclusa, in quanto non ha offerto la guida angiografica 0.32" retta come espressamente richiesto dalla disciplina di gara.

(**) Le Ditte AB MEDICA S.p.a., CORDIS ITALY S.r.l. e INNOVA HTS S.r.l. risultano escluse dal prosieguo della gara, in quanto il punteggio complessivo attribuito a ciascuna è inferiore alla soglia di sufficienza tecnica stabilita in 36 punti dalla disciplina di gara.

Lotto n.6

Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 70
Ditta AB MEDICA S.p.A.	esclusa (*)

(*) La Ditta AB MEDICA S.p.A. risulta esclusa, in quanto il dispositivo offerto è privo della valvola emostatica come espressamente richiesto nella disciplina di gara.

Lotto n.7

Ditta EMOPASS S.r.l.	punti 70
Ditta INNOVA HTS S.r.l.	punti 42
Ditta SANITEX S.p.a.	punti 42

Lotto n.8

Ditta COOK ITALIA S.r.l.	punti 70
--------------------------	----------

Lotto n.9

Ditta COOK ITALIA S.r.l.	punti 70
--------------------------	----------

Lotto n.10

Ditta INNOVA HTS S.r.l.

punti 70

Ditta AB MEDICA S.p.A.

punti 42

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data ventuno febbraio duemilaventiquattro, agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore tredici e minuti quaranta, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

Dr.ssa	Margherita	VIGLIONE	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera _____	- PRESIDENTE
Dr.ssa	Erika	TARAVELLI	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia _____	- COMPONENTE
Dr.	Giorgio	BARALIS	- Dirigente Medico S.C. Cardiologia _____	- COMPONENTE

Dott.ssa	Sara	GIORDANO	- Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi _____	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-----------------	-------------	-----------------	---	-------------------------------