



**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI
MEDICI SPECIALISTICI PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTI PER MESI 24
ALLA S.C. CARDIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI
CUNEO – GARA N. 8106993 – CIG VARI.**

I° VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di agosto, alle ore quattordici e trentacinque minuti, in Cuneo, presso la sala riunioni della S.C. Cardiologia piano 2° Blocco B dell’Ospedale S.Croce e Carle, si sono riuniti i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione numero ottocentosettanta del ventitre giugno duemilaventuno:

-	Dr.	Riccardo	DUTTO	-	Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia - A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
-	Dr.ssa	Emanuela	RACCA	-	Dirigente Medico - S.C. Cardiologia - A.O. CROCE e CARLE	- COMPONENTE
-	Dr.	Endrj	MENARDI	-	Dirigente Medico - S.C. Cardiologia - A.O. CROCE e CARLE	- COMPONENTE
-	Dott.ssa	Sara	GIORDANO	-	Collaboratore Amm.vo Prof.le S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante preliminarmente da atto che il giorno 02/07/2021 il Seggio di gara in seduta riservata ha proceduto all’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditte partecipanti alla gara in oggetto attraverso la piattaforma SINTEL, verificando la completezza dei documenti richiesti dall’art. 16 del Disciplinare di gara.

Sulla base di quanto relazionato dal Seggio di gara in apposito verbale custodito agli atti, il Segretario Verbalizzante riferisce che dalla verifica del contenuto delle buste digitali contenenti la documentazione tecnica è emerso che le seguenti Ditte concorrenti hanno inviato documentazione regolare e completa e pertanto sono risultate ammesse al prosieguo della procedura di gara in relazione ai lotti sotto indicati:



N.	Ditta	Lotti per cui è stata presentata offerta
1	AB MEDICA S.p.A.	Lotto n.11
2	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	Lotti n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.8, n.9, n.12, n.13 e n.14
3	B. BRAUN MILANO S.p.A.	Lotti n.8, n.9 e n.11
4	BIOTRONIK ITALIA S.p.A.	Lotti n.1, n.5 e n.14
5	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Lotti n.1, n.2, n.4, n. 5, n.6, n.8 e n.12
6	CLABER S.r.l.	Lotto n.1
7	FIAB S.p.A.	Lotto n.9
8	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	Lotti n.1, n.2, n.5, n.6, n.13 e n.14
9	MEDTRONIC ITALIA S.p.A.	Lotti n.1 e n.3
10	MICROPORT CRM S.r.l.	Lotti n.1, n.5 e n.12

In merito a quanto sopra descritto, il Segretario Verbalizzante rende altresì noto quanto rilevato nella seduta del giorno 02/07/2021:

- in relazione al Lotto n. 5 il Seggio di gara ha ritenuto di ammettere con riserva al prosieguo della gara la Ditta MICROPORT CRM S.r.l rimettendo alla Commissione Giudicatrice la valutazione tecnica di quanto dichiarato da tale Ditta in merito agli Allegati n.7 e n.8 al Disciplinare di Gara che non sono stati regolarmente presentati (al riguardo la Ditta MICROPORT CRM S.r.l. ha specificamente dichiarato “che gli Allegati 7 e 8 non sono applicabili ai prodotti offerti”);
- in relazione ai Lotti n.7 e n.10 non sono pervenute offerte economiche.

Il Segretario Verbalizzante consegna infine ai singoli componenti della Commissione il CD contenente tutta la documentazione tecnica scaricata dal Seggio di gara dalla piattaforma SINTEL, nonché copia cartacea del Capitolato di gara e il Disciplinare di gara.

Premesso quanto sopra, la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il Disciplinare di gara e prende atto in particolare dei criteri e dei punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati nell’art. 19 del Disciplinare e precisamente:

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100



Per ogni singolo lotto il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabelle dei criteri e sottocriteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

LOTTO 1				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “D”
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1		1.1	<i>Qualità del segnale inviato al poligrafo</i>	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	<i>Qualità del materiale del corpo del catetere</i>	10	
		1.3	<i>Flessibilità, risposta alla torsione</i>	10	
		1.4	<i>Stabilità di appoggio</i>	10	
		1.5	<i>Qualità distanze interelettrodiche offerte</i>	10	
		1.6	<i>Ergonomia del dispositivo nelle manovre</i>	5	
		1.7	<i>Conservata struttura dopo persistenza in sede</i>	5	



LOTTO 2				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
2	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Qualità del materiale del corpo del catetere	10	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	
		1.4	Stabilità di appoggio	10	
		1.5	Qualità distanze interelettrode offerte	10	
		1.6	Ergonomia del dispositivo nelle manovre	5	
		1.7	Conservata struttura dopo persistenza in sede	5	

LOTTO 3				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
3	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Risposta all'orientamento	20	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	20	
		1.4	Ergonomia del manipolo	5	
		1.5	Qualità distanze interelettrode offerte	5	



LOTTO 4				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
4	Qualità	1.1	Risposta all'orientamento	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	
		1.5	Stabilità di appoggio	5	
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	5	

LOTTO 5				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
5	Qualità	1.1	Risposta all'orientamento	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	
		1.5	Stabilità di appoggio	5	
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	5	



LOTTO 6				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
6	Qualità	1.1	Risposta all'orientamento	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	
		1.5	Stabilità di appoggio	5	
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	5	

LOTTO 7				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
7	Qualità	1.1	Risposta all'orientamento	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	
		1.5	Stabilità di appoggio	5	
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	5	



LOTTO 8				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
8	Qualità	1.1	<i>Resistenza all'introflessione</i>	30	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	<i>Facilità di introduzione percutanea</i>	20	
		1.3	<i>Adeguate lunghezza della parte intravascolare</i>	10	
		1.4	<i>Disposizione dei prodotti all'interno dei kit</i>	10	

LOTTO 9				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
9	Qualità	1.1	<i>Resistenza all'introflessione</i>	30	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	<i>Facilità di introduzione percutanea</i>	20	
		1.3	<i>Adeguate lunghezza della parte intravascolare</i>	10	
		1.4	<i>Disposizione dei prodotti all'interno dei kit</i>	10	

LOTTO 10				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
10	Qualità	1.1	<i>Resistenza all'introflessione</i>	30	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	<i>Facilità di introduzione percutanea</i>	20	
		1.3	<i>Adeguate lunghezza della parte intravascolare</i>	10	
		1.4	<i>Disposizione dei prodotti all'interno dei kit</i>	10	



LOTTO 11				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
11	Qualità	1.1	<i>Resistenza all'introflessione</i>	30	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	<i>Facilità di introduzione percutanea</i>	20	
		1.3	<i>Adeguate lunghezza della parte intravascolare</i>	10	
		1.4	<i>Disposizione dei prodotti all'interno dei kit</i>	10	

LOTTO 12				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
12	Qualità	1.1	<i>Qualità del segnale inviato al poligrafo</i>	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	<i>Qualità del materiale del corpo del catetere</i>	10	
		1.3	<i>Flessibilità, risposta alla torsione</i>	10	
		1.4	<i>Stabilità di appoggio</i>	10	
		1.5	<i>Qualità distanze interelettrode offerte</i>	10	
		1.6	<i>Ergonomia del dispositivo nelle manovre</i>	5	
		1.7	<i>Conservata struttura dopo persistenza in sede</i>	5	



LOTTO 13				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
13	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Risposta all'orientamento	20	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	20	
		1.4	Ergonomia del manipolo	10	

LOTTO 14				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI "D"
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
14	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
		1.2	Risposta all'orientamento	20	
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	20	
		1.4	Ergonomia del manipolo	10	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista, per ogni singolo lotto, una soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di **35 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Criteri qualitativi

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" delle tabelle riportate al sopra citato punto 19.1, la Commissione Giudicatrice attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo **coefficiente variabile tra zero e uno**, così come indicato nella successiva tabella CD (coefficienti discrezionali):



Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
Insufficiente	0,00
Minimale	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

Preso atto di quanto sopra la Commissione Giudicatrice stabilisce che il Dr. Riccardo Dutto trasmetta alla S.C. Cardiologia la campionatura, tuttora giacente presso il Punto Unico Ricevimento Merce di codesta Azienda Ospedaliera, affinché sia attivata la fase dell'espletamento delle prove tecniche del materiale proposto dalle varie Ditte offerenti.

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quindici e minuti quarantacinque, la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Dr.	Riccardo	DUTTO	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera _____	- PRESIDENTE
Dr.ssa	Emanuela	RACCA	Dirigente Medico S.C. Cardiologia _____	- COMPONENTE
Dr.	Endrj	MENARDI	Dirigente Medico S.C. Cardiologia _____	- COMPONENTE

Dott.ssa	Sara	GIORDANO	Collaboratore Amministrativo Professionale - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi _____	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-----------------	-------------	-----------------	---	-------------------------------