

PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.C. CARDIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 8106993 – CIG VARI.

II° VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore undici e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera presso l’Ospedale S.Croce e Carle, si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero ottocentosettanta del ventitre giugno duemilaventuno e così composta:

-	Dr.	Riccardo	DUTTO	- Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia - A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
-	Dr.ssa	Emanuela	RACCA	- Dirigente Medico - S.C. Cardiologia - A.O. CROCE e CARLE	- COMPONENTE
-	Dr.	Endrj	MENARDI	- Dirigente Medico - S.C. Cardiologia - A.O. CROCE e CARLE	- COMPONENTE

-	Dott.ssa	Sara	GIORDANO	- Collaboratore Amm.vo Prof.le S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
---	----------	------	----------	--	----------------------------

Preliminarmente la Commissione prende atto che la Dr.ssa Emanuela Racca non può essere presente fisicamente e pertanto, al fine di concludere con tempestività la procedura di gara nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti, ritiene opportuno procedere con i lavori “a distanza” comunicando telefonicamente “a viva voce” con la citata Dr.ssa Emanuela Racca.

Premesso quanto sopra la Commissione Giudicatrice, richiamato quanto riportato nel I° verbale del 02/08/2021 in merito alla regolarità della documentazione tecnica acquisita agli atti e sulla base delle valutazioni della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, procede, ai sensi dell’articolo 19 del Disciplinare di Gara, all’analisi delle offerte che conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

Lotto n.1**Catetere tetrapolare a curvatura fissa con le seguenti caratteristiche:**

- diametro 5 o 6 Fr;
- curvature disponibili multiple (minimo 3 incluse di cui curva Josephson, Damato e Cournand);
- elettrodo distale in punta al catetere;
- corpo del catetere in polimero di alta qualità, estremo distale atraumatico;
- superficie antitrombotica.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 1				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	CLABER S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MICROPORT CRM. S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)							
1	Qualità	1.1	<i>Qualità del segnale inviato al poligrafo</i>	20	Ottimo	Discreto	Ottimo	Discreto	Discreto	Discreto	Discreto
		1.2	<i>Qualità del materiale del corpo del catetere</i>	10	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
		1.3	<i>Flessibilità, risposta alla torsione</i>	10	Ottimo	Discreto	Ottimo	Discreto	Discreto	Buono	Discreto
		1.4	<i>Stabilità di appoggio</i>	10	Buono	Discreto	Buono	Discreto	Discreto	Buono	Discreto
		1.5	<i>Qualità distanze interelettrodiche offerte</i>	10	Discreto	Discreto	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Buono	Buono
		1.6	<i>Ergonomia del dispositivo nelle manovre</i>	5	Buono	Discreto	Buono	Discreto	Discreto	Discreto	Discreto
		1.7	<i>Conservata struttura dopo persistenza in sede</i>	5	Buono	Discreto	Buono	Discreto	Discreto	Discreto	Discreto

Lotto n.2**Catetere decapolare con punta orientabile (steerable) con le seguenti caratteristiche:**

- diametro 6 o 7 Fr;
- elettrodi in platino, elettrodo distale in punta al catetere;
- curvature multiple, mono e bidirezionale, curva dedicata all'introduzione in seno coronarico.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 2				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	Buono	Buono	Buono
		1.2	Qualità del materiale del corpo del catetere	10	Buono	Buono	Buono
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	Buono	Buono	Buono
		1.4	Stabilità di appoggio	10	Buono	Buono	Discreto
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	10	Buono	Buono	Buono
		1.6	Ergonomia del dispositivo nelle manovre	5	Buono	Ottimo	Ottimo
		1.7	Conservata struttura dopo persistenza in sede	5	Discreto	Buono	Discreto

Lotto n.3

Catetere a 20 poli con punta orientabile (steerable) con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr;
- elettrodi in platino;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche;
- multipli raggi di curvatura.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 3				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	<i>Qualità del segnale inviato al poligrafo</i>	20	Ottimo	Discreto
		1.2	<i>Risposta all'orientamento</i>	20	Buono	Buono
		1.3	<i>Flessibilità, risposta alla torsione</i>	20	Buono	Discreto
		1.4	<i>Ergonomia del manipolo</i>	5	Discreto	Discreto
		1.5	<i>Qualità distanze inter elettrodiche offerte</i>	5	Ottimo	Minimale

Lotto n.4

Catetere per ablazione a radiofrequenza, con punta 4 mm, con termistore/termocoppia, orientabile con curva bidirezionale con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- curvature disponibili multiple;
- parte distale con diversi gradi di rigidità;
- meccanismo di blocco della curva.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti.

LOTTO 4				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (*)	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	Risposta all'orientamento	20	-----	Buono
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	-----	Buono
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	-----	Discreto
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	-----	Ottimo
		1.5	Stabilità di appoggio	5	-----	Buono
		1.6	Qualità distanze interelettroliche offerte	5	-----	Buono

(*) La Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta esclusa in quanto il catetere offerto non è conforme a quanto richiesto nella disciplina di gara ed in particolare non presenta la seguente caratteristica: “parte distale con diversi gradi di rigidità”.

Lotto n.5

Catetere per ablazione a radiofrequenza, con punta 4 mm, con termistore o termocoppia, orientabile, a curva monodirezionale con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- raggi di curvatura multipli;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti.

LOTTO 5				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	MICROPORT CRM. S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)					
1	Qualità	1.1	Risposta all'orientamento	20	Discreto	Discreto	Buono	Ottimo	Discreto
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	Buono	Discreto	Buono	Ottimo	Discreto
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	Buono	Discreto	Buono	Ottimo	Discreto
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	Buono	Buono	Buono	Ottimo	Discreto
		1.5	Stabilità di appoggio	5	Buono	Buono	Buono	Ottimo	Buono
		1.6	Qualità distanze inter elettrodiche offerte	5	Ottimo	Minimale	Ottimo	Minimale	Minimale

Lotto n.6

Catetere per ablazione a radiofrequenza, con punta orientabile 8 mm, con termistore o termocoppia, a curva bidirezionale con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- curvature disponibili multiple;
- meccanismo di blocco della curvatura;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo interfacciabili con i principali generatori di corrente a radiofrequenza in commercio senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti

LOTTO 6				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Risposta all'orientamento	20	Buono	Buono	Buono
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	Buono	Buono	Buono
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	Buono	Ottimo	Buono
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	Buono	Buono	Buono
		1.5	Stabilità di appoggio	5	Buono	Buono	Ottimo
		1.6	Qualità distanze inter elettrode offerte	5	Minimale	Ottimo	Minimale

Lotto n.7

Catetere per ablazione a radiofrequenza con termistore o termocoppia, raggio di curvatura variabile, nelle versioni con punta a 8 mm con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- curvatura monodirezionale;
- raggi di curvatura multipli e dedicate per flutter;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo interfacciabili con i principali generatori di corrente a radiofrequenza in commercio senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti.

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.8**Kit per introduttore vascolare di diametro da 5 a 12 Fr e di lunghezza utile da 8 a 25 cm circa.****Il kit deve contenere:**

- un introduttore con valvola emostatica;
- un dilatatore vascolare;
- una via di infusione laterale fornita di rubinetto con almeno due porte di ingresso;
- una guida con punta morbida a “J”.

LOTTO 8				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	B. BRAUN MILANO S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	<i>Resistenza all'introflessione</i>	30	Buono	Discreto	Discreto
		1.2	<i>Facilità di introduzione percutanea</i>	20	Buono	Discreto	Discreto
		1.3	<i>Adeguate lunghezza della parte intravascolare</i>	10	Ottimo	Discreto	Discreto
		1.4	<i>Disposizione dei prodotti all'interno dei kit</i>	10	Buono	Buono	Buono

Lotto n.9

Kit per introduttore vascolare peel-away, di diametro da 7 a 12 Fr per introduzione di cateteri per stimolazione cardiaca permanente.

Il kit deve contenere:

- **un introduttore;**
- **un dilatatore vascolare;**
- **un ago per puntura vascolare di misura compresa tra 18 G e 20 G;**
- **una siringa di misura compresa tra 5 e 10 cc;**
- **una guida con punta morbida a “J”.**

LOTTO 9				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	B. BRAUN MILANO S.P.A.	FIAB S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	<i>Resistenza all'introflessione</i>	30	Buono	Discreto	Discreto
		1.2	<i>Facilità di introduzione percutanea</i>	20	Buono	Discreto	Discreto
		1.3	<i>Adeguate lunghezza della parte intravascolare</i>	10	Ottimo	Buono	Buono
		1.4	<i>Disposizione dei prodotti all'interno dei kit</i>	10	Buono	Buono	Buono

Lotto n.10

Kit per introduttore vascolare peel-away con valvola emostatica, di diametro da 7 a 12 Fr per introduzione di cateteri per stimolazione cardiaca permanente.

Il kit deve contenere:

- un introduttore dotato di valvola emostatica;
- un dilatatore vascolare;
- un ago per puntura vascolare di misura compresa tra 18 G e 20 G;
- una siringa di misura compresa tra 5 e 10 cc;
- una guida con punta morbida a “J”.

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.11

Ago angiografico per puntura arteriosa o venosa, lunghezza 7 cm circa e diametro 18 G.

Il diametro interno dell'ago deve accettare guide da 0.035"/0.038".

LOTTO 11				PUNTI MAX	AB MEDICA S.P.A.	B. BRAUN MILANO S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	<i>Resistenza all'introflessione</i>	30	Discreto	Buono
		1.2	<i>Facilità di introduzione percutanea</i>	20	Discreto	Buono
		1.3	<i>Adeguate lunghezza della parte intravascolare</i>	10	Buono	Buono
		1.4	<i>Disposizione dei prodotti all'interno dei kit</i>	10	Buono	Buono

Lotto n.12**Catetere decapolare a curvatura fissa con le seguenti caratteristiche:**

- elettrodi punta in metallo ad alta conduzione elettrica;
- lunghezza da 60 a 115 cm con varie configurazioni e spaziature;
- curva Cournand., Supra e CS;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 12				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (*)	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. (*)	MICROPORT CRM. S.r.l. (*)
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	-----	-----	-----
		1.2	Qualità del materiale del corpo del catetere	10	-----	-----	-----
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	-----	-----	-----
		1.4	Stabilità di appoggio	10	-----	-----	-----
		1.5	Qualità distanze inter elettrodiche offerte	10	-----	-----	-----
		1.6	Ergonomia del dispositivo nelle manovre	5	-----	-----	-----
		1.7	Conservata struttura dopo persistenza in sede	5	-----	-----	-----

(*) Le Ditte ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. e MICROPORT CRM risultano escluse in quanto il catetere offerto da ciascuna ditta non è conforme a quanto richiesto nella disciplina di gara. In particolare:

- la Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. non ha disponibile la curva Supra;
- la Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. non ha disponibile la curva Supra;
- la Ditta MICROPORT CRM non ha disponibile sia la curva Supra che Cournand.

Lotto n.13

Catetere multipolare per mappaggio delle vene polmonari con le seguenti caratteristiche:

- raggio variabile;
- **20** poli;
- deflettibile;
- monodirezionale.

LOTTO 13				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	<i>Qualità del segnale inviato al poligrafo</i>	20	Buono	Ottimo
		1.2	<i>Risposta all'orientamento</i>	20	Buono	Buono
		1.3	<i>Flessibilità, risposta alla torsione</i>	20	Buono	Ottimo
		1.4	<i>Ergonomia del manipolo</i>	10	Buono	Buono

Lotto n.14

Catetere multipolare per mappaggio delle vene polmonari con le seguenti caratteristiche:

- raggio fisso;
- **20 poli;**
- deflettibile;
- monodirezionale.

LOTTO 14				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BIOTRONIK ITALIA S.P.A. (*)	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	<i>Qualità del segnale inviato al poligrafo</i>	20	Ottimo	-----	Buono
		1.2	<i>Risposta all'orientamento</i>	20	Buono	-----	Buono
		1.3	<i>Flessibilità, risposta alla torsione</i>	20	Buono	-----	Discreto
		1.4	<i>Ergonomia del manipolo</i>	10	Buono	-----	Discreto

(*) La Ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A. risulta esclusa in quanto il catetere offerto da ciascuna ditta non è conforme a quanto richiesto nella disciplina di gara ed in particolare ha 10 poli anziché 20.

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede, avvalendosi della seguente tabella così come specificatamente stabilito dall'Art. 19.2 del Disciplinare di gara, all'attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna "D":

Giudizio	Coefficienti discrezionali <i>(per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)</i>
Insufficiente	0,00
Minimale	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

Lotto n.1**Catetere tetrapolare a curvatura fissa con le seguenti caratteristiche:**

- diametro 5 o 6 Fr;
- curvature disponibili multiple (minimo 3 incluse di cui curva Josephson, Damato e Cournand);
- elettrodo distale in punta al catetere;
- corpo del catetere in polimero di alta qualità, estremo distale atraumatico;
- superficie antitrombotica.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 1				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	CLABER S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MICROPORT CRM. S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)							
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		1.2	Qualità del materiale del corpo del catetere	10	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	7,50	5,00
		1.4	Stabilità di appoggio	10	7,50	5,00	7,50	5,00	5,00	7,50	5,00
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	10	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	7,50	7,50
		1.6	Ergonomia del dispositivo nelle manovre	5	3,75	2,50	3,75	2,50	2,50	2,50	2,50
		1.7	Conservata struttura dopo persistenza in sede	5	3,75	2,50	3,75	2,50	2,50	2,50	2,50
TOTALE PUNTI				70	57,50	37,50	62,50	42,50	42,50	45,00	40,00

Lotto n.2**Catetere decapolare con punta orientabile (steerable) con le seguenti caratteristiche:**

- diametro 6 o 7 Fr;
- elettrodi in platino, elettrodo distale in punta al catetere;
- curvature multiple, mono e bidirezionale, curva dedicata all'introduzione in seno coronarico.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 2				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	15,00	15,00	15,00
		1.2	Qualità del materiale del corpo del catetere	10	7,50	7,50	7,50
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	7,50	7,50	7,50
		1.4	Stabilità di appoggio	10	7,50	7,50	5,00
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	10	7,50	7,50	7,50
		1.6	Ergonomia del dispositivo nelle manovre	5	3,75	5,00	5,00
		1.7	Conservata struttura dopo persistenza in sede	5	2,50	3,75	2,50
TOTALE PUNTI				70	51,25	53,75	50,00

Lotto n.3**Catetere a 20 poli con punta orientabile (steerable) con le seguenti caratteristiche:**

- diametro 6 o 7 Fr;
- elettrodi in platino;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche;
- multipli raggi di curvatura.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 3				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	20,00	10,00
		1.2	Risposta all’orientamento	20	15,00	15,00
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	20	15,00	10,00
		1.4	Ergonomia del manipolo	5	2,50	2,50
		1.5	Qualità distanze interelettrodiche offerte	5	5,00	1,25
TOTALE PUNTI				70	57,50	38,75

Lotto n.4

Catetere per ablazione a radiofrequenza, con punta 4 mm, con termistore/termocoppia, orientabile con curva bidirezionale con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- curvature disponibili multiple;
- parte distale con diversi gradi di rigidità;
- meccanismo di blocco della curva.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti.

LOTTO 4				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (*)	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	Risposta all’orientamento	20	-----	15,00
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	-----	15,00
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	-----	5,00
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	-----	10,00
		1.5	Stabilità di appoggio	5	-----	3,75
		1.6	Qualità distanze interelettrodeiche offerte	5	-----	3,75
TOTALE PUNTI				70	-----	52,50

(*) La Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta esclusa in quanto il catetere offerto non è conforme a quanto richiesto nella disciplina di gara ed in particolare non presenta la seguente caratteristica: “parte distale con diversi gradi di rigidità”.

Lotto n.5

Catetere per ablazione a radiofrequenza, con punta 4 mm, con termistore o termocoppia, orientabile, a curva monodirezionale con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- raggi di curvatura multipli;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti.

LOTTO 5				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	MICROPORT CRM. S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)					
1	Qualità	1.1	Risposta all’orientamento	20	10,00	10,00	15,00	20,00	10,00
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	15,00	10,00	15,00	20,00	10,00
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	7,50	5,00	7,50	10,00	5,00
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	7,50	7,50	7,50	10,00	5,00
		1.5	Stabilità di appoggio	5	3,75	3,75	3,75	5,00	3,75
		1.6	Qualità distanze interelettrodiche offerte	5	5,00	1,25	5,00	1,25	1,25
TOTALE PUNTI				70	48,75	37,50	53,75	66,25	35,00

Lotto n.6

Catetere per ablazione a radiofrequenza, con punta orientabile 8 mm, con termistore o termocoppia, a curva bidirezionale con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- curvature disponibili multiple;
- meccanismo di blocco della curvatura;
- disponibilità di varie distanze interelettrodeiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo interfacciabili con i principali generatori di corrente a radiofrequenza in commercio senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti

LOTTO 6				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Risposta all’orientamento	20	15,00	15,00	15,00
		1.2	Ergonomia del manipolo	20	15,00	15,00	15,00
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	7,50	10,00	7,50
		1.4	Qualità del segnale inviato al poligrafo	10	7,50	7,50	7,50
		1.5	Stabilità di appoggio	5	3,75	3,75	5,00
		1.6	Qualità distanze interelettrodiche offerte	5	1,25	5,00	1,25
TOTALE PUNTI				70	50,00	56,25	51,25

Lotto n.7

Catetere per ablazione a radiofrequenza con termistore o termocoppia, raggio di curvatura variabile, nelle versioni con punta a 8 mm con le seguenti caratteristiche:

- diametro 6 o 7 Fr per il corpo, 7 o 8 Fr per la punta;
- curvatura monodirezionale;
- raggi di curvatura multipli e dedicate per flutter;
- disponibilità di varie distanze interelettrodeiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati ai cavi di raccordo interfacciabili con i principali generatori di corrente a radiofrequenza in commercio senza costi aggiuntivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consegnare in uso accessorio gratuito il generatore di corrente a radiofrequenza compatibile con i cateteri forniti.

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.8**Kit per introduttore vascolare di diametro da 5 a 12 Fr e di lunghezza utile da 8 a 25 cm circa.****Il kit deve contenere:**

- **un introduttore con valvola emostatica;**
- **un dilatatore vascolare;**
- **una via di infusione laterale fornita di rubinetto con almeno due porte di ingresso;**
- **una guida con punta morbida a “J”.**

LOTTO 8				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	B. BRAUN MILANO S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Resistenza all'introflessione	30	22,50	15,00	15,00
		1.2	Facilità di introduzione percutanea	20	15,00	10,00	10,00
		1.3	Adeguate lunghezza della parte intravascolare	10	10,00	5,00	5,00
		1.4	Disposizione dei prodotti all'interno dei kit	10	7,50	7,50	7,50
TOTALE PUNTI				70	55,00	37,50	37,50

Lotto n.9

Kit per introduttore vascolare peel-away, di diametro da 7 a 12 Fr per introduzione di cateteri per stimolazione cardiaca permanente.

Il kit deve contenere:

- un introduttore;
- un dilatatore vascolare;
- un ago per puntura vascolare di misura compresa tra 18 G e 20 G;
- una siringa di misura compresa tra 5 e 10 cc;
- una guida con punta morbida a “J”.

LOTTO 9				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	B. BRAUN MILANO S.P.A.	FIAB S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Resistenza all'introflessione	30	22,50	15,00	15,00
		1.2	Facilità di introduzione percutanea	20	15,00	10,00	10,00
		1.3	Adeguate lunghezza della parte intravascolare	10	10,00	7,50	7,50
		1.4	Disposizione dei prodotti all'interno dei kit	10	7,50	7,50	7,50
TOTALE PUNTI				70	55,00	40,00	40,00

Lotto n.10

Kit per introduttore vascolare peel-away con valvola emostatica, di diametro da 7 a 12 Fr per introduzione di cateteri per stimolazione cardiaca permanente.

Il kit deve contenere:

- un introduttore dotato di valvola emostatica;
- un dilatatore vascolare;
- un ago per puntura vascolare di misura compresa tra 18 G e 20 G;
- una siringa di misura compresa tra 5 e 10 cc;
- una guida con punta morbida a “J”.

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.11

Ago angiografico per puntura arteriosa o venosa, lunghezza 7 cm circa e diametro 18 G.

Il diametro interno dell'ago deve accettare guide da 0.035"/0.038".

LOTTO 11				PUNTI MAX	AB MEDICA S.P.A.	B. BRAUN MILANO S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	Resistenza all'introflessione	30	15,00	22,50
		1.2	Facilità di introduzione percutanea	20	10,00	15,00
		1.3	Adeguate lunghezza della parte intravascolare	10	7,50	7,50
		1.4	Disposizione dei prodotti all'interno dei kit	10	7,50	7,50
TOTALE PUNTI				70	40,00	52,50

Lotto n.12**Catetere decapolare a curvatura fissa con le seguenti caratteristiche:**

- elettrodi punta in metallo ad alta conduzione elettrica;
- lunghezza da 60 a 115 cm con varie configurazioni e spaziature;
- curva Cournand., Supra e CS;
- disponibilità di varie distanze interelettrodiche.

Tali cateteri dovranno essere forniti abbinati al cavo di connessione senza costi aggiuntivi.

LOTTO 12				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (*)	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. (*)	MICROPORT CRM. S.r.l. (*)
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	-----	-----	-----
		1.2	Qualità del materiale del corpo del catetere	10	-----	-----	-----
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	10	-----	-----	-----
		1.4	Stabilità di appoggio	10	-----	-----	-----
		1.5	Qualità distanze interelettroliche offerte	10	-----	-----	-----
		1.6	Ergonomia del dispositivo nelle manovre	5	-----	-----	-----
		1.7	Conservata struttura dopo persistenza in sede	5	-----	-----	-----
TOTALE PUNTI				70	-----	-----	-----

(*) Le Ditte ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. e MICROPORT CRM risultano escluse in quanto il catetere offerto da ciascuna ditta non è conforme a quanto richiesto nella disciplina di gara. In particolare:

- la Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. non ha disponibile la curva Supra;
- la Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. non ha disponibile la curva Supra;
- la Ditta MICROPORT CRM non ha disponibile sia la curva Supra che Cournand.

Lotto n.13**Catetere multipolare per mappaggio delle vene polmonari con le seguenti caratteristiche:**

- raggio variabile;
- **20 poli;**
- **deflettibile;**
- **monodirezionale.**

LOTTO 13				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)		
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	15,00	20,00
		1.2	Risposta all'orientamento	20	15,00	15,00
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	20	15,00	20,00
		1.4	Ergonomia del manipolo	10	7,50	7,50
TOTALE PUNTI				70	52,50	62,50

Lotto n.14**Catetere multipolare per mappaggio delle vene polmonari con le seguenti caratteristiche:**

- raggio fisso;
- **20 poli;**
- deflettibile;
- monodirezionale.

LOTTO 14				PUNTI MAX	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	BIOTRONIK ITALIA S.P.A. (*)	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D (*)			
1	Qualità	1.1	Qualità del segnale inviato al poligrafo	20	20,00	-----	15,00
		1.2	Risposta all’orientamento	20	15,00	-----	15,00
		1.3	Flessibilità, risposta alla torsione	20	15,00	-----	10,00
		1.4	Ergonomia del manipolo	10	7,50	-----	5,00
TOTALE PUNTI				70	57,50		45,00

(*) La Ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A. risulta esclusa in quanto il catetere offerto da ciascuna ditta non è conforme a quanto richiesto nella disciplina di gara ed in particolare ha 10 poli anziché 20.

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi:

Lotto n.1:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	punti 62,50
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 57,50
Ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	punti 45,00
Ditta CLABER S.R.L.	punti 42,50
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	punti 42,50
Ditta MICROPORT CRM. S.r.l.	punti 40,00
Ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	punti 37,50

Lotto n.2:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	punti 53,75
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 51,25
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	punti 50,00

Lotto n.3:

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 57,50
Ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	punti 38,75

Lotto n. 4:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	punti 52,50
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	ESCLUSA (*)

Lotto n.5:

Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	punti 66,25
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	punti 53,75
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 48,75
Ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	punti 37,50
Ditta MICROPORT CRM. S.r.l.	punti 35,00

Lotto n.6:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	punti 56,25
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	punti 51,25
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 50,00

Lotto n.7:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.8:

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 55,00
Ditta B. BRAUN MILANO S.P.A.	punti 37,50
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	punti 37,50

Lotto n.9:

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 55,00
Ditta B. BRAUN MILANO S.P.A.	punti 40,00
Ditta FIAB S.P.A.	punti 40,00

Lotto n.10:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.11:

Ditta B. BRAUN MILANO S.P.A.	punti 52,50
Ditta AB MEDICA S.P.A.	punti 40,00

Lotto n.12:

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	ESCLUSA (*)
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	ESCLUSA (*)
Ditta MICROPORT CRM. S.r.l.	ESCLUSA (*)

Lotto n.13:

Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	punti 62,50
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 52,50

Lotto n.14:

Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	punti 57,50
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	punti 45,00
Ditta BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	ESCLUSA (*)

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore dodici e minuti trenta, il Sig. Presidente Dr. Riccardo Dutto, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il presente verbale viene pertanto approvato in tutte le sue parti e sottoscritto dai componenti presenti. La Commissione stabilisce inoltre che il Segretario Verbalizzante trasmetta alla Dr.ssa Emanuela Racca il presente verbale per la sottoscrizione del medesimo:

Dr.	Riccardo	DUTTO	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera _____	- PRESIDENTE
Dr.ssa	Emanuela	RACCA	Dirigente Medico S.C. Cardiologia _____	- COMPONENTE
Dr.	Endrj	MENARDI	Dirigente Medico S.C. Cardiologia _____	- COMPONENTE

Dott.ssa	Sara	GIORDANO	Collaboratore Amministrativo Professionale - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi _____	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-----------------	-------------	-----------------	---	-------------------------------