



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI GUIDE OCCORRENTI PER MESI VENTQUATTRO ALLA S.C. RADIOLOGIA E ALLA S.S.D. NEURORADIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO - CIG VARI.

II° VERBALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore quattordici e minuti quaranta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Radiologia sito nel Presidio Ospedaliero S. Croce, si sono nuovamente riuniti i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione numero duemiladuecentoquarantasette del diciotto dicembre duemilaventicinque:

Dr.	Fabrizio	VENTURI	- Dirigente Medico Responsabile S.S.D. Neuroradiologia	- PRESIDENTE
Dr.	Enrico	PEANO	- Dirigente Medico S.C. Radiologia	- COMPONENTE
Dr.ssa	Marianna	MONDINI	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	- COMPONENTE

Dott.ssa	Sara	GIORDANO	- Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
----------	------	----------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Il sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice - nel suo complesso - dopo aver richiamato quanto riportato nel I verbale del 25/01/2025 esprime le valutazioni dettagliatamente sotto indicate avvalendosi di quanto previsto dall'Art. 18 del Disciplinare di Gara:



Lotto n.1

LOTTO N. 1						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COOK ITALIA S.R.L.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX		
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza	15	Buono	Molto buono
				1.2	Radiopacità	15	Buono	Sufficiente
				1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Buono	Sufficiente
				1.4	Qualità del materiale	15	Buono	Sufficiente
				1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Buono	Sufficiente
				1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	Buono	Sufficiente

Lotto n.2

LOTTO N. 2						ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COLOPLAST S.p.A. (*)	COOK ITALIA S.R.L.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX			
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza	15	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
				1.2	Radiopacità	15	Buono	Buono	Buono
				1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
				1.4	Qualità del materiale	15	Sufficiente	Sufficiente	Buono
				1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Scarso	Scarso	Buono
				1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	Scarso	Scarso	Sufficiente



LOTTO N. 2						CORDIS ITALY S.r.l.	INNOVA HTS S.r.l.	MEDICAL LUME S.r.l.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	Scarso	Scarso	Sufficiente	Buono
				1.2	<i>Radiopacità</i>	15	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Buono
				1.3	<i>Risposta della punta alla torsione</i>	15	Scarso	Scarso	Sufficiente	Sufficiente
				1.4	<i>Qualità del materiale</i>	15	Scarso	Scarso	Sufficiente	Buono
				1.5	<i>Capacità di navigare in vasi tortuosi</i>	5	Scarso	Scarso	Sufficiente	Buono
				1.6	<i>Capacità di attraversare una lesione/ stenosi</i>	5	Scarso	Scarso	Scarso	Buono

LOTTO N. 2							SELEFAR S.r.l.	VIGLIA S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX		
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza	15	Ottimo	Sufficiente
				1.2	Radiopacità	15	Ottimo	Sufficiente
				1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Ottimo	Scarso
				1.4	Qualità del materiale	15	Ottimo	Scarso
				1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Ottimo	Scarso
				1.6	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	5	Ottimo	Scarso

(*) La Ditta COLOPLAST S.p.A. risulta esclusa in quanto ha offerto, in contrasto con quanto espressamente richiesto nella disciplina di gara, una guida non idrofila.



Lotto n.3

LOTTO N. 3						ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COOK ITALIA S.R.L.	CORDIS ITALY S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX				
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Scarso
			1.2	Radiopacità	15	Buono	Buono	Buono	Sufficiente
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Scarso
			1.4	Qualità del materiale	15	Sufficiente	Sufficiente	Buono	Scarso
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Scarso	Scarso	Buono	Scarso
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	Scarso	Scarso	Sufficiente	Scarso

LOTTO N. 3						INNOVA HTS S.r.l.	MEDICAL LUME S.r.l.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX				
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo
			1.2	Radiopacità	15	Sufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Scarso	Sufficiente	Sufficiente	Ottimo
			1.4	Qualità del materiale	15	Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	Scarso	Scarso	Buono	Ottimo



Lotto n.4

LOTTO N. 4						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COOK ITALIA S.R.L.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX		PUNTI "D" MAX				
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	Sufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
			1.2	Radiopacità	15	Buono	Buono	Buono	Ottimo
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Ottimo
			1.4	Qualità del materiale	15	Sufficiente	Buono	Sufficiente	Ottimo
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Scarso	Buono	Buono	Ottimo
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo

Lotto n.5

LOTTO N. 5						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI PUNTI “D” MAX		
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	Sufficiente	Ottimo
			1.2	Qualità del materiale	15	Sufficiente	Ottimo
			1.3	Radiopacità	10	Buono	Ottimo
			1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi	10	Sufficiente	Ottimo
			1.5	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	10	Sufficiente	Ottimo
			1.6	Risposta della punta alla torsione	5	Sufficiente	Ottimo
			1.7	Resistenza alle pieghe	5	Sufficiente	Ottimo



Lotto n.6

LOTTO N. 6						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX		
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	Sufficiente	Ottimo
			1.2	<i>Qualità del materiale</i>	15	Sufficiente	Ottimo
			1.3	<i>Radiopacità</i>	10	Buono	Ottimo
			1.4	<i>Capacità di navigare in vasi tortuosi</i>	10	Sufficiente	Ottimo
			1.5	<i>Capacità di attraversare una lesione/ stenosi</i>	10	Sufficiente	Ottimo
			1.6	<i>Risposta della punta alla torsione</i>	5	Sufficiente	Ottimo
			1.7	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	Sufficiente	Ottimo

Lotto n.7

LOTTO N. 7						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX		
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	Sufficiente	Ottimo
			1.2	<i>Qualità del materiale</i>	15	Sufficiente	Ottimo
			1.3	<i>Radiopacità</i>	10	Buono	Ottimo
			1.4	<i>Capacità di navigare in vasi tortuosi</i>	10	Sufficiente	Ottimo
			1.5	<i>Capacità di attraversare una lesione/ stenosi</i>	10	Sufficiente	Ottimo
			1.6	<i>Risposta della punta alla torsione</i>	5	Sufficiente	Ottimo
			1.7	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	Sufficiente	Ottimo



Lotto n.8

LOTTO N. 8							SELEFAR S.r.l.	
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI		PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	Ottimo
				1.2	Qualità del materiale		15	Ottimo
				1.3	Radiopacità		10	Ottimo
				1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi		10	Ottimo
				1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi		10	Ottimo
				1.6	Risposta della punta alla torsione		5	Ottimo
				1.7	Resistenza alle pieghe		5	Ottimo

Lotto n.9

LOTTO N. 9								SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI "D" MAX	
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	Ottimo
				1.2	Qualità del materiale		15	Ottimo
				1.3	Radiopacità		10	Ottimo
				1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi		10	Ottimo
				1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi		10	Ottimo
				1.6	Risposta della punta alla torsione		5	Ottimo
				1.7	Resistenza alle pieghe		5	Ottimo



Lotto n.10

LOTTO N. 10						SELEFAR S.r.l.	VIGLIA S.r.l.	MEDICAL LUME S.r.l. (*)
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	Ottimo	Sufficiente	/
			1.2	Qualità del materiale	15	Ottimo	Scarso	/
			1.3	Radiopacità	10	Ottimo	Sufficiente	/
			1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi	10	Ottimo	Scarso	/
			1.5	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	10	Ottimo	Scarso	/
			1.6	Risposta della punta alla torsione	5	Ottimo	Scarso	/
			1.7	Resistenza alle pieghe	5	Ottimo	Scarso	/

(*) La Ditta MEDICAL LUME S.r.l., così come da verbale del verbale del 16/12/2024 e comunicazione prot. n. 46067/2024 del 17/12/2024 (trasmessa sia a mezzo pec sia pubblicata sulla piattaforma SINTEL), non è stata ammessa alla fase di valutazione dell'offerta tecnica causa mancata consegna della campionatura - indispensabile per effettuare le valutazioni tecniche - nel termine previsto e in assenza di data certa circa la previsione di consegna.

Lotto n.11

LOTTO N. 11						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	CORDIS ITALY S.R.L.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Resistenza alle pieghe	20	Buono	Buono	Buono
			1.2	Atraumaticità	15	Buono	Buono	Buono
			1.3	Qualità del materiale	15	Buono	Sufficiente	Buono
			1.4	Scorrevolezza	10	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
			1.5	Radiopacità	10	Buono	Buono	Buono



Lotto n.12

LOTTO N. 12							BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	CORDIS ITALY S.R.L.	INNOVA HTS S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI "D" MAX		
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Resistenza alle pieghe		20	Ottimo	Sufficiente
				1.2	Qualità del materiale		15	Ottimo	Sufficiente
				1.3	Scorrevolezza		10	Buono	Sufficiente
				1.4	Atraumaticità		10	Ottimo	Sufficiente
				1.5	Radiopacità		10	Ottimo	Sufficiente
				1.6	Ampiezza della gamma conformazione punte e lunghezza		5	Ottimo	Sufficiente

LOTTO N. 12							MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI "D" MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Resistenza alle pieghe		20
				1.2	Qualità del materiale		15
				1.3	Scorrevolezza		10
				1.4	Atraumaticità		10
				1.5	Radiopacità		10
				1.6	Ampiezza della gamma conformazione punte e lunghezza		5



Lotto n.13

LOTTO N. 13						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. (*)	INNOVA HTS S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI "D" MAX	
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	<i>Resistenza alle pieghe</i>		20	/
			1.2	<i>Qualità del materiale</i>		15	/
			1.3	<i>Scorrevolezza</i>		10	/
			1.4	<i>Atraumaticità</i>		10	/
			1.5	<i>Radiopacità</i>		10	/
			1.6	<i>Ampiezza della gamma conformazione punte e lunghezza</i>		5	/

(*) La Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. risulta esclusa in quanto ha offerto, in contrasto con quanto espressamente richiesto nella disciplina di gara, una guida che non è Lunderquist.

Lotto n.14

LOTTO N. 14							BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI		PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	Ottimo
				1.2	Atraumaticità		15	Ottimo
				1.3	Resistenza alle pieghe		15	Ottimo
				1.4	Qualità del materiale		15	Ottimo
				1.5	Radiopacità		10	Ottimo



Lotto n.15

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.16

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.17

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.18

LOTTO N. 18						ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	EMOPASS S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI "D" MAX
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	Sufficiente	Buono
			1.2	Qualità del materiale	15	Sufficiente	Buono
			1.3	Radiopacità	10	Buono	Buono
			1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi	10	Sufficiente	Ottimo
			1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	10	Sufficiente	Ottimo
			1.6	Risposta della punta alla torsione	5	Sufficiente	Ottimo
			1.7	Resistenza alle pieghe	5	Sufficiente	Ottimo



Lotto n.19

LOTTO N. 19						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	EMOPASS S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX	
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Capacità di navigare in vasi tortuosi	15	Ottimo	Sufficiente
			1.2	Qualità del materiale	15	Ottimo	Sufficiente
			1.3	Scorrevolezza	10	Ottimo	Sufficiente
			1.4	Atraumaticità	10	Ottimo	Sufficiente
			1.5	Radiopacità	10	Buono	Buono
			1.6	Risposta della punta alla torsione	10	Buono	Buono

Lotto n.20

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.21

LOTTO N. 21						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COLOPLAST S.p.A. (*)	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	Sufficiente	/	Buono	Ottimo
			1.2	Radiopacità	15	Buono	/	Buono	Ottimo
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Sufficiente	/	Sufficiente	Ottimo
			1.4	Qualità del materiale	15	Sufficiente	/	Buono	Ottimo
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Scarso	/	Buono	Ottimo
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	Scarso	/	Buono	Ottimo



(*) La Ditta COLOPLAST S.p.A. risulta esclusa in quanto ha offerto, in contrasto con quanto espressamente richiesto nella disciplina di gara, una guida non idrofila.

Lotto n.22

LOTTO N. 22						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX		
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza	15	Sufficiente	Buono
				1.2	Radiopacità	15	Buono	Buono
				1.3	Risposta della punta alla torsione	15	Sufficiente	Sufficiente
				1.4	Qualità del materiale	15	Sufficiente	Buono
				1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	Scarso	Buono
				1.6	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	5	Scarso	Buono

Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna “D”, avvalendosi della seguente tabella così come stabilito dall'art. 18.2 del Disciplinare di Gara:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
Ottimo	1,00
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Sufficiente	0,60
Scarso	0,40
Insufficiente	0,00

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:



Lotto n.1

LOTTO N. 1						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COOK ITALIA S.R.L.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D” MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	12	12	13,50
			1.2	Radiopacità	15	12	9	12
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	12	9	12
			1.4	Qualità del materiale	15	12	9	13,50
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	4	3	4
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	4	3	4
	Totale	70			70	56	45	59



Lotto n.2

LOTTO N. 2						ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COLOPLAST S.p.A. (*)	COOK ITALIA S.R.L.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	9	9	/	9
			1.2	Radiopacità	15	12	12	/	12
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	9	9	/	9
			1.4	Qualità del materiale	15	9	9	/	12
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	2	2	/	4
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	5	2	2	/	3
	Totale	70			70	43	43	/	49

LOTTO N. 2						CORDIS ITALY S.r.l.	INNOVA HTS S.r.l.	MEDICAL LUME S.r.l.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	6	6	9	12
			1.2	Radiopacità	15	9	9	9	12
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	6	6	9	9
			1.4	Qualità del materiale	15	6	6	9	12
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	2	2	3	4
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	5	2	2	2	4
	Totale	70			70	31 (**)	31 (***)	41	53



LOTTO N. 2						SELEFAR S.r.l.	VIGLIA S.r.l.
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX		
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	15	9
			1.2	Radiopacità	15	15	9
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	15	6
			1.4	Qualità del materiale	15	15	6
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	5	2
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	5	2
	Totale	70			70	70	34 (****)

(*) La Ditta COLOPLAST S.p.A. risulta esclusa in quanto ha offerto, in contrasto con quanto espressamente richiesto nella disciplina di gara, una guida non idrofila.

(**) La Ditta CORDIS ITALY S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

(***) La Ditta INNOVA HTS S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

(****) La Ditta VIGLIA S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.



Lotto n.3

LOTTO N. 3						ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COOK ITALIA S.R.L.	CORDIS ITALY S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	9	9	9	6
			1.2	Radiopacità	15	12	12	12	9
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	9	9	9	6
			1.4	Qualità del materiale	15	9	9	12	6
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	2	2	4	2
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	5	2	2	3	2
	Totale	70			70	43	43	49	31 (*)

LOTTO N. 3						INNOVA HTS S.r.l.	MEDICAL LUME S.r.l.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	6	9	12	15
			1.2	Radiopacità	15	9	9	12	15
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	6	9	9	15
			1.4	Qualità del materiale	15	6	9	12	15
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	2	3	4	5
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	5	2	2	4	5
	Totale	70			70	31 (**)	41	53	70



(*) La Ditta CORDIS ITALY S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

(**) La Ditta INNOVA HTS S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n.4

LOTTO N. 4						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COOK ITALIA S.R.L.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX		PUNTI "D" MAX				
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	9	9	12	15
			1.2	Radiopacità	15	12	12	12	15
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	9	9	9	15
			1.4	Qualità del materiale	15	9	12	9	15
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	2	4	4	5
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	2	3	4	5
	Totale	70			70	43	49	50	70



Lotto n.5

LOTTO N. 5						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE		
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	9	15
			1.2	Qualità del materiale	15	9	15
			1.3	Radiopacità	10	8	10
			1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi	10	6	10
			1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	10	6	10
			1.6	Risposta della punta alla torsione	5	3	5
			1.7	Resistenza alle pieghe	5	3	5
	Totale		70			70	44

Lotto n.6

LOTTO N. 6						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	SELEFAR S.r.l.		
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE			DI	PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	9	15
				1.2	Qualità del materiale		15	9	15
				1.3	Radiopacità		10	8	10
				1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi		10	6	10
				1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi		10	6	10
				1.6	Risposta della punta alla torsione		5	3	5
				1.7	Resistenza alle pieghe		5	3	5
	Totale			70				70	44



Lotto n.7

LOTTO N. 7						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	SELEFAR S.r.l.		
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE			DI	PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	9	15
				1.2	Qualità del materiale		15	9	15
				1.3	Radiopacità		10	8	10
				1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi		10	6	10
				1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi		10	6	10
				1.6	Risposta della punta alla torsione		5	3	5
				1.7	Resistenza alle pieghe		5	3	5
	Totale			70				70	44

Lotto n.8

LOTTO N. 8							SELEFAR S.r.l.	
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI		PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	15
				1.2	Qualità del materiale		15	15
				1.3	Radiopacità		10	10
				1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi		10	10
				1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi		10	10
				1.6	Risposta della punta alla torsione		5	5
				1.7	Resistenza alle pieghe		5	5
		Totale		70				70



Lotto n.9

LOTTO N. 9							SELEFAR S.r.l.	
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI		PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	15
				1.2	Qualità del materiale		15	15
				1.3	Radiopacità		10	10
				1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi		10	10
				1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi		10	10
				1.6	Risposta della punta alla torsione		5	5
				1.7	Resistenza alle pieghe		5	5
	Totale			70				70

Lotto n.10

LOTTO N. 10						SELEFAR S.r.l.	VIGLIA S.r.l.	MEDICAL LUME (*)		
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE				DI	PUNTI “D” MAX
1	Caratteristiche della guida		70	1.1	Scorrevolezza		15	15	9	/
				1.2	Qualità del materiale		15	15	6	/
				1.3	Radiopacità		10	10	6	/
				1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi		10	10	4	/
				1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi		10	10	4	/
				1.6	Risposta della punta alla torsione		5	5	2	/
				1.7	Resistenza alle pieghe		5	5	2	/
		Totale		70				70	70	33 (**)



(*) La Ditta MEDICAL LUME S.r.l., così come da verbale del verbale del 16/12/2024 e comunicazione prot. n. 46067/2024 del 17/12/2024 (trasmessa sia a mezzo pec sia pubblicata sulla piattaforma SINTEL), non è stata ammessa alla fase di valutazione dell'offerta tecnica causa mancata consegna della campionatura - indispensabile per effettuare le valutazioni tecniche - nel termine previsto e in assenza di data certa circa la previsione di consegna.

(**) La Ditta VIGLIA S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n.11

LOTTO N. 11						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	CORDIS ITALY S.R.L.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI PUN TI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI PUNTI “D” MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Resistenza alle pieghe	20	16	16	16
			1.2	Atraumaticità	15	12	12	12
			1.3	Qualità del materiale	15	12	9	12
			1.4	Scorrevolezza	10	6	6	6
			1.5	Radiopacità	10	8	8	8
	Totale	70			70	54	51	54



Lotto n.12

LOTTO N. 12						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	CORDIS ITALY S.R.L.	INNOVA HTS S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI "D" MAX	
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Resistenza alle pieghe	20		20	12
			1.2	Qualità del materiale	15		15	9
			1.3	Scorrevolezza	10		8	6
			1.4	Atraumaticità	10		10	6
			1.5	Radiopacità	10		10	6
			1.6	Ampiezza della gamma conformazione punte e lunghezza	5		5	3
	Totale	70			70		68	42
LOTTO N. 12						MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.		
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI "D" MAX	
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Resistenza alle pieghe	20		16	
			1.2	Qualità del materiale	15		12	
			1.3	Scorrevolezza	10		6	
			1.4	Atraumaticità	10		6	
			1.5	Radiopacità	10		8	
			1.6	Ampiezza della gamma conformazione punte e lunghezza	5		4	
	Totale	70			70		52	



Lotto n.13

LOTTO N. 13						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. (*)	INNOVA HTS S.r.l.
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX		
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Resistenza alle pieghe	20	/	8
			1.2	Qualità del materiale	15	/	6
			1.3	Scorrevolezza	10	/	6
			1.4	Atraumaticità	10	/	4
			1.5	Radiopacità	10	/	6
			1.6	Ampiezza della gamma conformazione punte e lunghezza	5	/	2
	Totale	70			70	/	32 (**)

(*) La Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. risulta esclusa in quanto ha offerto, in contrasto con quanto espressamente richiesto nella disciplina di gara, una guida che non è Lunderquist.

(**) La Ditta INNOVA HTS S.r.l. risulta esclusa in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

Lotto n.14

LOTTO N. 14						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX	
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	15
			1.2	Atraumaticità	15	15
			1.3	Resistenza alle pieghe	15	15
			1.4	Qualità del materiale	15	15
			1.5	Radiopacità	10	10
	Totale	70			70	70



Lotto n.15

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.16

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.17

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n.18

LOTTO N. 18					ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	EMOPASS S.r.l.
CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI VALUTAZIONE		
Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	9	12
		1.2	Qualità del materiale	15	9	12
		1.3	Radiopacità	10	8	8
		1.4	Capacità di navigare in vasi tortuosi	10	6	10
		1.5	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	10	6	10
		1.6	Risposta della punta alla torsione	5	3	5
		1.7	Resistenza alle pieghe	5	3	5
Totale	70			70	44	62



Lotto n.19

LOTTO N. 19						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	EMOPASS S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX		
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Capacità di navigare in vasi tortuosi	15	15	9
			1.2	Qualità del materiale	15	15	9
			1.3	Scorrevolezza	10	10	6
			1.4	Atraumaticità	10	10	6
			1.5	Radiopacità	10	8	8
			1.6	Risposta della punta alla torsione	10	8	8
	Totale	70			70	66	46

Lotto n.20

Non sono pervenute offerte economiche



Lotto n.21

LOTTO N. 21						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	COLOPLAST S.p.A. (*)	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	9	/	12	15
			1.2	Radiopacità	15	12	/	12	15
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	9	/	9	15
			1.4	Qualità del materiale	15	9	/	12	15
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	2	/	4	5
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/stenosi	5	2	/	4	5
	Totale	70			70	43	/	53	70

(*) La Ditta COLOPLAST S.p.A. risulta esclusa in quanto ha offerto, in contrasto con quanto espressamente richiesto nella disciplina di gara, una guida non idrofila.



Lotto n.22

LOTTO N. 22						BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	SELEFAR S.r.l.
N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX			
1	Caratteristiche della guida	70	1.1	Scorrevolezza	15	9	12	15
			1.2	Radiopacità	15	12	12	15
			1.3	Risposta della punta alla torsione	15	9	9	15
			1.4	Qualità del materiale	15	9	12	15
			1.5	Capacità di navigare in vasi tortuosi	5	2	4	5
			1.6	Capacità di attraversare una lesione/ stenosi	5	2	4	5
	Totale	70			70	43	53	70

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi:

Lotto n. 1:

Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 59
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 56
Ditta COOK ITALIA S.r.l.	punti 45

Lotto n. 2:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 53
Ditta COOK ITALIA S.r.l.	punti 49
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA	punti 43
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 43
Ditta MEDICAL LUME S.r.l.	punti 41

Ditta VIGLIA S.r.l.	punti 34 (Esclusa)
Ditta CORDIS ITALY S.r.l.	punti 31 (Esclusa)
Ditta INNOVA HTS S.r.l.	punti 31 (Esclusa)
Ditta COLOPLAST S.p.A.	Esclusa



Lotto n. 3:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 53
Ditta COOK ITALIA S.r.l.	punti 49
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA	punti 43
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 43
Ditta MEDICAL LUME S.r.l.	punti 41

Ditta CORDIS ITALY S.r.l.	punti 31 (Esclusa)
Ditta INNOVA HTS S.r.l.	punti 31 (Esclusa)

Lotto n. 4:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 50
Ditta COOK ITALIA S.r.l.	punti 49
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 43

Lotto n. 5:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 44

Lotto n. 6:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 44

Lotto n. 7:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 44

Lotto n. 8:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
----------------------	----------

Lotto n. 9:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
----------------------	----------

Lotto n. 10:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
----------------------	----------

Ditta VIGLIA S.r.l.	punti 33 (Esclusa)
Ditta MEDICAL LUME S.r.l.	Esclusa

Lotto n. 11:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 54
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 54
Ditta CORDIS ITALY S.r.l.	punti 51



Lotto n. 12:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 68
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 52
Ditta CORDIS ITALY S.r.l.	punti 42
Ditta INNOVA HTS S.r.l.	punti 39

Lotto n. 13:

Ditta INNOVA HTS S.r.l.	punti 32 (Esclusa)
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Esclusa

Lotto n. 14:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 70
--------------------------------	----------

Lotto n. 15:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 16:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 17:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 18:

Ditta EMOPASS S.r.l.	punti 62
Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	punti 44

Lotto n. 19:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 66
Ditta EMOPASS S.r.l.	punti 46

Lotto n. 20:

Non sono pervenute offerte economiche

Lotto n. 21:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 53
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 43

Ditta COLOPLAST S.p.A.	Esclusa
------------------------	---------

Lotto n. 22:

Ditta SELEFAR S.r.l.	punti 70
Ditta MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.	punti 53
Ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	punti 43



Esaurite le operazioni sopra descritte, essendo le ore sedici e minuti quarantacinque, il Sig. Presidente, sentiti i Sig.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data 10/01/2025, agli Uffici Competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dr.	Fabrizio	VENTURI	Dirigente Medico - Responsabile S.S.D. Neuroradiologia _____	- PRESIDENTE
Dr.	Enrico	PEANO	Dirigente Medico S.C. Radiologia _____	- COMPONENTE
Dr.ssa	Marianna	MONDINI	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera _____	- COMPONENTE
Dott.ssa	Sara	GIORDANO	Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi _____	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE