



**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” –  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI PROTESI  
MAMMARIE OCCORRENTI PER MESI 36 ALL’AIC 4 (AO S. CROCE E CARLE, ASL  
CN1 E ASL CN2) – GARA N. 8266627 – CIG VARI.**

**II° VERBALE**

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore nove e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono nuovamente riuniti i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione numero trecentonovantasette del ventiquattro marzo duemilaventidue:

-	Dr.ssa	Elena	MITTONE	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
-	Dr.	Alberto	RIVAROSSA	- Responsabile S.S.D. Chirurgia Plastica – A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO	- COMPONENTE
-	Dr.	Alessio	GARETTO	- Direttore S.C. Ginecologia e Ostetricia – PO Savigliano ASLCN1	- COMPONENTE

-	Dott.ssa	Sara	GIORDANO	- Collaboratore Amm.vo Prof.le S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
---	----------	------	----------	--	-------------------------------

Verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, richiamato quanto riportato nel I° verbale del 04/04/2022 in merito alla regolarità della documentazione tecnica acquisita agli atti e sulla base delle valutazioni della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, procede, ai sensi dell’Art. 19 del Disciplinare di Gara, all’analisi delle offerte che conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

\*\*\*\*\*



**Sottocriteri di valutazione QUALITATIVA aventi modalità di assegnazione dei punteggi "DISCREZIONALI"**

**LOTTO 1  
ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO MAGNETICO**

LOTTO 1				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono
		1.2	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	15	Più che buono
		1.3	Agevole direzionabilità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	15	Più che buono
		1.4	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	Più che buono

**LOTTO 2  
ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO AMAGNETICO**

LOTTO 2				PUNTI MAX	MOTIVA ITALY S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Buono
		1.2	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	15	Buono
		1.3	Agevole direzionabilità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	15	Buono
		1.4	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	Buono



**LOTTO 3**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
AD ALTA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 3				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20	Più che buono
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	Più che buono
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	Più che buono
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	Più che buono

**LOTTO 4**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
A MEDIA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 4				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20	Più che buono
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	Più che buono
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	Più che buono
		1.5	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	Più che buono



**LOTTO 5**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO A  
BASSA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 5				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	Più che buono
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	Più che buono
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	Più che buono
		1.5	Referenze scientifiche pubblicate	5	Più che buono
		1.6	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	Più che buono

**LOTTO 6**  
**PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA  
COESIVITA' DEL GEL**



LOTTO 6				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MOTIVA ITALY S.R.L. (*)
N°	CRITERIO DI VALUTAZ IONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	D		
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono	-----
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	Più che buono	-----
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	Più che buono	-----
		1.4	Gel in silicone e coesività	10	Più che buono	-----
		1.5	Qualità dei punti di repere	5	Più che buono	-----
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	5	Più che buono	-----

(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili.

<p align="center"><b>LOTTO 7</b></p> <p align="center"><b>PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELL'ADESIVITA' SUPERFICIALE</b></p>
--



LOTTO 7				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	Più che buono
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	Più che buono
		1.4	Gel in silicone e coesività	10	Più che buono
		1.5	Qualità dei punti di repere	5	Più che buono
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	5	Più che buono

<p align="center"><b>LOTTO 8</b> <b>PROTESI MAMMARIE ROTONDE ANATOMICHE TESTURIZZATE E RICOPERTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO</b></p>
--

LOTTO 8				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20	Più che buono
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	Più che buono
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	Più che buono
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	Più che buono



**LOTTO 9  
PROTESI MAMMARIE ROTONDE E ANATOMICHE ULTRALEGGERE**

LOTTO 9				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	Più che buono
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	Più che buono
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	Più che buono
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	Più che buono
		1.5	Referenze scientifiche pubblicate	5	Più che discreto
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	Più che buono

**LOTTO 10  
PROTESI MAMMARIE ROTONDE A BASE CIRCOLARE CON SUPERFICIE LISCIA**



LOTTO 10				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MOTIVA ITALY S.r.l. (*)	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D			
1	Qualità	1.1	<i>Uniformità della superficie</i>	20	Più che buono	-----	Più che buono
		1.2	<i>Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)</i>	20	Più che buono	-----	Più che buono
		1.3	<i>Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento</i>	10	Più che buono	-----	Più che buono
		1.4	<i>Qualità dei punti di repere</i>	5	Più che buono	-----	Più che buono
		1.5	<i>Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)</i>	10	Più che buono	-----	Più che buono

**(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili**

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede, avvalendosi della seguente tabella così come specificatamente stabilito dall'Art. 19.2 del Disciplinare di gara, all'attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna "D":

Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
Minimale	0,00
Discreto	0,20
Più che discreto	0,40
Buono	0,60
Più che buono	0,80
Ottimo	1,00

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:





**LOTTO 1**  
**ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO MAGNETICO**

LOTTO 1				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	16
		1.2	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	15	12
		1.3	Agevole direzionabilità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	15	12
		1.4	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	12

**LOTTO 2**  
**ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO AMAGNETICO**

LOTTO 2				PUNTI MAX	MOTIVA ITALY S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	12
		1.2	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	15	9
		1.3	Agevole direzionabilità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	15	9
		1.4	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	6



**LOTTO 3**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
AD ALTA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 3				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20	16
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	4
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	8

**LOTTO 4**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
A MEDIA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 4				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20	16
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	4
		1.5	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	8



**LOTTO 5**

**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO A  
BASSA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 5				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	<i>Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità</i>	20	<b>16</b>
		1.2	<i>Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)</i>	15	<b>12</b>
		1.3	<i>Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento</i>	10	<b>8</b>
		1.4	<i>Qualità dei punti di repere</i>	5	<b>4</b>
		1.5	<i>Referenze scientifiche pubblicate</i>	5	<b>4</b>
		1.6	<i>Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)</i>	10	<b>8</b>

**LOTTO 6**

**PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA  
COESIVITA' DEL GEL**



LOTTO 6				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MOTIVA ITALY S.R.L. (*)
N°	CRITERIO DI VALUTAZ IONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	D		
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	16	-----
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	12	-----
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	8	-----
		1.4	Gel in silicone e coesività	10	8	-----
		1.5	Qualità dei punti di repere	5	4	-----
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	5	4	-----

**(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili.**

<p align="center"><b>LOTTO 7</b></p> <p align="center"><b>PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELL'ADESIVITA' SUPERFICIALE</b></p>
--



LOTTO 7				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	<b>16</b>
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	<b>12</b>
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	<b>8</b>
		1.4	Gel in silicone e coesività	10	<b>8</b>
		1.5	Qualità dei punti di repere	5	<b>4</b>
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	5	<b>4</b>

**LOTTO 8**  
**PROTESI MAMMARIE ROTONDE ANATOMICHE TESTIRIZZATE E RICOPERTE IN**  
**SCHIUMA DI POLIURETANO**

LOTTO 8				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	<b>16</b>
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20	<b>16</b>
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	<b>8</b>
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	<b>4</b>
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	<b>8</b>



**LOTTO 9**  
**PROTESI MAMMARIE ROTONDE E ANATOMICHE ULTRALEGGERE**

LOTTO 9				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20	<b>16</b>
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15	<b>12</b>
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10	<b>8</b>
		1.4	Qualità dei punti di repere	5	<b>4</b>
		1.5	Referenze scientifiche pubblicate	5	<b>2</b>
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10	<b>8</b>

**LOTTO 10**  
**PROTESI MAMMARIE ROTONDE A BASE CIRCOLARE CON SUPERFICIE LISCIA**



LOTTO 10				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MOTIVA ITALY S.r.l. (*)	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.r.l.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D			
1	Qualità	1.1	<i>Uniformità della superficie</i>	20	<b>16</b>	-----	<b>16</b>
		1.2	<i>Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)</i>	20	<b>16</b>	-----	<b>16</b>
		1.3	<i>Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento</i>	10	<b>8</b>	-----	<b>8</b>
		1.4	<i>Qualità dei punti di repere</i>	5	<b>4</b>	-----	<b>4</b>
		1.5	<i>Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)</i>	10	<b>8</b>	-----	<b>8</b>

**(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili**

\*\*\*\*\*

**Sottocriterio di valutazione qualitativa avente modalità di assegnazione del punteggio "QUANTITATIVO"**

LOTTO 1				
ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO MAGNETICO				

LOTTO 1				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	T	
1	Qualità	1.5	<i>Dispositivo di reperimento della valvola</i>	5	<b>5</b>



**LOTTO 2**  
**ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO AMAGNETICO**

LOTTO 2				PUNTI MAX	MOTIVA ITALY S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	T	
1	Qualità	1.5	Dispositivo di reperimento della valvola	10	<b>10</b>

**LOTTO 3**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
AD ALTA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 3				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	T	
1	Qualità	1.6	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sigler	5	<b>5</b>

**LOTTO 4**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
A MEDIA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 4				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	T	
1	Qualità	1.6	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sigler	5	<b>5</b>





**LOTTO 5**

**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO A  
BASSA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 5				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	T	
1	Qualità	1.7	<i>Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer</i>	5	<b>5</b>

**LOTTO 6**

**PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA  
COESIVITA' DEL GEL**

LOTTO 6				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MOTIVA ITALY S.r.l. (*)
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	T		
1	Qualità	1.7	<i>Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer</i>	5	<b>5</b>	-----

(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili.

**LOTTO 7**

**PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA  
DELL'ADESIVITA' SUPERFICIALE**



LOTTO 7				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI T	
1	Qualità	1.7	<i>Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer</i>	5	5

<b>LOTTO 8</b> <b>PROTESI MAMMARIE ROTONDE ANATOMICHE TESTIRIZZATE E RICOPERTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO</b>
---

LOTTO 8				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI T	
1	Qualità	1.6	<i>Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer</i>	5	5

<b>LOTTO 9</b> <b>PROTESI MAMMARIE ROTONDE E ANATOMICHE ULTRALEGGERE</b>
---

LOTTO 9				PUNTI MAX	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI T	
1	Qualità	1.7	<i>Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer</i>	5	5



**LOTTO 10**  
**PROTESI MAMMARIE ROTONDE A BASE CIRCOLARE CON SUPERFICIE LISCIA**

LOTTO 10				PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	MOTIVA ITALY S.r.l. (*)	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N°	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	T			
1	Qualità	1.6	<i>Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer</i>	5	<b>5</b>	-----	<b>5</b>

(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi:

**LOTTO 1**  
**ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO MAGNETICO**



LOTTO 1				PUNTI MAX		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16
		1.2	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	15		12
		1.3	Agevole direzionabilità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	15		12
		1.4	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15		12
		1.5	Dispositivo di reperimento della valvola		5	5
TOTALE PUNTI				70		57

**LOTTO 2**  
**ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO AMAGNETICO**

LOTTO 2				PUNTI MAX		MOTIVA ITALY S.R.L.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		12
		1.2	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	15		9
		1.3	Agevole direzionabilità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	15		9
		1.4	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10		6
		1.5	Dispositivo di reperimento della valvola		10	10
TOTALE PUNTI				70		46



**LOTTO 3**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
AD ALTA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**

LOTTO 3				PUNTI MAX		POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20		16
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5		4
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10		8
		1.6	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5
TOTALE PUNTI				70		57

**LOTTO 4**  
**PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO  
A MEDIA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE**



LOTTO 4				PUNTI MAX		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20		16
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5		4
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10		8
		1.6	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5
TOTALE PUNTI				70		57

<b>LOTTO 5</b>	
<b>PROTESI MAMMARIE STERILI TESTURIZZATE ANATOMICHE A VOLUME FISSO A BASSA ADESIVITA', IN GEL DI SILICONE</b>	



LOTTO 5				PUNTI MAX		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15		12
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5		4
		1.5	Referenze scientifiche pubblicate	5		4
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10		8
		1.7	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5
TOTALE PUNTI				70		57

<p align="center"><b>LOTTO 6</b></p> <p align="center"><b>PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA COESIVITA' DEL GEL</b></p>	
--	--



LOTTO 6				PUNTI MAX		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	MOTIVA ITALY S.R.L. (*)
N o	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T		
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16	-----
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15		12	-----
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8	-----
		1.4	Gel in silicone e coesività	10		8	-----
		1.5	Qualità dei punti di repere	5		4	-----
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	5		4	-----
		1.7	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5	-----
TOTALE PUNTI				70		57	-----

**(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili.**

<p align="center"><b>LOTTO 7</b></p> <p align="center"><b>PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELL'ADESIVITA' SUPERFICIALE</b></p>	
--	--





LOTTO 7				PUNTI MAX		POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N o	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15		12
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8
		1.4	Gel in silicone e coesività	10		8
		1.5	Qualità dei punti di reperi	5		4
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	5		4
		1.7	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5
TOTALE PUNTI				70		57

<p align="center"><b>LOTTO 8</b> <b>PROTESI MAMMARIE ROTONDE ANATOMICHE TESTIRIZZATE E RICOPERTE IN</b> <b>SCHIUMA DI POLIURETANO</b></p>
---



LOTTO 8				PUNTI MAX		POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20		16
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5		4
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10		8
		1.6	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5
TOTALE PUNTI				70		57

**LOTTO 9**  
**PROTESI MAMMARIE ROTONDE E ANATOMICHE ULTRALEGGERE**



LOTTO 9				PUNTI MAX		POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N o	CRITERI O DI VALUTA ZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T	
1	Qualità	1.1	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	20		16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	15		12
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5		4
		1.5	Referenze scientifiche pubblicate	5		2
		1.6	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10		8
		1.7	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5
TOTALE PUNTI				70		55

<p align="center"><b>LOTTO 10</b></p> <p align="center"><b>PROTESI MAMMARIE ROTONDE A BASE CIRCOLARE CON SUPERFICIE LISCIA</b></p>
--



LOTTO 10				PUNTI MAX		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	MOTIVA ITALY S.R.L. (*)	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA S.R.L.
N o	CRITERIO DI VALUTAZI ONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	T			
1	Qualità	1.1	Uniformità della superficie	20		16	-----	16
		1.2	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	20		16	-----	16
		1.3	Involucro e barriera ad effetto anti trasudamento	10		8	-----	8
		1.4	Qualità dei punti di repere	5		4	-----	4
		1.5	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	10		8	-----	8
		1.6	Presenza di indicazioni utili per la tracciabilità dei sizer		5	5	-----	5
TOTALE PUNTI				70		57	-----	57

**(\*) La Ditta MOTIVA ITALY S.r.l. con socio unico risulta esclusa in quanto ha offerto protesi di prova monouso, mentre nella disciplina di gara sono state espressamente richieste protesi di prova risterilizzabili**

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore dieci e minuti quarantacinque, il Sig. Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il presente verbale viene pertanto approvato in tutte le sue parti e sottoscritto dai componenti:



<b>Dr.ssa</b>	<b>Elena</b>	<b>MITTONE</b>	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera A.O. S. CROCE E CARLE  _____	- <b>PRESIDENTE</b>
<b>Dr.</b>	<b>Alberto</b>	<b>RIVAROSSA</b>	Responsabile S.S.D. Chirurgia Plastica A.O. S. CROCE E CARLE  _____	- <b>COMPONENTE</b>
<b>Dr.</b>	<b>Alessio</b>	<b>GARETTO</b>	Direttore S.C. Ginecologia e Ostetricia PO Savigliano ASLCN1  _____	- <b>COMPONENTE</b>
<b>Dott.ssa</b>	<b>Sara</b>	<b>GIORDANO</b>	Collaboratore Amministrativo Professionale S.C.I. Acquisti Beni e Servizi A.O. S. CROCE E CARLE  _____	- <b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b>