

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA RESEZIONE
ENDOSCOPICA UROLOGICA CON CORRENTE BIPOLARE AD ANSE MONOUSO
OCCORRENTE PER MESI 36 ALLA S.C. UROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 8172325 – CIG N. 8778094852**

II° VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore dieci e minuti cinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero millesettantasette del trenta luglio duemilaventuno e così composta:

-	Dr.ssa	Marianna	MONDINI	- Dirigente - S.C. Farmacia Ospedaliera - A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
-	Dr.	Claudio	DADONE	- Dirigente Medico S.C. Urologia - A.O. CROCE e CARLE	- COMPONENTE
-	Dr.	Ettore	DALMASSO	- Dirigente Medico S.C. Urologia - A.O. CROCE e CARLE	- COMPONENTE

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Sara Giordano e pertanto assume la funzione di segretario verbalizzate la Dr.ssa Mondini.

Premesso quanto sopra la Commissione Giudicatrice, richiamato quanto riportato nel I° verbale del 21/09/2021 in merito alla regolarità della documentazione tecnica acquisita agli atti e sulla base delle valutazioni della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, procede, ai sensi dell’articolo 19, dell’articolo 19.1 e dell’articolo 19.2 del Disciplinare di Gara, all’analisi delle offerte che conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

Sottocriteri di valutazione QUALITATIVA aventi modalità di assegnazione dei punteggi “DISCREZIONALI”

				PUN TI MA X	D.P. MEDICAL S.R.L.	MULTIMED S.R.L.	NEXTMED S.R.L.
	CRITERI O DI VALUTAZ IONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D			
Qualità		1.1	<i>Efficacia dell'ansa nell'azione di taglio e coagulazione</i>	31	Minimale	Ottimo	Buono
		1.2	<i>Durata dell'ansa monouso</i>	14	Ottimo	Ottimo	Minimale
		1.3	<i>Danno tissutale e atraumaticità</i>	13	Discreto	Ottimo	Discreto

In merito ai giudizi espressi, si forniscono peraltro le seguenti precisazioni tecniche:

- **Sistema offerto dalla Ditta DP MEDICAL**

Efficacia dell'ansa nell'azione di taglio e coagulazione. Taglio efficace ma solo per "ansate" corte e poco profonde. Oltre all'elettrodo attivo (ansa) è presente anche l'elettrodo di ritorno. Questo limita nettamente lo spessore e la lunghezza del chip resecato. Non è possibile sfruttare tutta la lunghezza dell'ansata e rendere più profonda la resezione perché il chip spesso rimane incastrato tra i due elettrodi, costringendo a interrompere la resezione per rimuovere il frammento di prostata resecato. Questo problema si rende estremamente evidente nelle prostate più grandi, rallentando la velocità di resezione e ampliando la durata della procedura. Il sistema non è quindi adeguato alla resezione di prostate voluminose e molto voluminose; al riguardo si evidenzia che nella S.C. Urologia di questa Azienda Ospedaliera si eseguono abitualmente resezioni endoscopiche di prostate anche più grandi di 80 grammi. Ottima capacità di coagulazione.

Durata dell'ansa. Adeguata robustezza e durata dell'ansa

Danno tissutale e atraumaticità. L'ansa di ritorno trasmette la corrente e potrebbe rappresentare un problema quando utilizzata per resezioni vescicali. Durante la resezione di voluminose neoplasie vescicali, quando è indicato l'impiego di una ansa bipolare monouso, l'ansa di ritorno potrebbe andare a contatto con la parete vescica sana, provocandone la perforazione.

Sistema offerto dalla Ditta MULTIMED

Efficacia dell'ansa nell'azione di taglio e coagulazione. Taglio estremamente efficace e preciso, in tutte le fasi della resezione, sia quando è richiesta una “ansata” lunga e profonda, sia quando si effettuano tagli corti e poco profondi (es. apice prostatico). Nessun ritardo di attivazione. Consente di affrontare lunghe resezioni mantenendo sempre un'adeguata velocità di resezione. Ottima capacità di coagulazione

Durata dell'ansa. Adeguata robustezza e durata dell'ansa

Danno tissutale e atraumaticità. Nessun trauma sul letto della resezione

Sistema offerto dalla Ditta NEXTMED:

Efficacia dell'ansa nell'azione di taglio e coagulazione. Il taglio è poco preciso soprattutto quando si eseguono “ansate” corte e poco profonde, senza completare la resezione del pezzo che non viene staccato completamente. La resezione risulta quindi rallentata. Buona capacità di coagulazione.

Durata dell'ansa. Dopo alcuni minuti di resezione si osserva un'iniziale deformazione dell'ansa, che potrebbe esitare in una rottura durante le resezioni di prostate più voluminose

Danno tissutale e atraumaticità. I limiti del taglio descritti, oltre a rallentare la procedura, aumentano le irregolarità del letto di resezione, soprattutto sull'apice, dove i margini risultano sfrangiati e non netti.

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede, avvalendosi della seguente tabella così come specificatamente stabilito dall'Art. 19.2 del Disciplinare di gara, all'attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna “D”:

Giudizio	Coefficienti discrezionali <i>(per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)</i>
Insufficiente	0,00
Minimale	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

Sottocriteri di valutazione QUALITATIVA aventi modalità di assegnazione dei punteggi “DISCREZIONALI”

				PUN TI MA X	D.P. MEDICAL S.R.L.	MULTIMED S.R.L.	NEXTMED S.R.L.
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D			
Qualità	1.1		<i>Efficacia dell'ansa nell'azione di taglio e coagulazione</i>	31	7,75	31	23,25
	1.2		<i>Durata dell'ansa monouso</i>	14	14	14	3,50
	1.3		<i>Danno tissutale e atraumaticità</i>	13	6,5	13	6,50

Conclusa la fase procedurale sopra citata, la Commissione Giudicatrice attiva la successiva fase di analisi delle offerte pervenute in merito **al Sottocriterio di valutazione qualitativa avente modalità di assegnazione del punteggio “QUANTITATIVO”**: **“Dati di letteratura a supporto”** previsto all’art. 19.1 del Disciplinare di Gara.

Richiamato il “Metodo di calcolo” stabilito dall’art. 19.2 del Disciplinare di Gara, la Commissione Giudicatrice prende atto delle informazioni dichiarate dalle Ditte offerenti e, sulla base della verifica della coerenza scientifica di dette informazioni, rileva le seguenti tabelle riepilogative:

Ditta DP MEDICAL

TIPOLOGIA DI LETTERATURA	N. PUBBLICAZIONI
Report HTA	==
Revisioni Sistematiche/Metanalisi	==
Recepimento su Linee guida Urologiche internazionali	1
Studi Clinici interventistici	1
Studi Clinici Osservazionali	1

Ditta MULTIMED

TIPOLOGIA DI LETTERATURA	N. PUBBLICAZIONI
Report HTA	==
Revisioni Sistematiche/Metanalisi	==
Recepimento su Linee guida Urologiche internazionali	2
Studi Clinici interventistici	==
Studi Clinici Osservazionali	52

Ditta NEXTMED

TIPOLOGIA DI LETTERATURA	N. PUBBLICAZIONI
Report HTA	==
Revisioni Sistematiche/Metanalisi	==
Recepimento su Linee guida Urologiche internazionali	==
Studi Clinici interventistici	==
Studi Clinici Osservazionali	1

La Commissione Giudicatrice richiama pertanto il già citato art. 19.2 del Disciplinare di Gara che in particolare stabilisce quanto segue:

[illegible]

- il n. di pubblicazioni verrà moltiplicato per il punteggio della “Tipologia di letteratura” (Impact Factor) attribuito alla rivista di pubblicazione come segue:
 - Report HTA: 0,5 punti
 - Revisioni Sistematiche/Metanalisi: 0,4 punti
 - Recepimento su Linee guida Urologiche internazionali: 0,3 punti
 - Studi Clinici interventistici: 0,2 punti
 - Studi Clinici Osservazionali: 0,1 punti.

[illegible]

**Sottocriterio di valutazione qualitativa avente modalità di assegnazione del punteggio
“QUANTITATIVO”**

Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi in merito ai **Sottocriteri di valutazione “DISCREZIONALI”** e in merito al sottocriterio di valutazione **“QUANTITATIVO”**, la Commissione Giudicatrice procede all’analisi delle offerte pervenute in merito al **Sottocriterio di valutazione QUALITATIVA** avente modalità di assegnazione dei punteggi **“TABELLARE”**: **“Generatore caratterizzato da capacità di emissione anche nel campo delle radiofrequenze”**

			PUNTI MAX	D.P. MEDICAL S.R.L.	MULTIMED S.R.L.	NEXTMED S.R.L.
CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	Q			
Qualità	1.4	<i>Generatore caratterizzato da capacità di emissione anche nel campo delle radiofrequenze</i>	6	6,00	6,00	6,00

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi:

				PUNTI MAX			D.P. MEDICAL S.R.L.	MULTIMED S.R.L.	NEXTMED S.R.L.
	CRITERIO DI VALUTAZ IONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	Q	T			
	Qualità	1.1	<i>Efficacia dell’ansa nell’azione di taglio e coagulazione</i>	31	–	–	7,75	31	23,25
		1.2	<i>Durata dell’ansa monouso</i>	14	–	–	14	14	3,50
		1.3	<i>Danno tissutale e atraumaticità</i>	13	–	–	6,50	13	6,50
		1.5	<i>Dati di letteratura a supporto</i>	–	6	–	0,60	5,80	0,1
		1.4	<i>Generatore caratterizzato da capacità di emissione anche nel campo delle radiofrequenze</i>	–	–	6	6	6	6
TOTALE PUNTI				70			34,85 (*)	69,80	39,35

(*) Ai sensi dell'art. 19.1 del Disciplinare di Gara, la ditta D.P. MEDICAL S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei dispositivi che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore dodici e minuti trenta, il Sig. Presidente Dr.ssa Marianna Mondini dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il presente verbale viene pertanto approvato in tutte le sue parti e sottoscritto dai componenti:

Dr.ssa	Marianna	MONDINI	Dirigente S.C. Farmacia Ospedaliera _____	- PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dr.	Claudio	DADONE	Dirigente Medico S.C. Urologia _____	- COMPONENTE
Dr.	Ettore	DALMASSO	Dirigente Medico S.C. Urologia _____ _____	- COMPONENTE