



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VALVOLE E ANELLI PROTESICI OCCORRENTI PER DODICI MESI ALLA S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO - CIG VARI.

I° VERBALE

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore quattordici e minuti trentacinque, in Cuneo presso un ufficio sito al secondo piano – blocco B- del Presidio Ospedaliero S. Croce, si sono riuniti i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione numero novecentoquarantanove del ventisei maggio duemilaventicinque:

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| Dr. | Francesco | ROSATO | Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia - A.O. S.CROCE e CARLE | PRESIDENTE |
| Dr. | Roger | DEVOTINI | Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia - A.O. S.CROCE e CARLE | COMPONENTE |
| Dr.ssa | Elena | MITTONE | Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera - A.O. S.CROCE e CARLE | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Giulia | PIRAS | Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi - - A.O. S.CROCE e CARLE | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante preliminarmente da atto che il giorno 30/05/2025 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditte partecipanti alla gara in oggetto attraverso la piattaforma SINTEL e ha verificato tutti i documenti pervenuti sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 del Disciplinare di gara.

In particolare - sulla base di quanto relazionato dal Seggio di gara nel verbale del 30/05/2025 custodito agli atti della S.C. Acquisti di Beni e Servizi - il Segretario Verbalizzante riferisce che sono risultate ammesse all’attuale fase di valutazione tecnica in relazione ai lotti sotto indicati le seguenti Ditte:



| N. | Ditta | Lotti per i quali è stata presentata offerta |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l. | 1-4-5-7 |
| 2 | ARTIVION ITALY S.r.l. | 1-4 |
| 3 | CORCYM S.r.l. | 1-4 |
| 4 | EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.r.l. | 2-3-6 |
| 5 | MEDTRONIC ITALIA S.p.A. | 2-9-7-8 |

Premesso quanto sopra, la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato Speciale e il Disciplinare di gara e prende atto in particolare dei criteri e dei punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati nell'art. 18 del Disciplinare e precisamente:



L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

| | punteggio massimo |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70/100 |
| Offerta economica | 30/100 |
| totale | 100 |

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa partizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente sarà attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

| LOTTO 1 protesi valvolari meccaniche bileaflet aortiche | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi “D” |
|--|----------------------------|-----|---|---------------------------|---|
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1.1 | Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, angolo di apertura, adattabilità all'anatomia del paziente</i> | 20 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1.2 | Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i> | 10 | |
| | | 1.3 | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1.4 | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1.5 | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |



| LOTTO 2 protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare aortica | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi "D" |
|---|----------------------------|----|---|---------------------------|---|
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1. | Caratteristiche strutturali: <i>EOA, ingombro</i> | 20 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1. | Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i> | 10 | |
| | | 1. | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1. | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1. | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |



| LOTTO 3 protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare aortica (per anulus piccolo) | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi "D" |
|---|----------------------------|-----|---|---------------------------|--|
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1.1 | Caratteristiche strutturali: <i>EOA, particolare importanza all'ingombro che si adatti all'anulus piccoli</i> | 20 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1.2 | Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i> | 10 | |
| | | 1.3 | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1.4 | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1.5 | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |



| LOTTO 4 protesi valvolari meccaniche bileaflet mitraliche | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi "D" |
|--|-------------------------|----|---|------------------------|---|
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1. | Caratteristiche strutturali: <i>EOA, angolo di apertura, adattabilità all'anatomia del paziente</i> | 20 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1. | Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i> | 10 | |
| | | 1. | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1. | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1. | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |



| LOTTO 5 protesi valvolari biologiche porcine con supporto per sostituzione valvolare mitralica | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi "D" |
|--|----------------------------|----|---|------------------------|---|
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1. | Caratteristiche strutturali: <i>EOA, ingombro</i> | 20 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1. | Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i> | 10 | |
| | | 1. | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1. | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1. | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |



| LOTTO 6 protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare mitralica | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi "Q" e "D" |
|--|----------------------------|----|---|------------------------|---|
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1. | Caratteristiche strutturali: <i>EOA, ingombro</i> | 20 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1. | Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i> | 10 | |
| | | 1. | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1. | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1. | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |



| LOTTO 7 anelli protesici semirigidi preformati chiusi per chirurgia riparativa mitralica | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi "D" |
|--|-------------------------|-----|---|------------------------|---|
| n° | Criterio valutazione | di | n. Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1.1 | Versatilità dell'anello: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici, adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i> | 30 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1.2 | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1.3 | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1.4 | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |



| LOTTO 8 anelli protesici rigidi preformati per chirurgia riparativa tricuspidalica | | | | Valori Max punteggi | Modalità di assegnazione dei punteggi "D" |
|---|-------------------------|-----|---|------------------------|---|
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | |
| 1 | Qualità | 1.1 | Versatilità dell'anello: <i>morbidezza della componente suturabile, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici. Adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i> | 30 | <i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| | | 1.2 | Facilità di utilizzo dello strumentario dedicato | 10 | |
| | | 1.3 | Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, gamma di misuratori.</i> | 15 | |
| | | 1.4 | Letteratura: <i>Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni</i> | 15 | |

Pagina 10 di 13



| | |
|---------------|------|
| Scarso | 0,20 |
| Insufficiente | 0,00 |

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite **la seguente formula:**

$$Ce_j = (R_j/R_{\max})^{0,2}$$

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
|------------|---|
| Ce_j | Coefficiente attribuito al concorrente j -esimo |
| R_j | ribasso percentuale dell'offerta del concorrente j -esimo |
| R_{\max} | ribasso percentuale dell'offerta più conveniente |

Si precisa che l'offerta di prezzo pari al valore posto a base di gara darà un punteggio economico pari a "0" in quanto l'attribuzione del punteggio economico secondo la formula sopra descritta prende in considerazione la percentuale di ribasso.

METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Punteggio offerta tecnica

Per quanto concerne **il punteggio relativo all'offerta tecnica**, la commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi **"D"** come specificato nel precedente articolo 19.2, procederà in relazione a ciascuna offerta **rispondente ai requisiti minimi** all'attribuzione dei punteggi come segue:

➤ **determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali "D"**

verrà moltiplicato il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice sulla base della tabella di riferimento (art. 18.2) per il punteggio massimo previsto per lo specifico sottocriterio.

La formula di riferimento per i punteggi relativi ai criteri discrezionali **"D"** risulta pertanto la seguente:



$$P_{ij} = C_{ij} \cdot P_{\max_i}$$

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
|---------------|---|
| C_{ij} | Coefficiente attribuito per il sottocriterio i -esimo al concorrente j -esimo |
| P_{ij} | Punteggio complessivo ottenuto per il sottocriterio i -esimo dal concorrente j -esimo |
| P_{\max_i} | Punteggio massimo previsto per il sottocriterio i -esimo |

Per ogni singolo lotto, il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:

$$P_{tot_j} = \sum_{i=1}^n P_{ij}$$

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
|--------------|--|
| n | Numero di sottocriteri di valutazione |
| P_{ij} | Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i -esimo per la Ditta j -esima |
| P_{tot_j} | Punteggio tecnico totale della Ditta j -esima |

Punteggio offerta economica

Per ogni singolo lotto, il punteggio relativo all'offerta economica di ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente **C_e** per il punteggio massimo attribuito all'offerta economica.

I punteggi sia tecnici che economici verranno apprezzati **fino al terzo decimale**; eventuali arrotondamenti dopo il terzo decimale saranno effettuati come segue:

- se la cifra è 0,1,2,3 oppure 4, si procede con arrotondamento per difetto ossia si eliminano tutte le cifre successive a quella considerata lasciando il resto del numero intatto;
- se la cifra è 5,6,7,8 oppure 9, allora si deve effettuare un arrotondamento per eccesso, ossia si aumenta di 1 la cifra considerata eliminando le successive.



Punteggio complessivo

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento, per ogni singolo lotto, verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell'offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Considerato quanto sopra la Commissione Giudicatrice stabilisce di attivare la fase di valutazione tecnica delle offerte ammesse, rinviando ad una successiva seduta l'esito dell'accurato esame delle medesime.

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quindici e minuti quindici, la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| Dr. | Francesco | ROSATO | Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia - A.O. S.CROCE e CARLE | PRESIDENTE |
| Dr. | Roger | DEVOTINI | Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia - A.O. S.CROCE e CARLE | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Elena | MITTONE | Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera - A.O. S.CROCE e CARLE | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Giulia | PIRAS | Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi - - A.O. S.CROCE e CARLE | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |