



**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, SUDDIVISA IN
LOTTI, DI VALVOLE E ANELLI PROTESICI OCCORRENTI PER MESI 12 ALLA S.C.
CARDIOCHIRURGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI
CUNEO – GARA N. 8044032 – CIG VARI.**

I VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore nove e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, relativamente alla procedura in oggetto si procede ad effettuare le operazioni descritte nel presente verbale alla presenza – in videoconferenza – dei componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione cinquecentootto del nove aprile duemilaventuno:

Dr.	Vincenzo	COLUCCI	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia – A.O.S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Dr.	Francesco	ROSATO	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dr.	Riccardo	DUTTO	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE

Dott.ssa	Monica	FICETTI	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
----------	--------	---------	---	-------------------------------

La Dott.ssa Ficetti previamente riferisce che, a seguito avviso a tutte le Ditte offerenti pubblicato sulla piattaforma SINTEL, come risulta da Verbale del quindici aprile duemilaventuno, si è proceduto in seduta riservata all’apertura delle buste digitali contenenti la documentazione tecnica dei concorrenti ammessi mediante accesso alla piattaforma SINTEL all’apertura della documentazione tecnica.

Tale documentazione tecnica viene resa disponibile ai singoli componenti la Commissione tramite CD.

La Commissione Giudicatrice prende atto dei criteri e dei punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati nell’Art. 19 del Disciplinare di gara e segnatamente:



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Tabelle dei criteri e sottocriteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

LOTTO 1 protesi valvolari meccaniche bileaflet aortiche						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZA A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, angolo di apertura, adattabilità all'anatomia del paziente, necessità anticoagulante</i>		—	20	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	22	—	
			1.3	Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i>		—	14	—	
			1.4	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>		—	14	—	



LOTTO 2 protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare aortica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, ingombro</i>		—	15	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	13	—	
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>		—	14	—	
			1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>		—	14	—	
			1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>		—	14	—	

LOTTO 3 protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare aortica (per anulus piccolo)						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>morfologia e tipologia di costruzione della protesi per adattarsi ad anulus piccoli, EOA, ingombro</i>		—	15	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	14		
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>		—	14	—	
			1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico</i>		—	20	—	



			<i>postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registati o da letteratura)</i>			
		1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	–	7	–

LOTTO 4 protesi valvolari aortiche sutureless						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, ingombro</i>		—	14	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	7		
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>		—	21	—	
			1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registarti o da letteratura)</i>		—	21	—	
			1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>		—	7	—	

LOTTO 5 protesi valvolari aortiche per pazienti giovani						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>anulus adattabile a successivi reimpianti trans catetere</i>		–	28	–	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>		–	14	–	
			1.3	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a</i>		–	14	–	



			<i>distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>			
		1.4	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	–	14	–

LOTTO 6 protesi valvolari biologiche senza supporto per sostituzione valvolare aortica complete di radice aortica biologica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>radice aortica animale completa, eventuale presenza di materiale dacron suturato</i>		—	20	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	10	—	
			1.3	Facilità d’impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>		—	25	—	
			1.4	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>		—	15	—	

LOTTO 7 protesi valvolari meccaniche bileaflet mitraliche						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, angolo di apertura, adattabilità all'anatomia del paziente, necessità anticoagulante</i>		–	20	–	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		–	22	–	
			1.3	Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgico</i>		–	14	–	



		1.4	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	–	14	–
--	--	-----	---	---	-----------	---

LOTTO 8 protesi valvolari biologiche porcine con supporto per sostituzione valvolare mitralica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>morfologia e tipologia di costruzione della protesi, EOA, ingombro</i>		–	14	–
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		–	14	–
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>		–	14	–
			1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>		–	14	–
			1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>			14	

LOTTO 9 protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare mitralica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D	Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>morfologia e tipologia di costruzione della protesi, EOA, ingombro</i>		–	14	–
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		–	14	–



		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	—	14	—
		1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>	—	14	—
		1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>		14	

LOTTO 10 anelli protesici rigidi preformati aperti per chirurgia riparativa mitralica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZA O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>		—	36	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	21	—	
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>		—	13	—	

LOTTO 11 anelli protesici semirigidi preformati chiusi per chirurgia riparativa mitralica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>		–	36	–	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 – Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		–	21	–	
			1.3	Facilità d’impianto:		–	13	–	



			<i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>			
--	--	--	---	--	--	--

LOTTO 12 anelli protesici rigidi preformati per chirurgia riparativa tricuspidalica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>		—	36	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 – Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	21	—	
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>		—	13	—	

LOTTO 13 anelli protesici preformati flessibili e modulari per chirurgia riparativa mitralica						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>		—	36	—	<i>Punteggi discrezionali (D)</i> si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		—	21	—	
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla cbirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>		—	13	—	



LOTTO 14						VALORI MAX PUNTEGGI		MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI “Q” E “D”	
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	PRESENZ A O VALORE MIN/MAX	D		Q
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>		–	15	–	Punteggi discrezionali (D) si rimanda al successivo Art. 19.2 – Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali
			1.2	Sagomatura idonea per lembo posteriore: <i>morfologia idonea alla correzione rigurgito ischemico</i>			28		
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		–	14	–	
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla cbirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>		–	13	–	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista, per ogni singolo lotto, una soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di **36 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo **coefficiente variabile tra zero e uno**, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
CD	Minimale	0,00
	Discreto	0,20
	Più che discreto	0,40
	Buono	0,60
	Più che buono	0,80
	Ottimo	1,00

Essendo le ore dieci la seduta viene chiusa ed aggiornata a data da stabilire.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Dr.	Vincenzo	COLUCCI	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia – A.O.S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE _____
Dr.	Francesco	ROSATO	Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE _____
Dr.	Riccardo	DUTTO	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE _____
Dott.ssa	Monica	FICETTI	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE _____