



PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VALVOLE E ANELLI PROTESICI OCCORRENTI PER MESI 12 ALLA S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 8044032 – CIG VARI.

VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA TELEMATICA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore dieci e minuti dieci, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti, per l’apertura telematica su piattaforma SINTEL delle offerte economiche pervenute in riferimento alla gara in oggetto e per la determinazione della graduatoria finale, i seguenti Sig.ri:

- Dott. Claudio CALVANO - Direttore f.f. SCI Acquisti Beni e Servizi
- Dott.ssa Monica FICETTI - Collaboratore Prof.le Amm.vo esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
- Sig.ra Carmela LULLO - Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi

La Dott.ssa Monica Ficetti assume le funzioni di verbalizzante.

Preliminarmente all’apertura elettronica delle buste contenenti l’offerta economica, vengono inseriti nel sistema i punteggi relativi all’offerta tecnica attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel II verbale del quattordici giugno duemilaventuno di seguito riportati:

LOTTO 1 protesi valvolari meccaniche bileaflet aortiche				VALORI MAX PUNTEGGI	ABBOTT		MEDTRONIC		SANITEX		SORIN	
					REGENT		OPEN PIVOT		ON-X-AORTIC		BICARBON FITLINE AORTICA	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, angolo di apertura, adattabilità all'anatomia del paziente, necessità anticoagulante</i>	20	1	20	0,60	12	1	20	0,60	12
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	22	0,80	17,6	0,60	13,2	0,80	17,6	0,60	13,2



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

		1.3	Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgici</i>	14	1	14	0,60	8,4	1	14	0,60	8,4
		1.4	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>	14	1	14	0,60	8,4	1	14	0,60	8,4
TOTALE				70		65,6		42		65,6		42

LOTTO 2				VALORI MAX PUNTEGGI	ABBOTT		MEDTRONIC		PRO.MED	
protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare aortica					TRIFECTA GT		AVALUS		PERIMOUNT 3300TFX	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, ingombro</i>	15	0,40	6	0,40	6	1	15
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	13	0,60	7,8	0,40	5,2	1	13
		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>	14	0,80	11,2	0,80	11,2	0,80	11,2
		1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>	14	0,60	8,4	0,60	8,4	1	14
		1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	14	0,60	8,4	0,60	8,4	1	14
TOTALE				70	41,8		39,2		67,2	

LOTTO 3				VALORI MAX PUNTEGGI	ABBOTT		MEDTRONIC	
protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare aortica (per anulus piccolo)					TRIFECTA GT		AVALUS	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>morfologia e tipologia di costruzione della protesi per adattarsi ad anulus piccoli, EOA, ingombro</i>	15	0,60	9	0,60	9
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	14	0,60	8,4	0,40	5,6
		1.3	Facilità d'impianto:	14	0,80	11,2	0,80	11,2



			<i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>					
	1.4		Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>	20	0,60	12	0,60	12
	1.5		Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	7	0,60	4,2	0,60	4,2
TOTALE				70		44,8		42

LOTTO 4 protesi valvolari aortiche sutureless				VALORI MAX PUNTEGGI	PRO.MED		SORIN	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, ingombro</i>	14	1	14	0,40	5,6
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, gradienti e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	7	1	7	0,60	4,2
		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>	21	1	21	0,60	12,6
		1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>	21	1	21	0,80	16,8
		1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	7	1	7	0,40	2,8
TOTALE				70	70		42	

LOTTO 5 protesi valvolari aortiche per pazienti giovani				VALORI MAX PUNTEGGI	EDWARDS		MEDTRONIC	
				D	INSPIRIS RESILIA		AVALUS	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE		VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>anulus adattabile a successivi reimpianti trans catetere</i>	28	1	28	0,40	11,2
		1.2	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori.</i>	14	1	14	0,60	8,4
		1.3	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a</i>	14	1	14	0,80	11,2



			<i>distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>					
		1.4	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	14	1	14	0,60	8,4
TOTALE				70	70		39,2	

LOTTO 6 protesi valvolari biologiche senza supporto per sostituzione valvolare aortica complete di radice aortica biologica					VALORI MAX PUNTEGGI	MEDTRONIC	
						FREESTYLE	
N	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>radice aortica animale completa, eventuale presenza di materiale dacron suturato</i>	20	0,80	16
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	10	0,80	8
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	25	0,80	20
			1.4	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	15	0,60	9
TOTALE					70	53	

LOTTO 7 protesi valvolari meccaniche bileaflet mitraliche					VALORI MAX PUNTEGGI		ABBOTT		MEDTRONIC		SANITEX		SORIN	
							SERIE MASTER		OPEN PIVOT STD		ON-X MITRALIC		BICARBON FITLINE MITRALICA	
N	CRITERIO	DI	N.	SOTTOCRITERIO	DI	D	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI
VALUTAZIONE				VALUTAZIONE										
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>ruotabilità, EOA, angolo di apertura, adattabilità all'anatomia del paziente, necessità anticoagulante</i>		20	1	20	0,60	12	1	20	0,60	12
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		22	0,80	17,6	0,60	13,2	0,80	17,6	0,60	13,2
			1.3	Versatilità cuffia di sutura: <i>morbidezza, ampiezza, penetrabilità, comfort chirurgico</i>		14	1	14	0,60	8,4	1	14	0,60	8,4



		1.4	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	14	1	14	0,60	8,4	1	14	0,60	8,4
TOTALE				70	65,6		42		65,6		42	

LOTTO 8 protesi valvolari biologiche porcine con supporto per sostituzione valvolare mitralica				VALORI MAX PUNTE GGI	ABBOTT		MEDTRONIC	
					EPIC - SISTEMA FLEXIT		HANCOCK II	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>morfologia e tipologia di costruzione della protesi, EOA, ingombro</i>	14	1	14	0,40	5,6
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	14	0,80	11,2	0,80	11,2
		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	14	1	14	0,40	5,6
		1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrarti o da letteratura)</i>	14	1	14	0,60	8,4
		1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	14	0,80	11,2	0,80	11,2
TOTALE					64,4		42	

LOTTO 9 protesi valvolari biologiche pericardiche con supporto per sostituzione valvolare mitralica					VALORI MAX PUNTEGGI	PRO.MED		
						PERIMOUNT 7300TFX		
N	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità		1.1	Caratteristiche strutturali: <i>morfologia e tipologia di costruzione della protesi, EOA, ingombro</i>		14	1	14
			1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>		14	0,80	11,2
			1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>		14	0,80	11,2



		1.4	Risultati emodinamici: <i>gradiente trans protesico postoperatorio (immediato e a distanza, con dati registrati o da letteratura)</i>	14	1	14
		1.5	Trattamento anti calcificante: <i>presenza e tipologia</i>	14	1	14
TOTALE				70		64,4

LOTTO 10 anelli protesici rigidi preformati aperti per chirurgia riparativa mitralica				VALORI MAX PUNTEGGI	MEDTRONIC		PRO.MED		SORIN	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>	36	0,40	14,4			1	36
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	21	0,60	12,6			0,40	8,4
		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	13	0,80	10,4			1	13
TOTALE				70	37,4		(*)		57,4	

(*) La Ditta Pro.Med S.r.l. ha offerto un anello non aperto e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 11 anelli protesici semirigidi preformati chiusi per chirurgia riparativa mitralica				VALORI MAX PUNTEGGI	ABBOTT		MEDTRONIC		PRO.MED		SORIN	
				D	SEGUIN SARP		SIMULUS 800SR		PHYSIO II		MEMO 4D	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE		VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI	VALUT	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>	36	0,60	21,6	1	36	1	36	0,60	21,6
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed</i>	21	0,80	16,8	1	21	1	21	0,40	8,4



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

			aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)									
		1.3	Facilità d'impianto: adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori	13	1	13	1	13	1	13	1	13
TOTALE				70	51,4		70		70		43	

LOTTO 12 anelli protesici rigidi preformati per chirurgia riparativa tricuspidalica				VALORI MAX PUNTEGGI	MEDTRONIC		PRO.MED	
					CONTOUR 3D		EDWARDS MC3	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>	36	1	36	1	36
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	21	0,80	16,8	1	21
		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	13	1	13	1	13
TOTALE				70	65,8		70	

LOTTO 13 anelli protesici preformati flessibili e modulari per chirurgia riparativa mitralica				VALORI MAX PUNTEGGI	ABBOTT		MEDTRONIC		SORIN	
					TAILOR TARP		SIMULUS 700FC		CARBOMEDICS ANNULOFLEX	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>	36	0,80	28,8	1	36	0,60	21,6
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	21	0,80	16,8	1	21	0,20	4,2
		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto,</i>	13	1	13	1	13	1	13



			<i>misuratori</i>						
TOTALE				70	58,6	70	38,8		

LOTTO 14 anelli protesici preformati rigidi per chirurgia riparativa mitralica in insufficienza ischemica				VALORI MAX PUNTEGGI	ABBOTT		PRO.MED		SORIN	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Caratteristiche strutturali: <i>adattabilità all'anatomia e fisiopatologia del paziente</i>	15	0,80	12	1	15	0,60	9
		1.2	Sagomatura idonea per lembo posteriore: <i>morfologia idonea alla correzione rigurgito ischemico</i>	28	0,40	11,2	1	28	0,40	11,2
		1.2	Dati follow-up: <i>letteratura Pubmed aggiornata, durata e complicanze (per tipologia di pubblicazione, numero articoli, numero pazienti esaminati)</i>	14	0,60	8,4	1	14	0,40	5,6
		1.3	Facilità d'impianto: <i>adattabilità alla chirurgia, sistema di supporto, misuratori</i>	13	1	13	1	13	1	13
TOTALE				70	44,6		70		38,8	

Si procede quindi all'apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche per la determinazione del relativo punteggio prezzo come di seguito sinteticamente riportato (con arrotondamenti alla seconda cifra decimale) e così come risulta nella piattaforma Sintel.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per quanto concerne l'offerta economica, per ogni singolo lotto, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

$$C_{e_i} = (R_i / R_{\max})^{0,2}$$

dove:

C_{e_i} = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Le risultanze sono dettagliate nelle tabelle che seguono:



Lotto 1	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo	Ditta SANITEX Importi/punteggio prezzo	Ditta SORIN Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	19.800,00	19.500,00	19.500,00	18.880,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1 %	2,5 %	2,5 %	5,6 %
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	0,71	0,85	0,85	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	21,26	25,53	25,53	30

Lotto 2	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo	Ditta PROMED Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	160.000,00	232.500,00 (*)	260.500,00 (**)
Ribasso percentuale dell'offerta economica	27,27 %	//	//
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1	//	//
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30	//	//

(*) La Ditta MEDTRONIC S.p.A. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta.

(**) La Ditta PRO.MED S.r.l. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta.

Lotto 3	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	77.000,00	77.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	56.000,00	81.375,00 (*)
Ribasso percentuale dell'offerta economica	27,27 %	//
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1	//
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30	//

(*) La Ditta MEDTRONIC S.p.A. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta.



Lotto 4	Ditta PRO.MED Importi/punteggio prezzo	Ditta SORIN Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	56.000,00	56.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	55.800,00	54.000,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	0,36 %	3,57 %
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	0,63	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	18,93	30

Lotto 5	Ditta EDWARDS Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	36.000,00	36.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	35.900,00	23.250,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	0,28 %	35,42 %
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	0,38	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	11,38	30

Lotto 6	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	11.250,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	11.245,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	0,04 %
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30



Lotto 7

	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo	Ditta SANITEX Importi/punteggio prezzo	Ditta SORIN Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	19.800,00	19.500,00	19.500,00	18.880,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	1 %	2,5 %	2,5 %	5,6
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	0,71	0,85	0,85	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	21,26	25,53	25,53	30

Lotto 8

	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	28.500,00	28.500,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	27.000,00	27.885,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	5,26 %	2,16 %
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1	0,84
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30	25,10

Lotto 9

	Ditta PRO.MED Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	39.150,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	39.075,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	0,19 %
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30



Lotto 10	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo	Ditta SORIN Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	44.500,00	44.500,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	44.450,00	29.950,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	0,11 %	32,70 %
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	0,32	1
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	9,65	30

Lotto 11	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo	Ditta PRO.MED Importi/punteggio prezzo	Ditta SORIN Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	27.500,00	39.000,00	58.450,00 (*)	50.000,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	45 %	22 %	//	0 % (**)
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1	0,87	//	
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30	26	//	

(*) La Ditta PRO.MED S.r.l. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta.

(**) La Ditta SORIN GROUP ITALIA S.r.l. avendo presentato un'offerta pari a zero% quale ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara risulta esclusa, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 17 del Disciplinare di Gare che così recita:

ATTENZIONE:

- non deve essere inserito il simbolo "0%";
- non sono ammesse offerte pari a zero %, pena l'esclusione dalla procedura di gara;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta indicata lotto per lotto pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Lotto 12	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo	Ditta PRO.MED Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	22.500,00	22.500,00



Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	21.250,00	22.250,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	5,56%	1,11%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1	0,72
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30	21,74

Lotto 13

	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta MEDTRONIC Importi/punteggio prezzo	Ditta SORIN Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	5.500,00	5.850,00	5.980,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	8,33%	2,5%	0,33%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1	0,79	0,52
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30	23,58	15,76

Lotto 14

	Ditta ABBOTT Importi/punteggio prezzo	Ditta PRO.MED Importi/punteggio prezzo	Ditta SORIN Importi/punteggio prezzo
Importo base d'asta	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel	5.500,00	11.890,00 (*)	5.990,00
Ribasso percentuale dell'offerta economica	8,33%	//	0,17%
Coefficiente $C_e = (R_j/R_{max})^{0,2}$	1	//	0,46
Punteggio offerta economica $C_e \times 30$	30	//	13,72

(*) La Ditta PRO.MED S.r.l. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta.

A questo punto, ogni lotto viene aggiudicato al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Le risultanze sono dettagliate nelle tabelle che seguono:



Lotto 1		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta SANITEX	65,60	25,53	91,13 (*)
2^ Classificata	Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA	65,60	21,26	86,86
3^ Classificata	Ditta SORIN GROUP ITALIA	42,00	30,00	72,00
4^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	42,00	25,53	67,53

(*) Si rileva, ex art. 97 III comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la sospetta anomalia dell'offerta della Ditta SANITEX S.p.a.

Lotto 2		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica classificata	Ditta ABBOTT	41,80	30,00	71,80
Non classificata	Ditta MEDTRONIC	39,20	(*)	ESCLUSA
Non classificata	Ditta PRO.MED	67,20	(**)	ESCLUSA

(*) La Ditta Medtronic S.p.a. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta

(**) La Ditta Pro.Med S.r.l. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta

Lotto 3		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica classificata	Ditta ABBOTT	44,80	30,00	74,80
Non classificata	Ditta MEDTRONIC	42,00	(*)	ESCLUSA

(*) La Ditta Medtronic S.p.a. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta

Lotto 4		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta PRO.MED	70,00	18,93	88,93
2^ Classificata	Ditta SORIN	42,00	30,00	72,00

Lotto 5		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta EDWARDS	70,00	11,38	81,38
2^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	39,20	30,00	69,20



Lotto 6		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica classificata	Ditta MEDTRONIC	53,00	30,00	83,00

Lotto 7		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta SANITEX	65,60	25,53	91,13 (*)
2^ Classificata	Ditta ABBOTT	65,60	21,26	86,86
3^ Classificata	Ditta SORIN	42,00	30,00	72,00
4^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	42,00	25,53	67,53

(*) Si rileva, ex art. 97 III comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la sospetta anomalia dell'offerta della Ditta SANITEX S.p.a.

Lotto 8		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta ABBOTT	64,40	30,00	94,40
2^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	42,00	25,10	67,10

Lotto 9		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
Unica classificata	Ditta PRO.MED	64,4	30,00	94,40

Lotto 10		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta SORIN	57,40	30,00	87,40
2^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	37,40	9,65	47,05
Non classificata	Ditta PRO.MED	ESCLUSA (*)	-	ESCLUSA

(*) La Ditta Pro.Med S.r.l. ha offerto un anello non aperto e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione. Come dal II Verbale del 14/06/2021 della Commissione Giudicatrice.

Lotto 11		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	70,00	26,00	96,00



2^ Classificata	Ditta ABBOTT	51,40	30,00	81,40
Non classificata	Ditta SORIN	43,00	(*)	ESCLUSA
Non classificata	Ditta PRO.MED	70,00	(**)	ESCLUSA

(*) La Ditta Sorin Group Italia S.r.l. ha presentato offerta non ammissibile in quanto pari a zero% quale ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara.

(**) La Ditta Pro.Med S.r.l. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta.

Lotto 12		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	65,80	30,00	95,80
2^ Classificata	Ditta PRO.MED	70,00	21,74	91,74

Lotto 13		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta MEDTRONIC	70,00	23,58	93,58
2^ Classificata	Ditta ABBOTT	58,60	30,00	88,60 (*)
3^ Classificata	Ditta SORIN	38,80	15,76	54,56

(*) Si rileva, ex art. 97 III comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la sospetta anomalia dell'offerta della Ditta ABBOTT S.r.l.

Lotto 14		Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio totale
1^ Classificata	Ditta ABBOTT	44,60	30,00	74,60
2^ Classificata	Ditta SORIN	38,80	13,72	52,52
Non classificata (*)	Ditta PRO.MED	70,00	(*)	ESCLUSA

(*) La Ditta Pro.Med S.r.l. ha presentato offerta non ammissibile in quanto superiore alla base d'asta

Alle ore dodici e minuti quindici la seduta viene chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Dott. Claudio CALVANO

Responsabile S.S. Acquisti beni e Presidi Ospedalieri



- Dott.ssa Monica FICETTI

Collaboratore Prof.le Amm.vo esperto S.C.I. Acquisti
Beni e Servizi

- Sig.ra Carmela LULLO

Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
