

## **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA “SINTEL” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI (COMPENSIVI DI POMPE INFUSIONALI) PER L’ALLESTIMENTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI CON EVENTUALE RINNOVO DI EGUALE DURATA ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO, ALLE AA.SS.LL. CN1 E CN 2 AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4. GARA N. 9112292 – CIG VARI.**

### **II° VERBALE**

L’anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore quattordici e minuti trentacinque si è nuovamente riunita presso un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet - Cuneo, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milleduecentonovantatre del sette settembre duemilaventitre per procedere alla valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara citata in oggetto:

Dr.ssa	Maria Elisa	BERSIA	- Dirigente Farmacista – S.C. Farmacia Ospedaliera A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Sig.ra	Marina	FOCO	- Coordinatore Infermiere Area Oncologica ASL CN1 e CAS Aziendale	- COMPONENTE
Dr.	Stefano	D’ANNA	- Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera ASL CN2	- COMPONENTE

  

Sig.ra	Sandra	ANSELMA	- Collaboratore Amm.vo S.C. Acquisti di Beni e Servizi A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
--------	--------	---------	---	-------------------------------

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

A questo punto la Commissione, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione tecnica trasmessa dalle ditte offerenti rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara e a seguito dell’esame della campionatura, procede, ai sensi dell’articolo 17.1 del Disciplinare di Gara, all’analisi delle offerte che conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

**LOTTO 1 dispositivi sterili di allestimento e somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici:**

**Voci A, B, C, D, e F**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b>SANITEX SPA</b>
<b>20</b>	<b>1.1</b>	Capacità di massimizzare l'estrazione del farmaco da prelevare per ogni fiala – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>
	<b>1.2</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione connettore/spike – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>
	<b>1.3</b>	Mantenimento della sterilità del farmaco – <u>criterio quantitativo</u>	<b>7 giorni</b>
	<b>1.4</b>	Facilità di perforazione del flacone – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>

**Voce E**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b>SANITEX SPA</b>
<b>15</b>	<b>1.1</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione connettore/spike – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>
	<b>1.2</b>	Maneggevolezza del dispositivo – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>
	<b>1.3</b>	Capacità di tenuta del connettore alla siringa – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>

**Voci G, H, e I**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b>SANITEX SPA</b>
<b>15</b>	<b>1.1</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione - criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>
	<b>1.2</b>	Facilità di ispezionabilità del contenuto – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>
	<b>1.3</b>	Volume minimo di riempimento – <u>criterio quantitativo</u>	<b>14,9 ml</b>

**Voce L**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b>SANITEX SPA</b>
<b>20</b>	<b>1.1</b>	Precisione d'infusione – <u>criterio quantitativo</u>	<b>0,1 a 99,9 ml/h (in incrementi di 0,1 ml)</b>
	<b>1.2</b>	Semplicità interfaccia utente (chiarezza dei messaggi) – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>
	<b>1.3</b>	Praticità d'uso e maneggevolezza – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>
	<b>1.4</b>	Facilità di sanificazione – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>
	<b>1.5</b>	Possibilità di interfacciamento con Software Human, BiMind – <u>criterio tabellare</u>	<b>Presente in offerta tecnica</b>

**Lotto 2 – Dispositivi sterili di trasferimento a circuito totalmente chiuso, con sistema di equalizzazione della pressione che non scambia aria con l'esterno, per farmaci pericolosi.**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.</u></b>	<b><u>MEDINAT S.r.l.</u></b>	<b><u>SANITEX S.p.A.</u></b>	<b><u>SVAS BIOSANA S.p.A.</u></b>
<b>70</b>	<b>1.1</b>	Maneggevolezza del sistema – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Discreto</b>	<b>Giudizio Molto Buono</b>	<b>Giudizio Buono</b>
	<b>1.2</b>	Capacità di massimizzare l'estrazione del farmaco da prelevare per ogni fiala – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Molto buono</b>	<b>Giudizio Ottimo</b>
	<b>1.3</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione connettore/spike – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>	<b>Giudizio Molto buono</b>	<b>Giudizio Molto buono</b>	<b>Giudizio Ottimo</b>
	<b>1.4</b>	Mantenimento della sterilità del farmaco – <u>criterio quantitativo</u>	<b>7 giorni</b>	<b>7 giorni</b>	<b>7 giorni</b>	<b>7 giorni</b>
	<b>1.5</b>	Facilità di perforazione del flacone – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Ottimo</b>

**Lotto 3 – Rivestimento trasparente per la protezione di sostanze fotosensibili**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>A.d.M.</u> <u>S.r.l.</u></b>	<b><u>ARIES</u> <u>S.r.l.</u></b>	<b><u>M. &amp; G.</u> <u>INT.'L</u> <u>S.r.l.</u></b>
<b>70</b>	<b>1.1</b>	Facilità di ispezionabilità del contenuto – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Molto Buono</b>	<b>Giudizio Discreto</b>
	<b>1.2</b>	Maneggevolezza di utilizzo – criterio discrezionale	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Ottimo</b>	<b>Giudizio Discreto</b>
	<b>1.3</b>	Tenuta della chiusura – criterio discrezionale	<b>Giudizio Molto buono</b>	<b>Giudizio Buono</b>	<b>Giudizio Buono</b>

**Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi come stabilito dall'art. 17.2 del Disciplinare di gara:**

\*\*\*\*\*

**A ciascuno degli elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” delle tabelle riportate al sopra citato punto 17.1, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuisce un **coefficiente variabile da zero a uno**, così come indicato nella successiva tabella CD:

*Tabella CD: coefficienti discrezionali*

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)</b>
<b>Insufficiente</b>	<b>0,00</b>
<b>Scarso</b>	<b>0,20</b>
<b>Discreto</b>	<b>0,40</b>
<b>Buono</b>	<b>0,60</b>
<b>Molto buono</b>	<b>0,80</b>
<b>Ottimo</b>	<b>1,00</b>

**A ciascuno degli elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” delle tabelle riportate al sopra citato punto 17.1, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuisce un punteggio – avvalendosi dei dati tecnici che saranno individuati nelle schede tecniche delle Ditte offerenti – sulla base di quanto sotto indicato:

**Lotto n. 1:**

**Voci A, B, C, D, e F**

	<b>SUB-CRITERI</b>	<b>PUNTI Q MAX</b>
<b>1.3</b>	Mantenimento della sterilità del farmaco	<b>6</b>

- Offerta che garantisce il “Massimo mantenimento della sterilità del farmaco” = punti 6
- Altre offerte punti assegnabili mediante la seguente formula:  
Offerta in esame x punti massimi 6  
Offerta che garantisce il “Massimo mantenimento della sterilità del farmaco”

**Voci G, H, e I**

	<b>SUB-CRITERI</b>	<b>PUNTI Q MAX</b>
<b>1.3</b>	Volume minimo di riempimento	<b>6</b>

- Offerta che garantisca il “Volume minimo di riempimento ” = punti 6
- Altre offerte punti assegnabili mediante la seguente formula:

Offerta che garantisce il “Volume minimo di riempimento” x punti massimi 6  
Offerta in esame

**Voce L**

	<b>SUB-CRITERI</b>	<b>PUNTI Q MAX</b>
<b>1.1</b>	Precisione d’infusione	<b>5</b>

- Offerta che garantisca la migliore “Precisione d’infusione ” = punti 5
- Altre offerte punti assegnabili mediante la seguente formula:

Offerta che garantisce la migliore “Precisione d’infusione” x punti massimi 5  
Offerta in esame

**Lotto n. 2:**

	<b>SUB-CRITERI</b>	<b>PUNTI Q MAX</b>
<b>1.4</b>	Mantenimento della sterilità del farmaco	<b>15</b>

- Offerta che garantisce il “Massimo mantenimento della sterilità del farmaco” = punti 15
- Altre offerte punti assegnabili mediante la seguente formula:

**Offerta in esame x punti massimi 15**

Offerta che garantisce il “Massimo mantenimento della sterilità del farmaco”

**A ciascun elemento tabellare** cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta tecnica, dell’elemento richiesto.

\*\*\*\*\*

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

**LOTTO 1 dispositivi sterili di allestimento e somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici:**

**Voci A, B, C, D, e F**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta SANITEX</u> <u>S.p.A.</u></b>
<b>20</b>	<b>1.1</b>	Capacità di massimizzare l'estrazione del farmaco da prelevare per ogni fiala	<b>4</b>
	<b>1.2</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione connettore/spike	<b>4</b>
	<b>1.3</b>	Mantenimento della sterilità del farmaco	<b>6</b>
	<b>1.4</b>	Facilità di perforazione del flacone	<b>4</b>
		<b>TOTALE PUNTEGGI</b>	<b>18</b>

**Voce E**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta SANITEX</u> <u>S.p.A.</u></b>
<b>15</b>	<b>1.1</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione connettore/spike	<b>4</b>
	<b>1.2</b>	Maneggevolezza del dispositivo	<b>4</b>
	<b>1.3</b>	Capacità di tenuta del connettore alla siringa	<b>5</b>
		<b>TOTALE PUNTEGGI</b>	<b>13</b>

**Voci G, H, e I**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta SANITEX</u> <u>S.p.A.</u></b>
<b>15</b>	<b>1.1</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione	<b>4,80</b>
	<b>1.2</b>	Facilità di ispezionabilità del contenuto	<b>3</b>
	<b>1.3</b>	Volume minimo di riempimento	<b>6</b>
		<b>TOTALE PUNTEGGI</b>	<b>13,80</b>

**Voce L**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta SANITEX</u> <u>S.p.A.</u></b>
<b>20</b>	<b>1.1</b>	Precisione d'infusione	<b>5</b>
	<b>1.2</b>	Semplicità interfaccia utente (chiarezza dei messaggi)	<b>2</b>
	<b>1.3</b>	Praticità d'uso e maneggevolezza	<b>3,20</b>
	<b>1.4</b>	Facilità di sanificazione	<b>3,20</b>
	<b>1.5</b>	Possibilità di interfacciamento con Software Human, BiMind	<b>5</b>
		<b>TOTALE PUNTEGGI</b>	<b>18,40</b>

Sulla base di quanto sopra descritto si riporta la tabella riepilogativa dei punteggi attribuiti in relazione al Lotto n. 1:

	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta SANITEX S.p.A.</u></b>
<b>VOCI A,B,C,D e F – Totale punteggi</b>	<b>18</b>
<b>VOCE E – Totale punteggi</b>	<b>13</b>
<b>VOCI G, H e I – Totale punteggi</b>	<b>13,80</b>
<b>VOCE L – Totale punteggi</b>	<b>18,40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>63,20</b>



**LOTTO 2 – Dispositivi sterili di trasferimento a circuito totalmente chiuso, con sistema di equalizzazione della pressione che non scambia aria con l'esterno, per farmaci pericolosi.**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta</u> <u>BECTON</u> <u>DICKIN-</u> <u>SON</u> <u>ITALIA</u> <u>S.p.A.</u></b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta</u> <u>MEDINAT</u> <u>S.r.l.</u></b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta</u> <u>SANITEX</u> <u>S.p.A.</u></b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta</u> <u>SVAS</u> <u>BIOSANA</u> <u>S.p.A.</u></b>
<b>70</b>	<b>1.1</b>	Maneggevolezza del sistema	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
	<b>1.2</b>	Capacità di massimizzare l'estrazione del farmaco da prelevare per ogni fiala	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
	<b>1.3</b>	Capacità di tenuta delle valvole autosigillanti durante la disconnessione connettore/spike	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
	<b>1.4</b>	Mantenimento della sterilità del farmaco	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>1.5</b>	Facilità di perforazione del flacone	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		<b>TOTALE PUNTEGGI</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>64</b>

**LOTTO 3 – Rivestimento trasparente per la protezione di sostanze fotosensibili**

<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI</b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta</u> <u>A.d.M.</u> <u>S.r.l.</u></b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta</u> <u>ARIES</u> <u>S.r.l.</u></b>	<b><u>Punteggi</u> <u>Ditta</u> <u>M. &amp; G.</u> <u>INT.'L</u> <u>S.r.l.</u></b>
<b>70</b>	<b>1.1</b>	Facilità di ispezionabilità del contenuto	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
	<b>1.2</b>	Maneggevolezza di utilizzo	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>6</b>
	<b>1.3</b>	Tenuta della chiusura	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
		<b>TOTALE PUNTEGGI</b>	<b>62</b>	<b>51</b>	<b>36</b>

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo finale relativo all'attribuzione dei punteggi alle varie Ditte offerenti:

**Lotto n. 1:**

Ditta SANITEX S.p.A.

punti 63,20

**Lotto n. 2:**

Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	punti 67
Ditta SVAS BIOSANA S.p.A.	punti 64
Ditta SANITEX S.p.A.	punti 61
Ditta MEDINAT S.r.l.	punti 58

**Lotto n. 3:**

Ditta A.d.M. S.r.l.	punti 62
Ditta ARIES S.r.l.	punti 51
Ditta M. & G. INT.'L S.r.l.	punti 36

Esaurite le operazioni sopra descritte, essendo le ore diciassette e minuti cinque, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data ventisette settembre duemilaventitre, agli Uffici Competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>Dr.ssa</b>	<b>Maria Elisa</b>	<b>BERSIA</b>	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera A.O. S.CROCE e CARLE  _____	- PRESIDENTE
<b>Sig.ra</b>	<b>Marina</b>	<b>FOCO</b>	Coordinatore Infermiere Area Oncologica ASL CN1 e CAS Aziendale  _____	- COMPONENTE
<b>Dr.</b>	<b>Stefano</b>	<b>D'ANNA</b>	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera ASL CN2  _____	- COMPONENTE
<b>Sig.ra</b>	<b>Sandra</b>	<b>ANSELMA</b>	Collaboratore Amm.vo S.C. Acquisti di Beni e Servizi A.O. S.CROCE e CARLE  _____	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE