



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

Struttura Complessa ACQUISTI di BENI e SERVIZI
Corso C. Brunet, 19/A – 12100 CUNEO
E-mail: acquisti@ospedale.cuneo.it

Direttore **Dott. Claudio CALVANO**
Telefono **0171 – 64.32.22**
Fax **0171 – 64.32.35**

CC/PG/OM

PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 19 Febbraio 2025

AVVISO A PROCEDERE

RELATIVO ALL'INTENZIONE DI ATTIVARE UN PROCEDIMENTO PER L'AGGIUDICAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) PER MESI TRENTASEI DI N. 2 LASER AD OLMIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO – S.C. UROLOGIA.

Con la presente si comunica che questa Azienda Ospedaliera manifesta la volontà di procedere, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sulla base di quanto relazionato dal Direttore della S.C. Urologia con nota agli atti, all'affidamento della fornitura in capo alla Ditta POLIMED s.r.l. di Morano sul Po (AL) del noleggio (locazione operativa) per mesi trentasei di n. 2 laser ad Olmio e relativo materiale di consumo vario occorrente alla S.C. Urologia con le seguenti caratteristiche:

1. Laser ad Olmio ad alta potenza (superiore a 150w) – del Produttore Quanta System S.p.A. – utilizzato come apparecchiatura principale per le procedure di litotrixxia, e di enucleoresezione prostatica (es. Holep), trattamento stenosi uretrali e ureterali, incisioni prostatiche, exeresi neoformazioni vescicali.

Requisiti minimi essenziali:

- Laser CTH: YAG a stato solido
- Potenza massima > 150 W
- Lunghezza d'onda 2100 nm
- Range durata impulsi: da 50 a 1100 microsecondi
- Range frequenza ripetizione impulsi: da 5 a 100 Hz
- Modalità di emissione: pulsato
- Laser di puntamento a intensità regolabile a luce verde
- Programmi per la modulazione dell'impulso sia singolo che doppio in tempo reale
- Possibilità di regolare la retropulsione tramite modulazione del picco di potenza degli impulsi al di sotto dei 2000W ed erogazione impulsi con tempo di emissione fino ad un'ampiezza di 2000µs
- Possibilità di regolare in tempo reale la durata temporale degli impulsi
- Alimentazione a presa da 32 A



2. Laser ad Olmio – del Produttore Quanta System S.p.A. – idoneo a esecuzione di interventi di litotripsia, trattamento stenosi uretrali e ureterali, incisioni prostatiche, exersi neoformazioni vescicali. Inoltre tale secondo laser potrà essere utilizzato qualora ci sia la necessità di eseguire procedure simili in contemporanea (sala ordinaria + urgenza).

Requisiti minimi essenziali:

- Laser CTH: YAG a stato solido
- Potenza massima 35 W
- Lunghezza d'onda 2100 nm
- Energia impulso modulabile da 0.1 a 5 J
- Range durata impulsi: da 50 a 1100 microsecondi
- Range frequenza ripetizione impulsi: da 3 a 30 Hz
- Modalità di emissione: pulsato
- Laser di puntamento a intensità regolabile a luce verde
- Programmi per la modulazione dell'impulso in tempo reale
- Possibilità di regolare la retropulsione
- Possibilità di regolare in tempo reale la durata temporale degli impulsi
- Alimentazione a presa tipo Schuko

In merito a quanto sopra si precisa che il laser ad Olmio ad alta potenza (superiore a 150W) utilizzato come apparecchiatura principale, è ritenuto infungibile in quanto risulta l'unico funzionalmente rispondente alle specifiche necessità della Struttura Sanitaria in quanto utilizza un cavo di alimentazione con spina a 32A ed è in grado di modulare il picco di potenza degli impulsi al di sotto dei 2000W ed erogare impulsi con tempo di emissione fino ad un'ampiezza di 2000µs consentendo il controllo completo sulla retropulsione.

L'importo presunto di aggiudicazione della fornitura per mesi 36 è stimato in Euro 245.400,00 IVA esclusa nonché al netto dei costi derivanti dall'attivazione delle eventuali opzioni contrattuali stimate in Euro 220.950,00 IVA esclusa.

Potranno essere inoltrate eventuali osservazioni relative al presente avviso e all'unicità dei dispositivi medici in argomento, allegando documentazione tecnica comprovante l'asserita equivalenza tecnico-funzionale dei prodotti proposti, sino alla data del 6 Marzo 2025, al seguente indirizzo mail acquisti@ospedale.cuneo.it.

**IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI
- Dott. Claudio CALVANO –**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.