



**Struttura Complessa ACQUISTI di BENI e SERVIZI**  
**CORSO C. BRUNET, 19/A – 12100 CUNEO**  
**E-mail: acquisti@ospedale.cuneo.it**

**Direttore** Dott. Claudio CALVANO  
**Telefono** 0171 – 64.32.22  
**Fax** 0171 – 64.32.35

**Prot. n. 0030729|06/09 OSP\_CN| del 06/09/2023 CC/SG**  
PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 06/09/2023

### **INDAGINE ESPLORATIVA EX ART. 76, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023**

**RELATIVA ALL'INTENZIONE DI ATTIVARE UN PROCEDIMENTO PER L'AGGIUDICAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETT B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 - DELLA FORNITURA DI SIRINGHE CERTIFICATE DA UTILIZZARE SUI MULTIDISPENSATORI MANUALI, A SPOSTAMENTO POSITIVO, IN DOTAZIONE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE MICROBIOLOGIA E ALLA S.C.I. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE.**

Con la presente si comunica che questa Azienda Ospedaliera manifesta la volontà di procedere, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, alla formale richiesta di offerta alla Ditta EPPENDORF S.r.l. di Milano per la fornitura per mesi ventiquattro di siringhe certificate da utilizzare sui multidispensatori manuali, a spostamento positivo, in dotazione alla S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia e alla S.C.I. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

Si precisa che le siringhe in argomento sono indispensabili per l'utilizzo sui Multidispensatori manuali in dotazione alla SS.CC. Laboratorio Analisi e Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e che pertanto l'insieme dei dispositivi rappresenta l'unico sistema certificato per garantire la necessaria precisione nella dispensazione.


Si precisa che il sistema deve intendersi correttamente rappresentato dalle seguenti componenti:

- Multidispensatori manuali monocanale a siringa, per dispensazioni multiple di liquidi, funzionanti secondo il principio dello spostamento positivo, a volume variabile;
- Supporti per una corretta, ergonomica e sicura collocazione delle pipette in uso;
- Siringhe dedicate e certificate in grado di assicurare un ampio range di dispensazione (sistema pipetta-puntale ISO 8655);
- Assistenza tecnica certificata per le operazioni di taratura/calibrazione periodica delle pipette.

Requisiti tecnici dei Multidispensatori manuali:

- utilizzo con siringhe monouso a spostamento positivo di varia volumetria;
- possibilità di selezionare e dispensare volumi diversi in funzione della siringa alloggiata;
- volumi di dispensazione variabili tra 1 ul e 10 ml (in funzione della siringa montata);
- Multidispensatore e relative siringhe fabbricate dal medesimo produttore.
- avere una elevata resistenza chimica, termica e meccanica

Pagina 1 di 3



- assicurare un perfetto fissaggio al multi dispensatore;
- avere una scala graduata per immediato controllo visivo del volume;
- almeno 20 diversi volumi di dispensazione selezionabile per ogni siringa
- Presenza di display digitale con indicazione del volume erogato e contatore di step eseguiti
- possibilità di effettuare fino a 100 erogazioni senza ricaricare la siringa
- Sistema di espulsione della siringa con una mano e senza contatto

**Requisiti tecnici delle siringhe in polipropilene:**

- essere in polipropilene vergine di alta qualità, con pistone a tenuta ermetica (fornire certificazione);
- disporre di siringhe con almeno i seguenti volumi nominali massimi:
  - 0,1 ml 1.500 anno
  - 0,2 ml 2.000 anno
  - 0,5 ml 1.000 anno
  - 1,0 ml 1.000 anno
  - 2,5 ml 5.000 anno
  - 5,0 ml 2.000 anno
  - 10,0 ml 5.000 anno
  - 50,0 ml 500 anno
- Presenza di codice colore per identificazione facilitate dei volumi
- disporre di siringhe, ad uso della Biologia Molecolare, certificate per:
  - assenza di DNA umano
  - assenza di DNasi
  - assenza di RNasi
  - assenza di inibitori della PCR

L'importo presunto di aggiudicazione è stimato in Euro 47.500,00 IVA esclusa, derivante dalla fornitura di n. 50.000 siringhe - nei vari volumi - dedicate ai Multidispsensori manuali in dotazione alla S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia e alla S.C.I. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, nonché di n.10 Multidispsensori manuali da consegnare eventualmente a titolo di ampliamento della fornitura.

Con il presente avviso, pertanto, si intende portare a conoscenza del mercato la necessità sopra descritta, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo, esistono altri Operatori Economici in grado di fornire prodotti certificati ritenuti idonei aventi le medesime caratteristiche funzionali e quindi in grado di garantire la necessaria precisione nella dispensazione.

Potranno essere inoltrate eventuali osservazioni relative all'unicità dell'Operatore Economico sopra indicato, allegando documentazione tecnica comprovante l'asserita equivalenza tecnico-funzionale dei prodotti proposti, sino alla data del 18/09/2023, al seguente indirizzo mail [acquisti@ospedale.cuneo.it](mailto:acquisti@ospedale.cuneo.it).



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO  
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545  
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it  
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo la quale l'Operatore economico indicato costituisca l'unico fornitore del dispositivo in argomento, questa Azienda Ospedaliera attiverà la fase di negoziazione delle condizioni contrattuali.

La procedura di scelta del contraente sarà espletata, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alle disposizioni tuttora vigenti, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Claudio CALVANO**  
*(firmato in originale)*

Pagina 3 di 3