

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE PER LA RIMOZIONE TROMBI NELLO STROKE ISCHEMICO PER MESI 12 PER LA S.S.D. NEURORADIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO.

III VERBALE della COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore nove, in Cuneo presso un ufficio della Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di via Monte Zovetto - Cuneo, facendo seguito alle operazioni effettuate in data 2/10/2025 - così come risulta dal verbale redatto in pari data e custodito agli atti - si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione numero milletrecentosessantatre del venticinque luglio duemilaventicinque, così composta:

Dr.	Fabrizio	VENTURI	Responsabile - S.S.D. Neuroradiologia	PRESIDENTE
Dr.	Gaetano	RISI	Dirigente Medico - S.S.D. Neuroradiologia	COMPONENTE
Dr.ssa	Marianna	MONDINI	Dirigente Farmacista – S.C. Farmacia Ospedaliera	COMPONENTE
Dott.	Erio D.	MARCHISIELLO	Collaboratore Amm.vo Professionale - S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante evidenzia quanto segue:

- la Ditta PHENOX ITALY S.R.L., con comunicazione prot. n. 34331/2025 del 6/10/2025, è stata invitata a fornire chiarimenti in relazione alla validità del Certificato CE dei dispositivi medici offerti nei lotti n. 3, n. 4 e n. 5;
- la Ditta CROSSMED S.P.A., con comunicazione prot. n. 34333/2025 del 6/10/2025, è stata invitata a fornire chiarimenti in relazione alla validità del Certificato CE dei dispositivi medici offerti nel lotto n. 9;

L’esito della fase di verifica della documentazione trasmessa dalle ditte sopra citate conduce alle seguenti osservazioni:

- la Ditta PHENOX ITALY S.R.L., con nota prot. n. 34433/2025 del 7/10/2025 ha inviato correttamente quanto richiesto e pertanto in relazione ai DM offerti nei Lotti n. 3, n. 4 e n. 5 risulta comprovato che sia stata estesa la validità dei Certificati CE scaduti.
- la Ditta CROSSMED S.P.A., con nota prot. n. 34995/2025 del 10/10/2025 ha inviato correttamente quanto richiesto e pertanto in relazione ai DM offerti nel Lotto n. 9 risulta comprovato che sia stata estesa la validità dei Certificati CE scaduti.

Premesso quanto sopra, la Commissione Giudicatrice - nel suo complesso - dopo aver richiamato quanto riportato nel II verbale del 2/10/2025 e avvalendosi di quanto previsto dall’art.18 del Disciplinare di Gara, esprime le valutazioni dettagliatamente sotto indicate per i restanti lotti:

Lotto n. 3 – CIG B6F940DE89

Stent retriever per piccoli vasi: stent retriever per trombectomia meccanica di vasi intracranici di piccolo calibro compatibile con micro catetere di lume interno non superiore a 0,017”.

<div>Lotto n.3</div> <div>CIG B6F940DE89</div>		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE			<div>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</div> <div>MAX 70</div>
		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO			
		Capacità di catturare il trombo	Scorrevolezza dispositivo nel microcatetere	Visibilità	
		D 30	D 30	D 10	
BALT ITALY S.R.L.	GIUDIZIO	Ottimo	Ottimo	Ottimo	70
	COEFF.	1	1	1	
	PUNTI	30	30	10	
CROSSMED S.P.A.	GIUDIZIO	sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	42
	COEFF.	0,6	0,6	0,6	
	PUNTI	18	18	6	
EMOPASS S.R.L.	GIUDIZIO	Sufficiente	Sufficiente	Scarso	40
	COEFF.	0,6	0,6	0,4	
	PUNTI	18	18	4	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	GIUDIZIO	Buono	Sufficiente	Buono	50
	COEFF.	0,8	0,6	0,8	
	PUNTI	24	18	8	
MICROVENTION ITALIA S.R.L.	GIUDIZIO	Buono	Molto buono	Buono	59
	COEFF.	0,8	0,9	0,8	
	PUNTI	24	27	8	
PHENOX ITALY S.R.L.	GIUDIZIO	Buono	Buono	Buono	56
	COEFF.	0,8	0,8	0,8	
	PUNTI	24	24	8	

(ottimo: 1; molto buono: 0,9; buono: 0,8; sufficiente: 0,6; scarso: 0,4; insufficiente: 0)

Lotto n. 4 – CIG B6F940EF5C

Stent retriever: stent retriever per trombectomia meccanica di vasi intracranici di medio/grosso calibro compatibile con micro catetere di lume interno 0,021”.

Lotto n. 4 CIG B6F940EF5C		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAX 70
		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO			
		Capacità di catturare il trombo	Scorrevolezza dispositivo nel microcatetere	Visibilità	
		D 30	D 20	D 20	
ALTEC MD S.R.L.	GIUDIZIO	Sufficiente	Scarso	Sufficiente	38
	COEFF.	0,6	0,4	0,6	
	PUNTI	18	8	12	
BALT ITALY S.R.L.	GIUDIZIO	Buono	Sufficiente	Sufficiente	48
	COEFF.	0,8	0,6	0,6	
	PUNTI	24	12	12	
CROSSMED S.p.A.	GIUDIZIO	Buono	Sufficiente	Buono	52
	COEFF.	0,8	0,6	0,8	
	PUNTI	24	12	16	
EMOPASS S.R.L.	GIUDIZIO	Sufficiente	Sufficiente	Scarso	38
	COEFF.	0,6	0,6	0,4	
	PUNTI	18	12	8	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	GIUDIZIO	Ottimo	Ottimo	Ottimo	70
	COEFF.	1	1	1	
	PUNTI	30	20	20	
MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	GIUDIZIO	Scarso	Scarso	Buono	36
	COEFF.	0,4	0,4	0,8	
	PUNTI	12	8	16	
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.	GIUDIZIO	Molto buono	Molto buono	Buono	61
	COEFF.	0,9	0,9	0,8	
	PUNTI	27	18	16	

PHENOX ITALY S.R.L.	GIUDIZIO	Buono	Sufficiente	Sufficiente	48
	COEFF.	0,8	0,6	0,6	
	PUNTI	24	12	12	

(ottimo: 1; molto buono: 0,9; buono: 0,8; sufficiente: 0,6; scarso: 0,4; insufficiente: 0)

Lotto n. 5 – CIG B6F940F034

Microcatetere per trombectomia intracranica: microcatetere per uso intracranico da utilizzare per trombectomia meccanica con stent retriever, lume interno 0,021”, lunghezza non inferiore a 160 cm.

Lotto n. 5 CIG B6F940F034		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAX 70
		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO			
		Navigabilità	Atraumaticità	Scorrevolezza dispositivo nel microcatetere	
		D 30	D 20	D 20	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	GIUDIZIO	Scarso	Sufficiente	Sufficiente	36
	COEFF.	0,4	0,6	0,6	
	PUNTI	12	12	12	
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.	GIUDIZIO	Ottimo	Ottimo	ottimo	70
	COEFF.	1	1	1	
	PUNTI	30	20	20	
PHENOX ITALY S.R.L.	GIUDIZIO	Buono	Buono	Buono	56
	COEFF.	0,8	0,8	0,8	
	PUNTI	24	16	16	

(ottimo: 1; molto buono: 0,9; buono: 0,8; sufficiente: 0,6; scarso: 0,4; insufficiente: 0)

Lotto n. 9 – CIG B6F9413380

Introduttore lungo/catetere da accesso neurovascolare: introduttore lungo armato con dilatatore fasciale per accesso vascolare percutaneo, utilizzabile anche come catetere guida, con struttura prossimale a rigidità variabile ed estremità distale ad alta flessibilità e bassa traumaticità, diametro esterno 8F, lume interno non inferiore a 0,088”, lunghezza compresa tra 80 e 105 cm, almeno 2 misure disponibili.

<div>Lotto n. 9</div> <div>CIG B6F9413380</div>		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE				<div>PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAX 70</div>
		SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO				
		Navigabilità	Resistenza all'ingincchiamento	Atraumaticità	Supporto	
		D 20	D 20	D 10	D 20	
BALT ITALY S.R.L.	GIUDIZIO	Buono	Buono	Buono	buono	56
	COEFF.	0,8	0,8	0,8	0,8	
	PUNTI	16	16	8	16	
CROSSMED S.p.A.	GIUDIZIO	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	70
	COEFF.	1	1	1	1	
	PUNTI	20	20	10	20	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	GIUDIZIO	Sufficiente	Buono	Buono	Sufficiente	48
	COEFF.	0,6	0,8	0,8	0,6	
	PUNTI	12	16	8	12	

(ottimo: 1; molto buono: 0,9; buono: 0,8; sufficiente: 0,6; scarso: 0,4; insufficiente: 0)

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all'attribuzione dei punteggi:

Lotto n. 3	punti
BALT ITALY S.R.L.	70
CROSSMED SP.A.	42
EMOPASS S.R.L.	40
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	50
MICROVENTION ITALIA S.R.L.	59
PHENOX ITALY S.R.L.	56

Lotto n. 4	punti
ALTEC MD S.R.L.	38
BALT ITALY S.R.L.	48
CROSSMED S.p.A.	52
EMOPASS S.R.L.	38
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70
MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	36
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.	61
PHENOX ITALY S.R.L.	48

Lotto n. 5	punti
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	36
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.	70
PHENOX ITALY S.R.L.	56

Lotto n. 9	punti
BALT ITALY S.R.L.	56
CROSSMED S.p.A.	70
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	48

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sig.ri Componenti della Commissione, dispone di rimettere il presente verbale al primo redatto in data 2/10/2025 agli Uffici Competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore nove e minuti trenta, la seduta viene chiusa previa approvazione del verbale che viene come appresso sottoscritto:

Dr.	Fabrizio	VENTURI	Responsabile - S.S.D. Neuroradiologia	PRESIDENTE _____
Dr.	Gaetano	RISI	Dirigente Medico - S.S.D. Neuroradiologia	COMPONENTE _____
Dr.ssa	Marianna	MONDINI	Dirigente Farmacista – S.C. Farmacia Ospedaliera	COMPONENTE _____
Dott.	Erio D.	MARCHISIELLO	Collaboratore Amm.vo Professionale - S.C. Acquisti di Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE _____