



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI PROTESI ED ENDOPROTESI VASCOLARI OCCORRENTI PER MESI 12 ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO. GARA N. 8087048 – CIG VARI**

**VERBALE**

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore nove, in Cuneo presso una sala della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti per la valutazione delle offerte tecniche pervenute in riferimento alla procedura di gara in oggetto i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione novecentotrentatre del trenta giugno duemilaventuno:

Dr.	Massimo	MAIONE	Direttore della S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare	PRESIDENTE
Dr.	Dimitrios	APOSTOLOU	Dirigente Medico S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare	COMPONENTE
Dr.	Riccardo	DUTTO	Responsabile SS Farmacia Clinica	COMPONENTE
Dott.ssa	Monica	FICETTI	Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, preso atto del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, rileva in particolare i criteri e i punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’Art. 19 del Disciplinare di gara.

Successivamente, a seguito della verifica della documentazione tecnica trasmesso dalle ditte, procede all’analisi delle offerte rispetto ai requisiti minimi di idoneità stabiliti dalla disciplina di gara e rispetto ai criteri di valutazione previsti dal citato art. 19 del Disciplinare.

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente di seguito indicate:



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Lotto 1 - Protesi vascolari Dacron Knitted				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			SEROM			ASSUT EUROPE			SANITEX			LE MAITRE			B. BRAUN		
							Gelsoft Plus			Polimaylle C			HEMAGARD KNITTED RETTA			AlboGraft <sup>TM</sup> Protesi vascolare KNITTED			UniGraft KDV		
n	Criterio di valutazione	n	Sottocriterio di valutazione	Presenza o valore min./max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante		20		più che buono	0,8	16	più che buono	0,8	16	più che buono	0,8	16	più che buono	0,8	16	più che buono	0,8	16
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)		15		più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	ottimo	1	15	ottimo	1	15	ottimo	1	15
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio		15		ottimo	1	15	buono	0,6	9	ottimo	1	15	ottimo	1	15	ottimo	1	15
		1.4	Porosità	Bassa (<= a 10)		10	==	1	10	==	0,5	5	==	0,5	5	==	0,9	9,9	==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)		10			più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8
TOTALE							61			50			59			63,9			64		

Lotto 2 - Protesi vascolari Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			SANITEX		
							INTERGARD SYNERGY KNITTED		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	Presenza o valore min/max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante		20		più che buono	0,8	16
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)		15		ottimo	1	15
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio		15		ottimo	1	15
		1.4	Porosità	Bassa (<= a 10)		10	==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)		10		più che buono	0,8	8
TOTALE							64		



Lotto 3 - Patch in Dacron				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			SEROM			SANITEX		
							920675T - 920875T - 921050T - 921075T - 921010T 921550T - 921575T			HEMACAROTID PATCH KNITTED		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	Presenza o valore min/max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante		20					più che buono	0,8	16
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)		15					ottimo	1	15
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio		15					ottimo	1	15
		1.4	Porosità	Bassa (<= a 10)		10				==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)		10					più che buono	0,8	8
TOTALE							(*)			64		

(\*) La Ditta Serom Medical Technology Srl ha presentato offerta irregolare in quanto non ha offerto il prodotto così come specificatamente richiesto nel Lotto 3 a) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

Lotto 4 - Protesi biologiche				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			LEMAITRE		
							Omniflow™ II		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	Presenza o valore min/max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante		20		ottimo	1	20
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)		15		buono	0,6	9
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio		15		buono	0,6	9
		1.4	Porosità	Bassa (<= a 10)		10	==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)		10		ottimo	1	10
TOTALE							58		



Lotto 5 - Protesi vascolari in PTFE Eparinate				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			W.L. GORE		
							codici vari		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	Presenza o valore min/max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante		20		ottimo	1	20
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)		15		più che buono	0,8	12
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio		15		più che buono	0,8	12
		1.4	Porosità	Bassa (<= a 10)		10	==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)		10		più che buono	0,8	8
TOTALE							62		

Lotto 6 - Protesi in PTFE e Dacron				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			SANITEX		
							FUSION		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	Presenza o valore min/max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante		20		più che buono	0,8	16
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)		15		più che buono	0,8	12
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio		15		più che buono	0,8	12
		1.4	Porosità	Bassa (<= a 10)		10	==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)		10		più che buono	0,8	8
TOTALE							58		



Lotto 7 - Protesi in PTFE standard				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			W.L. GORE			LEMAITRE			BARD			
							GORE-TEX® Stretch Vascular GraftStretch			LifeSpan®			Carboflo			
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio valutazione	di	Presenza o valore min/max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante			20		più che buono	0,8	16	buono	0,6	12	buono	0,6	12
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)			15		più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	buono	0,6	9
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio			15		più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	buono	0,6	9
		1.4	Porosità		Bassa (<= a 10)		10	==	1	10	==	1	10	==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)			10		più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8
TOTALE								58			54			48		

Lotto 8 - Protesi vascolare in PTFE per emodialisi				PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE			W.L. GORE			SANITEX		
							codici vari			FLIXENE		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	Presenza o valore min/max	D	Q	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Rivestimento interno resistente alla trombosi coagulante		20		più che buono	0,8	16	più che buono	0,8	16
		1.2	Handling (flessibilità e conformabilità)		15		più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12
		1.3	Resistenza della parete alla sutura e minor sfilacciamento al taglio		15		più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12
		1.4	Porosità	Bassa (<= a 10)		10	==	1	10	==	1	10
		1.5	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)		10		più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8
TOTALE							58			58		



Lotto 9 - Endoprotesi modulare ad aggancio sovrenale per il trattamento di aneurismi non complicati dell'aorta addominale sottorenale con colletto di lunghezza > di 15 mm					JOTEC		
					E-tegra new		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	buono	0,6	9
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	più che buono	0,8	8
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	più che buono	0,8	8
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	più che discreto	0,4	2
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4
TOTALE					51		

Lotto 10 - Endoprotesi modulare ad aggancio sovrenale per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale sottorenale complessi con colletto di lunghezza < di 10 mm ed angolazione spinta con possibilità' di integrazione con tecnica Chimney					MEDTRONIC			ALFA MEDICALITALIA		
					Endurant II			TREO		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	ottimo	1	15			
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12			
		1.3	Conformabilità	10	più che buono	0,8	8			
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8			
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	ottimo	1	10			
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	ottimo	1	5			
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4			
TOTALE					62			(*)		



(\*) Il prodotto offerto dalla Ditta Alfa Medical Italia Srl non risulta conforme a quanto richiesto all'Art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in quanto la scheda tecnica non riporta l'indicazione all'utilizzo della tecnica Chimney e non è presente in merito pertinente letteratura.

La ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

Lotto 11 - Endoprotesi modulare sottorenale senza free flow prossimale, riposizionabile, per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale sottorenale					ALFA MEDICALITALIA			W.L. GORE		
					ANACONDA TM			GORE® EXCLUDER® Conformable AAA		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	buono	0,6	9	ottimo	1	15
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	buono	0,6	9	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8	ottimo	1	10
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	più che buono	0,8	8	ottimo	1	10
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	ottimo	1	5	ottimo	1	5
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4
TOTALE				51			64			



Lotto 12 - Endoprotesi addominale triforcata con corpo protesico unico e ancoraggio garantito dall'appoggio sul carrefour					ALISEI MEDICALI		
					AFX		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	più che buono	0,8	12
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	più che discreto	0,4	4
		1.4	Navigabilità	10	buono	0,6	6
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)...	10	buono	0,6	6
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	ottimo	1	5
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4
TOTALE				49			

Lotto 13 - Endoprotesi addominale aorto mono iliaca ad aggancio soprarenale					MEDTRONIC			ALFA MEDICALITALIA		
					Endurant II - ETUF - ETLW – ETCF			TREO AUI		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	più che buono	0,8	8	buono	0,6	6
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	ottimo	1	5	più che buono	0,8	4
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4
TOTALE					57			54		





**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Lotto 14 - Endoprotesi addominale modulare a basso profilo (14-15F)				D	CARDINAL HEALTH			ACILIA			ALISEI MEDICALI		
					CORDIS INCRAFT			Minos TM			OVATION ALTO ENDOLOGIX		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione		giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	più che buono	0,8	12	buono	0,6	9	ottimo	1	15
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	buono	0,6	9	buono	0,6	9	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	buono	0,6	6	più che discreto	0,4	4	più che buono	0,8	8
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8	buono	0,6	6	ottimo	1	10
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	buono	0,6	6	buono	0,6	6	buono	0,6	6
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	ottimo	1	5	minimale	0	0	più che buono	0,8	4
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4
TOTALE					50			38			59		

Lotto 15 - Endoprotesi addominale modulare con possibilità di inserire un modulo branched iliaco per preservare il flusso in a.ipogastrica (bridge stent escluso) per il trattamento di aneurismi aorto iliaci					JOTEC			COOK			W.L. GORE		
					E-tegra new			Zenith			GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	buono	0,6	9	più che buono	0,8	12	ottimo	1	15
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	ottimo	1	10
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	più che buono	0,8	8	ottimo	1	10	ottimo	1	10
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	buono	0,6	3	ottimo	1	5	più che buono	0,8	4
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4
TOTALE					52			59			63		



Lotto 16 - Endoprotesi iliache branched per il trattamento isolato degli aneurismi iliaci con la possibilità di preservare il flusso in arteria ipogastrica (bridge stent escluso)					JOTEC		
					E-iliac Rev 1		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	buono	0,6	9
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	più che buono	0,8	8
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	più che buono	0,8	8
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	buono	0,6	3
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4
TOTALE					52		

Lotto 17 - Endoprotesi per aneurisma dell'aorta toracica con e senza free flow nella componente prossimale, possibili configurazione retta o conica					JOTEC			MEDTRONIC			COOK			ACILIA			WL GORE		
					TAA3G SO			Valiant Captivia			Codici vari			Hercules			GORE® TAG®		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	buono	0,6	9	più che buono	0,8	12
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	ottimo	1	10	buono	0,6	6	ottimo	1	10
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	buono	0,6	6	più che buono	0,8	8
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	buono	0,6	6	più che buono	0,8	8	ottimo	1	10	minimale	0	0	ottimo	1	10
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	più che discreto	0,4	2	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	buono	0,6	3	più che buono	0,8	4
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4
TOTALE					52			56			60			40			60		



Lotto 18 - Endoprotesi per dissezione e aneurismi dell'aorta toracica e arco aortico con sealing prossimale adattabile all'anatomia					COOK			ALFA MEDICALITALIA			WL GORE			SANITEX		
					CODICI VARI			RELAY PRO			GORE® TAG®			ANKURA TAA		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	più che buono	0,8	12	ottimo	1	15	più che buono	0,8	12	buono	0,6	9
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	buono	0,6	6	ottimo	1	10	più che buono	0,8	8	buono	0,6	6
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8	ottimo	1	10	più che buono	0,8	8	buono	0,6	6
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni),....	10	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	più che buono	0,8	8	minimale	0	0
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	più che buono	0,8	4	ottimo	1	5	buono	0,6	3	buono	0,6	3
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4	più che buono	0,8	4
TOTALE					54			64			55			40		

Lotto 19 - Endoprotesi in PTFE a bassa forza radiale, piccoli calibri per traumi					WL GORE		
					GORE® TAG®		
n°	Criterio di valutazione	n.	Sottocriterio di valutazione	D	giudizio	COEFF	PUNTI
1	Qualità	1.1	Precisione di rilascio	15	più che buono	0,8	12
		1.2	Visibilità dei marker radiopachi	15	più che buono	0,8	12
		1.3	Conformabilità	10	ottimo	1	10
		1.4	Navigabilità	10	più che buono	0,8	8
		1.5	Disponibilità di accessori per completamento della procedura (introduttori, palloni)....	10	ottimo	1	10
		1.6	Letteratura a supporto di buon esito nel tempo (> di 2 anni)	5	più che buono	0,8	4
		1.7	Confezionamento (facilità di apertura e mantenimento sterilità durante le manovre di apertura)	5	più che buono	0,8	4
TOTALE					60		



Essendo le ore dodici e minuti quindici la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Dr.	Massimo	MAIONE	Direttore della S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare	PRESIDENTE _____
Dr.	Dimitrios	APOSTOLOU	Dirigente Medico S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare	COMPONENTE _____
Dr.	Riccardo	DUTTO	Responsabile SS Farmacia Clinica	COMPONENTE _____
Dott.ssa	Monica	FICETTI	Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE _____